



Białystok, dnia 13 luty 2020 r.

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu na dostawę urządzeń  
medycznych na potrzeby SP ZOZ WSPR  
w Białymstoku**

**EOP.332.23.19**

**DOTYCZY:** *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku*

**INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI 1**

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z późn. zm.), [dalej jako: Pzp] informuje, iż w niniejszym postępowaniu,

w Części 1 wpłynęły 3 oferty:

**Oferta nr 1/19**

złożona przez firmę STRYKER POLSKA Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa, której w toku badania ofert zostało przyznanych **86,26 pkt**

- **51,26 pkt** w kryterium - Cena ofertowa brutto
- **5 pkt** w kryterium - Możliwość zapisywania w pamięci przebiegu pracy urządzenia i raportu zdarzeń przesyłanych drogą radiową
- **15 pkt** w kryterium - Częstotliwość uciśnień klatki piersiowej min. 100 / minutę
- **5 pkt** w kryterium - Dodatkowy/e akumulator/y pozwalający/e w pełni zastąpić wszystkie, w zależności od ilości znajdujących się w danym modelu, ogniwo/a pozwalające na w pełni sprawną pracę urządzenia
- **0 pkt** w kryterium - Możliwość kompresji klatki piersiowej dzieci
- **10 pkt** w kryterium - Waga gotowego zestawu poniżej 9 kg

85 66 37 344

Wzrost 101 # 4 M



### Oferta nr 3/19

złożona przez firmę SCHILLER Poland Sp. z o.o., ul. Rolna 157, 02-729 Warszawa, której w toku badania ofert zostało przyznanych **90 pkt**

- **60 pkt** w kryterium - Cena ofertowa brutto
- **0 pkt** w kryterium - Możliwość zapisywania w pamięci przebiegu pracy urządzenia i raportu zdarzeń przesyłanych drogą radiową
- **15 pkt** w kryterium - Częstotliwość uciśnień klatki piersiowej min. 100 / minutę
- **5 pkt** w kryterium - Dodatkowy/e akumulator/y pozwalający/e w pełni zastąpić wszystkie, w zależności od ilości znajdujących się w danym modelu, ogniwo/a pozwalające na w pełni sprawną pracę urządzenia
- **0 pkt** w kryterium - Możliwość kompresji klatki piersiowej dzieci
- **10 pkt** w kryterium - Waga gotowego zestawu poniżej 9 kg

### Oferta nr 4/19

złożona przez firmę MEDline Sp. z o.o., ul. Fabryczna 17, 65-410 Zielona Góra, której w toku badania ofert zostało przyznanych **68,46 pkt**.

- **43,46 pkt** w kryterium - Cena ofertowa brutto
- **0 pkt** w kryterium - Możliwość zapisywania w pamięci przebiegu pracy urządzenia i raportu zdarzeń przesyłanych drogą radiową
- **15 pkt** w kryterium - Częstotliwość uciśnień klatki piersiowej min. 100 / minutę
- **5 pkt** w kryterium - Dodatkowy/e akumulator/y pozwalający/e w pełni zastąpić wszystkie, w zależności od ilości znajdujących się w danym modelu, ogniwo/a pozwalające na w pełni sprawną pracę urządzenia
- **5 pkt** w kryterium - Możliwość kompresji klatki piersiowej dzieci
- **0 pkt** w kryterium - Waga gotowego zestawu poniżej 9 kg

W niniejszym postępowaniu w Części 1, Wykonawcy mogli otrzymać 100 punktów w następujących kryteriach:

- Cena ofertowa brutto – 60%
- Możliwość zapisywania w pamięci przebiegu pracy urządzenia i raportu zdarzeń przesyłanych drogą radiową - waga 5%





- Częstotliwość uciśnień klatki piersiowej min. 100 / minutę – waga 15%
- Dodatkowy/e akumulator/y pozwalający/e w pełni zastąpić wszystkie, w zależności od ilości znajdujących się w danym modelu, ogniwo/a pozwalające na w pełni sprawną pracę urządzenia – waga 5%
- Możliwość kompresji klatki piersiowej dzieci – waga 5%
- Waga gotowego zestawu poniżej 9kg – waga 10%.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

**SCHILLER Poland Sp. z o.o., ul. Rolna 157, 02-729 Warszawa**

Uzasadnienie: W niniejszym postępowaniu w Części 1 wpłynęły trzy oferty. W trakcie prowadzonego postępowania ustalono, że w Części 1 żadna ze złożonych ofert nie podlega odrzuceniu. W wyniku przeprowadzonej oceny wyżej wymieniona oferta uzyskała 90 pkt. Ustalono, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający wybrał ofertę wyżej wymienionego Wykonawcy jako najkorzystniejszą.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta nie wcześniej niż przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp., tj. nie wcześniej niż 19.02.2020 r.

**UWAGA: Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na email:  
[przetargi@wspr.bialystok.pl](mailto:przetargi@wspr.bialystok.pl)**

DYREKTOR  
IP ZOZ WSPR w Białymstoku  
lek. med. *Bożena Kalicki*