

ZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

15-874 Białystok, ul. Poleska 89

tel. 85-66-37-301, fax: 85-66-37-302

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**DOSTAWA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH
NA POTRZEBY SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU**

TRYB POSTĘPOWANIA: przetarg nieograniczony poniżej 221 000,00 €

RODZAJ ZAMÓWIENIA: DOSTAWA

NUMER SPRAWY: EOP.332.23.19

ZATWIERDZIŁ:

.....

(data i podpis)

I. Informacje ogólne

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę urządzeń medycznych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku**, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
2. Postępowanie prowadzone jest wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019.1843 tj. z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp”.
3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
4. Do udzielania przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące dostaw.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku, szczegółowo wyspecyfikowanych w **załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć całość towaru na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego w Białymstoku, w sposób opisany w załączonym wzorze umowy.
3. Przedmiot zamówienia został podzielony na części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych:

Część 1.	Urządzenie do automatycznej kompresji klatki piersiowej
Część 2.	Urządzenie mierzące i rysujące wykres zmian stężenia CO2 w czasie
Część 3.	Defibrylator kliniczny bifazowy do działań pozaszpitalnych w zespołach ratownictwa medycznego

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w niniejszej SIWZ sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej).
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.
6. Liczba części zamówienia, na które Wykonawca może złożyć ofertę nie jest ograniczona.
7. Zamawiający nie wprowadza ograniczeń w zakresie maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy.
8. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
33100000-1 Urządzenia medyczne
33182000-9 Urządzenia do wspomaganie serca
33182100-0 Defibrylatory
33190000- 8 Różne urządzenia i produkty medyczne

III. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia: 21 dni od daty podpisania umowy.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu

1. **O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b Pzp, dotyczące:**

- 1.1 posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.
- 1.2 posiadania zdolności technicznych i zawodowych pozwalających na prawidłową realizację przedmiotu zamówienia - Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.
- 1.3 sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ.

Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12 Pzp.

2. Korzystanie z zasobów innego podmiotu:

- 2.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
- 2.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
 - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 - zgoda na wykorzystanie zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia w określony sposób i w określonym terminie.
- 2.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
- 2.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
- 2.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa pkt. 2.1, nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
 - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
 - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w pkt. 2.1.

V. Podstawy wykluczenia

- 1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, który nie wykaże braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 1 p. 13 – 23 Pzp.**

2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, który nie wykaze braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 p. 1 Pzp., tj.:

w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2019.243 t.j. z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U.2019.498 t.j. z późn. zm.).

Ocena spełniania warunków dotyczących braku podstaw wykluczenia dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY WRAZ Z OFERTA W CELU POTWIERDZENIA NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – w formie jednolitego dokumentu, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 4 do SIWZ**.

UWAGA:

1. *Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów,*
2. *w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,*
3. *dokumenty wskazane w pkt 1 i 2 muszą potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.*

POZOSTAŁE DOKUMENTY, KTÓRE WYKONAWCA MUSI ZAŁĄCZYĆ WRAZ Z OFERTA

- a. Wypełniony formularz ofertowy [**wg Załącznika nr 2a do SIWZ**];
- b. Wypełniony formularz cenowy [**wg Załącznika nr 3 do SIWZ**];
- c. Oświadczenie o spełnianiu dodatkowych parametrów technicznych [**wg Załącznika nr 2b do SIWZ**];
- d. Dowód wniesienia wadium;
- e. **Oryginał lub poświadczona notarialnie kopia pełnomocnictwa** do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień,

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie z dokumentów dołączonych do oferty powinno wynikać umocowanie osób podpisujących ofertę do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego albo ogólne umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniach, w tym zawierania umów w zakresie zamówień publicznych (dotyczy jedynie podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, tj. spółki cywilnej, konsorcjum).

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, KTÓRE WYKONAWCA PRZEKAZUJE ZAMAWIAJĄCEMU W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE

INTERNETOWEJ INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 PZP

- a) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej** o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. – według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 5 do SIWZ.**

Wraz ze złożeniem ww. oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

WYKAZ DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO, O KTÓRYM MOWA W ART.25 UST.1 PZP.

Do uzupełnienia dokumentów zostaną wezwani wyłącznie Wykonawcy, których oferta zostanie najwyższej oceniona, spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie Oświadczenia, wymienionego w Rozdziale VI.

Jednocześnie Zamawiający, w myśl art. 26 ust. 2f Pzp., zastrzega sobie prawo do wezwania każdego z Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania.

1. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.;
 - 1.1 W przypadku przedsiębiorców ubiegających się wspólnie o zamówienie, każdy z przedsiębiorców składa oddzielnie dokument wymieniony w pkt 1.
 - 1.2 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - 1.3 Dokumenty, o których mowa powyżej mogą zostać przedłożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 - 1.4 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2019.498 t.j. z późn. zm.).
2. Folder z opisem parametrów technicznych oferowanego urządzenia, w szczególności parametrów określonych w SIWZ w języku polskim dla każdej oferowanej części zamówienia 1, 2 i 3.
3. Instrukcję obsługi zaoferowanego urządzenia w języku polskim dla części 1, 2 i 3.
4. Dokument dopuszczające do obrotu w jednostkach medycznych na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. (Dz.U.2019.175 t.j. z późn. zm.) dla części 1, 2 i 3.

5. Oświadczenie o wymaganych prawem deklaracjach i certyfikatach CE potwierdzających możliwość obrotu oferowanymi produktami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Komisja Przetargowa sprawdzi, na podstawie załączonych folderów i dokumentów, czy zaoferowane urządzenia, spełniają wszystkie wymagania określone w SIWZ. Niezgodność zaoferowanego sprzętu z wymaganiami Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

Zgodnie z art. 24 aa ust. 1 i 2 Pzp. Zamawiający zastrzega sobie możliwość badania braku podstaw wykluczenia oraz faktu spełnienia warunków udziału w postępowaniu jedynie względem tego Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa powyżej będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

VII. Wymagania dotyczące wadium

1. Wykonawca składający ofertę w postępowaniu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
w części 1: 3.400,00 zł
w części 2: 190,00 zł
w części 3: 5.500,00zł
2. Wadium może być wniesione w:
 - pieniądzu,
 - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - gwarancjach bankowych,
 - gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 t.j. z późn. zm.).
3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok:

**Nr rachunku bankowego:
Santander Bank Polska S.A.: 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000.**

Na dokumencie potwierdzającym wniesienie wadium winna być umieszczona informacja:
„Wadium - przetarg na dostawę urządzeń medycznych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku”.

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. **Kwota wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.**

5. Na dokumencie będącym formą wadium dołączonym do oferty musi być wyraźnie określony przedmiot, którego wadium dotyczy **„Wadium - przetarg na dostawę urządzeń medycznych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku ”.**

6. Zwrot wadium:

- 6.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
 - 6.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 - 6.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
 - 6.4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę;
 - 6.5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu uprzednio zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
7. Zatrzymanie wadium:
- 7.1 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 - 7.2 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

VIII. Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego.
2. Oferta powinna być pod rygorem nieważności złożona w formie pisemnej. Ofertę sporządza się w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, zgodnie ze sposobem reprezentacji.
3. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w dokumentach rejestracyjnych.
 - 3.1. w przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w dokumencie rejestracyjnym lub przez notariusza;
 - 3.2. poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem);

- 3.3. w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.
4. W przypadku załączania do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, należy je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę w sposób opisany w pkt. 3 niniejszego rozdziału.
5. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.
6. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich).
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym w załącznikach do oferty) muszą być parafowane (podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający jej identyfikację (np. wraz z imienną pieczętą osoby ją sporządzającej).
8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 Pzp protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa;
- 8.1. przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2019.1010 t.j. z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;
- 8.2. Zamawiający zaleca, aby stosowne zastrzeżenie Wykonawca złożył na formularzu ofertowym;
- 8.3. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- 8.4. Wykonawca nie może zastrzec, m.in. informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 86 ust. 4 Pzp.);
- 8.5. Zamawiający ma prawo badać skuteczność dokonanego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa – w razie stwierdzenia, że dane informacje nie mogły być przez Wykonawcę zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa – zostaną one odtajnione przez Zamawiającego;
- 8.6. Udostępnieniu podlega protokół wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu mogą być udostępniane po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia;
- 8.7. Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na poniższych zasadach:

- osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego wnioski o udostępnienie treści protokołu lub/i załączników do protokołu,
 - Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione,
 - po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin i sposób udostępnienia protokołu lub/i załączników do protokołu, o czym poinformuje zainteresowanego.
9. W przypadku Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (dotyczy spółki cywilnej, konsorcjum) Zamawiający wymaga, aby:
- 9.1. ustanowili oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
 - 9.2. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane były wyłącznie z pełnomocnikiem;
 - 9.3. wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, a nie pełnomocnika;
 - 9.4. każdy z przedsiębiorców konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej złożył oddzielnie aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - 9.5. w przypadku, gdyby oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie została wybrana w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać przedstawienia umowy regulującej ich współpracę.
10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Pzp.

X. Termin związania ofertą

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i wynosi 30 dni.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89, pok. 214, w terminie najpóźniej do dnia 25.11.2019 r., do godz. 9.00.

Oferty należy składać w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.05.

1.1. Kopertę z ofertą należy zaadresować jak niżej:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia
Ratunkowego w Białymstoku

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

Oferta w postępowaniu na dostawę urządzeń medycznych na potrzeby SP ZOZ WSPR
w Białymstoku

DOSTARCZYĆ DO POKOJU 214 DO DNIA 25.11.2019 r. DO GODZ. 9.00

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 25.11.2019 r. GODZ. 9.15.

1.2. Koperta powinna być opatrzona także nazwą i adresem Wykonawcy.

1.3. Ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej należy przesłać w kopercie zaadresowanej w następujący sposób:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia
Ratunkowego w Białymstoku
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
Oferta w postępowaniu na dostawę urządzeń medycznych na potrzeby SP ZOZ WSPR
w Białymstoku
DOSTARCZYĆ DO POKOJU 214 DO DNIA 25.11.2019 r. DO GODZ. 9.00
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 25.11.2019 r. GODZ. 9.15.

1.4. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty, jako zwykłej korespondencji i niedostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca.

1.5. Wykonawca na życzenie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana została oferta.

1.6. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.11.2019r., w siedzibie Zamawiającego przy ul. Poleskiej 89, pok.119 o godzinie 9.15.

2.1. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

XII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami oraz informacje o sposobie porozumiewania się i przekazywania oświadczeń i dokumentów

1. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu są:
➤ W sprawach formalnych – Pani Marzena Dolistowska – tel.: (085) 66 37 344,
➤ <u>W sprawach merytorycznych – Pan Ryszard Hodun – tel.: (85) 66 37 359.</u>
➤ faks: 85-66-37-301 e-mail: przetargi@wspr.bialystok.pl
Informacje będą udzielane w godz. 8 ⁰⁰ – 14 ⁰⁰ z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca, osobiście, faksem lub drogą elektroniczną. Pisma należy przysyłać na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok. Doręczenie za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiste jest zastrzeżone dla oferty, jej zmian, poprawek, modyfikacji i uzupełnień.

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Termin udzielenia wyjaśnień – niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, Zamawiający prześle Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania i zamieści je na stronie internetowej www.pogotowie.bialystok.pl.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ.

5.1 dokonaną modyfikację Zamawiający prześle niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ;

5.2 w przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach.

6. Dokonane modyfikacje i wyjaśnienia SIWZ Zamawiający zamieści również na stronie internetowej www.pogotowie.bialystok.pl.

XIII. Zmiana i wycofywanie oferty

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma na piśmie powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek, itp. przed terminem składania ofert.
2. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia w tym zakresie.

XIV. Sposób obliczenia ceny

Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i obejmować dostawę całości zamawianego asortymentu na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.

XV. Opis kryteriów wyboru oferty z podaniem ich wag i opis sposobu oceny ofert

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Część 1

Cena ofertowa (Cof) – waga 60%

Obliczenia w ramach kryterium cena będą dokonywane wg wzoru:

$$C_{of} = \left(\frac{C_{min}}{C_{of\ bad}} \times 100pkt \right) \times 0,60$$

gdzie:

C_{min} – najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

$C_{of\ bad}$ – cena ofertowa brutto badanej oferty.

Możliwość zapisywania w pamięci przebiegu pracy urządzenia i raportu zdarzeń przesyłanych drogą radiową (P) - waga 5%

Wykonawca w tym kryterium może uzyskać 5%, w przypadku zaoferowania urządzenia posiadającego możliwość zapisywania w pamięci, przebiegu pracy urządzenia i raportu zdarzeń, przesyłanych drogą radiową, albo 0% w przypadku gdy urządzenie nie będzie posiadało takiej możliwości.

Częstotliwość uciśnień klatki piersiowej min. 100 / minutę (C) – waga 15%

Wykonawca w tym kryterium może uzyskać 15%, w przypadku zaoferowania urządzenia posiadającego możliwość uciśnięć klatki piersiowej w częstotliwości min. 100/minutę, albo 0% w przypadku gdy urządzenie nie będzie posiadało takiej możliwości.

Dodatkowy/e akumulator/y pozwalający/e w pełni zastąpić wszystkie, w zależności od ilości znajdujących się w danym modelu, ogniwo/a pozwalające na w pełni sprawną pracę urządzenia (A) – waga 5%

Wykonawca w tym kryterium może uzyskać 5%, w przypadku zaoferowania dodatkowego/ych akumulatora/ów albo 0%, w przypadku gdy dodatkowy/e akumulator/y nie zostanie/ły zaoferowany/e.

Możliwość kompresji klatki piersiowej dzieci i niemowląt (K) – waga 5%

Wykonawca w tym kryterium może uzyskać 5%, w przypadku zaoferowania urządzenia posiadającego możliwość kompresji klatki piersiowej dzieci i niemowląt, albo 0% w przypadku gdy urządzenie nie będzie posiadało takiej możliwości.

Waga gotowego zestawu poniżej 9kg (W) – waga 10%.

Wykonawca w tym kryterium może uzyskać 10%, w przypadku zaoferowania wagi gotowego zestawu poniżej 9 kg, albo 0%, w przypadku gdy zaoferowany gotowy zestaw będzie posiadał masę 9 kg i powyżej.

Łączna liczba punktów jaką otrzyma oferta będzie obliczona wg wzoru:

$$\text{SUMA} = C_{of} + P + C + A + K + W$$

Część 2

Cena ofertowa (Cof) – waga 60%

Obliczenia w ramach kryterium cena będą dokonywane wg wzoru:

$$C_{of} = \left(\frac{C_{min}}{C_{of\ bad}} \times 100\text{pkt} \right) \times 0,60$$

gdzie:

C_{min} – najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

$C_{of\ bad}$ – cena ofertowa brutto badanej oferty.

Jaskrawy kolor obudowy pozwalający na bezpieczne obchodzenie się z urządzeniem podczas działań w terenie nieoświetlonym (K) – waga 10%

Wykonawca w tym kryterium może uzyskać 10%, w przypadku zaoferowania urządzenia posiadającego jaskrawy kolor obudowy, pozwalający na bezpieczne obchodzenie się z urządzeniem podczas działań w terenie nieoświetlonym, albo 0% w przypadku gdy urządzenie nie będzie w kolorze pozwalającym na bezpieczne obchodzenie się z urządzeniem podczas działań w terenie nieoświetlonym.

Możliwość szybkiej wymiany baterii na ogólnodostępne ogniwa komercyjne (B) - waga 20%

Wykonawca w tym kryterium może uzyskać 20%, w przypadku zaoferowania urządzenia posiadającego możliwość szybkiej wymiany baterii na ogólnodostępne ogniwa komercyjne, albo 0% w przypadku gdy urządzenie nie będzie posiadało takiej możliwości.

Możliwość pomiaru EtCO2 w strumieniu głównym (P) - waga 10%

Wykonawca w tym kryterium może uzyskać 10% w przypadku, gdy urządzenie umożliwi pomiar EtCO2 w strumieniu głównym albo 0%, w przypadku gdy urządzenie nie posiada takiej możliwości.

Łączna liczba punktów jaką otrzyma oferta będzie obliczona wg wzoru:

$$\text{SUMA} = C_{\text{of}} + K + B + P$$

Część 3

Cena ofertowa (Cof) – waga 60%

Obliczenia w ramach kryterium cena będą dokonywane wg wzoru:

$$C_{\text{of}} = \left(\frac{C_{\text{min}}}{C_{\text{of bad}}} \times 100\text{pkt} \right) \times 0,60$$

gdzie:

C_{min} – najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

$C_{\text{of bad}}$ – cena ofertowa brutto badanej oferty.

Waga gotowego do pracy zestawu poniżej 8 kg, z łyżkami „twardymi” i torbą na akcesoria (W) - waga 5%

Wykonawca w tym kryterium może uzyskać 10% w przypadku zaoferowania wagi gotowego zestawu poniżej 8 kg, albo 0% w przypadku, gdy zaoferowany gotowy zestaw, będzie posiadał wagę 8 kg i powyżej.

Możliwość wykonania min. 300 defibrylacji z maksymalną energią w pełni naładowanych akumulatorów bez konieczności ich przepinania (S) – waga 5%

Wykonawca w tym kryterium może uzyskać 5%, w przypadku zaoferowania urządzenia posiadającego możliwość wykonania min. 300 defibrylacji z maksymalną energią w pełni naładowanych akumulatorów, bez konieczności ich przepinania, albo 0% w przypadku gdy urządzenie nie będzie posiadało takiej możliwości.

Wewnętrzna pamięć umożliwiająca zapis minimum 45 pojedynczych rekordów z krzywymi z funkcją ciągłości zapisu / nadpisywania (P) - waga 5%

Wykonawca w tym kryterium może uzyskać 5% w przypadku, gdy urządzenie posiada wewnętrzną pamięć, umożliwiającą zapis minimum 45 pojedynczych rekordów z krzywymi z funkcją ciągłości zapisu/nadpisywania albo 0%, w przypadku gdy urządzenie nie posiada takiej pamięci.

Wyposażony w łyżki „twarde” z możliwością defibrylacji pacjentów dorosłych, dzieci, niemowląt z możliwością wyboru energii z łyżek, defibrylacji, oraz włączenia drukarki i zapisu EKG bez odrywania łyżek od ciała pacjenta (D) – waga 5%

Wykonawca w tym kryterium może uzyskać 5%, w przypadku zaoferowania urządzenia wyposażonego w łyżki „twarde” z możliwością defibrylacji pacjentów dorosłych, dzieci, niemowląt z możliwością wyboru energii z łyżek, defibrylacji, oraz włączenia drukarki i zapisu EKG bez odrywania łyżek od ciała pacjenta, albo 0% w przypadku gdy urządzenie nie będzie posiadało ww. wyposażenia.

Dodatkowy/e akumulator/y pozwalający/e w pełni zastąpić wszystkie, w zależności od ilości znajdujących się w danym modelu, ogniwo/a pozwalające na w pełni sprawna pracę urządzenia (A) – waga 5%

Wykonawca w tym kryterium może uzyskać 5%, w przypadku zaoferowania dodatkowego/ych akumulatora/ów albo 0%, w przypadku gdy dodatkowy/e akumulator/y nie zostanie/ły zaoferowany/e.

Ekran główny o przekątnej powyżej 8,1 cala (E) - waga 5%

Wykonawca w tym kryterium może uzyskać 5%, w przypadku zaoferowania urządzenia, które będzie posiadało ekran o przekątnej powyżej 8,1 cala, albo 0% w przypadku, gdy urządzenie nie będzie posiadało ekranu o przekątnej powyżej 8,1 cala.

Ładowanie akumulatorów w urządzeniu lub zewnętrznej ładowarce od 0 do 100% w czasie nie dłuższym niż 2 godziny (L) - waga 5%

Wykonawca w tym kryterium może uzyskać 5% w przypadku, gdy urządzenie umożliwia ładowanie akumulatorów w urządzeniu lub zewnętrznej ładowarce od 0 do 100% w czasie nie dłuższym niż 2 godziny, albo 0% w przypadku, gdy urządzenie nie posiada takiej możliwości.

Analiza zapisu 12 odprowadzeniowego EKG z funkcją interpretacji (Z) – waga 5%

Wykonawca w tym kryterium może uzyskać 5% w przypadku, gdy urządzenie posiada funkcje analizy zapisu 12 odprowadzeniowego EKG z funkcją interpretacji, albo 0% w przypadku, gdy urządzenie nie posiada takiej funkcji.

Łączna liczba punktów jaką otrzyma oferta będzie obliczona wg wzoru:

$$\text{SUMA} = C_{of} + W + S + P + D + A + E + L + Z$$

2. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. (tj.100%) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w Pzp. oraz SIWZ i uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu. Oferta ta zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
4. Jeśli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryterium ceny i terminu dostawy, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
5. W toku oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. Ewentualne wyjaśnienia, dotyczące rażąco niskiej ceny, udzielane są wyłącznie w formie pisemnej.

XVI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu postępowania, a także o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, jak również o terminie, określonym w art. 94 ust. 1 lub 2 Pzp., po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie również zamieszczona na stronie internetowej www.pogotowie.bialystok.pl.
2. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.

3. W przypadku, gdyby została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy spółki cywilnej i konsorcjum), Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać przedstawienia umowy regulującej ich współpracę.

XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp., przysługuje prawo do wniesienia środków ochrony prawnej określonych w Dziale VI Pzp.

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

- 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
- 2) określenia warunków udziału w postępowaniu;
- 3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
- 4) odrzucenia oferty odwołującego;
- 5) opisu przedmiotu zamówienia;
- 6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wykonawca na podstawie art. 181 ust. 1 Pzp. może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodności z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechania czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

Załącznik nr 1 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - parametry wymagane -	
Urządzenie do automatycznej kompresji klatki piersiowej - 3 szt.	
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji, nie starszy niż 2019
2.	Urządzenie przenośne przeznaczone do mechanicznej resuscytacji krążeniowo-oddechowej osób dorosłych
3.	Prowadzenie ucisków klatki piersiowej w trybie 30 ucisków / 2 oddechy ratownicze oraz możliwość pracy w trybie ciągłym
4.	Cykl pracy: 50% kompresja / 50% dekompresja
5.	Zasilanie akumulatorowe, wskaźnik poziomu naładowania
6.	Czas pracy na 1 akumulatorze min. 30 minut
7.	Akumulator bez efektu pamięci
8.	Możliwość zamocowania urządzenia wraz z pacjentem do noszy, deski ortopedycznej
9.	Możliwość zasilania z instalacji 230V prądu przemiennego jak i 12V prądu stałego
10.	Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta
11.	Możliwość pracy w warunkach pracy zespołu ratownictwa medycznego RTM / warunki zewnętrzne pozaszpitalne / w ambulansie drogowym
12.	Warunki pracy urządzenia w standardzie min. IP43
13.	Odporne na działanie źródeł fal radiowych typu radia nasobne, telefony komórkowe będących na wyposażeniu członków zespołu ratownictwa medycznego podczas pracy na pacjencie
14.	Wyposażenie: plecak transportowy na urządzenie i akcesoria
15.	Minimum 4 darmowe przeglądy okresowe / roczne
16.	Szkolenie 8 godzinne personelu z obsługi urządzenia
17.	Minimalna gwarancja – 24 miesiące
18.	Instrukcja obsługi w języku polskim – na wezwanie Zamawiającego
19.	Gwarancja i paszport techniczny podbity datą nie wcześniej niż data fizycznego otrzymania sprzętu i podpisania protokołu odbioru ilościowo-jakościowego - dokumenty przekazane wraz z dostawą urządzeń
- parametry dodatkowo punktowane-	
1.	Możliwość zapisywania w pamięci przebieg pracy urządzenia i raport zdarzeń przesyłany drogą radiową (parametr niewymagany, punktowany – waga 5%)
2.	Częstotliwość uciśnień klatki piersiowej min. 100 / minutę (parametr niewymagany, punktowany - waga 15%)

3.	Dodatkowy akumulator/y pozwalający/e w pełni zastąpić wszystkie, w zależności od ilości znajdujących się w danym modelu, ogniwo/a pozwalające na w pełni sprawną pracę urządzenia (parametr niewymagalny, punktowany – waga 5%)
4.	Możliwość kompresji klatki piersiowej dzieci i niemowląt (parametr niewymagalny, punktowany - 5%)
5.	Waga gotowego zestawu poniżej 9kg (parametr niewymagany, punktowany - waga 10%)

Część 2 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - parametry wymagane -	
Urządzenie mierzące i rysujące wykres zmian stężenia CO2 w czasie – 2 sztuki:	
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji, nie starszy niż 2019
2.	Posiada alarmy dźwiękowy i graficzny informujący o: braku oddechu, wysokim i niskim poziomie EtCO2, stanie naładowania baterii oraz braku i niedrożności złączki.
3.	Wysoka wydajność urządzenia - do 10 godzin normalnej pracy na baterii
4.	Zakres pomiarowy: o CO2 0-99 mmHg o RR 3-150 bmp
5.	Dokładność pomiaru: o CO2 0-40mmHg +2 mmHg o RR +1bmp
6.	Zasilanie: o Bateriajny (możliwość łatwej wymiany)
7.	Warunki pracy i przechowywania: o Temperatura pracy w min. spektrum -5 / +45 stopni C o Temperatura przechowywania w min. spektrum -30 / +70 stopni C
8.	Parametry: o Waga max 75g z baterią o Niewielkie wymiary / kieszonkowe o Wyposażone w ochronny pokrowiec umożliwiający bezpieczne przechowywanie urządzenia
9.	Minimalna gwarancja – 24 miesiące
10.	Gwarancja podbita datą nie wcześniej, niż data fizycznego otrzymania sprzętu i podpisania protokołu odbioru ilościowo - jakościowego - dokumenty przekazane wraz z dostawą urządzeń.
- parametry dodatkowo punktowane-	
1.	Jaskrawy kolor obudowy pozwalający na bezpieczne obchodzenie się z urządzeniem podczas działań w terenie nieoświetlonym (parametr niewymagany, punktowany - waga 10%)
2.	Możliwość szybkiej wymiany baterii na ogólnodostępne ogniwa komercyjne (parametr niewymagany, punktowany - waga 20%)
3.	Możliwość pomiaru EtCO2 w strumieniu głównym (parametr niewymagany, punktowany - waga 10%)

**Część 3 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
- parametry wymagane -**

Defibrylator kliniczny bifazowy do działań pozaszpitalnych w zespołach ratownictwa medycznego – 4 sztuki

1.	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019
2.	Wyposażony w uchwyt mocujący defibrylator do ściany ambulansu zgodny z normą PN EN 1789
3.	Funkcje defibrylacji, stymulacji, kardiowersji zgodne z wymogami ERC/AHA
4.	Możliwość ustawienia urządzenia w trybie AED
5.	Temperatura pracy min. parametry 0 – 45 C.
6.	Czas ładowania kondensatora podczas defibrylacji do maks. energii poniżej 10 sekund
7.	Wyświetlanie jednocześnie min. 3 krzywych dynamicznych
8.	Wbudowany moduł NiBP z 1 mankietem dla dorosłych i 1 dla dzieci, łatwym do dezynfekcji
9.	Pomiar NiBP na żądanie jak i automatyczny w odstępach czasowych od 2 do 60 minut
10.	Warunki pracy urządzenia w standardzie min. IP44
11.	Czujnik SpO2 dla dorosłych typu klips w technologii Masimo SET
12.	Czujnik SpO2 dla dzieci i niemowląt typu Y w technologii Masimo SET
13.	Po 10 kompletów elektrod wielofunkcyjnych dla dorosłych i dzieci
14.	Szerokość papieru min 80 mm
15.	Defibrylator wyposażony w modem GSM umożliwiający wysłanie diagnostycznego zapisu 12 odprowadzeniowego EKG do najbliższych ośrodków kardiologii
16.	Kabel wielofunkcyjny do defibrylacji i stymulacji elektrodami jednorazowymi
17.	Akumulatory bez efektu pamięci
18.	2 komplety 12 odprowadzeniowych kabli EKG na każde urządzenie
19.	Funkcja autotestu
20.	Torba na akcesoria przytwierdzona do urządzenia
21.	Koszt utrzymania transmisji zapisu 12 odprowadzeniowego EKG (infrastruktura) z wyłączeniem opłaty za usługi GSM (karta SIM itd.) ponosi Wykonawca przez okres min. 7 lat.
22.	Minimum 4 darmowe przeglądy okresowe / roczne
23.	8 godzinne szkolenie personelu z obsługi urządzenia
24.	Minimalna gwarancja – 24 miesiące
25.	Gwarancja i paszport techniczny podbite datą nie wcześniej niż data fizycznego otrzymania sprzętu i podpisania protokołu odbioru ilościowo-jakościowego - dokumenty przekazane wraz z dostawą urządzeń

- parametry dodatkowo punktowane-

1.	Waga gotowego do pracy zestawu poniżej 8 kg, z łyżkami „twardymi” i torbą na akcesoria (parametr niewymagany, punktowany – waga 5%)
2.	Możliwość wykonania min. 300 defibrylacji z maksymalną energią w pełni naładowanych akumulatorów bez konieczności ich przepinania (parametr niewymagany, punktowany – waga 5%)
3.	Wewnętrzna pamięć umożliwiająca zapis minimum 45 pojedynczych rekordów z krzywymi z funkcją ciągłości zapisu/nadpisywania bez wymaganego czyszczenia/formatowania pamięci (parametr niewymagany, punktowany – waga 5%)
4.	Wyposażony w łyżki „twarde” z możliwością defibrylacji pacjentów dorosłych, dzieci, niemowląt z możliwością wyboru energii z łyżek, defibrylacji, oraz włączenia drukarki i zapisu EKG bez odrywania łyżek od ciała pacjenta (parametr niewymagany, punktowany – waga 5%)
5.	Ekran główny o przekątnej powyżej 8,1 cala (parametr niewymagany, punktowany – waga 5%)

6.	Dodatkowy akumulator/y pozwalający/e w pełni zastąpić wszystkie, w zależności od ilości znajdujących się w danym modelu, ogniwo/a pozwalające na w pełni sprawną pracę urządzenia (parametr niewymagalny, punktowany – waga 5%)
7.	Ładowanie akumulatorów w urządzeniu lub zewnętrznej ładowarce od 0 do 100% w czasie nie dłuższym niż 2 godziny (parametr niewymagany, punktowany - waga 5%)
8.	Analiza Zapisu 12 odprowadzeniowego EKG z funkcją interpretacji (parametr niewymagany, punktowany - waga 5%)

....., dnia

**Do
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego
w Białymstoku**

.....
Pieczętka firmowa Wykonawcy

Kategoria przedsiębiorstwa: **małe / średnie/inne ***

przedsiębiorstwo średnie – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR,
przedsiębiorstwo małe - przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR,

Adres email do kontaktów z Zamawiającym:

Odpowiadając na zaproszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę urządzeń medycznych do SP ZOZ WSPR w Białymstoku** (nr sprawy: EOP.332.23.19) oświadczamy, iż:

1. Oferujemy wykonanie dostawy będącej przedmiotem niniejszego postępowania za cenę:

W CZEŚCI 1

..... zł brutto (słownie:
.....); tj. netto:.....zł

(słownie:)

W CZEŚCI 2

..... zł brutto (słownie:
.....); tj. netto:.....zł

(słownie:)

W CZEŚCI 3

..... zł brutto (słownie:
.....); tj. netto:.....zł

(słownie:)

2. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;

3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 do SIWZ;
4. Oświadczamy, iż autoryzowany serwis oferowanego sprzętu medycznego mieści się na (podać nazwę, adres, telefon kontaktowy), tj:
 - w części 1:.....
 -
 - w części 2:.....
 -
 - w części 3:.....
 -
5. Zapoznaliśmy się z treścią SIWZ (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte;
6. Oświadczam, że jestem/nie jestem* czynnym podatnikiem podatku VAT. W przypadku zmiany statusu VAT Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, powiadomić o tym Zamawiającego
7. Zamówienie realizować będziemy z udziałem podwykonawców w części¹:
 - a)
 - b)
 - c)
7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ;
8. W przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
9. Oferta została złożona na.... stronach, kolejno ponumerowanych od nr do nr ;
10. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty²:
 - a)
 - b)
 - c)
 - d)
11. Tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która nie będzie podlegać udostępnieniu są następujące informacje³:
 - a)
 - b)
 - c).....

¹ W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje niższy, niż wymagany przez Zamawiającego termin dostawy, Zamawiający uzna, że został zadeklarowany 24 godzinny termin dostawy. W przypadku gdy Wykonawca nie zadeklaruje terminu dostawy, Zamawiający uzna, że został zadeklarowany 72 godzinny termin dostawy.

² Jeżeli Wykonawca zamierza wykonać całość zamówienia siłami własnymi, nie wypełnia przedmiotowego punktu lub wpisuje formułę np. „nie dotyczy”.

³ Jeżeli dołączane są kopie dokumentów, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

³ Należy wymienić dokumenty lub ich części, albo podać numery stron, na których znajdują się informacje, będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W przypadku zastrzeżenia informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa Wykonawca ma obowiązek najpóźniej na dzień składania ofert wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

.....
(podpis Wykonawcy)

12. Klauzula informacyjna dla Wykonawców biorących udział w postępowaniach ogłaszanych przez SP ZOZ WSPR w Białymstoku.

Oświadczam, że przed podpisaniem zapoznałem się z klauzulą informacyjną znajdującą się poniżej. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzach ofertowych, innych dokumentach składanych na wezwanie w trakcie trwania postępowania oraz danych zawartych w umowie przez SP ZOZ WSPR w Białymstoku celu przeprowadzenia postępowań udzielenia zamówienia publicznego w trybie ustawy Pzp.

.....
(podpis Wykonawcy)

13. Klauzula informacyjna:

- 1) Administratorem danych jest SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
- 2) Kontakt do inspektora ochrony danych
e-mail – IOD@wspr.bialystok.pl tel. 85 663 73 01
- 3) Dane są zbierane w celu kontaktowania się z Wykonawcami postępowania, oraz w celu sprawozdawczości przekazywanej do UZP i UPUE,
- 4) Pozyskiwanie danych wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. art. 6 pkt.1 ust a-b, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
- 5) Dane mogą być przekazywane następującym odbiorcom: inni Wykonawcy postępowania, osobom, które wystąpią o wgląd do dokumentacji postępowania na mocy Ustawy o dostępie do informacji publicznej, Urzędowi Zamówień Publicznych i Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej;
- 6) Dane będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie postępowania. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, SP ZOZ WSPR w Białymstoku przechowywać będzie umowę przez cały czas jej trwania.
- 7) Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do własnych danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych;
- 8) Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
- 9) Podanie danych zawartych w formularzu jest wymogiem ustawowym w związku z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych.
- 10) Dane wprowadzone do systemu informatycznego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu.

.....
/podpis Wykonawcy/

Załącznik nr 2b do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu dodatkowych parametrów technicznych
(uzupełnioną tabelę należy dołączyć do oferty)

CZEŚĆ 1 - Urządzenie do automatycznej kompresji klatki piersiowej - 3 szt.

L.p	Parametr nie wymagany ale dodatkowo punktowany	Potwierdzenie parametru dodatkowo punktowanego (niewłaściwe skreślić lub prawidłowe zaznaczyć w kółku)
1.	Możliwość zapisywania w pamięci przebiegu pracy urządzenia i raportu zdarzeń przesyłanych drogą radiową (-waga 5%)	TAK/NIE
2.	Częstotliwość uciśnień klatki piersiowej min. 100/minutę (- waga 15%)	TAK/NIE
3.	Dodatkowy/e akumulator/y pozwalający/e w pełni zastąpić wszystkie, w zależności od ilości znajdujących się w danym modelu, ogniwo/a pozwalające na w pełni sprawną pracę urządzenia (- waga 5%)	TAK/NIE
4.	Możliwość kompresji klatki piersiowej dzieci i niemowląt (- waga 5%)	TAK/NIE
5.	Waga gotowego zestawu poniżej 9kg (- waga 10%)	TAK/NIE

.....
Pieczęć firmy

.....
Podpis uprawnionego przedstawiciela

CZEŚĆ 2 - Urządzenie mierzące i rysujące wykres zmian stężenia CO2 w czasie - 2 sztuki

L.p	Parametr nie wymagany ale dodatkowo punktowany	Potwierdzenie parametru dodatkowo punktowanego (niewłaściwe skreślić lub prawidłowe zaznaczyć w kółku)
1.	Jaskrawy kolor obudowy pozwalający na bezpieczne obchodzenie się z urządzeniem podczas działań w terenie nieoświetlonym (- waga 10%)	TAK/NIE
2.	Możliwość szybkiej wymiany baterii na ogólnodostępne ogniwa komercyjne (- waga 20 %)	TAK/NIE
3.	Umożliwia pomiar EtCO2 w strumieniu głównym (- waga 10%)	TAK/NIE

.....
Pieczęć firmy

.....
Podpis uprawnionego przedstawiciela

CZEŚĆ 3 - Defibrylator kliniczny bifazowy do działań pozaszpitalnych w zespołach ratownictwa medycznego – 4 sztuki

L.p.	Parametr nie wymagany ale dodatkowo punktowany	Potwierdzenie parametru dodatkowo punktowanego (niewłaściwe skreślić lub prawidłowe zaznaczyć w kółku)
1.	Waga gotowego do pracy zestawu poniżej 8 kg (- waga 5%)	TAK/NIE
2.	Możliwość wykonania min. 300 defibrylacji z maksymalną energią w pełni naładowanych akumulatorów bez konieczności ich przepinania (- waga 5%)	TAK/NIE
3.	Wewnętrzna pamięć umożliwiająca zapis minimum 45 pojedynczych rekordów z krzywymi z funkcją ciągłości zapisu/nadpisywania bez wymaganego czyszczenia – formatowania pamięci (- waga 5%)	TAK/NIE
4.	Wyposażony w łyżki „twarde” z możliwością defibrylacji pacjentów dorosłych, dzieci, niemowląt z możliwością wyboru energii z łyżek, defibrylacji, oraz włączenia drukarki i zapisu EKG bez odrywania łyżek od ciała pacjenta (- waga 5%)	TAK/NIE
5.	Ekran główny o przekątnej powyżej 8,1 cala (E) (- waga 5%)	TAK/NIE
6.	Dodatkowy akumulator/y pozwalający/e w pełni zastąpić wszystkie, w zależności od ilości znajdujących się w danym modelu, ogniwo/a pozwalające na w pełni sprawną pracę urządzenia (- waga 5%)	TAK/NIE
7.	Ładowanie akumulatorów w urządzeniu lub zewnętrznej ładowarce od 0 do 100% w czasie nie dłuższym niż 2 godziny (- waga 5%)	TAK/NIE
8.	Analiza zapisu 12 odprowadzeniowego EKG z funkcją interpretacji (- waga 5%)	TAK/NIE

.....
Pieczęć firmy

.....
Podpis uprawnionego przedstawiciela

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy

.....
pieczęć Wykonawcy

L.p.	Asortyment	Producent, model, typ, rok produkcji	Ilość (szt.)	Cena jednostkowa netto (zł)	Cena jednostkowa brutto(zł)	Wartość netto (zł) kol. 4 x kol. 5	Stawka VAT %	Wartość brutto (zł) (kol. 7 x VAT) + kol. 7
Część 1 – Urządzenie do automatycznej kompresji klatki piersiowej								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urządzenie do automatycznej kompresji klatki piersiowej		3					

Całkowita wartość zamówienia w części 1 wynosi zł netto tj. zł brutto

L.p.	Asortyment	Producent, model, typ, rok produkcji	Ilość (szt.)	Cena jednostkowa netto (zł)	Cena jednostkowa brutto(zł.)	Wartość netto (zł) kol. 4 x kol. 5	Stawka VAT %	Wartość brutto (zł) (kol. 7 x VAT) + kol. 7
Część 2 – Urządzenie mierzące i rysujące wykres zmian stężenia CO2 w czasie								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urządzenie mierzące i rysujące wykres zmian stężenia w czasie CO2		2					

Całkowita wartość zamówienia w części 2 wynosi zł netto tj. zł brutto

L.p.	Asortyment	Producent, model, typ, rok produkcji	Ilość (szt.)	Cena jednostkowa netto (zł)	Cena jednostkowa brutto(zł.)	Wartość netto (zł) kol. 4 x kol. 5	Stawka VAT %	Wartość brutto (zł) (kol. 7 x VAT) + kol. 7
Część 3 – Defibrylator kliniczny								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Defibrylator kliniczny bifazowy do działań pozaszpitalnych w zespołach ratownictwa medycznego		4					

Całkowita wartość zamówienia w części 3 wynosi zł netto tj. zł brutto

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy cz.1, cz. 2, cz.3*

zawarta w dniu w Białymstoku

pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacją Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, NIP 542-25-03-045, KRS 0000179636

reprezentowaną przez:

Dyrektora – Bogdana Kalickiego

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

.....

reprezentowaną przez:

.....

zwaną dalej „Wykonawcą”,

§ 1

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę urządzeń medycznych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku”, nr postępowania EOP.332.23.19, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu urządzeń medycznych, wyszczególnionych z podaniem cen w Załączniku nr 3 do SIWZ (Formularz cenowy), który staje się odpowiednio załącznikiem nr 1 do umowy (w części: 1, 2, 3*) oraz spełniających parametry techniczne wskazane w Załączniku nr 1 do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) oraz w Załączniku nr 2b do SIWZ (Oświadczenie o spełnianiu dodatkowych parametrów technicznych).

§ 2

1. Przedmiot zamówienia, zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego w terminie do: **21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy**.
2. Dostawa towarów odbędzie się w terminie ustalonym z osobą koordynującą wykonanie umowy, wskazaną w § 5.
3. Dokonana dostawa zostanie potwierdzona protokołem odbioru ilościowo – jakościowego, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli obu stron bez zastrzeżeń.
Odbiór ilościowo-jakościowy nastąpi w terminie do 2 dni roboczych liczonych od terminu dostawy przedmiotu umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że towar będący przedmiotem umowy jest nowy, odpowiada swemu przeznaczeniu i spełnia wymogi określone w normach jakościowych, przewidzianych dla tego rodzaju towaru.
5. Wykonawca sprzedaje i dostarcza towar fabrycznie nowy, rok produkcji nie straszy niż 2019r., nieużywany, nienaprawiany, wolny od wad i usterek, sprzęt kompletny, który będzie gotowy

do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). Towar spełnia wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone w obowiązujących przepisach prawnych na terenie Polski i Unii Europejskiej.

6. Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do przeprowadzenia na rzecz Zamawiającego szkolenia dla personelu medycznego z obsługi dostarczonych urządzeń medycznych – min. 8 godz.(dotyczy części 1 i 2)
7. Dokładny termin i miejsce szkolenia (z zastrzeżeniem, iż miejsce szkolenia będzie zlokalizowane w m. Białystok) zostanie wskazane przez Wykonawcę na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia.
8. Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia bezpłatnego przeglądu technicznego - minimum 4 darmowe przeglądy okresowe/roczne (dotyczy części 1 i 2).
9. Wykonawca oświadcza, iż oferowany towar posiada oznaczenie CE, jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, posiada wymagane deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, świadectwa rejestracji. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży niezwłocznie, nie dalej jak w terminie 3 dni roboczych, stosowne dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim.
10. Wykonawca oświadcza, że Defibrylator kliniczny z uchwytem do przenoszenia oraz mocowaniem do ściany ambulansu jest zgodny z normą PN EN 1789. Wykonawca posiada deklarację zgodności z PN EN 1789 i okaże dokument na każde wezwanie Zamawiającego (dotyczy części 3) w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania.

§ 3

1. Wraz z przedmiotem dostawy Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument gwarancyjny (dokumenty gwarancyjne) na zasadach wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia i ust. 2 niniejszego paragrafu.
2. Okres ochrony gwarancyjnej na towar objęty umową wynosi min. 24 miesiące.
3. Zgłoszenia gwarancyjne będą przekazywane Wykonawcy na nr tel..... lub mailem:.....oraz do autoryzowanego serwisu wskazanego w ust.3.
4. Wykonawca wskazuje, iż autoryzowany serwis, oferowanego sprzętu medycznego, (nazwa, adres i tel. punktu serwisowego):
w części 1:.....
.....
w części 2:.....
.....
w części 3:.....
.....
5. Zamawiający wymaga aby naprawa gwarancyjna była wykonana w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.
6. W przypadku, gdy w wyniku awarii lub usterki objętej gwarancją Zamawiający nie ma możliwości korzystania z danego sprzętu przez okres dłuższy niż 7 dni, licząc od chwili

zgłoszenia Wykonawcy awarii lub usterki, Wykonawca na swój koszt zapewni Zamawiającemu na czas naprawy możliwość korzystania z urządzenia zastępczego o takich samych lub lepszych parametrach technicznych.

7. W przypadku naprawy lub wymiany towaru, jego części (podzespołu) termin gwarancji na ten towar, część (podzespół) biegnie na nowo od dnia dokonania naprawy/wymiany.
8. Czas naprawy lub wymiany wyłączony jest z okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji będzie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy lub wymiany.
9. Wszelkie koszty naprawy, w okresie gwarancji) w tym koszty transportu, ponosi Wykonawca.
10. Ewentualne przysługujące Zamawiającemu roszczenia z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego z tytułu rękojmi na zasadach wskazanych w kodeksie cywilnym.

§ 4

1. Strony ustalają, iż wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy wynosi:
w część 1: netto (.....),
tj. zł brutto (słownie:.....),
w część 2: netto (.....),
tj. zł brutto (słownie:.....),
w część 3: netto (.....),
tj. zł brutto (słownie:.....),
2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy,
w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, uwzględniającej obowiązującą stawkę podatku VAT wraz z protokołem odbioru ilościowo-jakościowego, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli obu stron bez zastrzeżeń.
3. Wykonawca oświadcza, iż wyżej wskazany rachunek bankowy jest zgłoszony we właściwym dla niego organie podatkowym w ramach zgłoszenia identyfikacyjnego lub zgłoszenia aktualizacyjnego, w szczególności w ramach uwidocznionych w „białej księdze podatników”.
4. W przypadku korzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania do wystawiania i przysyłania Zamawiającemu e-faktur, zobowiązuje się Wykonawcę do wypełnienia na PEF „Odbiorca towaru/usługi” danymi Zamawiającego, w tym nr NIP i przesłania ustrukturyzowanej faktury VAT lub przesłania faktur na adres faktury@wspr.bialystok.pl, podpisanej podpisem kwalifikowanym lub dostarczenia faktury w formie papierowej.
5. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia oraz otrzymania faktury korygującej VAT bez obowiązku płacenia odsetek z tytułu niedotrzymania terminu zapłaty.
6. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w toku realizacji niniejszej umowy, cena ofertowa brutto nie ulegnie wzrostowi.

7. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest* czynnym podatnikiem podatku VAT. W przypadku zmiany statusu VAT Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, powiadomić o tym Zamawiającego.
8. Za dzień dokonania płatności strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 5

1. Osobami koordynującymi wykonanie niniejszej umowy będą:
ze strony Zamawiającego –, tel.,
email:.....
ze strony Wykonawcy -, tel.,
email:.....

§ 6

1. Zamawiający naliczy kary umowne Wykonawcy:
 - a. w wysokości 10 % wartości umowy brutto, w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę,
 - b. w wysokości 10 % wartości umowy brutto, w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,
 - c. w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto w danej części, w przypadku opóźnienia w dostawie towaru, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
 - d. 0,2 % wartości umowy brutto w danej części, w przypadku opóźnienia w dostawie towarów reklamowanych, lub w przypadku dostawy towaru niezgodnego z wymaganiami Zamawiającego, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

W przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy reklamacyjnej, Zamawiający odstąpi od naliczania kar z tytułu opóźnienia w dostawie towarów reklamowanych.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
3. Jeżeli wysokość naliczonych przez Zamawiającego kar umownych nie pokryje szkody poniesionej przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 7

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w całości lub w jej części w razie wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

4. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
6. Integralną część niniejszej umowy stanowią:
 - a) załącznik nr 1 – Formularz cenowy Wykonawcy (zał. nr 3 do SIWZ)
 - b) załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ)
 - c) załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu dodatkowych parametrów technicznych (zał. nr 2b do SIWZ),
 - d) Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy Wykonawcy (zał. nr 2a do SIWZ)
 - e) Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5 do SIWZ

Składając ofertę do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawę urządzeń medycznych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku nr EOP.332.23.19**, działając w imieniu i na rzecz:

.....
.....
.....
.....
.....

(nazwa wykonawcy/wykonawców)

zwanego/yh dalej w niniejszym piśmie Wykonawcą, informuje/my, iż Wykonawca*:

nie należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2019.369 t.j. z późn. zm.)/ lub

należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2019.369 t.j. z późn. zm.)

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może wykazać, że istniejące z innym wykonawcą powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

* zaznaczyć właściwą odpowiedź lub niewłaściwe odpowiedzi skreślić

..... dnia

.....
podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela

Załącznik nr 6 do SIWZ

Zgodnie z art. 12 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

- 1) Administratorem danych jest SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok; email: sekretariat@wspr.bialystok.pl, tel. 85 663 73 01;
- 2) Kontakt do Inspektora Danych Osobowych - e-mail – iod@wspr.bialystok.pl;
- 3) Dane są zbierane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez SP ZOZ WSPR w Białymstoku, co oznacza w szczególności:
 - a) zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy,
 - b) obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
- 4) Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z SP ZOZ WSPR w Białymstoku na podstawie zawartych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych tj. w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne.;
- 5) Dane będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej Umowy;
- 6) Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do własnych danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych;
- 7) Wspomniane prawa można zrealizować za pomocą pisemnych wniosków znajdujących się na stronie www.pogotowie.bialystok.pl lub w sekretariacie SP ZOZ WSPR, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok;
- 8) Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
- 9) Podanie danych zawartych w umowie jest niezbędne w związku z jej realizacją;
- 10) Dane wprowadzone do systemu informatycznego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu;
- 11) Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;
- 12) Oświadczam, iż zapoznałem się z ww informacją, podpisując niniejszą umowę akceptuję jej treść.