



Białystok, 27 listopada 2019 r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
na dostawę urządzeń medycznych na potrzeby
SP ZOZ WSPR w Białymstoku**

EOP.332.23.19

DOTYCZY: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. 2019.1843 tj. z późn. zm.) w związku z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 19:

Zamawiający przychylił się do sugestii jednego z Oferentów, że należy wobec faktu iż aparat do mechanicznej kompresji jest wyrobem medycznym, wymagać, aby posiadał dokument potwierdzający zgodność z aktualną normą PN-EN 1789.

Znamy urządzenia i wyroby medyczne, kwalifikowane jako takie, które jeżdżą w karetkach i normy PN-EN 1789 nie spełniają (np. pulsoksymetry, wyposażenie toreb reanimacyjnych...etc.), co nie dyskwalifikuje ich, jako aparatów przenośnych i nie wiążących się w żaden sposób z zabudową karetki, do tego aby stanowiły wyposażenie ambulansu.

Takim też aparatem, pakowanym do plecaka lub torby, niezwiązanym w sposób trwały (nawet mocowaniem kartekowym) z ambulansem są znane nam na rynku urządzenia do kompresji klatki piersiowej.

Dodanie tego wymogu w specyfikacji po fakcie, zgodnie z sugestią Oferenta, stanowi bezsprzecznie zmianę warunków postępowania i jako takie nie może mieć miejsca.

Wszystkie swoje wymagania podstawowe Zamawiający musi określić w pierwotnej specyfikacji i nie może jej modyfikować bez skutków prawnych.

Dodanie tego wymagania odbywa się z nieposzanowaniem zasad uczciwej konkurencji.

Uprzejmie prosimy o wykreślenie tego punktu z wymagań dotyczących aparatu do mechanicznej kompresji klatki piersiowej lub dopuszczenie aparatów, które dokumentów potwierdzających spełnianie normy EN-PN 1789 nie posiadają.

Uprzejmie prosimy o udzielenie nam odpowiedzi dopuszczających do zaoferowania aparatu wysokiej klasy, nowoczesnego, przeznaczonego do pracy we wszystkich warunkach każdego transportu pacjenta (w tym w pionowej pozycji klatki piersiowej), aparatu umożliwiającego prace w warunkach SOR, którego lekka i ergonomiczna konstrukcja stwarza komfortowe warunki pracy ratownikom. Aparaty te pracują z sukcesem w jednostkach ratownictwa górskiego, lotniczego i wojskowego także na Państwa terenie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy wyjaśnień treści SIWZ i zmiany treści SIWZ, opublikowane w dniu 22 listopada 2019 r., dotyczące wymogu posiadania dokumentu potwierdzającego, że urządzenie do automatycznej kompresji klatki piersiowej, powinno być zgodne z aktualną normą PN-EN 1789. Urządzenia, które posiadają zgodność z w/w normą, są dla Zamawiającego gwarancją zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów w sytuacji ratowania życia.

85 66 37 345

Wkład # Del:



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA
RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
Tel. 85 66 37 301, fax. 85 66 37 302
www.pogotowie.bialystok.pl; sekretariat@wspr.bialystok.pl;



Zamawiający zauważa również, iż wyjaśnienia mogą prowadzić do zmiany SIWZ, jeżeli Zamawiający, w związku z dokonaną zmianą, zapewni odpowiedni czas na składanie lub dostosowanie ofert. W gestii Zamawiającego jest kształtowanie przedmiotu zamówienia, czy to w formule kształtowania SIWZ w momencie wszczęcia postępowania, czy też następnie, w toku postępowania, przy okazji udzielanych wyjaśnień do SIWZ (wyrok z dnia 28 stycznia 2015 r. KIO 110/15).

Zamawiający udzielając wyjaśnień i zmieniając treść SIWZ przesunął termin składania ofert i nie doszło do naruszenia przepisów Ustawy Prawa Zamówień Publicznych art. 29 ust. 1 i 2 oraz art. 7 ust. 1.

**UWAGA: Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma
email: przetargi@wspr.bialystok.pl**

DYREKTOR
IP ZOZ WSPR w Białymstoku
lek. med. Bogdan Kalicki