SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
Tel. 85 66 37 301, fax. 85 66 37 302
www.pogotowie.bialystok.pl; sekretariat@wspr.bialystok.pl;

Białystok, 12 listopada 2020 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
na dostawę respiratora transportowego

EOP.332.23.20

DOTYCZY: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę respiratora transportowego

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 .1843 t.j. z późn. zm.), [dalej jako: Pzp] informuje, iż w niniejszym postępowaniu:

Wpłynęły 2 oferty:
Oferta nr 1/20 złożona przez firmę **Dräger Polska Sp. z o.o.,** ul. Posag 7 Panien 1, 02-495 Warszawa – w toku badania ofert, ofercie przyznano **54,82 pkt (24,82 pkt w kryterium cena, 10 pkt w kryterium autotest urządzenia po każdym uruchomieniu przed użyciem na pacjencie, 0 pkt w kryterium waga poniżej 1 kg, 5 pkt w kryterium Tryb wentylacji typu „Demand" lub typu „SPN-CPAP" lub typu „SPN-CPAP/PS", 5 pkt w kryterium przewód pacjenta silikonowy wielorazowy z możliwością sterylizacji w autoklawie w temp. min.134 stopni Celsjusza, 5 pkt w kryterium tryb wentylacji IPPV lub VC-CMV lub VC-AC lub VC-SIMV, 5 pkt w kryterium zasilanie bateryjne stałe w okresie min. 24 miesięcy bez potrzeby wymiany źródła)** na 100 możliwych do otrzymania w następujących kryteriach:
AUTOTEST URZĄDZENIA PO KAŻDYM URUCHOMIENIU PRZED UŻYCIEM NA PACJENCIE – 10%
WAGA PONIŻEJ 1 KG – 10%
TRYB WENTYLACJI TYPU „DEMAND" LUB TYPU „SPN-CPAP" LUB TYPU „SPN-CPAP/PS" – 5%
PRZEWÓD PACJENTA SILIKONOWY WIELORAZOWY Z MOŻLIWOŚCIĄ STERYLIZACJI W AUTOKLAWIE W TEMP. MIN.134 STOPNI CELSJUSZA – 5%
TRYB WENTYLACJI IPPV LUB VC-CMV LUB VC-AC LUB VC-SIMV – 5%
ZASILANIE BATERYJNE STAŁE W OKRESIE MIN. 24 MIESIĘCY BEZ POTRZEBY WYMIANY ŹRÓDŁA – 5%

Oferta nr 2/20 złożona przez firmę **RescuLine Sp. z o.o.,** ul. Kokosowa 67/4, 65-120 Zielona Góra – w toku badania ofert, ofercie przyznano **100 pkt (60 pkt w kryterium cena, 10 pkt w kryterium autotest urządzenia po każdym uruchomieniu przed użyciem na pacjencie, 10 pkt w kryterium waga poniżej 1 kg, 5 pkt w kryterium Tryb wentylacji typu „Demand" lub typu „SPN-CPAP" lub typu „SPN-CPAP/PS", 5 pkt w kryterium przewód pacjenta silikonowy wielorazowy z możliwością sterylizacji w autoklawie w temp. min.134 stopni Celsjusza, 5 pkt w kryterium tryb wentylacji IPPV lub VC-CMV lub VC-AC lub VC-SIMV, 5 pkt w kryterium zasilanie bateryjne stałe w okresie min. 24 miesięcy bez potrzeby wymiany źródła)** na 100 możliwych do otrzymania w następujących kryteriach:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
Tel. 85 66 37 301, fax. 85 66 37 302
www.pogotowie.bialystok.pl; sekretariat@wspr.bialystok.pl;

AUTOTEST URZĄDZENIA PO KAŻDYM URUCHOMIENIU PRZED UŻYCIEM NA PACJENCIE – 10%
WAGA PONIŻEJ 1 KG – 10%
TRYB WENTYLACJI TYPU „DEMAND" LUB TYPU „SPN-CPAP" LUB TYPU „SPN-CPAP/PS" – 5%
PRZEWÓD PACJENTA SILIKONOWY WIELORAZOWY Z MOŻLIWOŚCIĄ STERYLIZACJI W AUTOKLAWIE W TEMP. MIN.134 STOPNI CELSJUSZA – 5%
TRYB WENTYLACJI IPPV LUB VC-CMV LUB VC-AC LUB VC-SIMV – 5%
ZASILANIE BATERYJNE STAŁE W OKRESIE MIN. 24 MIESIĘCY BEZ POTRZEBY WYMIANY ŹRÓDŁA – 5%

W wyniku przeprowadzonej oceny firma **RescuLine Sp. z o.o., ul. Kokosowa 67/4, 65-120 Zielona Góra** uzyskała 100 pkt. Ustalono, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający wybrał ofertę wyżej wymienionego Wykonawcy jako najkorzystniejszą.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta nie wcześniej niż przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust 1 pkt 2 pzp, tj. nie wcześniej niż 18.11.2020r.

UWAGA: Bardzo proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na adres email: przetargi@wspr.bialystok.pl.

DYREKTOR
SP ZOZ WSPR w Białymstoku
lek. med. Bogdan K[illegible]cki

Dział Organizacyjno-Prawny
Katarzyna Zalewska
Specjalista ds. organizacyjnych
85 66 37 345
k.zalewska@wspr.bialystok.pl