



Białystok, dnia 8 października 2020 r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu na
dostawę papierów do aparatów EKG i
defibrylatorów, materiałów jednorazowego
użytku, elektrod wielofunkcyjnych do
defibrylatorów**

EOP.332.18.20

DOTYCZY: *postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę papierów do aparatów EKG i defibrylatorów, materiałów jednorazowego użytku, elektrod wielofunkcyjnych do defibrylatorów*

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 2

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z późn. zm.), w związku z prośbą o udzielenie wyjaśnień, dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 8

Część 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści piktogramy z instrukcją obsługi na opakowaniu jednostkowym zamiast na ściankach?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie 9

Część 2 poz. 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „wyposażony w haczyki do fiksowania maseczki do podawania tlenu”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SIWZ.

Pytanie 10

Część 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści piktogramy z instrukcją obsługi na opakowaniu jednostkowym zamiast na ściankach?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA
STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

Tel. 85 66 37 301, fax. 85 66 37 302

www.wspr.bialystok.pl; sekretariat@wspr.bialystok.pl;

Pytanie 11

Część 2 poz. 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „wyposażony w haczyki do fiksowania maseczki do podawania tlenu”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SIWZ.

Powyższe zmiany nie powodują przedłużenia terminu składania ofert.

UWAGA: Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na adres email:

przetargi@wspr.bialystok.pl