



Białystok, 19.04.2021 r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu na dostawę
ambulansów medycznych**

EOP.332.5.21

***DOTYCZY:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansów medycznych.*

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z późn. zm.), w związku z prośbą o udzielenie wyjaśnień, dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1: Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, pkt. IX. 3

Czy Zamawiający dopuści zamiast belki tylnej, pojedynczą lampę niebieską LED (typu kogut), dwie lampy do oświetlenia pola za pojazdem oraz lampy kierunkowskazów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaoferowania rozwiązania przedstawionego w powyższym pytaniu.

Pytanie 2: Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, pkt. I.17

Czy Zamawiający wymaga by konstrukcja układu wydechowego ambulansu zapobiegała przedostawaniu się spalin do przedziału medycznego przez przesuwne drzwi prawe oraz drzwi tylne?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w pkt. I.17 Załącznika nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 3: Dotyczy opisu ambulansu pkt. XII.4

Czy Zamawiający wymaga by fotel u wezglowia noszy posiadał elektrycznie zwalniany przesuw umożliwiający ustawienie fotela w pozycji ułatwiającej przejście z przedziału medycznego do kabiny kierowcy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaoferowania rozwiązania przedstawionego w powyższym pytaniu.

Pytanie 4: Dotyczy eksploatacji ambulansu

Czy Zamawiający wymaga by oferowany ambulans jako pojazd wykorzystywany do działań ratowniczych wyposażony był w fabryczny system dedykowany dla „usług państwowych” umożliwiający dalszą jazdę (nawet do 50 km) bez obniżenia mocy lub zatrzymania pojazdu w przypadku spadku czynnika AdBlue poniżej minimalnego wymaganego poziomu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaoferowania rozwiązania przedstawionego w powyższym pytaniu.

Pytanie 5. Dotyczy opisu ambulansu pkt. XII.14,15

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga jedynie miejsca mocowania defibrylatora czy też respiratora czyli dostarczenia ambulansu bez uchwytów do ww. urządzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 6. Dotyczy warunków gwarancji i serwisu.

Czy Zamawiający wymaga by koszty przeglądów samochodu bazowego, adaptacji i sprzętu medycznego wliczone były w cenę oferty przetargowej i wykonywane były przez autoryzowany serwis w siedzibie Zamawiającego (za wyjątkiem samochodu bazowego - najbliższa stacja ASO)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ wskazane w Rozdziale XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY pkt. 2.

Pytanie 7. Dotyczy warunków gwarancji i serwisu.

Jeżeli Wykonawca zaoferuje wyższy niż 24 miesięczny okres gwarancji, czy również wtedy w ofertę mają być wliczone bezpłatne przeglądy okresowe w ponadstandardowym okresie (tj. w trzecim, czwartym roku zaoferowanej gwarancji)?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami w SWZ pkt XIV. **OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY**, w przypadku zaoferowania przedłużonej gwarancji, cena ofertowa powinna obejmować bezpłatne przeglądy okresowe także w tym ponadstandardowym okresie.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści, standardową długość gwarancji na samochód bazowy 24 miesiące bez limitu km, oraz na perforację nadwozia 72 miesiące i powłoki lakiernicze 36 miesięcy którą oferuje większość producentów?

Odpowiedź:

Minimalne wymagania dotyczące gwarancji, Zamawiający zawarł w SWZ OPZ, **pkt XVII. WYMAGANIA OGÓLNE** oraz w projekcie umowy. Pozostają one niezienne.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi aktualnej normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, posiadający zamiast stopnia wewnętrznego, certyfikowany zewnętrzny stopień obrotowy (nie chowany w kasecie) sterowany elektrycznie przy prawych drzwiach bocznych ułatwiający wsiadanie / wysiadanie, stosowany od wielu lat w ambulansach użytkowanych na terenie Polski. Proponowany stopień nie zmniejsza prześwitu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

Pytanie 10

**Dział
Organizacyjno-Prawny**

Joanna Późniewska
Specjalista ds. organizacyjno-prawnych

85 66 37 344

przetargi@wspr.bialystok.pl

 H Oli Jgr

Prosimy o podanie sposobu dostawy ambulansów, czy dopuszcza się dojazd na kołach ?

Wyjaśniamy, że ma to duży wpływ na cenę przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami w projekcie umowy za dostarczenie ambulansów do Zamawiającego odpowiada Wykonawca i to on decyduje o koszcie i ryzyku związanym z dostawą.

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności do zaoferowania samochodów w którym stabilizacja toru jazdy, precyzja prowadzenia, komfort oraz bezpieczeństwo użytkownika zostały uzyskane przez inne rozwiązania konstrukcyjne (budowa układu jezdnego obu osi, rozmieszczenie elementów przeniesienia napędu na przód ze stabilizatorem poprzecznym, szeroki rozstaw kół, szeroki rozstaw osi, nisko umieszczony środek ciężkości pojazdu, niska podłoga) niż stabilizator osi tylnej?

Wyjaśniamy, że oferowany samochód spełnia wszystkie wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, oraz posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą. Ponadto zawieszenie spełnia wymogi opisane w pkt V 1.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulansu spełniającego wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, z drzwiami lewymi przesuwными z nieprzeźroczystą szybą w kolorze nadwozia ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulansu z szafką na przegrodzie, która ma blat roboczy wyłożony specjalnym laminatem odpornym na zarysowania oraz łatwym do utrzymania czystości i dezynfekcji ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14

Czy alternator ma spełniać kryterium 180 Ah ?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem w SWZ, OPZ **pkt VIII. INSTALACJA ELEKTRYCZNA** alternator powinien posiadać moc minimum 180 Ah.

Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulansu spełniającego wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, posiadający skrzynię biegów opisaną w Świadectwie Zgodności WE, jako skrzynię automatyczną 6 biegową?

Odpowiedź:



Zamawiający w pkt III. 1. określił minimalne wymagania dotyczące manualnej (ręcznie sterowanej) skrzyni biegów (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 661/2009). Za skrzynię biegów automatyczną Zamawiający uzna skrzynię, której budowa opiera się o sprzęgło hydrokinetyczne, zapewniające płynną zmianę biegów, umożliwiającą wybranie pozycji „P” czyli PARKING - zabezpieczającą zaparkowany pojazd przed odtoczeniem się, a zmiana położenia dźwigni wybierania biegów pozwala na wybranie standardowych położen tj. D - Drive, R - bieg wsteczny, N - położenie neutralne, P - położenie parkingowe.

Pytanie 16

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ambulansu z fabryczną automatyczną klimatyzacją kabiny kierowcy typu Climatronic, co zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo prowadzenia pojazdu przez kierowcę ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga fabrycznej klimatyzacji kabiny kierowcy i dopuszcza, ale nie wymaga klimatyzacji typu Climatronic.

Pytanie 17

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w UE Świadectwo zgodności typu WE pojazdu skompletowanego może być wystawione na podstawie Świadectwa zgodności typu WE pojazdu kompletnego lub na podstawie Świadectwa zgodności typu WE pojazdu niekompletnego. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza oba rodzaje dokumentów i wymaga, aby ambulans posiadał Świadectwo zgodności typu WE pojazdu skompletowanego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga niezbędnych dokumentów do rejestracji pojazdów, w tym między innymi świadectwa zgodności typu WE pojazdu skompletowanego.

Pytanie 18.

W związku z wydłużającym się procesem potwierdzenia dostępności i produkcji pojazdów bazowych przez generalnego dystrybutora w Polsce oraz ograniczonymi możliwościami wykonania zabudowy medycznej, a także z uwagi na ograniczoną dostępność sprzętu medycznego zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 120 dni od dnia zawarcia umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wydłuża termin realizacji zamówienia do 18.10.2021 r. i zmienia termin zapłaty faktury na 7 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Jednocześnie dokonuje modyfikacji Rozdziału VI SWZ, Załącznika 2 do SWZ, Załącznika 8 do SWZ.

Pytanie 19.

Czy Zamawiający kierując się bezpieczeństwem pacjentów i personelu medycznego wymaga, aby dostarczony transporter noszy miał blokadę bezpiecznego załadunku tzn. nie jest możliwe przypadkowe złożenie goleni przedniej w przypadku, gdy kółka najazdowe nie opierają się o lawetę?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaoferowania rozwiązania przedstawionego w powyższym pytaniu.

Pytanie 20

Czy Zamawiający wymaga, aby transporter noszący głównych miał dodatkowe zabezpieczenie umożliwiające wyjazd z ambulansu bez pełnego rozłożenia goleni przedniej? Takie rozwiązanie daje nam zabezpieczenie przed mimowolnym „opadnięciem” noszący wraz z pacjentem na ziemię.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaoferowania rozwiązania przedstawionego w powyższym pytaniu.

Pytanie 21

Czy wszędzie tam, gdzie w treści Opisu Przedmiotu Zamówienia mowa jest o normach PN EN 1789 oraz PN EN 1865, Zamawiający ma na myśli polskie normy zharmonizowane ujęte w Obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego tj. PN-EN 1789+A1:2011 i PN-EN 1865-1+A1:2015 i w związku z tym czy Zamawiający oczekuje dostarczenia dokumentów zgodnych z harmonizowanymi normami? dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, że nie istnieje pojęcie norm równoważnych w odniesieniu do norm zharmonizowanych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że ma na myśli aktualnie obowiązujące normy PN-EN 1789 oraz PN-EN 1865. Jednocześnie zauważamy, iż zgodnie z art. 101 ust 4 Pzp, w przypadku powoływania się na jakiegokolwiek normy przy opisie przedmiotu zamówienia, należy bezwzględnie wskazywać, że dopuszczalne są rozwiązania równoważne, a odniesieniu takiemu powinny każdorazowo towarzyszyć wyrazy „lub równoważne”.

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SWZ

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, na podstawie art. 137 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 tj. z późn. zm.) informuje, o dokonaniu zmiany SWZ.

W związku z wyjaśnieniami treści SWZ zmieniono odpowiednio Rozdział VI SWZ, Załącznik 2 do SWZ, Załącznik 8 do SWZ na:

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta na czas oznaczony.
2. Termin realizacji zamówienia: **od dnia podpisania umowy do 18.10.2021r.**
3. Jeżeli Umowa nie będzie podpisana przez obie strony tego samego dnia przyjmuje się, że umowa została zawarta w dniu skutecznego doręczenia umowy na adres Wykonawcy, po podpisaniu i przesłaniu jej przez Zamawiającego.

Załącznik nr 2 do SWZ – FORMULARZ OFERTOWY

.....
/Nazwa i adres Wykonawcy/

.....
/miejsowość i data/

Numer Identyfikacji Podatkowej Wykonawcy:

OFERTA

**Do
SP ZOZ WSPR
w Białymstoku**

Kategoria przedsiębiorstwa: **małe / średnie / inne ***

przedsiębiorstwo średnie – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR,

przedsiębiorstwo małe – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR,

Adres email do kontaktów z Wykonawcą:

Adres skrzynki ePUAP do kontaktów z Wykonawcą:

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansów medycznych nr EOP.332.5.21, oświadczamy, że:


- Oferujemy realizację zamówienia: za cenę netto..... słownie:
.....zł,
kwota podatku VAT * zł, tj. za cenę brutto * zł,
- Wykonawca dokonując dostawy działa we własnym imieniu i na własną rzecz;
- Wykonawca zobowiązuje się uiścić podatek akcyzowy jeżeli taki obowiązek powstanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;
- Dostawę zrealizujemy w terminie **od dnia podpisania umowy do 18.10.2021r.** Jeżeli Umowa nie będzie podpisana przez obie strony tego samego dnia przyjmuje się, że umowa została zawarta w dniu skutecznego doręczenia umowy na adres Wykonawcy, po podpisaniu i przesłaniu jej przez Zamawiającego.
- Oferowana przez nas gwarancja na pojazdy bazowe wynosi miesiące/miesięcy od daty podpisania protokołu ilościowo - jakościowego (minimalny okres ochrony gwarancyjnej wynosi 24 miesiące);
- Oferowana przez nas gwarancja na zabudowę medyczną– wynosi miesiące/miesięcy od daty podpisania protokołu ilościowo - jakościowego (minimalny okres ochrony gwarancyjnej wynosi 24 miesiące);
- Gwarantujemy okres obsługi pogwarancyjnej i na ten czas zabezpieczenie dostaw części zamiennych (Zamawiający oczekuje serwisu pogwarancyjnego minimum 5 lat);
- Wskazuję/ nie wskazuję (niepotrzebne skreślić) podmiot trzeci świadczący obsługę pogwarancyjną (nazwa i adres podmiotu);
- Oferowane przez nas ambulanse medyczne spełniają następujące parametry techniczne (dot. parametrów nie wymaganych, dodatkowo ocenianych):

L.p.	Parametry niewymagane, dodatkowo punktowane	Oświadczenie wykonawcy
1.	Długość przedziału medycznego powyżej 3,00m, Mierzona zgodnie z normą PN-EN 1789+A2:2015-01 lub równoważną pkt I. 4. Opis Przedmiotu Zamówienia	deklarowana długość: m



2.	Fabryczny system elektrycznego wspomagania domykania drzwi bocznych prawych i lewych. pkt I. 7.i 1.8 Opis Przedmiotu Zamówienia	TAK / NIE
3.	Czas rozpoczęcia naprawy zabudowy sanitarnej w przypadku zgłoszonej awarii do serwisu gwarancyjnego, przy czym zgłoszenia awarii będą dokonywane w dni robocze od poniedziałku do piątku, wyłączając dni ustawowo wolne od pracy	Oferowany czas rozpoczęcia naprawy zabudowy sanitarnej w przypadku zgłoszonej awarii do serwisu gwarancyjnego (podać w pełnych godzinach)
4.	Wydłużona gwarancja na cały zestaw transportowy (transporter i nosze) do 5 lat. pkt XV. 13 Opis Przedmiotu Zamówienia	TAK / NIE
5.	Kabina kierowcy wyposażona w kurtyny powietrzne w (tzw. poduszki nadokienne) dla kierowcy i pasażera. pkt I. 12. Opis Przedmiotu Zamówienia	TAK / NIE
6.	Czujniki parkowania przednie i tylne z sygnalizacją wizualną i dźwiękową. pkt I. 16. Opis Przedmiotu Zamówienia	TAK / NIE
7.	Kamera przednia i tylna z wideo rejestratorem z możliwością nadpisywania pkt I. 16. Opis Przedmiotu Zamówienia	TAK/NIE
8.	Dodatkowe sygnały pneumatyczne o modulacji dwutonowej pkt IX. 11. Opis Przedmiotu Zamówienia	TAK / NIE
9.	Rok produkcji ambulansu sanitarnego specjalnego (dotyczy zabudowy oraz pojazdu bazowego) pkt XVII. 8. Opis Przedmiotu Zamówienia	Wpisać rok produkcji
10.	Uchwyt do tabletu w kabinie kierowcy przebadany na przeciążenia 10 G na oferowanej marce i modelu ambulansów	TAK / NIE
11.	Średnica kół w transporterze noszy głównych. pkt. XV. 4 Opis Przedmiotu Zamówienia	Deklarowana średnica kółek jezdnych w transporterze: mm

10. Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami opisany z Załączniku nr 1 do SWZ w punkcie I pozycji 11 posiada wymiary (wskazać w mm wysokość, szerokości i głębokość) mm.
11. Zawieszenie opisane w Załączniku nr 1 do SWZ w punkcie V poz. 1 posiada wzmocnienie drążka obu osi. Proszę podać wartość w stosunku do standardowej
12. Marka i model oferowanego przez nas niezależnego od silnika systemu powietrznego ogrzewania przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury z termostatem o mocy min. 5,0 kW, umożliwiającego ogrzanie przedziału medycznego zgodnie z normą PN-EN 1789+A2:2015-01 pkt





- 4.5.5.1 lub równoważną -
-
13. Marka i typ automatycznej ładowarki opisanej w Załączniku nr 1 do SWZ w punkcie VIII poz. 4
.....
 14. Marka i model belki świetlnej opisanej w Załączniku nr 1 do SWZ w punkcie IX poz. 1
.....
 15. Marka i model belki świetlnej opisanej w Załączniku nr 1 do SWZ w punkcie IX poz. 3
.....
 16. Marka i model oraz numer certyfikatu/ homologacji dodatkowego sygnału pneumatycznego opisanego w punkcie IX poz. 11
 17. Marka i rodzaj lawety opisanej w Załączniku nr 1 do SWZ w punkcie XII poz. 13
.....
 18. Waga oferowanego przez nas transportera noszy głównych wynosi kg;
 19. Obciążenie dopuszczalne oferowanego przez nas transportera wynosi kg
 20. Waga oferowanego przez nas zestawu transportowego wynosi kg
 21. Obciążenie dopuszczalne zaoferowanych przez nas noszy wynosi kg
 22. Waga oferowanych przez nas noszy wynosi..... kg.
 23. Marka, model, rok produkcji zaoferowanego krzeselka kardiologicznego
.....
 24. Marka, model, rok produkcji zaoferowanych noszy
 25. Model oferowanej stacji dokującej
.....
 26. Model oferowanego modułu GPS SWD PRM
 27. Model oferowanego radiotelefonu przewoźnego
.....
 28. Marka, model i rok produkcji pompy infuzyjnej
.....
 29. Akceptujemy warunek, iż zapłata za wykonanie zamówienia następować będzie w terminie **7 dni** od daty przedłożenia faktury, wystawionej na zasadach opisanych we wzorze umowy;
 30. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
 31. Zobowiązujemy się dostarczyć wszystkie dokumenty potrzebne do rejestracji pojazdu;
 32. Zapoznaliśmy się z treścią SWZ (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.;
 33. Oświadczam, że **jestem/nie jestem** (niepotrzebne skreślić) czynnym podatnikiem podatku VAT. W przypadku zmiany statusu VAT Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, powiadomić o tym Zamawiającego;
 34. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ;
 35. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
 36. Zamówienie realizować będziemy z udziałem podwykonawców w części:**
 - a)
 - b)
 - c)
 - d)

A Oli J



36. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty***.

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)

37. Oferta została złożona na stronach, kolejno ponumerowanych od nr do nr

38. Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 225 ust. 2 Pzp. informuję, że wybór mojej oferty:

- a) nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
- b) będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w wyniku czego wskazuję nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuję ich wartość bez kwoty podatku:

.....
(niepotrzebne skreślić).

39. Oświadczamy, iż autoryzowany serwis oferowanego sprzętu medycznego mieści się: (podać nazwę, adres, telefon kontaktowy):

.....
.....

40. Tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która nie będzie podlegać udostępnieniu, są następujące informacje****:

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)

41. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, proszę o jego zwrot na rachunek bankowy:


- z którego nastąpiła wpłata wadium
- inny niż ten, z którego nastąpiła wpłata wadium, tj.:
nazwa banku:
- nie dotyczy

(niepotrzebne skreślić lub zaznaczyć właściwą odpowiedź)

.....
/podpis Wykonawcy/

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.





.....
(data i podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzach ofertowych, innych dokumentach składanych na wezwanie w trakcie trwania postępowania oraz danych zawartych w umowie przez SP ZOZ WSPR w Białymstoku celu przeprowadzenia postępowania udzielenia zamówienia publicznego w trybie ustawy Pzp.

.....
(podpis Wykonawcy)

Uwaga:

- * nie dotyczy Wykonawcy zagranicznego tj. wykonawcy nie posiadającego siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- ** jeżeli Wykonawca zamierza wykonać całość zamówienia siłami własnymi, nie wypełnia przedmiotowego punktu lub wpisuje formułę np. „nie dotyczy”,
- *** jeżeli dołączane są kopie dokumentów, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem;
- **** należy wymienić dokumenty lub ich części albo podać numery stron na których znajdują się informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Załącznik nr 8 do SWZ - Projekt umowy

UMOWA nr EOP.332.5.21 – projekt

zawarta w dniu w Białymstoku, pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15 – 874 Białystok, NIP PL 542-25-03-045, KRS 0000179636, BDO: 000159464

reprezentowanym przez:

Dyrektora – Bogdana Kalickiego,
zwanym dalej **Zamawiającym**

a

.....

.....

reprezentowanym przez:

.....

.....,

zwanym dalej **Wykonawcą**.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy: EOP.332.5.21) na zakup 5 ambulansów medycznych, w tym: 3 szt. finansowane ze środków własnych i 2 szt. finansowane w ramach realizowanego Projektu: „Podniesienie jakości działań SP ZOZ WSPR w Białymstoku związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych poprzez zakup 2 ambulansów medycznych z wyposażeniem” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie

Strategicznej Infrastruktury Ochrony Zdrowia, Działanie 9.1 „Infrastruktura Ratownictwa Medycznego”, Działanie 9.2 „Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych”, numer Projektu POIS.09.01.00-00-0412/21, Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot

1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje 5 szt. ambulansów medycznych wraz z wyposażeniem. Przedmiot zamówienia (środek transportu sanitarnego oraz wyposażenie) musi być nieużywany oraz fabrycznie nowy. Ambulans sanitarny specjalny (dotyczy zabudowy oraz pojazdu bazowego) wyprodukowano w roku
2. Sprzedawany ambulans musi posiadać świadectwo homologacji lub świadectwa homologacji typu WE pojazdu skompletowanego (samochód bazowy wraz z zabudową medyczną), wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części.
3. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w wypełnionym przez Wykonawcę Załączniku nr 1 do SWZ, który staje się załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

Dostawa

1. Przedmiot zamówienia, zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego przy ul. Pogodnej 22 w Białymstoku, w terminie **od dnia podpisania umowy do 18.10.2021r.**
2. Ryzyko utraty lub zniszczenia przedmiotu zamówienia obciąża Wykonawcę, aż do chwili protokolarnego odbioru ilościowo - jakościowego z klauzulą bez zastrzeżeń środka transportu sanitarnego wraz z wyposażeniem będących przedmiotem umowy. Z chwilą wydania właścicielem pojazdów staje się Zamawiający i od tej chwili on ponosi odpowiedzialność za ich utratę lub zniszczenie. Za chwilę wydania ambulansu, rozumie się datę podpisania protokołu odbioru ilościowo - jakościowego przez Wykonawcę i Zamawiającego (upoważnionych przedstawicieli) z klauzulą bez zastrzeżeń.
3. Odbiór ilościowo- jakościowy nastąpi do 7 dni roboczych liczonych od dnia dostawy w godzinach 8.00-15.00.
4. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie ambulansów.
5. Wraz z przedmiotem zamówienia zostaną Zamawiającemu wydane wszystkie przynależności (tj. zapasowe kluczyki, koła zapasowe, itp.).
6. Wraz z ambulansem Wykonawca przekaze Zamawiającemu następujące dokumenty:
 - a. instrukcję obsługi pojazdu i sprzętu medycznego w języku polskim,
 - b. książkę gwarancyjną ambulansu i karty gwarancyjne wyposażenia karetki,
 - c. certyfikaty wyposażenia medycznego ambulansu,
 - d. dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu,
 - e. certyfikat zgodności z PN-EN 1789+A2:2015-01 lub równoważną, wystawiony przez służbę techniczną Wykonawcy zgodnie z PN-EN 1789+A2:2015-01 lub równoważną,
 - f. deklarację zgodności CE oraz zgodności z PN-EN 1865-4:2012 lub równoważną (krzeselka kardiologicznego z systemem płozowym),



- g. deklarację zgodności oraz certyfikat zgodności z normą PN-EN 1789+A2:2015-01 lub równoważną oraz PN-EN 1865-1+A1:2015-08 lub równoważną wystawioną przez niezależną jednostkę notyfikowaną na oferowany system transportowy (nosze i transporter),
 - h. oświadczenie oraz protokół/raport z przeprowadzonego testu zderzeniowego całego nadwozia ambulansu (zgodnie z wymogami PN-EN 1789+A2:2015-01 lub równoważną) wystawione przez niezależną notyfikowaną jednostkę badawczą,
 - i. potwierdzenie wykonywanych pozytywnie badań przeciążeniowych na 10 g (dotyczy lawety),
 - j. także inne dokumenty/certyfikaty/deklaracje niezbędne do prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy w szczególności potrzebne do zarejestrowania pojazdu, jego naprawy, sprzedaży itp.
7. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania przy rejestracji ambulansu w szczególności do dostarczenia, niezwłocznie (nie później niż w terminie 3 dni roboczych tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), na żądanie Zamawiającego wymaganych dokumentów potrzebnych do rejestracji ambulansu.
 8. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie pojazdów do przekazania oraz zobowiązany jest do ubezpieczenia pojazdów w zakresie OC i AC, NNW na okres 12 miesięcy (ubezpieczenie pojazdów od wartości brutto).
 9. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia minimum jednego 8-godzinnego szkolenia z obsługi ambulansu i sprzętu medycznego w siedzibie Zamawiającego w terminie 7 dni kalendarzowych od daty dostawy lub w innym terminie pod warunkiem zgody Zamawiającego. Zamawiający gwarantuje, iż szkolenie odbywać się będzie przy zachowaniu odpowiednich środków sanitarno-epidemiologicznych.
 10. Dokonana dostawa zostanie potwierdzona protokołem odbioru ilościowo – jakościowego, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli obu stron bez zastrzeżeń, dla każdego pojazdu oddzielnie.
 11. Wykonawca dołoży należytej staranności w celu jak najlepszego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, mając na uwadze profesjonalny charakter świadczonych przez siebie dostaw.

§ 3

Cena

1. Strony ustalają, iż wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy wynosi zł netto (słownie.....), tj. zł brutto (słownie:.....).
2. Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją niniejszej umowy w tym należny podatek VAT, koszty dostawy, ubezpieczenia do momentu dokonania protokolarnego odbioru przedmiotu umowy, gwarancyjne, a także koszt zapłaty przez Wykonawcę podatku akcyzowego, o ile obowiązek zapłaty tego podatku powstanie, a także koszty ubezpieczenia pojazdu na okres 12 miesięcy po wydaniu go Zamawiającemu i zarejestrowaniu, koszty przeglądów w okresie gwarancji/ przedłużonej gwarancji itp.
3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT uwzględniającej

Handwritten signatures and initials in blue ink.

- obowiązującą stawkę podatku VAT wraz z protokołem odbioru ilościowo- jakościowego środka transportu sanitarnego wraz z wyposażeniem z klauzulą „bez zastrzeżeń”, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.
4. Wykonawca oświadcza, iż wyżej wskazany rachunek bankowy jest zgłoszony we właściwym dla niego organie podatkowym w ramach zgłoszenia identyfikacyjnego lub zgłoszenia aktualizacyjnego, w szczególności w ramach uwidocznionych w „białej księdze podatników”.
 5. Zamawiający wymaga, aby faktura była wystawiona oddzielnie za każdy dostarczony ambulans.
 6. W przypadku zmiany wskazanego w umowie rachunku bankowego Wykonawca jest obowiązany poinformować Zamawiającego o powyższym, w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany na piśmie. Zmiana umowy w tym przedmiocie wymaga aneksu do umowy.
 7. Strony umowy zastrzegają, iż w przypadku zmiany rachunku bankowego przez Wykonawcę, do czasu uwidocznienia nowego rachunku bankowego w „białej księdze podatników”, termin płatności określony w § 3 ust. 3 umowy ulega przesunięciu do dnia uwidocznienia nowego rachunku bankowego w „białej księdze podatników”, bez możliwości naliczania kar umownych, odsetek za zwłokę, czy też kierowania innych roszczeń odszkodowawczych w stosunku do Zamawiającego.
 8. W przypadku korzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) do wystawiania i przesyłania Zamawiającemu e-faktur, zobowiązuje się Wykonawcę do wypełnienia na PEF „Odbiorca towaru/usługi” danymi Zamawiającego, w tym nr NIP i przesłania ustrukturyzowanej faktury VAT lub przesłania faktur w formacie PDF na adres faktury@wspr.bialystok.pl lub dostarczenia faktury w formie papierowej.
 9. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktur VAT niezgodnych z umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia oraz otrzymania faktur korygujących VAT bez obowiązku płacenia odsetek z tytułu niedotrzymania terminu zapłaty.
 10. Wykonawca oświadcza, że jest/ nie jest (niepotrzebne usunąć) czynnym podatnikiem podatku VAT. W przypadku zmiany statusu VAT Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, powiadomić o tym Zamawiającego.
 11. Za dzień dokonania płatności strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
 12. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy ma charakter ryczałtowy.

§ 4

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy w przypadku zwłoki w realizacji dostawy w umówionym terminie, przekraczającym 7 dni. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający, niezależnie od pozostałych uprawnień przysługujących mu w związku z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy przez Wykonawcę, może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy:
 - a) Wykonawca naruszy istotne postanowienia niniejszej Umowy i pomimo wezwania przez Zamawiającego nie zaprzestanie tego naruszenia i/lub nie usunie skutków tego naruszenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego;
 - b) Wobec Wykonawcy otwarta zostanie likwidacja albo, gdy zaprzestanie on wykonywania działalności gospodarczej.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili




- zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
4. Ponadto, Zamawiający może odstąpić od Umowy jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
 - a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp,
 - b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp,
 - c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążyą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
 5. W przypadku o którym mowa w ust 4 pkt a) Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.
 6. Wykonawca może odstąpić od umowy, gdy Zamawiający, mimo uprzedniego pisemnego wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu nie przystąpi do odbioru przedmiotu umowy, bez uzasadnionych przyczyn.
 7. Oświadczenie o odstąpieniu umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5

Gwarancja

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych oraz że z chwilą wydania będzie gotowy do natychmiastowej eksploatacji.
2. Wykonawca udziela gwarancji:
3. na pojazdy bazowe, bez ograniczenia przebiegu, na okres: miesiące/miesiący od daty podpisania protokołu ilościowo - jakościowego;
4. na perforację nadwozia pojazdu min. 120 miesięcy od daty podpisania protokołu ilościowo - jakościowego;
5. na powłokę lakierniczą pojazdu min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu ilościowo - jakościowego;.
6. Wykonawca gwarantuje, że urządzenia stanowiące wyposażenie ambulansów są wolne od wad fizycznych i prawnych. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w urządzeniach w chwili dokonania ich odbioru przez Zamawiającego, jak i wszystkie inne wady fizyczne urządzeń, powstałe z przyczyn za które Wykonawca lub gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.
7. Wykonawca zapewnia, że gwarancja na sprzęt medyczny na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz SWZ zostanie udzielona przez dostawców sprzętu medycznego na okres minimum 24 miesięcy od daty podpisania protokołu ilościowo-jakościowego;
8. Wykonawca zapewnia, że gwarancja na zabudowę medyczną na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz SWZ zostanie udzielona przez wykonawców zabudowy medycznej na okres: miesiące/miesiący od daty podpisania protokołu ilościowo-jakościowego;
9. Wraz z przedmiotem dostawy Wykonawca przekaze Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne, w tym karty gwarancyjne elementów zabudowy posiadających odrębną gwarancję oraz karty gwarancyjne urządzeń i sprzętu stanowiących wyposażenie ambulansu, jak również dokumenty informujące o siedzibach serwisów gwarancyjnych i pogwarancyjnych na zasadach wskazanych w Załączniku nr 1 do

 *Olga Fija*

- niniejszej umowy – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania przedłużonej gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany w terminie 14 dni po dokonanej rejestracji pojazdu przez Zamawiającego, przekazać dokument potwierdzający przedłużoną gwarancję na okres wskazany w ofercie.
10. Termin dokonania naprawy zgłoszonych usterek i awarii objętych gwarancją nie może przekroczyć 30 (trzydziestu) dni od daty jej zgłoszenia Wykonawcy lub innemu gwarantowi. Początkiem rozpoczęcia procedury reklamacyjnej jest zgłoszenie w formie pisemnej reklamacji. W przypadku gdy Wykonawca zwleka z wykonaniem napraw gwarancyjnych ponad ten termin Zamawiający może naliczyć kary zgodnie z § 6 ust. 3.
 11. Jeżeli Wykonawca lub gwarant albo osoba przez nich upoważniona, po wezwaniu ich do wymiany urządzenia lub usunięcia wad, nie dopełni obowiązku wymiany urządzenia na wolne od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy w terminie określonym w umowie, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy, a zwłaszcza roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz kar umownych.
 12. W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego elementu w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od zgłoszenia na piśmie takiego żądania na nowy tego samego typu i o tych samych lub lepszych parametrach technicznych w okresie gwarancji i przedłużonej gwarancji (jeżeli Wykonawca oferuje przedłużoną gwarancję).
 13. W przypadku wymiany środka transportu sanitarnego lub wyposażenia, jego części (podzespołu) lub napraw w okresie gwarancji, termin gwarancji na tę rzecz, część (podzespół) biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy, części (podzespołu) wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy, części (podzespołu) naprawionej.
 14. Z wyłączeniem samochodów bazowych, czas naprawy lub wymiany wadliwych elementów dostarczonego towaru wyłączony jest z okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji będzie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy lub wymiany. Okres gwarancji jest wydłużony w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 14 dni, liczonej od dnia zgłoszenia.
 15. W przypadku, gdy w wyniku awarii lub usterki pojazdu bazowego lub zabudowy medycznej objętej gwarancją Zamawiający nie ma możliwości korzystania z ambulansu przez okres dłuższy niż 30 dni, licząc od chwili zgłoszenia awarii lub usterki, Wykonawca na swój koszt, niezwłocznie, tj. najpóźniej w terminie 4 dni od zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego, zapewni Zamawiającemu na czas naprawy możliwość korzystania z pojazdu zastępczego o takich samych lub lepszych parametrach technicznych.
 16. Postanowienia ustępu 12 niniejszego paragrafu mają analogiczne zastosowanie w przypadku awarii lub usterki elementów wyposażenia środka transportu, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o takich samych lub lepszych parametrach technicznych w sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie miał możliwości korzystania z wyposażenia przez okres dłuższy niż 7 dni, licząc od chwili zgłoszenia Wykonawcy awarii lub usterki. Wykonawca dostarczy zastępcze elementy wyposażenia wolne od wad do siedziby Zamawiającego w terminie 2 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania.
 17. Wykonawca na własny koszt przeprowadzi przegląd przedsprzedażny (zerowy) ambulansu. Czynność ta zostanie odnotowana w książce przeglądów serwisowych.
 18. Wykonawca gwarantuje okres obsługi pogwarancyjnej i na ten czas gwarantuje zabezpieczenie dostaw części zamiennych. Zamawiający wyraża zgodę na wskazanie podmiotu trzeciego świadczącego „obsługę pogwarancyjną”.



19. Ewentualne przysługujące Zamawiającemu roszczenia z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego z tytułu rękojmi na zasadach wskazanych w kodeksie cywilnym.
20. W przypadku sprzeczności między zapisami w umowie dotyczącymi gwarancji a warunkami gwarancji określonymi w dokumencie gwarancyjnym, pierwszeństwo mają zapisy zawarte w niniejszej umowie i załącznikach.

§ 6

Kary umowne

1. W przypadku zwłoki w realizacji dostawy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 1 % wartości brutto niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku zwłoki w dostarczeniu pojazdu zastępczego (pojazdów zastępczych) lub urządzenia zastępczego (urządzeń zastępczych) Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki.
3. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 0,02 % wartości umowy brutto, za każdy dzień zwłoki w naprawie pojazdu bazowego lub w przypadku naprawy lub wymiany na nowy poszczególnego elementu wyposażenia medycznego.
4. W przypadku o którym mowa w § 4 ust 1 niniejszej umowy, Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niniejszej umowy.
5. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji niniejszej umowy lub w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto niniejszej umowy.
6. Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,1% wartości umowy brutto, za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu świadectwa homologacji typu WE lub świadectw homologacji typu WE pojazdów (samochód bazowy wraz z zabudową medyczną), wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części dla dostarczonego ambulansu, pozwalającego na zarejestrowanie i ewidencjonowanie dostarczonego ambulansu lub innych dokumentów, które będą potrzebne do rejestracji pojazdu lub prawidłowego korzystania z pojazdu.
7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
8. Kary, o których mowa w § 6 nie wykluczają się wzajemnie.
9. Łączna maksymalna wysokość kar umownych wyniesie nie więcej niż 20% wartości brutto niniejszej umowy.
10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu od Zamawiającego wynagrodzenia
11. Zapłata ww. kar umownych nie pozbawia Wykonawcy możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach wskazanych w kodeksie cywilnym.

§ 7

Koordynatorzy

Osobami koordynującymi wykonanie niniejszej umowy będą:

- a) ze strony Zamawiającego – tel.



b) ze strony Wykonawcy -, tel.,

§ 8

Cesja praw

Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy, w całości lub w części.

§ 9

Zmiany Umowy

1. Zamawiający, nie przewiduje możliwości zmiany Umowy w przypadkach, gdy konieczność wprowadzenia zmian Umowy wynika z:
 - a) zmiany wynagrodzenia- w przypadku zmiany przepisów prawnych (np. VAT), jeżeli wpływa ona na wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia – zgodnie ze zmienionymi przepisami;
2. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przewiduje możliwość zmian Umowy w przypadkach, gdy konieczność wprowadzenia zmian Umowy wynika:
 - a) zastąpienia ambulansu/ sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, ambulansem/ sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego ambulansu/ sprzętu nie ulegnie zwiększeniu, a ambulans/ sprzęt będzie zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Zmiany Umowy na podstawie § 9 ust. 2 wymaga zgody obu stron i pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i Pzp.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. Jeżeli Umowa nie będzie podpisana przez obie strony tego samego dnia przyjmuje się, że umowa została zawarta w dniu skutecznego doręczenia umowy na adres Wykonawcy, po podpisaniu i przesłaniu jej przez Zamawiającego.
5. Integralną część niniejszej umowy stanowią:
 - a) załącznik nr 1 – wypełniony przez Wykonawcę załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 - b) załącznik nr 2 – formularz cenowy
 - c) załącznik nr 3- formularz ofertowy
 - d) załącznik nr 4- klauzula informacyjna SP ZOZ WSPR w Białymstoku
 - e) załącznik nr 5 – klauzula informacyjna, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY



INFORMACJA O NOWYM TERMINIE SKŁADANIA OFERT

Zamawiający, w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 137 ust. 6 pzp przedłuża termin składania i otwarcia ofert. Nowe terminy są następujące:

Było: 1. Ofertę należy złożyć do dnia 26.04.2021 r. do godziny 10:00.

Jest: 1. Ofertę należy złożyć do dnia 06.05.2021 r. do godziny 10:00.

Było: 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.04.2021 r. o godzinie 11:00

Jest: 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.05.2021 r. o godzinie 11:00

UWAGA: Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma emailem:

przetargi@wspr.bialystok.pl

DYREKTOR
IP ZOZ WSPR w Białymstoku
lek. med. Bogdan Kalicki

Handwritten signature