

Białystok, dnia 7 lipca 2021 r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu na  
dostawę defibrylatorów klinicznych**

**EOP.332.17.21**

***DOTYCZY:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę defibrylatorów klinicznych*

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2021.1129 t.j. z późn. zm.), w związku z prośbą o udzielenie wyjaśnień, dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

**Pytanie 14**

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator wyposażony w czujnik typu klips dla dzieci 10kg, a w miejsce czujnika typu Y pozwoli na zaoferowanie z każdym urządzeniem kompletu 20 sztuk czujników jednorazowych dla noworodków? W załączniku lista doboru czujników Masimo® do oferowanych w Europie defibrylatorów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie 15**

Czy Zamawiający przychyli się do prośby i dokona zmiany oceny punktowej w parametrze technicznym: Ładowanie akumulatorów w urządzeniu lub zewnętrznej ładowarce od 0 do 100% w czasie nie dłuższym niż 2 godziny, możliwość ładowania ogniów w ambulansie jak i poza nim z sieci 230V (Ł) - waga 5%?

Akumulatory, które oferujemy, posiadają zwiększoną pojemność do 6Ah i tzw. dużą gęstość ładunku elektrycznego, dlatego ładowanie może trwać do 190 minut. Automatyczny dobór prądu ładowania i co za tym idzie wolniejsze ładowanie ma na celu wydłużenie czasu eksploatacji akumulatorów, których obciążenie związane z dostarczaniem wyższymi energiami defibrylacyjnymi do 360J jest większe niż w konkurencyjnych rozwiązaniach. Przytoczony parametr długości czasu ładowania „promuje” urządzenia, które posiadają ogniwa o mniejszej pojemności elektrycznej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ i będzie punktował kryterium opisane w SWZ: „Ładowanie akumulatorów w urządzeniu lub zewnętrznej ładowarce od 0 do 100% w czasie nie dłuższym niż 190 minut, możliwość ładowania ogniów w ambulansie jak i poza nim z sieci 230V (Ł) - waga 5%”

**Powyższe zmiany nie powodują przedłużenia terminu składania ofert.**

**UWAGA: Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na adres email: [przetargi@wspr.bialystok.pl](mailto:przetargi@wspr.bialystok.pl)**

**DYREKTOR**  
SP ZOZ WSPR w Białymstoku  
*lek. med. Bogdan Kalicki*