

Białystok, 9 lipca 2021r.

**Wykonawcy biorący udział w
postępowaniu na dostawę
defibrylatorów klinicznych**

EOP.332.17.21

DOTYCZY: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę defibrylatorów klinicznych

W dniu 9 lipca 2021r. o godzinie 11:00 w sali 214 odbyło się otwarcie ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na dostawę defibrylatorów klinicznych.

W niniejszym postępowaniu wpłynęły 2 oferty:

Oferta	Nazwa Wykonawcy	Kryteria oceny ofert
1/21	RescuLine Sp. z o.o. ul. Kokosowa 67/4 65-120 Zielona Góra	Cena ofertowa brutto 174 960,00 zł Wewnętrzna pamięć umożliwiająca zapis minimum 45 pojedynczych rekordów z krzywymi z funkcją ciągłości zapisu / nadpisywania bez wymaganego czyszczenia – formatowania pamięci (waga 10%) NIE Wyposażony w łyżki „twarde” z możliwością defibrylacji pacjentów dorosłych, dzieci, niemowląt z możliwością wyboru energii z łyżek, defibrylacji, oraz włączenia drukarki i zapisu EKG bez odrywania łyżek od ciała pacjenta (waga 10%) NIE Ekran główny o przekątnej powyżej 8,1 cala (waga 5%) TAK Dodatkowy/e akumulator/y pozwalający/e w pełni zastąpić wszystkie, w zależności od ilości znajdujących się w danym modelu, ogniwo/a pozwalające na w pełni sprawną pracę urządzenia (waga 5%) TAK Ładowanie akumulatorów w urządzeniu lub zewnętrznej ładowarce od 0 do 100% w czasie nie dłuższym niż 190 minut, możliwość ładowania ogniw w ambulansie jak i poza nim z sieci 230V (waga 5%) TAK Analiza zapisu 12 odprowadzeniowego EKG z funkcją interpretacji (waga 5%) TAK

DYREKTOR
SP ZOZ WSPR w Białymstoku
lek. med. Bogdan Kalicki



2/21	STRYKER POLSKA sp. z o.o. ul. Poleczki 35 02-822 Warszawa	<p>Cena ofertowa brutto 139 870,86 zł</p> <p>Wewnętrzna pamięć umożliwiająca zapis minimum 45 pojedynczych rekordów z krzywymi z funkcją ciągłości zapisu / nadpisywania bez wymaganego czyszczenia – formatowania pamięci (waga 10%) TAK</p> <p>Wyposażony w łyżki „twarde” z możliwością defibrylacji pacjentów dorosłych, dzieci, niemowląt z możliwością wyboru energii z łyżek, defibrylacji, oraz włączenia drukarki i zapisu EKG bez odrywania łyżek od ciała pacjenta (waga 10%) TAK</p> <p>Ekran główny o przekątnej powyżej 8,1 cala (waga 5%) TAK</p> <p>Dodatkowy/e akumulator/y pozwalający/e w pełni zastąpić wszystkie, w zależności od ilości znajdujących się w danym modelu, ogniwo/a pozwalające na w pełni sprawną pracę urządzenia (waga 5%) TAK</p> <p>Ładowanie akumulatorów w urządzeniu lub zewnętrznej ładowarce od 0 do 100% w czasie nie dłuższym niż 190 minut, możliwość ładowania ogniw w ambulansie jak i poza nim z sieci 230V (waga 5%) NIE</p> <p>Analiza zapisu 12 odprowadzeniowego EKG z funkcją interpretacji (waga 5%) TAK</p>
------	---	---

DYREKTOR
SP ZOZ WSPR w Białymstoku
lek. med. Bogdan Kalicki

12/2