



Białystok, dnia 10 listopada 2021 r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu na
dostawę urządzenia do automatycznej
kompresji klatki piersiowej**

EOP.332.30.21

DOTYCZY: postępowania na dostawę urządzenia do automatycznej kompresji klatki piersiowej

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z późn. zm.), w związku z prośbą o udzielenie wyjaśnień, dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 4

Czy Zamawiający uzna parametr za spełniony i naliczy 5 pkt. w sytuacji zaoferowania urządzenia do automatycznej kompresji klatki piersiowej, które nie posiada ograniczenia w postaci wieku pacjenta (dorosły, dziecko – bardzo ogólny opis), a parametrem granicznym jest minimalna wysokość klatki piersiowej pacjenta? Proponowane rozwiązanie dostosowuje na życzenie (funkcje programowalne) lub automatycznie głębokość uciśnięć na podstawie parametrów fizycznych pacjenta tj. wysokość i sztywność klatki piersiowej. Urządzenie pracuje w zakresie opisanym przez aktualne wytyczne ERC i AHA. Wyposażone jest także w system alarmowy informujący użytkownika, że pacjent, na którym chcemy zastosować urządzenie do mechanicznej automatycznej kompresji klatki piersiowej jest za mały tzn. wysokość klatki piersiowej jest poniżej 17 cm. Dla takiej wysokości klatki piersiowej urządzenie może skorygować automatycznie (opcja programowalna) głębokość kompresji nawet do 4 cm bez wpływu na jakość wykonywanych uciśnięć. W tym miejscu należy wskazać, że żadne regulacje i wytyczne nie mówią wprost o bezpiecznym, przebadanym stosowaniu urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej na dzieciach – nigdzie nie jest wskazany wiek pacjenta.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający uzna.

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, że waga gotowego zestawu jest rozumiana jako zestaw gotowy do pracy i nie obejmuje akcesoriów dodatkowych plecaka, zasilaczy, przewodów, dodatkowych akumulatorów.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że waga gotowego zestawu jest rozumiana jako zestaw gotowy do pracy.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniem oryginalnych akcesoriów zasilających, które figuruje w instrukcji użytkowania oraz są wyszczególnione w deklaracji zgodności urządzenia jako dopuszczone do stosowania z danym urządzeniem przez producenta oferowanego produktu tj. zasilacz 230V wraz z przewodami; przewód 12V do bezpośredniego łączenia urządzenia z instalacją elektryczną ambulansu.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA
STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
Tel. 85 66 37 301, fax. 85 66 37 302
www.wspr.bialystok.pl; sekretariat@wspr.bialystok.pl;

Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie, że spełnienie zapisów aktualnej normy zharmonizowanej EN-PN 1789 ma być zawarte w deklaracji zgodności urządzenia lub deklaracji zgodności z normą.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby urządzenie do automatycznej kompresji klatki piersiowej posiadało dokument potwierdzający zgodność z aktualną normą PN-EN 1789 lub równoważną.

Pytanie 8

Załącznik Nr 1 do SWZ, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Urządzenie do automatycznej kompresji klatki piersiowej – 1 szt, parametry wymagane.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesne urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej łączące punktowe działanie tłoka z wielokierunkowym uciskiem klatki piersiowej uzyskiwanym za pomocą pasów i podstawy podpierającej plecy pacjenta – deski – w ramach systemu tłokowo-pasowego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Jednocześnie na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp, Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert:

- termin składania ofert – 17.11.2021r. g. 09.00

- termin otwarcia ofert – 17.11.2021r. g. 10.00

UWAGA: Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na adres email: przetargi@wspr.bialystok.pl

KIEROWNIK
ZPD BIAŁYSTOK
Walentyna Dzięgińska
mgr pielęgniarstwa

KCP 118