



Białystok, dnia 9 maja 2023 r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu na dostawę
ambulansów medycznych**

EOP.332.6.23

DOTYCZY: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę ambulansów medycznych

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. z późn. zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Pytanie 1

W związku z ciągłym wzrostem masy samochodów przeznaczonych do zabudowy specjalnej zmniejsza się ich ładowność a co za tym idzie ogranicza to możliwości spełnienia warunków dla ambulansu typu C lub B zgodnie z PN EN 1789 w zakresie wymaganej rezerwy masowej na wyposażenie medyczne wynoszącej odpowiednio 260 lub 230 kg. Przy obecnej masie pojazdu bazowego oraz zabudowy pomieszczenia dla pacjenta rezerwa ta wynosi 230 kg czyli tyle ile wystarcza dla ambulansu typu B. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści ambulans zgodny z PN EN 1789 w zakresie typu B, który posiada dwa fotele w kabinie kierowcy, dwa w pomieszczeniu dla pacjenta oraz miejsce dla pacjenta na noszach i możliwość przewożenia jednocześnie trzech osób siedzących i jednej leżącej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określił typu ambulansów jedynie wskazał parametry techniczne. Jednocześnie podtrzymuje zapis zawarty w pkt. I ppkt 2.

Pytanie 2

Ze względu na to, że masa skrzyni automatycznej powoduje przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej ambulansu, prosimy Zamawiającego o zmianę kryterium oceny w tym zakresie co zapewni Zamawiającemu zakup ambulansów zgodnych z obowiązującymi przepisami (ustawą „Prawo o ruchu drogowym oraz PN EN 1789) zastępując ten parametr np. użyteczną mocą silnika.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3

Ze względu na to, iż zastosowanie belki sygnalizacyjnej w tylnej części dachu powoduje przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej ambulansu, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nowoczesnej pojedynczej lampy sygnalizacyjnej w technologii LED.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie nowoczesnej pojedynczej lampy sygnalizacyjnej w technologii LED pod warunkiem, że zostanie spełniony warunek określony w pkt. IX ppkt 3 tj. oświetlenie przedpola za ambulansem i zapewnienie widoczności włączonych tylnych świateł kierunkowskazów, a zastosowana lampa będzie zgodna z aktualną normą PN EN 1789 lub równoważną.



Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści na lewej ścianie dwie płyty przesuwne do montażu defibrylatora i ładowarki baterii do niego oraz pompy infuzyjnej, natomiast respirator mocowany na stałej płycie na wysokości głowy pacjenta leżącego na noszach?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści aby torba medyczna była mocowana w schowku za lewymi drzwiami bocznymi z dostępem również z przedziału medycznego a plecak ratunkowy w szafce przy przegrodzie z dostępem zarówno z zewnątrz jak i z przedziału medycznego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści poniższą zabudowę na prawej ścianie:

- cztery podsufitowe szafki z frontami otwieranymi do góry z podświetleniem,
- jeden fotel obrotowy,
- uchylny uchwyt na plecak ratunkowy zgodny z PN EN 1789,
- pod uchwytem mocowanie jednej butli tlenowej 2,7l + butla i reduktor

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści poniższą zabudowę na lewej ścianie:

- pięć podsufitowych szafek z frontami otwieranymi do góry z podświetleniem,
- panel z gniazdami 12V(4 szt.), 230V(2 szt.), tlenowym(2szt + 1 szt. w suficie),
- mocowanie urządzenia do masażu serca,
- szafa tlenowa z miejscem mocowania nad nią respiratora,
- szafa główna z miejscem na leki itp., ssak akumulatorowy, kosz, miejsce na torbę opatrunkową,
- tablica sucho ścierna.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści jako parametr punktowany wydłużenie gwarancji mechanicznej na pojazd bazowy z ograniczeniem przebiegu do 200 000 km?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji parametru punktowanego PRZEDŁUŻONA GWARANCJA NA POJAZDY BAZOWE (GWpb) – 5 %.

Pytanie 9

Czy Zamawiający zrezygnuje z nakładania na Wykonawcę kar za opóźnienia w naprawie pojazdu bazowego? Wykonawca nie ma żadnego wpływu na czas naprawy pojazdu bazowego i trudno mu z tego powodu wziąć za to odpowiedzialność.



Odpowiedź:

Zamawiający nie przewidział w SWZ kar za opóźnienie w naprawie pojazdu bazowego.

Pytanie 10

Dotyczy oświadczenia o homologacji – prawdopodobnie doszło do omyłki pisarskiej gdyż w oświadczeniu mowa jest o jednym ambulansie, a Zamawiający wymaga dostawy dwóch ambulansów.

Odpowiedź:

Zamawiający poprawia omyłkę pisarską zawartą w Załączniku nr 6 do SWZ.

Pytanie 11

Prosimy o potwierdzenie (zgodnie z umową paragraf 3 pkt. 2), iż Zamawiający wymaga dla samochodu bazowego – zawarcia w ofercie pakietu przeglądów okresowych (np. wymiana oleju, klocków, itp.) świadczonego przez każdą autoryzowaną stacją obsługi dla danej marki pojazdu?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 12

Prosimy o potwierdzenie (zgodnie z umową paragraf 3 pkt. 2), iż Zamawiający wymaga w przypadku zaoferowania przedłużonej gwarancji na pojazd bazowy, wliczenia w ofertę dodatkowych przeglądów pojazdu bazowego wykonywane w każdym ASO danej marki.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 13

Prosimy o potwierdzenie (zgodnie z umową paragraf 3 pkt. 2), iż Zamawiający wymaga w przypadku zaoferowania przedłużonej gwarancji na adaptację medyczną, wliczenia w ofertę dodatkowych przeglądów adaptacji medycznej w siedzibie Użytkownika.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 14

Dotyczy parametrów punktowanych – system elektrycznego wspomaganie drzwi bocznych lewych i prawych – prosimy o potwierdzenie, iż ma to być system montowany na etapie produkcji pojazdu bazowego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza także montaż systemu na innym etapie produkcji ambulansu.

Pytanie 15

Prosimy o potwierdzenie (zgodnie z umową paragraf 3 pkt. 2) iż Zamawiający wymaga dla krzeselka kardiologicznego – zawarcia w ofercie pakietu przeglądów okresowych w siedzibie Użytkownika.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 16



Prosimy o potwierdzenie (zgodnie z umową paragraf 3 pkt. 2) iż Zamawiający wymaga w przypadku zaoferowania przedłużonej gwarancji na zestaw transportowy wliczenia dodatkowych przeglądów zestawu transportowego w siedzibie Użytkownika.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 17

Dotyczy załącznik nr 1, pkt. 1.1c – z uwagi iż do radioodbiornika na dachu pojazdu znajdować się będzie oryginalna antena FM, prosimy o dopuszczenie anteny do stacji dokującej GSM/GPS.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18

Dotyczy załącznik nr 1, pkt. 1.1c - prosimy o dopuszczenie anten dwuzakresowych dla modułu GPS oraz stacji dokującej: <https://mitcom-electronic.shoplo.com/aggw-hv60-gps-gsm-mimo-specjalistyczna-do-okolna-antena-wielosekcyjna-montazowa-do-nawigacji-monitoringu-i-telemetrii-gps-glonass-galileo-gsm-lte-mimo-5g-55dbi-ip66-kopia-3-kopia-kopia-kopia>

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19

Dotyczy załącznik nr 1, pkt. 2 – prosimy o dopuszczenie pojazdu wyposażonego w cztery miejsca siedzące (dwa w przedziale kierowcy, dwa w przedziale medycznym) oraz nosze, ale przeznaczonego do transportu maksymalnie czterech osób.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w pkt. I ppkt 2.

Pytanie 20

Dotyczy załącznik nr 1, pkt. 17 – czy Wykonawca może uznać poziom i stan naładowania akumulatora za tożsame pojęcia?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 21

Dotyczy załącznik nr 1, pkt. VI.2 – prosimy o potwierdzenie, iż regulacja kierownicy ma obejmować regulację góra-dół oraz przód-tył.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza. SWZ nie określa płaszczyzn regulacji kierownicy.

Pytanie 22

Dotyczy załącznik nr 1, pkt. VII – prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wymaga ogrzewania przedziału medycznego cieczą chłodzącą silnik (ogrzewanie zależne).

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 23



Dotyczy załącznik nr 1, pkt. VIII.3,6 – prosimy o dopuszczenie zasilania z przetwornicy wszystkich gniazd 230V w konfiguracji – cztery gniazda na ścianie lewej oraz jedno gniazdo na ścianie działowej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 24

Dotyczy załącznik nr 1, pkt. IX.1 – prosimy o wyjaśnienie/bądź doprecyzowanie – jeśli belka ma być w wypełniona w całej przedniej części modułami LED nie ma możliwości zainstalowania napisu ambulans. Wykonawca może zaoferować belkę z napisem ambulans ale wtedy nie będzie w całej przedniej części wypełniona niebieskimi LEDami.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza belkę bez napisu Ambulans.

Pytanie 25

Dotyczy załącznik nr 1, pkt. XII.7 – prosimy o dopuszczenie wysokości na plecak w szafce ściany działowej 60 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 26

Dotyczy załącznik nr 1, pkt. 14,15 – prosimy o podanie marki i modelu defibrylatora oraz respiratora jaki będzie przewożony w ambulansach aby przygotować odpowiednie wielkościowo płyty szybkiego montażu (adaptory).

Odpowiedź:

Zamawiający posiada następujące defibrylatory: Lifepak 12; Lifepak 15, Corpuls 3 i respiratory: Weinman, Medunat Standard A, Medunat Standard II, Easy, Easy CPR, Parapac.

Pytanie 27

Dotyczy załącznik nr 1, pkt. XVII.5 – prosimy o rezygnację z wymogu dostawy wraz z pojazdem karty pojazdu z uwagi na nowelizację prawa i zaprzestanie wydawania w/w dokumentu.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z tego wymogu, jednocześnie zmienia załącznik nr 1, pkt. XVII.5.

Pytanie 28

W związku z aktualizacją normy PN-EN 1789 do wersji PN-EN 1789:2021-02 wprowadzającą nowe wymagania względem ambulansów zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy wymaga by fotele w przedziale medycznym wyposażone były w alarm zapięcia pasów sygnalizujący wyłącznie w trakcie jazdy pojazdu (a nie na postoju) brak zapiętego pasa osoby siedzącej na fotelu w przedziale medycznym (pkt. 4.5.5.)?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodności z aktualną normą PN-EN 1789.

Pytanie 29

Czy Zamawiający wymaga by nie było możliwości prowadzenia ambulansu z drzwiami w przegrodzie pomiędzy kabiną kierowcy a przedziałem medycznym ustawionymi w pozycji otwartej (pkt. 4.3.4). Czy



Zamawiający wymaga by ww. drzwi były zabezpieczone przed otwarciem gdy ambulans drogowy jest w ruchu, a podczas postoju z włączonym silnikiem aby była możliwość ich otwarcia?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodności z aktualną normą PN-EN 1789.

Pytanie 30

Czy Zamawiający wymaga by oferowany typ ambulansu wyposażony był w dedykowany dla służb ratowniczych system umożliwiający dalszą jazdę w przypadku spadku czynnika AdBlue poniżej wymaganego poziomu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby ambulansu wyposażony był w system umożliwiający dalszą jazdę w przypadku spadku czynnika.

Pytanie 31

Czy Zamawiający wymaga by fotel u wezłowania noszy posiadał elektrycznie zwalniany przesuw umożliwiający ustawienie fotela w pozycji ułatwiającej przejście z przedziału medycznego do kabiny kierowcy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 32

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga jedynie miejsca mocowania defibrylatora czy też respiratora czyli dostarczenia ambulansu bez uchwytów do ww. urządzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 33

Czy Zamawiający dopuści, standardową długość gwarancji na samochód bazowy 24 miesiące bez limitu km, oraz na perforację nadwozia 72 miesiące i powłoki lakiernicze 36 miesięcy którą oferuje większość producentów ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi aktualnej normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, posiadający zamiast stopnia wewnętrznego, certyfikowany zewnętrzny stopień obrotowy (nie chowany w kasecie) sterowany elektrycznie przy prawych drzwiach bocznych ułatwiający wsiadanie / wysiadanie, stosowany od wielu lat w ambulansach użytkowanych na terenie Polski. Proponowany stopień nie mniejsza prześwitu ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35

Prosimy o podanie sposobu dostawy ambulansów, czy dopuszcza się dojazd na kołach ?
Wyjaśniamy, że ma to duży wpływ na cenę przedmiotu zamówienia.



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 36

Czy Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności do zaoferowania samochod w którym stabilizacja toru jazdy, precyzja prowadzenia, odpowiedni komfort transportu pacjenta oraz bezpieczeństwo użytkownika zostały uzyskane przez inne rozwiązania konstrukcyjne (budowa układu jezdnego obu osi, rozmieszczenie elementów przeniesienia napędu na przód ze stabilizatorem poprzecznym, szeroki rozstaw kół, szeroki rozstaw osi, nisko umieszczony środek ciężkości pojazdu, niska podłoga) niż stabilizator osi tylnej ?

Wyjaśniamy, że oferowany samochód spełnia wszystkie wymogi normy PN EN 1789 i NFZ,. Ponadto zawieszenie spełnia wymogi opisane w pkt V 1.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 37

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, z drzwiami lewymi przesuwными z nieprzeźroczystą szybą w kolorze nadwozia ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 38

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans z szafką na przegrodzie, która ma blat roboczy wyłożony specjalnym laminatem odpornym na zarysowania oraz łatwymi do utrzymania czystości i dezynfekcji ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 39

Czy alternator ma spełniać kryterium mocy 180 Ah, czy 180 A ?

Odpowiedź:

Alternator ma spełniać kryterium mocy 180 A.

Pytanie 40

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, posiadający skrzynię biegów opisaną w Świadectwie Zgodności WE, jako skrzynię automatyczną 6 biegową ?

Odpowiedź:

Zamawiający w pkt III. 1. określił minimalne wymagania dotyczące manualnej (ręcznie sterowanej) skrzyni biegów (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 661/2009). Za skrzynię biegów automatyczną Zamawiający uzna skrzynię, której budowa opiera się o sprzęgło hydrokinetyczne, zapewniające płynną zmianę biegów, umożliwiającą wybranie pozycji „P” czyli PARKING - zabezpieczającą zaparkowany pojazd przed odtoczeniem się, a zmiana położenia dźwigni wybierania biegów pozwala na wybranie standardowych położzeń tj. D - Drive, R - bieg wsteczny, N - położenie neutralne, P - położenie parkingowe.



Pytanie 41

Czy fabryczna klimatyzacja kabiny kierowcy ma być automatyczna typu Climatronic, co zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo prowadzenia pojazdu przez kierowcę ?

Wyjaśniamy, że automatyczna typu „Climatronic“, jest to automatycznie sterowany układ klimatyzacji, który **większość procesów związanych z chłodzeniem oddaje w ręce komputera**. Regulacja przez użytkownika ogranicza się do określenia poziomu pożądanej temperatury na elektronicznym wyświetlaczu. To komputer, samodzielnie dopasowuje kierunek i siłę nawiewu powietrza, w taki sposób, żeby zapewnić jak największy komfort.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga fabrycznej klimatyzacji kabiny kierowcy i dopuszcza, ale nie wymaga klimatyzacji typu Climatronic.

Pytanie 42

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w UE Świadczenie zgodności typu WE pojazdu skompletowanego może być wystawione na podstawie Świadczenia zgodności typu WE pojazdu kompletnego lub na podstawie Świadczenia zgodności typu WE pojazdu niekompletnego. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza oba rodzaje dokumentów i wymaga, aby ambulans posiadał Świadczenie zgodności typu WE pojazdu skompletowanego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga niezbędnych kompletnych dokumentów do rejestracji pojazdów, w tym między innymi świadectwa zgodności typu WE pojazdu skompletowanego.

Pytanie 43

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie dostawy w terminie 120 dni od daty podpisania umowy ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu dostawy.

Pytanie 44

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 11 prosimy o wyjaśnienie, czy dopuszcza się do podpisanej umowy podpisanie aneksu ze zmianą tj. wydłużeniem terminu dostawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, na które nie miał wpływu ?

Odpowiedź:

Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Pytanie 45

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem dostawy są ambulanse typ C wg. normy PNNEN 1789 ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określił typu ambulansów jedynie wskazał parametry techniczne.

Pytanie 46

Czy w okresie gwarancji za przeglądy pojazdu bazowego z materiałami zużywalnymi typu klocki hamulcowe, olej, filtry itp. oraz za przeglądy wyposażenia medycznego z dojazdami płaci Wykonawca ?

Odpowiedź:

Tak, w okresie gwarancji za przeglądy pojazdu bazowego z materiałami zużywalnymi typu klocki hamulcowe, olej, filtry itp. oraz za przeglądy wyposażenia medycznego z dojazdami płaci Wykonawca.



Pytanie 47

Prosimy o potwierdzenie, że koszty dojazdu/transportu do/z serwisu ponosi Zamawiający i Wykonawca nie musi ich wliczać w cenę oferty ?

Odpowiedź:

Wykonawca z wyłączeniem pojazdu bazowego ponosi koszty dojazdu/transportu do/z serwisu.

Pytanie 48

Aby szyberdach (okno dachowe) stanowił jednocześnie wyjście ewakuacyjne musi posiadać minimalne wymiary 500 x 900 mm zgodnie z wymogami Regulaminu nr 17 EKG ONZ 1.3 czy takiego okna dachowego oczekuje Zamawiający ?

Odpowiedź:

Jako wyjście ewakuacyjne zamawiający dopuszcza wyjście tylne lub boczne zgodnie z aktualną normą PN EN 1789.

Pytanie 49

Prosimy o potwierdzenie, że okno dachowe ma mieć wymiary pozwalające na jego wykorzystanie jako wyjścia ewakuacyjnego dla pacjenta i personelu ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga okna dachowego, za wystarczające wyjście ewakuacyjne zamawiający uzna wyjście tylne lub boczne zgodnie z aktualną normą PN EN 1789.

Pytanie 50

Czy dopuszcza się nadwozie typu kontener ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 51

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans posiadający świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego lub dokument równoważny na dzień dostawy ambulansu ?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów określa kilka procedur w wyniku których, organ udzielający homologacji zaświadcza, że dany pojazd jest zgodny z odpowiednimi przepisami administracyjnymi i wymogami technicznymi i może być dopuszczony do ruchu. Rozporządzenie wymienia (...) m.in. „homologację typu całego pojazdu”, „homologację typu UE”, „indywidualne dopuszczenie pojazdu”, itd.

We wszystkich procedurach wymogiem jest przeprowadzenie wszystkich badań na zgodność z normą PN-EN 1789.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 52

Zamawiający wymaga stopnia wewnętrznego przy prawych drzwiach przesuwnych. Producenci stosują różne rozwiązania, co wynika z różnic konstrukcyjnych pojazdów1). Czy Zamawiający dopuści stopień wewnętrzny w postaci fabrycznej podłogi pojazdu ?

Odpowiedź:



Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 53

Ponieważ producenci samochodów bazowych stosują różne rozwiązania konstrukcyjne i inne nazewnictwo podobnych elementów konstrukcyjnych, dlatego prosimy o wyjaśnienie, czy dopuszcza się ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, posiadający Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, który posiada fabrycznie wzmocnione amortyzatory i stabilizatory, choć producent produkuje tylko jedną wersję takiego wyposażenia i nie używa nazwy „wzmocniony” ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 54

Czy określenie "fabryczne" oznacza fabrykę producenta pojazdu bazowego lub fabrykę wymienioną w Świadectwie Zgodności WE dokonującej zabudowy ambulansu ?

Odpowiedź:

Określenie fabryczne oznacza fabrykę producenta pojazdu bazowego.

Pytanie 55

Prosimy o zmniejszenie kar umownych określonych w paragrafie 6 pkt 1 projektu umowy na powszechnie przyjętą wysokość 0,1% za każdy dzień zwłoki ?
Obecne zapisy są rażąco dyskryminujące wykonawcę.

Odpowiedź:

Nie wyraża zgody.

Pytanie 56

Czy Zamawiający oczekuje tylko miejsca do mocowania defibrylatora i respiratora, czy też ma być to miejsce wraz z uchwytem, wówczas prosimy o podanie marki i modelu urządzenia ?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje tylko miejsca do mocowania defibrylatora i respiratora.

Pytanie 57

Czy Zamawiający dopuści, aby głośnik przedziału medycznego zamiast regulacji głośności posiadał własny wyłącznik ON/OFF?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

Pytanie 58

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności elektryczną grzałkę silnika zasilaną z sieci 230V zamontowaną w układzie smarowania silnika pojazdu w zamian za grzałkę umieszczoną w układzie chłodzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 59

Czy Zamawiający poprzez zapisem „Z regulowana kolumną kierownicy.” ma na myśli regulację góra-dół i przód-tył ?



Odpowiedź:

SWZ nie określa płaszczyzn regulacji kierownicy.

Pytanie 60

Czy Zamawiający dopuści, aby w przedniej belce świetlnej z modułami LED koloru niebieskiego umieszczone były halogeny do oświetlenia przedpoła miejsca akcji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 61

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w postaci czterech lamp niebieskich zamontowanych w atrapie oraz po dwie lampy zamontowane w przednich i tylnych błotnikach ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 62

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności szafkę na zużyte igły oraz strzykawkę umiejscowioną w tylnej części przedziału medycznego z lewej strony w zamian za szafkę na drobny sprzęt?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 63

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności, aby szafki po lewej stronie zabudowy były zamykane drzwiczkami a nie roletą ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 64

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności szafkę ściany działowej wyposażoną w blat roboczy wykonany z materiału kompozytowego o dużej sztywności i wytrzymałości oraz wysokiej odporności na zarysowania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 65

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności podstawę pod nosze główne z funkcją:

- przesuwu bocznego,
- wysuwu na zewnątrz przedziału medycznego,
- pochyłu do pozycji Trendelenburga/Antytrendelenburga,
- płynnej regulacji wysokości ładunkowej noszy, która to funkcja umożliwi ustawienie optymalnego kąta ładunkowego w zależności od potrzeb, tj. od ukształtowania terenu, sterowaną za pomocą cięgien?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 66

Proszę o sprecyzowanie, która kamera z tyłu ma posiadać wideo rejestrator: przedziału medycznego czy kamera cofania?



Odpowiedź:

Kamera cofania.

Pytanie 67

Chcielibyśmy zwrócić się z prośbą o przełożenie terminu składania ofert na 16.05.2023.

Wyrażamy nadzieję, że Zamawiający pozytywnie rozpatrzy naszą prośbę.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i przesuwa termin składania ofert na 16.05.2023 r. godz. 12.00.

Pytanie 68

Proszę o potwierdzenie, że pod pojęciem przedłużonej gwarancji, o której mowa w rozdziale XIV pkt 3 SWZ oraz w §3 ust. 2 projektu umowy Zamawiający rozumie przedłużoną gwarancję na pojazdy bazowe lub przedłużoną gwarancję na zabudowę medyczną w przypadku jej zaoferowania przez Wykonawcę, zgodnie z rozdziałem XVIII SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 69

Proszę o potwierdzenie, że przez obsługę pogwarancyjną Zamawiający rozumie wskazanie (określenie) przez Wykonawcę punktu serwisowego, który będzie pełnił serwis pogwarancyjny na koszt i ryzyko Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy i za odrębnym ustalonym w tej umowie wynagrodzeniem.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla z Załącznika nr 2 Formularz ofertowy punkt 8 i 9.

Pytanie 70

W przypadku potwierdzenia powyższego proszę o zmianę Formularza Ofertowego poprzez wykreślenie z niego pkt 7 oraz zmianę pkt 8 tego formularza, a także o zmianę §5 ust. 13 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Na podstawie odrębnej umowy i za odrębnym, wskazanym w tej umowie, wynagrodzeniem obsługę pogwarancyjną będzie świadczył podmiot wskazany przez Wykonawcę. Obsługa pogwarancyjna będzie świadczona przez okres 5 lat po upływie okresu gwarancji. Wykonawca gwarantuje przez ten czas dostęp do części zamiennych przedmiotu umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla z Załącznika nr 2 Formularz ofertowy punkt 8 i 9.

Pytanie 71

Proszę o zmianę §2 ust. 3 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Odbiór ilościowo-jakościowy nastąpi w dniu dostawy ambulansów w godzinach 8.00-15.00”. W związku z tym, że na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za utratę lub zniszczenie ambulansów do chwili wydania ambulansów, tj. podpisania protokołu odbioru ilościowo – jakościowego, odbiór i podpisanie protokołu odbioru ilościowo-jakościowego powinien nastąpić niezwłocznie po ich dostarczeniu do siedziby Zamawiającego, w dniu dostawy. Wykonawca nie może bowiem ponosić ryzyka związanego z utratą lub uszkodzeniem ambulansów po ich dostarczeniu do siedziby Zamawiającego, gdy nie będzie sprawował nad nimi pieczy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 72

Proszę o potwierdzenie, że termin przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego z obsługi ambulansu i sprzętu medycznego, o którym mowa w §2 ust. 8 projektu umowy, i który odbyć ma się w terminie 7 dni kalendarzowych od daty dostawy przedmiotu umowy lub w innym, późniejszym terminie, nie będzie wliczany do terminu realizacji przedmiotu zamówienia wynoszącego 90 dni od daty zawarcia umowy. Wskazać należy, iż protokół odbioru ilościowo-jakościowego zostanie podpisany przez Strony lub upoważnionych przedstawicieli Stron w dniu dostawy przedmiotu umowy i stanowił będzie potwierdzenie, że dostawa została zrealizowana w sposób prawidłowy i w ustalonym terminie. Przeprowadzone szkolenie natomiast zostanie potwierdzone odpowiednią listą obecności przeszkolonych osób.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 73

Proszę o zmianę §4 ust. 1 projektu umowy poprzez wskazanie, że Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki w dostawie przekraczającej 7 dni roboczych po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków stanowiących podstawę odstąpienia i wyznaczeniu mu w tym celu dodatkowego terminu.

Odpowiedź:

Zamawiający wezwie Wykonawcę do realizacji obowiązków.

Pytanie 74

Proszę o wykreślenie §4 ust. 2 lit. a oraz §4 ust. 5 projektu umowy jako zbyt szerokiego i nadmiernie rygorystycznego. Należy wskazać, że Zamawiający jest zobowiązany do precyzyjnego określania przesłanek odstąpienia od umowy, natomiast zgodnie z §4 ust. 2 lit. a projektu umowy Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku naruszenia istotnego postanowienia umowy, co jest sformułowaniem zbyt ogólnym i wywołującym wątpliwości, a Wykonawca powinien mieć świadomość tego, że za naruszenie jakich konkretnie postanowień umowy, Zamawiający może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w umowie.

Pytanie 75

W związku z treścią §4 ust. 6 projektu umowy, który przewiduje możliwość odstąpienia przez Wykonawcę od umowy w sytuacji, gdy Zamawiający, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania nie przystąpi do odbioru przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn, prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do projektu umowy kary umownej zastrzeżonej na rzecz Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto niniejszej umowy, w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego. Wskazać należy, iż taka kara umowna pełnić będzie funkcję zryczałtowanego odszkodowania i pozwoli na częściowe pokrycie kosztów, jakie Wykonawca poniesie w związku z przygotowaniem przedmiotu umowy dla Zamawiającego. Jednocześnie, wprowadzenie przywołanej kary umownej zapewni zachowanie równowagi stron niniejszej umowy. W projekcie umowy przewidziano bowiem jedynie karę umowną płatną przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w sytuacji odstąpienia



przez Wykonawcę od realizacji umowy, natomiast brak jest analogicznej kary umownej zastrzeżonej na rzecz Wykonawcy, w sytuacji gdy to Zamawiający nie przystąpi do odbioru przedmiotu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 76

Proszę o dostosowanie §5 ust. 7 i ust. 9 wzoru umowy do treści pkt XVII ppkt 4 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia poprzez wskazanie, że termin napraw lub termin wymiany wadliwego elementu liczony będzie w dni robocze od momentu doręczenia zawiadomienia ze strony Zamawiającego Wykonawcy, dokonanego w formie e-mail, z tym zastrzeżeniem, że e-mail, w przypadku wysłania go między godz. 8.00 a 16.00 w danym dniu roboczym uznany jest za doręczony w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku wysłania go po godz. 16.00 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, uznany jest za doręczony w następnym dniu roboczym.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia §5 ust. 7, jednocześnie potwierdza iż za dzień roboczy rozumie zgłoszenie między godz. 8.00 a 16.00 w danym dniu roboczym, a po godz. 16.00 dzień kolejny.

Pytanie 77

Prosimy o wyłączenie uprawnienia do naliczania kar umownych w przypadku usunięcia przez Zamawiającego wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy, o którym mowa w §5 ust. 8 projektu umowy. W przeciwnym wypadku Wykonawca będzie dwukrotnie karany za to samo przewinienie, raz w związku z koniecznością poniesienia kosztów usunięcia wad przez Zamawiającego i drugi raz poprzez zapłatę kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych. W przypadku zgody Zamawiającego na powyższe, prosimy o zmianę treści §5 ust. 8 projektu umowy poprzez zastąpienie sformułowania „zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy, a zwłaszcza roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz kar umownych, zapisem: „co wyłącza inne roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji w tym prawo Zamawiającego do naliczenia kar umownych”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ, jednocześnie wskazując iż w przypadku naprawy w terminie, kara za zwłokę nie będzie naliczana.

Pytanie 78

Proszę o zmianę §5 ust. 8 projektu umowy poprzez zastąpienie fragmentu: „Jeżeli Wykonawca lub gwarant albo osoba przez nich upoważniona, po wezwaniu ich do wymiany urządzenia lub usunięcia wad, nie dopełni obowiązku wymiany urządzenia na wolne od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy w terminie określonym w umowie”, fragmentem o treści: „Jeżeli Wykonawca lub gwarant albo osoba przez nich upoważniona, po wezwaniu ich do usunięcia wad albo do wymiany wadliwego elementu przedmiotu umowy w przypadku, o którym mowa w §5 ust. 9 niniejszej umowy nie dopełni wskazanych obowiązków usunięcia wad w drodze naprawy lub wymiany wadliwego elementu w terminie określonym w umowie...”. Należy wskazać, że drobne naprawy czy inne usterki przedmiotu zamówienia, powinny być usuwane w drodze naprawy, a nie wymiany całego przedmiotu umowy. Żądanie przez Zamawiającego dostarczenia całego przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia wady, która z łatwością może być usunięta w drodze naprawy, nie znajduje uzasadnienia. Powyższą zmianę uzasadnia także treść §5 ust. 9 projektu umowy, w którym Zamawiający sam wskazał, że w przypadku trzykrotnej



naprawy tego samego elementu Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia nowego elementu, a nie całego urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 79

W ocenie Wykonawcy treść §5 ust. 10 i 11 projektu umowy budzi wątpliwości, gdyż w ust. 10 Zamawiający reguluje kwestie wydłużenia okresu gwarancji środka transportu sanitarnego lub wyposażenia, a w ust. 11 reguluje zasady wydłużenia okresu gwarancji „z wyłączeniem pojazdów bazowych”. Skoro w §5 ust. 10 mowa o jest o środku transportu sanitarnego z wyposażeniem, to w ocenie Wykonawcy chodzi tu de facto o ambulans z wyposażeniem (pojazd bazowy + zabudowa + sprzęt medyczny). Jeśli zamiarem Zamawiającego było określenie w ust. 10 zasad wydłużenia okresu gwarancji wyłącznie pojazdu bazowego (na to wskazuje treść ust. 11, gdyż z przedmiotowego zakresu jego regulacji Zamawiający wyłączył pojazd bazowy), to w celu zachowania przejrzystości postanowień umowy proponujemy nadanie ust. 10 i 11 następującego brzmienia:

ust. 10: „W przypadku wymiany pojazdu bazowego lub jego wyposażenia, jego części (podzespołu) lub napraw w okresie gwarancji, termin gwarancji na tę rzecz, część (podzespół) biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy, części (podzespołu) wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy, części (podzespołu) naprawionej (dotyczy naprawy istotnej). W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego skutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać”.

ust. 11 „W przypadku dokonania istotnej naprawy części (podzespołu) zabudowy medycznej lub sprzętu medycznego albo ich wymiany czas trwania gwarancji będzie wydłużony o czas trwania naprawy lub wymiany, jeśli naprawa lub wymiana będzie trwała dłużej niż 14 dni liczonych od dnia zgłoszenia dokonanego zgodnie z §5 ust. 7 umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 80

Prosimy o zmianę treści pkt XVII ppkt 5 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia poprzez wykreślenie sformułowania „fakturę sprzedaż”. Wskazać należy, iż faktura VAT zostanie wystawiona przez Wykonawcę na podstawie podpisanego przez Strony protokołu odbioru ilościowo- jakościowego i dostarczona Zamawiającemu już po podpisaniu wskazanego protokołu, w terminie 2-3 dni roboczych. W związku z tym podpisaniu protokołu odbioru nie będzie towarzyszyć przekazanie wskazanej faktury VAT.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 81

Prosimy również o zmianę treści pkt XVII ppkt 5 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia poprzez wykreślenie sformułowania „karta pojazdu”. Począwszy od dnia 4 września 2022 roku nowe karty pojazdu nie są już bowiem wydawane.

Odpowiedź:

Odpowiedź w pytaniu nr 27.

Pytanie 82



Z uwagi na to, że przedmiotem umowy jest dostawa dwóch ambulansów, proszę o zmianę §6 ust. 1, 2, 3, 4, 6 projektu umowy poprzez wskazanie, że podstawę naliczenia kar umownych będzie stanowiła wartość brutto ambulansu, którego będzie dotyczyła zwłoka lub odstąpienie od umowy, a nie wartość brutto całej umowy. Jeżeli Wykonawca wykona należycie dostawę jednego ambulansu, wywiązując się tym samym terminowo ze wszystkich obowiązków wskazanych w umowie w odniesieniu do tego ambulansu, dopuszczając się jednocześnie zwłoki w realizacji obowiązków dotyczących drugiego z ambulansów, to nadmierne będzie naszym zdaniem, obciążenie Wykonawcy karą umowną liczoną od wartości umowy brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 83

Prosimy o obniżenie wysokości kary umownej określonej w:

- §6 ust. 1 projektu umowy z 1% do 0,5%;
- §6 ust. 2 projektu umowy z 500,00 zł do 250,00 zł;
- §6 ust. 6 projektu umowy z 0,1% do 0,05%.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 84

Prosimy Zamawiającego o zmianę § 6 ust. 10 wzoru umowy na następujący: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty nie krótszym niż 10 dni od daty jej otrzymania”. Pozytywna odpowiedź Zamawiającego będzie miała korzystny wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 85

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod pojęciem fabrycznie nowego ambulansu rozumie także pojazdy z tzw. „przebiegiem technicznym” – jest to niewielki przebieg powstający w pojazdach w skutek ich przeparkowywania/przestawiania u producenta oraz dealera samochodów bazowych, a także producenta zabudowy medycznej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 86

Proszę o zmianę §9 ust. 2 projektu umowy oraz pkt 7.4. ogłoszenia o zamówieniu poprzez poszerzenie katalogu przesłanek zmiany umowy i dodanie do niego poniższych przesłanek:

- a) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia;
- b) zmiany sposobu/terminów płatności;
- c) zmiany numeru konta bankowego;
- d) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym, posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który miał być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;



e) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
nastąpienia zmiany danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.);”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 87

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści §10 ust. 4 projektu umowy oraz pkt 4 zdanie drugie Formularza ofertowego i nadanie im następującego brzmienia: „Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. Jeżeli Umowa nie będzie podpisana przez obie strony tego samego dnia przyjmuje się, że umowa została zawarta w dniu złożenia ostatniego podpisu przez upoważnionego reprezentanta Wykonawcy, po uprzednim podpisaniu jej przez Zamawiającego i doręczeniu na adres Wykonawcy.” Wskazać należy, iż umowa o zamówienie publiczne powinna wejść w życie dopiero z chwilą złożenia podpisów przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron umowy. Nie sposób jest przyjąć, że sam fakt doręczenia umowy na adres Wykonawcy równoznaczny jest z zawarciem takiej umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 88

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Wykonawca obowiązany będzie do bezpłatnego usunięcia wad, usterek, awarii przedmiotu umowy powstałych lub ujawnionych w okresie gwarancji, w zakresie w jakim te wady lub usterki powstały z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy, zgodnie z art. 578 k.c. Wykonawca nie może być bowiem obowiązany do usuwania wszelkich wad urządzenia, w sytuacji gdy wady te powstały na skutek np. nieprawidłowego korzystania z urządzenia przez Zamawiającego lub osobę trzecią albo w sytuacji normalnego zużycia rzeczy.

Odpowiedź:

Zgodnie z § 10 ust. 1 umowy "W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i Pzp"

Pytanie 89

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści rozdziału XIV pkt 1 SWZ. Wykonawca powinien wskazać cenę ofertową brutto na Formularzu Ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ oraz w Formularzu Cenowym, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający poprawia treść XIV pkt 1 SWZ.

Pytanie 90

W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, która weszła w życie w dniu 8.12.2022 r., każdy duży przedsiębiorca jest zobligowany do złożenia drugiej stronie transakcji handlowej oświadczenia o posiadaniu, uzyskaniu albo utracie statusu dużego przedsiębiorcy, jeżeli odpowiednio posiada, uzyskał albo utracił ten status. Wobec powyższego, w przypadku posiadania przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, statusu dużego przedsiębiorcy, prosimy o dodanie do umowy o zamówienie publiczne klauzuli o poniższej treści: „.....*”, w wykonaniu obowiązku określonego w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U.



2013 poz. 403 z późn. zm.) oświadcza, że posiada status „dużego przedsiębiorcy” w rozumieniu ww. ustawy.”

*Nazwa Wykonawcy

Odpowiedź:

W przypadku jeżeli w toku postępowania zostanie wyłoniony wykonawca, który będzie posiadał status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, do umowy zostanie wprowadzony zapis w proponowanym brzmieniu.

Pytanie 91

W celu zabezpieczenia interesu Stron stosunku prawnego na wypadek zaistnienia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia przez Strony zdarzenia, wpływającego na zobowiązania oraz odpowiedzialność Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego Umowy, prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do projektów umów odrębnego paragrafu z klauzulą siły wyższej o brzmieniu proponowanym poniżej:

„§....

Siła wyższa

1. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nadzwyczajne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia przez Strony, które ma wpływ na zakres i sposób realizacji Umowy..
2. Strony zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z wystąpienia siły wyższej.
3. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana bądź jej realizowanie jest w znacznym stopniu utrudnione z powodu wystąpienia siły wyższej lub z powodu następstw jej wystąpienia, niezwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę na piśmie lub mailowo.
4. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw, Strony uzgodnią wzajemne działania minimalizujące negatywne skutki wystąpienia siły wyższej, a w razie potrzeby dokonają także zmiany w treści Umowy, w szczególności poprzez wydłużenie terminu jej wykonania, zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy lub sposobu wykonania Umowy.
5. Strony zgodnie potwierdzają, iż w przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw nie naliczą kar umownych przewidzianych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a zwłaszcza kar z tytułu nieterminowego wykonania obowiązków umownych przez Wykonawcę.

W przypadku, gdy brak jest możliwości dojścia do porozumienia w kwestii działań określonych w ust. 4 i w konsekwencji którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy na skutek wystąpienia siły wyższej, Strony zwracają sobie wzajemnie świadczenia, które otrzymały od drugiej Strony. W przypadku gdy zwrot wykonanej już części świadczenia jest niemożliwy, Wykonawcy przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie proporcjonalne do części świadczenia, którą zatrzymał Zamawiający”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, wskazując dodatkowo na fakt, iż siła wyższa uregulowana jest w kodeksie cywilnym.

Pytanie 92

Z uwagi na trwający okres urlopowy, związany z dniami ustawowo wolnymi od pracy (Święto Pracy oraz Święto Konstytucji 3 Maja) w sposób znaczący skracającymi termin na skompletowanie dokumentacji i wycenę oferty, w celu zapewnienia odpowiedniego terminu na rzetelne przygotowanie ofert, uprzejmie prosimy o zmianę terminu składania ofert i wyznaczenie go na dzień 12.05.2023 r., godz. 11:00.

Odpowiedź:

Zamawiający przesuwając termin składania ofert na 16.05.2023 r. godz. 12.00.



II. ZMIANA TREŚCI SWZ, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia treść SWZ w następującym zakresie:

- Dotychczasową treść Rozdziału XIV pkt 1 SWZ zastępuje się treścią:
„Wykonawca podaje cenę ofertową brutto na Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.”
- Dotychczasową treść Rozdziału XVIII SWZ Opisu kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert dotyczące kryterium Przedłużona Gwarancja na pojazdy bazowe zastępuje się treścią:
„PRZEDŁUŻONA GWARANCJA NA POJAZDY BAZOWE (GWpb) – 5 %
Wykonawca w tym kryterium może uzyskać 5 punktów w przypadku zaoferowania okresu gwarancji mechanicznej na pojazdy bazowe wynoszącego 48 miesięcy od daty podpisania protokołu ilościowo – jakościowego bez limitu km lub z ograniczeniem przebiegu do 200 000 km lub 0 punktów w przypadku zaoferowania okresu gwarancji mechanicznej wynoszącego mniej niż 48 miesięcy. Minimalny okres gwarancji mechanicznej na pojazdy bazowe wynosi 24 miesiące.”

Załącznik nr 1 SWZ „Opis Przedmiotu Zamówienia”:

- Dotychczasową treść pkt.XVII.1 zastępuje się treścią:
„Gwarancja na samochód bazowy min. 24 miesiące (bez limitu kilometrów lub z ograniczeniem przebiegu do 200 000 km)- zgodnie ze złożoną ofertą.
Uwaga: Parametr punktowany (nie wymagany) - Wydłużona gwarancja (opisana w SWZ)
Zamawiający nie stawia warunku aby przedłużony okres gwarancji na pojazdy bazowe gwarantowany był przez producenta lub przedstawiciela producenta pojazdu. W przypadku jednak zaoferowania przedłużonego okresu gwarancji na pojazd bazowy, warunki przedłużonej gwarancji nie powinny być gorsze niż te, które oferowane są w standardowym 24-miesięcznym okresie gwarancji.
Zamawiający informuje, że zakładany średni roczny przebieg jednego ambulansu będzie wynosił ok. 30.000 km.

- Dotychczasową treść pkt.XVII.5 zastępuje się treścią:
„Przy odbiorze ambulansu Wykonawca przekazuje odbierającemu: dokumenty wymagane do rejestracji (w tym wyciąg ze świadectwa homologacji (zgodności) typu WE pojazdu skompletowanego – dla Wykonawców krajowych) lub w przypadku podmiotu zagranicznego świadectwo zgodności WE typu pojazdu skompletowanego, fakturę sprzedaży i oświadczenie o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów, będące załącznikiem nr 10 do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U. 2015 poz. 1475 z późn. zm.), instrukcje obsługi pojazdu i sprzętu medycznego w języku polskim, książkę gwarancyjną z wyszczególnieniem poszczególnych okresów gwarancyjnych.”

Załącznik nr 2 do SWZ „Formularz oferty”

- Treść załącznika nr 2 otrzymuje brzmienie:



Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy

.....
 /Nazwa i adres Wykonawcy/

.....
 /miejsowość i data/

Numer Identyfikacji Podatkowej Wykonawcy:

Kategoria przedsiębiorstwa: mikro / małe / średnie / inne*

przedsiębiorstwo mikro- przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR

przedsiębiorstwo małe - przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR

przedsiębiorstwo średnie – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR

OFERTA

**Do SP ZOZ WSPR
 w Białymstoku**

Adres email do kontaktów z Wykonawcą:

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę ambulansu medycznego nr EOP.332.6.23, oświadczamy, że:

1. Oferujemy realizację zamówienia: za cenę netto.....
 słownie:.....zł,

kwota podatku VAT *..... zł, tj. za cenę brutto *
 zł, słownie:.....zł

- Wykonawca dokonując dostawy działa we własnym imieniu i na własną rzecz;
- Wykonawca zobowiązuje się uiścić podatek akcyzowy jeżeli taki obowiązek powstanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;
- Dostawę zrealizujemy w terminie **do 90 dni** od dnia podpisania umowy. Jeżeli Umowa nie będzie podpisana przez obie strony tego samego dnia przyjmuje się, że umowa została zawarta w dniu skutecznego doręczenia umowy na adres Wykonawcy, po podpisaniu i przesłaniu jej przez Zamawiającego.
- Oferowana przez nas gwarancja na pojazdy bazowe wynosi miesiące/miesięcy od daty podpisania protokołu ilościowo - jakościowego [minimum 24 miesiące];
- Oferowana przez nas gwarancja na pojazdy bazowe obejmuje gwarancję: bez limitu km*/ z ograniczeniem przebiegu do 200 000 km* [niepotrzebne skreślić].
- Oferowana przez nas gwarancja na zabudowę medyczną wynosi miesiące/miesięcy od daty podpisania protokołu ilościowo - jakościowego (minimum 24 miesiące);
- Oferowany przez nas ambulans medyczny spełnia następujące parametry techniczne (dot. parametrów nie wymaganych, dodatkowo ocenianych):

L.p.	Parametry niewymagane, dodatkowo punktowane	Oświadczenie wykonawcy
1.	Długość przedziału medycznego powyżej 3,00m, Mierzona zgodnie z normą PN-EN 1789 lub równoważną	deklarowana długość: m



	pkt I. 4. Opis Przedmiotu Zamówienia	
2.	System elektrycznego wspomaganie domykania drzwi bocznych prawych i lewych. pkt I. 7.i I.8 Opis Przedmiotu Zamówienia	TAK / NIE
3.	Automatyczna skrzynia biegów (min. 6 biegów do przodu i bieg wsteczny). pkt III. 1. Opis Przedmiotu Zamówienia	TAK / NIE
4.	Wydłużona gwarancja na cały zestaw transportowy (transporter i nosze) do 5 lat pkt XV. 13 Opis Przedmiotu Zamówienia	TAK / NIE
5.	Dodatkowe sygnały pneumatyczne o modulacji dwutonowej pkt IX. 11. Opis Przedmiotu Zamówienia	TAK / NIE
6.	Rok produkcji krzeselka kardiologicznego pkt XVII. 8. Opis Przedmiotu Zamówienia	wskazać rok
7.	Rok produkcji noszy wraz z transporterem pkt XVII. 8. Opis Przedmiotu Zamówienia	wskazać rok
8.	Uchwyt do tabletu w kabinie kierowcy przebadany na przeciążenia 10 G na oferowanej marce i modelu ambulansów pkt I. 1c Opis Przedmiotu Zamówienia	TAK / NIE
9.	Średnica kół w transporterze noszy głównych. pkt. XV. 4 Opis Przedmiotu Zamówienia	Deklarowana średnica kółek jezdnych w transporterze: mm
10.	System zabezpieczający przed niekontrolowanym złożeniem goleni transportera. pkt. XV. 1 Opis Przedmiotu Zamówienia	TAK / NIE

10. Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami opisany z Załączniku nr 1 do SWZ w punkcie I pozycji 11 posiada wymiary (wskazać w mm wysokość, szerokości i głębokość) mm.
11. Zawieszenie opisane w Załączniku nr 1 do SWZ w punkcie V poz. 1 posiada wzmocnienie drążka obu osi. Proszę podać wartość w stosunku do standardowej
12. Marka i model oferowanego przez nas niezależnego od silnika systemu powietrznego ogrzewania przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury z termostatem o mocy min. 5,0 kW, umożliwiającego ogrzanie przedziału medycznego zgodnie z normą PN-EN 1789 pkt 4.5.5.1 lub równoważną -
.....
13. Marka i typ automatycznej ładowarki opisanej w Załączniku nr 1 do SWZ w punkcie VIII poz. 4
14. Marka i model belki świetlnej opisanej w Załączniku nr 1 do SWZ w punkcie IX poz. 1



15. Marka i model belki świetlnej opisanej w Załączniku nr 1 do SWZ w punkcie IX poz. 3
.....
16. Marka i model oraz numer certyfikatu/ homologacji dodatkowego sygnału pneumatycznego
opisanego w punkcie IX poz. 11
.....
17. Marka i rodzaj lawety opisanej w Załączniku nr 1 do SWZ w punkcie XII poz. 13
.....
18. Waga oferowanego przez nas transportera noszy głównych wynosi kg;
19. Obciążenie dopuszczalne oferowanego przez nas transportera wynosi kg
20. Waga oferowanego przez nas zestawu transportowego wynosi kg
21. Obciążenie dopuszczalne zaoferowanych przez nas noszy wynosi kg
22. Waga oferowanych przez nas noszy wynosi..... kg.
23. Marka, model zaoferowanego krzeselka kardiologicznego
.....
24. Marka, model zaoferowanych noszy
25. Model oferowanej stacji dokującej
.....
26. Model oferowanego modułu GPS SWD PRM
27. Model oferowanego radiotelefonu przewoźnego
.....
28. Akceptujemy warunek, iż zapłata za wykonanie zamówienia następować będzie w terminie **30 dni** od
daty przedłożenia faktury, wystawionej na zasadach opisanych we wzorze umowy;
29. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
30. Zobowiązujemy się dostarczyć wszystkie dokumenty potrzebne do rejestracji pojazdu;
31. Zapoznaliśmy się z treścią SWZ (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz
przyjmujemy warunki w niej zawarte;
32. Oświadczam, że **jestem/nie jestem** (niepotrzebne skreślić) czynnym podatnikiem podatku VAT. W
przypadku zmiany statusu VAT Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, powiadomić o tym
Zamawiającego;
33. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ;
34. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
35. Zamówienie realizować będziemy z udziałem podwykonawców w części:**
 - a)
 - b)
 - c)
 - d)
36. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty***.
 - a)
 - b)
 - c)
 - d)
 - e)
37. Oferta została złożona na stronach.



38. Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 225 ust. 2 Pzp. informuję, że wybór mojej oferty:
- a) nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
 - b) będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w wyniku czego wskazuję nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuję ich wartość bez kwoty podatku: (niepotrzebne skreślić).
39. Oświadczamy, iż autoryzowany serwis oferowanego sprzętu medycznego mieści się: (podać nazwę, adres, telefon kontaktowy):
.....
.....
40. Tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która nie będzie podlegać udostępnieniu, są następujące informacje****:
- a)
 - b)
 - c)
 - d)
 - e)
41. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, proszę o jego zwrot na rachunek bankowy:
- z którego nastąpiła wpłata wadium
 - inny niż ten, z którego nastąpiła wpłata wadium, tj.:
.....
nazwa banku:
.....
 - nie dotyczy

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzach ofertowych, innych dokumentach składanych na wezwanie w trakcie trwania postępowania oraz danych zawartych w umowie przez SP ZOZ WSPR w Białymstoku celu przeprowadzenia postępowań udzielenia zamówienia publicznego w trybie ustawy Pzp.

.....
(kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty)

- * nie dotyczy Wykonawcy zagranicznego tj. wykonawcy nie posiadającego siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- ** jeżeli Wykonawca zamierza wykonać całość zamówienia siłami własnymi, nie wypełnia przedmiotowego punktu lub wpisuje formułę np. „nie dotyczy”,
- *** jeżeli dołączane są kopie dokumentów, to muszą być one poświadczane przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem;
- **** należy wskazać pliki lub ich części w których znajdują się informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji



Załącznik nr 5 do SWZ „Projekt umowy”:

- Dotychczasową treść § 5 ust. 2 zastępuje się treścią:

„ Wykonawca udziela gwarancji na pojazdy bazowe, bez limitu km* lub z ograniczeniem przebiegu do 200 000* km na okres: miesiące/miesiący od daty podpisania protokołu ilościowo – jakościowego [okres wynikający z treści oferty, minimum 24 miesiące].

* niepotrzebne skreślić

- Dotychczasową treść § 5 ust. 7 zastępuje się treścią:

„Termin dokonania naprawy zgłoszonych usterek i awarii objętych gwarancją nie może przekroczyć 30 (trzydziestu) dni roboczych od daty jej zgłoszenia Wykonawcy lub innemu gwarantowi. Początkiem rozpoczęcia procedury reklamacyjnej jest zgłoszenie w formie pisemnej/e-mailowej/fax reklamacji. W przypadku gdy Wykonawca zwleka z wykonaniem napraw gwarancyjnych ponad ten termin Zamawiający może naliczyć kary zgodnie z § 6 ust. 3.”

Załącznik nr 6 do SWZ „Oświadczenie dotyczące homologacji typu WU”

- Dotychczasowa treść oświadczenia otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 6 do SWZ – Oświadczenie dotyczące homologacji typu WE

.....dnia,.....

OŚWIADCZENIE

Do:

SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białymstoku.

Działając w imieniu Wykonawcy niniejszym oświadczamy, iż wraz z dostawą przedmiotu zamówienia określonego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę ambulansów medycznych wraz z specjalistycznym sprzętem medycznym nr EOP.332.6.23 dostarczymy świadectwa homologacji typu WE lub świadectwa homologacji typu WE pojazdów (samochód bazowy wraz z zabudową medyczną), wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części dla dostarczonego ambulansu (dalej jako „świadectwo”).

Jednocześnie oświadczamy, iż dostarczone świadectwo będzie pozwalało na dokonanie rejestracji pojazdów i ewidencji pojazdów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

.....
kwalikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
Tel. 85 66 37 301, fax. 85 66 37 302
www.pogotowie.bialystok.pl; sekretariat@wspr.bialystok.pl



CERTYFIKAT JAKOŚCI
ISO 9001:2015
NR 1567/2022/01

- Jednocześnie Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą i obowiązywania wadium w ww. postępowaniu na:
- 16.05.2023r. do godz. 12.00 – termin składania ofert oraz termin wnoszenia wadium
 - 16.05.2023r. godz. 13.00 – otwarcie ofert
 - 14.06.2023r. – termin związania ofertą oraz termin obowiązywania wadium
- Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

UWAGA: Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma e-mailem: przetargi@wspr.bialystok.pl