



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA
STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

Tel. 85 66 37 301, fax. 85 66 37 302

www.wspr.bialystok.pl; sekretariat@wspr.bialystok.pl;



CERTYFIKAT JAKOŚCI
ISO 9001:2015
NR 1567/2022/01

Białystok, 6 lipca 2023 r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
na dostawę rękawic ochronnych na potrzeby
SP ZOZ WSPR w Białymstoku**

EOP.332.10.23

DOTYCZY: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę rękawic ochronnych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2022.1710 tj. z późn. zm.) w związku z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 5

Pakiet 1 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic odpornych na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671/EN 374-5:2016 lub równoważną potwierdzoną dokumentem z wynikami badań wydanym przez jednostkę notyfikowaną. Ponadto prosimy o odstąpienie od wymogu rękawic przebadanych na przenikanie krwi syntetycznej zgodnie z ASTM F 1670 i dopuszczenie rękawic przebadanych zgodnie z ASTM F 1671. Pragniemy poinformować, że wstępnym baniem odporności na przenikanie wirusów i mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 jest badanie zgodności na przenikanie krwi syntetycznym. Tym samym, jeśli rękawica spełnia wymóg zgodności z normą ASTM F1671 równocześnie spełnia wymóg penetracji na krew syntetyczną zgodnie z ASTM F1670. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Pakiet 1 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o nieznacznie innych parametrach tj. Grubość na palcu 0,20mm, długość rękawicy min. 260-280mm (dopasowana do rozmiaru). Ponadto prosimy o odstąpienie od wymogu rękawic przebadanych na przenikanie krwi syntetycznej zgodnie z ASTM F 1670 i dopuszczenie rękawic przebadanych zgodnie z ASTM F 1671. Pragniemy poinformować, że wstępnym baniem odporności na przenikanie wirusów i mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 jest badanie zgodności na przenikanie krwi syntetycznym. Tym samym, jeśli rękawica spełnia wymóg zgodności z normą ASTM F1671 równocześnie spełnia wymóg penetracji na krew syntetyczną zgodnie z ASTM F1670. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Część 1, poz. 1 oraz poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu: „Przebadane na przenikanie krwi syntetycznej zgodnie z normą ASTM F 1670 potwierdzone protokołem badań wydanym przez jednostkę niezależną dołączonym do oferty”.



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA
STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
Tel. 85 66 37 301, fax. 85 66 37 302

www.wspr.bialystok.pl; sekretariat@wspr.bialystok.pl;



CERTYFIKAT JAKOŚCI
ISO 9001:2015
NR 1567/2022/01

Norma ASTM F1670 nie jest wymagana przez regulacje europejskie dotyczące wyrobów medycznych i środków ochrony indywidualnej. Norma ASTM F 1670, jest mniej precyzyjna i mniej dokładna (wynik opiera się w większej mierze na wizualnej ocenie niż rzetelnym pomiarze) w stosunku do normy ASTM F 1671. Pozytywny wynik badania według normy ASTM F1670 stanowi wstępną ocenę odporności na przenikanie krwi i innych płynów ustrojowych i predestynuje do dalszych szczegółowych badań przy wykorzystaniu technik analitycznych z zakresu normy ASTM F 1671. W oparciu o normę ASTM F 1670 nie można wysuwać wniosków dotyczących odporności na wirusy i patogeny krwiopochodne, ponieważ materiały muszą zostać poddane badaniu zgodnie z normą ASTM F 1671.

W związku z powyższym prosimy, aby Zamawiający dopuścił zaoferowanie rękawic zgodnych z normą ASTM F 1671, odstępując od wymogu normy ASTM F 1670.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Część 1, poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o alternatywnym opisie:

Rękawice chirurgiczne, lateksowe, sterylne, pudrowe, zgodnie z normą EN 455-1.2.3,4; niska zawartość pudru, poziom protein lateksowych <91 µg/g, AQL 0,65, kształt w pełni anatomiczny (przeciwstawny kciuk, zagięte palce); o grubości w części palca min. 0,19 mm i długości całkowitej min. 282mm; sile zrywu przed starzeniem min. 13N, rolowany mankiet, oznakowanie CE; odporne na rozerwanie, łatwe w nakładaniu, dobrze dopasowane, powierzchnia mikroporowata; posiadające badania jednostki niezależnej na przenikanie wirusów oraz odporne na przenikanie związków chemicznych wg normy EN ISO 374-1:2016/Typ C; EN 374-2:2014; EN 374-4:2013 oraz EN 16523. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Pakowane w opakowania folia-folia, sterylizowane radiacyjnie, dostępne w rozmiarach: 9; 8,5; 8;7,5; 7; 6,5; 6.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9

Wnosimy o modyfikację § 1 ust. 4 projektu umowy poprzez wskazanie minimalnego poziomu realizacji umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający w § 1 ust. 5 projektu umowy określił minimalny poziom realizacji umowy.

Pytanie 10

Wnosimy o modyfikację § 4 ust. 10 projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść § 4 ust. 10 Załącznika nr 4 do SWZ - Projekt umowy na brzmienie następujące: „w przypadku zmiany stawki podatku VAT w toku realizacji niniejszej umowy cena ofertowa netto nie ulegnie wzrostowi”.



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA
STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

Tel. 85 66 37 301, fax. 85 66 37 302

www.wspr.bialystok.pl; sekretariat@wspr.bialystok.pl;



CERTYFIKAT JAKOŚCI
ISO 9001:2015
NR 1567/2022/01

Pytanie 11

Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 1 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianych nim kar umownych do wysokości:

- a. 5% wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy w lit. a) i b);
- b. 0,2% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień roboczy zwłoki w lit. c);
- c. 0,5% wartości towaru reklamowanego za każdy dzień roboczy zwłoki w lit. d).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 12

Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 3 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści in fine: „z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do § 7 ust. 3 projektu umowy in fine: „z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych”.

- Jednocześnie Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą w ww. postępowaniu na:
- 12.07.2023r. do godz. 9.00 – termin składania ofert
 - 12.07.2023r. godz. 10.00 – otwarcie ofert
 - 10.08.2023r. – termin związania ofertą

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

UWAGA: Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na adres e-mail: przetargi@wspr.bialystok.pl