



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA
STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

Tel. 85 66 37 301, fax. 85 66 37 302

www.wspr.bialystok.pl; sekretariat@wspr.bialystok.pl;



CERTYFIKAT JAKOŚCI
ISO 9001:2015
NR 1567/2022/01

Białystok, dnia 30 listopada 2023r.

**Wykonawcy biorący udział w
postępowaniu na dostawę leków na
potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku**

EOP.332.26.23

DOTYCZY: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę leków na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j. z późn. zm.), w związku z prośbą o udzielenie wyjaśnień, dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

Pakiet 1, Pozycja 25, Lignocainum h/chlor. 20mg/ml x 5 fiolek a 20ml roz. do wstrzyk..: Czy Zamawiający wymaga, aby zaferowany produkt lidokainy posiadał wskazanie w leczeniu bólu neuropatycznego jako lek drugiego rzutu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 2

Pakiet 1, Pozycja 41, Tramadoli h/chlor. 50mg/1ml x 5 amp. inj.: Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z ChPL Tramadolium hydrochloricum, roztwór do wstrzykiwań 50mg/ml można było mieszać w jednej strzykawce z produktem Metamizolum natriicum 0,5g/ml, przed podaniem pacjentowi?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 3

Pakiet 1, Pozycja 44, 45 Metamizolum natriicum 1,0 g/ 2ml x 5 amp. inj.: Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Metamizolum Natriicum 0,5g/ml osiągał izohydrię z osoczem bez udziału kwasu solnego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 4

Pakiet 1, Pozycja 51, Morphini sulfas 10mg/ml x 10amp. 1ml inj.: Czy Zamawiający wymaga, aby Morphini zachowywała po rozpuszczeniu trwałość przez 24 godz. w temp. 25°C, zgodnie z ChPL?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA
STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
Tel. 85 66 37 301, fax. 85 66 37 302

www.wspr.bialystok.pl; sekretariat@wspr.bialystok.pl;



CERTYFIKAT JAKOŚCI
ISO 9001:2015
NR 1567/2022/01

Pytanie 5

Pakiet 1, Pozycja 53, Fentanylum 0,1mg/2ml x 50amp. inj.: Czy Zamawiający wymaga, aby zaferowany Fentanyl mógł być podawany domięśniowo, dożylnie, podskórnie, zewnątrzoponowo i podpajęczynówkowo?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 6

Czy w formularzu cenowym poz. 14 Zamawiający wymaga, aby dexamethasone posiadał zarejestrowane i potwierdzone w karcie charakterystyki produktu leczniczego wskazania do profilaktyki nudności i wymiotów indukowanych chemio- lub radioterapią oraz innych działań niepożądanych i powikłań związanych z prowadzoną terapią przeciwnowotworową, a także wskazania do profilaktyki i leczenia powikłań zabiegów chirurgicznych, w tym głównie nudności i wymiotów, którym można zapobiec lub złagodzić poprzez podanie glikokortykosteroidów?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 7

Czy ze względu na fakt, że wykonywanie przez personel Zamawiającego pracy w całkowitej ciemności oraz pobieranie krwi i wykonywanie pomiarów glikemii w takich warunkach stanowiłoby zagrożenie epidemiologiczne dla pacjentów i personelu, Zamawiający dopuści glukometry bez podświetlanej szczeliny pomiarowej paska? Podświetlenie szczeliny ma na celu wyłącznie wprowadzenia paska do glukometru w ciemności i uzasadnienie tylko w przypadku posiadania glukometru przez indywidualnego użytkownika – w warunkach pracy placówki medycznej nie jest uzasadnione (gdyż pomiarów nie wykonują osoby niedowidzące), powodując szybsze zużywanie i konieczność częstszej wymiany baterii, co zwiększa koszty eksploatacji urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Powyższe odpowiedzi nie powodują zmiany terminu składania i otwarcia ofert.