



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA  
STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok  
Tel. 85 66 37 301, fax. 85 66 37 302

[www.wspr.bialystok.pl](http://www.wspr.bialystok.pl); [sekretariat@wspr.bialystok.pl](mailto:sekretariat@wspr.bialystok.pl);



CERTYFIKAT JAKOŚCI  
ISO 9001:2015  
NR 1567/2022/01

Białystok, dnia 29 kwietnia 2024 r.

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu na dostawę  
defibrylatora AED szkoleniowego**

**EOP.332.18.24**

*DOTYCZY: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę defibrylatora AED szkoleniowego*

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j. z późn. zm.), w związku z prośbą o udzielenie wyjaśnień, dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści materiały dydaktyczne dla instruktora w wersji elektronicznej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważnego rozwiązania i przydzieli punkty za wysokiej klasy defibrylator AED bez czujnika wbudowanego w elektrody, ale z oddzielnie w zestawie?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z punktem 2 Rozdziału XVIII Specyfikacji Warunków Zamówienia, Wykonawca w tym kryterium może uzyskać 10% w przypadku zaoferowania kompletu elektrod wielofunkcyjnych dla dorosłych i dzieci wraz z elektrodami szkoleniowymi z czujnikiem ucisków kompatybilnych z oferowanym urządzeniem. W ramach przedmiotowego kryterium Zamawiający nie wymaga aby czujnik ucisków był wbudowany w elektrody. Wykonawca uzyska dodatkowe punkty jeżeli zaoferuje komplet, tj. elektrody wielofunkcyjne dla dorosłych i dzieci oraz kompatybilny czujnik ucisków lub elektrody z wbudowanym czujnikiem.

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający zrezygnuje z punktacji oraz zapisu w punkcie 3 mówiący o posiadanym wbudowany kolorowym wyświetlaczu. Taki zapis ogranicza możliwość zaproponowania konkurencyjnego rozwiązanie a w celach dydaktycznych nie wnosi do jakości prowadzonego szkolenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Powyższe odpowiedzi nie powodują zmiany terminu składania i otwarcia ofert.