

Ogłoszenie nr 540534362-N-2020 z dnia 04.12.2020 r.

Białystok:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 759101-N-2020

Data: 30.11.2020 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, Krajowy numer identyfikacyjny 50622576000000, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 66 37 344, 85 66 37 345, e-mail przetargi@wspr.bialystok.pl, faks 85 66 37 302.

Adres strony internetowej (url): www.pogotowie.bialystok.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 08.12.2020, godzina: 11:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 10.12.2020, godzina: 10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 6.5

W ogłoszeniu jest: Kryteria oceny ofert: CENA OFERTOWA (Cof)– waga 60% liczona wg

wzoru: $Cof = [(Cmin/Cof)_{bad} \times 100] \times 0,60$ gdzie: Cof bad – cena ofertowa brutto badanej oferty, Cmin – najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. PARAMETRY TECHNICZNE (Pt)- waga 40% w tym: a) Wewnętrzna pamięć umożliwiająca zapis minimum 45 pojedynczych rekordów z krzywymi z funkcją ciągłości zapisu / nadpisywania bez wymaganego czyszczenia – formatowania pamięci (P) - waga 10% Wykonawca w tym kryterium może uzyskać 10% w przypadku, gdy urządzenie posiada wewnętrzną pamięć, umożliwiającą zapis minimum 45 pojedynczych rekordów z krzywymi z funkcją ciągłości zapisu/nadpisywania bez wymaganego czyszczenia – formatowania pamięci albo 0%, w przypadku gdy urządzenie nie posiada takiej pamięci b) Wyposażony w łyżki „twarde” z możliwością defibrylacji pacjentów dorosłych, dzieci, niemowląt z możliwością wyboru energii z łyżek, defibrylacji, oraz włączenia drukarki i zapisu EKG bez odrywania łyżek od ciała pacjenta (D) – waga 10% Wykonawca w tym kryterium może uzyskać 10%, w przypadku zaoferowania urządzenia wyposażonego w łyżki „twarde” z możliwością defibrylacji pacjentów dorosłych, dzieci, niemowląt z możliwością wyboru energii z łyżek, defibrylacji, oraz włączenia drukarki i zapisu EKG bez odrywania łyżek od ciała pacjenta, albo 0% w przypadku gdy urządzenie nie będzie posiadało ww. wyposażenia. c) Ekran główny o przekątnej powyżej 8,1 cala (E) - waga 5% Wykonawca w tym kryterium może uzyskać 5%, w przypadku zaoferowania urządzenia, które będzie posiadało ekran o przekątnej powyżej 8,1 cala, albo 0% w przypadku, gdy urządzenie nie będzie posiadało ekranu o przekątnej powyżej 8,1 cala. d) Dodatkowy/e akumulator/y pozwalający/e w pełni zastąpić wszystkie, w zależności od ilości znajdujących się w danym modelu, ogniwo/a pozwalające na w pełni sprawną pracę urządzenia (A) – waga 5% Wykonawca w tym kryterium może uzyskać 5%, w przypadku zaoferowania dodatkowego/ych akumulatora/ów albo 0%, w przypadku gdy dodatkowy/e akumulator/y nie zostanie/ły zaoferowany/e. e) Ładowanie akumulatorów w urządzeniu lub zewnętrznej ładowarce od 0 do 100% w czasie nie dłuższym niż 2 godziny, możliwość ładowania ogniów w ambulansie jak i poza nim z sieci 230V (Ł) - waga 5% Wykonawca w tym kryterium może uzyskać 5% w przypadku, gdy urządzenie umożliwia ładowanie akumulatorów w urządzeniu lub zewnętrznej ładowarce od 0 do 100% w czasie nie dłuższym niż 2 godziny, możliwość ładowania ogniów w ambulansie jak i poza nim z sieci 230V albo 0% w przypadku, gdy urządzenie nie posiada takiej możliwości. f) Analiza zapisu 12 odprowadzeniowego EKG z funkcją interpretacji (Z) – waga 5% Wykonawca w tym kryterium może uzyskać 5% w przypadku, gdy urządzenie posiada funkcję analizy zapisu 12 odprowadzeniowego EKG z funkcją interpretacji, albo 0% w przypadku, gdy urządzenie nie posiada takiej funkcji. Łączna liczba punktów jaką otrzyma oferta będzie

obliczona wg wzoru: $SUMA = Cof + P + D + E + A + Ł + Z$

W ogłoszeniu powinno być: Kryteria oceny ofert: CENA OFERTOWA (Cof)– waga 60%

liczona wg wzoru: $Cof = [(Cmin/Cof)_{bad} \times 100] \times 0,60$ gdzie: Cof_{bad} – cena ofertowa brutto badanej oferty, Cmin – najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. PARAMETRY TECHNICZNE (Pt)- waga 40% w tym:

a) Wewnętrzna pamięć umożliwiająca zapis minimum 45 pojedynczych rekordów z krzywymi z funkcją ciągłości zapisu / nadpisywania bez wymaganego czyszczenia – formatowania pamięci (P) - waga 10% Wykonawca w tym kryterium może uzyskać 10% w przypadku, gdy urządzenie posiada wewnętrzną pamięć, umożliwiającą zapis minimum 45 pojedynczych rekordów z krzywymi z funkcją ciągłości zapisu/nadpisywania bez wymaganego czyszczenia – formatowania pamięci albo 0%, w przypadku gdy urządzenie nie posiada takiej pamięci

b) Wyposażony w łyżki „twarde” z możliwością defibrylacji pacjentów dorosłych, dzieci, niemowląt z możliwością wyboru energii z łyżek, defibrylacji, oraz włączenia drukarki i zapisu EKG bez odrywania łyżek od ciała pacjenta (D) – waga 10% Wykonawca w tym kryterium może uzyskać 10%, w przypadku zaoferowania urządzenia wyposażonego w łyżki „twarde” z możliwością defibrylacji pacjentów dorosłych, dzieci, niemowląt z możliwością wyboru energii z łyżek, defibrylacji, oraz włączenia drukarki i zapisu EKG bez odrywania łyżek od ciała pacjenta, albo 0% w przypadku gdy urządzenie nie będzie posiadało ww. wyposażenia.

c) Ekran główny o przekątnej powyżej 8,1 cala (E) - waga 5% Wykonawca w tym kryterium może uzyskać 5%, w przypadku zaoferowania urządzenia, które będzie posiadało ekran o przekątnej powyżej 8,1 cala, albo 0% w przypadku, gdy urządzenie nie będzie posiadało ekranu o przekątnej powyżej 8,1 cala.

d) Dodatkowy/e akumulator/y pozwalający/e w pełni zastąpić wszystkie, w zależności od ilości znajdujących się w danym modelu, ogniwo/a pozwalające na w pełni sprawną pracę urządzenia (A) – waga 5% Wykonawca w tym kryterium może uzyskać 5%, w przypadku zaoferowania dodatkowego/ych akumulatora/ów albo 0%, w przypadku gdy dodatkowy/e akumulator/y nie zostanie/ły zaoferowany/e.

e) Ładowanie akumulatorów w urządzeniu lub zewnętrznej ładowarce od 0 do 100% w czasie nie dłuższym niż 190 minut, możliwość ładowania ogniw w ambulansie jak i poza nim z sieci 230V (Ł) - waga 5% Wykonawca w tym kryterium może uzyskać 5% w przypadku, gdy urządzenie umożliwia ładowanie akumulatorów w urządzeniu lub zewnętrznej ładowarce od 0 do 100% w czasie nie dłuższym niż 190 minut, możliwość ładowania ogniw w ambulansie jak i poza nim z sieci 230V albo 0% w przypadku, gdy urządzenie nie posiada takiej możliwości.

f) Analiza zapisu 12 odprowadzeniowego EKG z funkcją interpretacji (Z) – waga 5% Wykonawca w tym kryterium

może uzyskać 5% w przypadku, gdy urządzenie posiada funkcję analizy zapisu 12
odprowadzeniowego EKG z funkcją interpretacji, albo 0% w przypadku, gdy urządzenie nie
posiada takiej funkcji. Łączna liczba punktów jaką otrzyma oferta będzie obliczona wg wzoru:
 $SUMA = Cof + P + D + E + A + Ł + Z$