

ZAMAWIAJACY:

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
w Białymstoku**

15-874 Białystok, ul. Poleska 89

tel. 85-66-37-301, fax: 85-66-37-302

Godziny pracy: 7.30- 15.05 od poniedziałku do piątku

przetargi@wspr.bialystok.pl

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOSTAWA AMBULANSU NEONATOLOGICZNEGO WRAZ ZE SPECJALISTYCZNYM SPRZETEM MEDYCZNYM

TRYB POSTĘPOWANIA:

przetarg nieograniczony powyżej 214 000,00 €

RODZAJ ZAMÓWIENIA:

DOSTAWA

NUMER SPRAWY:

EOP.332.20.21

ZATWIERDZIŁ:

.....

(data i podpis)

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
15-874 Białystok, ul. Poleska 89
Tel.: 85-66-37-301, fax: 85-66-37-302
NIP: 542-25-03-045
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>;
<http://pogotowie.bialystok.pl/>
3. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>; <http://pogotowie.bialystok.pl/>
4. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, ePUAPu dostępnego pod adresem: <https://epuap.gov.pl/wps/portal> oraz poczty elektronicznej: przetargi@wspr.bialystok.pl. Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać zgodnie z Rozdziałem XIII SWZ.

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

I. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych zwanym dalej "RODO") informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@wspr.bialystok.pl tel. 85 663 73 01;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Odbiorcami danych będą również podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Pzp;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Jednocześnie informujemy, że posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani*

zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

- c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*);
- d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 8. Jednakże, nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
- 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
- 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.
- 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej Pzp oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej "SWZ".
2. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 1 Pzp.
3. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
6. Do postępowania stosuje się przepisy dotyczące nabywania dostaw.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ambulansu neonatologicznego (specjalistycznego środka transportu sanitarnego) wraz ze specjalistycznym sprzętem medycznym szczegółowo wyspecyfikowanym w załączniku nr 1 do SWZ, typu B lub C wg aktualnej normy PN-EN 1789 lub równoważnej, w ilości 1 szt. Przedmiot zamówienia (środek transportu sanitarnego oraz wyposażenie) musi być nieużywany oraz fabrycznie nowy. Ambulans sanitarny specjalny wraz z zabudową medyczną musi być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 roku. Inkubator oraz urządzenia medyczne

stosowane w połączeniu z inkubatorem powinny być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 r. Szczegółowy opis i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Powody niedokonania podziału zamówienia na części: Przedmiot zamówienia stanowi dostawę pojazdu, na którym wykonano kompleksową adaptację, zabudowę medyczną w wyniku czego będzie odbiór zgodnego z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa ambulansu wraz z wymaganym sprzętem medycznym. Przedmiot zamówienia tworzy nierozdzielalną całość i dzielenie tego zamówienia na części ze względów technicznych jak i organizacyjnych spowodowałoby nadmierne trudności przy jego realizacji.
4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego w Białymstoku przy ul. Pogodnej 22, w sposób opisany w załączonym wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ. Wzór umowy jest integralną częścią SWZ i postanowienia w nim zawarte, traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.
5. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
 - 34114121-3- Karetki
 - 34114122-0- Pojazdy do transportu chorych
 - 33100000-1- Urządzenia medyczne
 - 33192160-1- Nosze
 - 33152000-0- Inkubator
 - 33123210-3- Urządzenia do monitorowania czynności serca
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 Pzp.
8. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp: Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.
9. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że ich parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe nie mogą być gorsze niż parametry urządzeń wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia i treści SWZ.
10. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty lub pochodzenie źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę – należy przyjąć, że Zamawiający podał opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: 99 ust. 5 Pzp.
11. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust 3 Pzp, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne. Zamawiający nie odrzuci oferty za brak zgodności z wyżej wymienionymi pod warunkiem, że Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: 101 ust. 5 Pzp.
11. Zadanie jest dofinansowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021.

V. PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom). W takim przypadku, zgodnie z art. 463 Pzp, umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.
4. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta na czas oznaczony.
2. Termin realizacji zamówienia: do dnia 15 grudnia 2021 r.
3. Jeżeli Umowa nie będzie podpisana przez obie strony tego samego dnia przyjmuje się, że umowa została zawarta w dniu skutecznego doręczenia umowy na adres Wykonawcy, po podpisaniu i przesłaniu jej przez Zamawiającego.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 - 1) **zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:**
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
 - 2) **uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:**
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
 - 3) **sytuacji ekonomicznej lub finansowej:**
tj. posiadają środki finansowe lub zdolność finansową w wysokości co najmniej 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy zł 00/100).
 - 4) **zdolności technicznej lub zawodowej:**
tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, łącznie zrealizowali dostawy co najmniej 1 ambulansu wraz ze sprzętem medycznym o łącznej wartości 450 000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100).
- Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców (jeżeli dotyczy).
- W przypadku gdy jakkolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z datą wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia. Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie złożonym przez Wykonawcę wskazane zostaną kwoty wyrażone w walucie nie znajdującej się aktualnie w obrocie, Zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na złotówki na

podstawie ostatniego średniego miesięcznego kursu złotego w stosunku do tych walut, ujawnionego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego (wg tabeli A kursów średnich walut obcych).

3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
 - 1) w art. 108 ust. 1 Pzp
 - 2) w art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4 Pzp, tj.:
 - a) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 - b) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
2. Wykluczenie Wykonawcy może nastąpić na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia na okres wyliczony zgodnie z art. 111 Pzp.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 Pzp lub art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 Pzp.
4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2) ppkt a) i b) Zamawiający może nie wykluczać Wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa Wykonawcy jest wystarczająca do wykonania zamówienia (Podstawa prawna: art. 109 ust 3 Pzp).

IX. OŚWIADCZENIA, PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, WYKAZ PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie **Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD)**, stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w ESPD

stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia ESPD oraz edytowalną wersję formularza ESPD można znaleźć pod adresem: <https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia>. Zamawiający zaleca wypełnienie ESPD za pomocą serwisu dostępnego pod adresem: <https://espd.uzp.gov.pl/>. W tym celu przygotowany przez Zamawiającego Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) w formacie *.xml, stanowiący **Załącznik nr 4 do SWZ**, należy zaimportować do wyżej wymienionego serwisu oraz postępując zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją wypełnić elektroniczny formularz ESPD.
3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, **podmiotowych środków dowodowych**:

- 1) **Oświadczenia Wykonawcy** w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – **załącznik nr 9 do SWZ**;
- 2) **Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej**, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- 3) **Oświadczenie Wykonawcy** o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 Pzp oraz art. 109 ust 1 pkt 1 - wzór oświadczenia stanowi **Załącznik nr 6 do SWZ**.
- 4) **Informacja z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
- 5) **Aktualnego zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego** oraz właściwego oddziału **Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego** potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków i opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności
- 6) **Informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej**, w których Wykonawca posiada rachunek potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej: 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy zł 00/100) w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
- 7) **Wykazu wykonanych a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych dostaw** w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi dostawy co najmniej 1 ambulansu wraz ze sprzętem medycznym o łącznej wartości 450 000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100) [wg załącznika nr 7 do SWZ];

Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:
 - 1) zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
 - 2) zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 4 , składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
 - 3) zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 5, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w ust. 4.
6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków, a także wówczas gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. Ponadto, Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
7. Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone w SWZ wymagania, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych:
 - 1) **oświadczenia dotyczącego homologacji typu WE** [wg Załącznika nr 10 do SWZ]
 - 2) **folderu ambulansów;**
 - 3) **folderu z opisem zawierającym markę i model:**
 - **transportera/noszy**
 - **inkubatora,**
 - **respiratora transportowego,**

- kardiomonitora transportowego,
 - pomp strzykawkowych
- 4) **deklaracji CE lub wpis do rejestru wyrobów medycznych:**
- transportera/noszy;
 - inkubatora,
 - respiratora transportowego,
 - kardiomonitora transportowego,
 - pomp strzykawkowych
- 5) **schematu oferowanej zabudowy medycznej przedstawiającego widok strony lewej i prawej przedziału medycznego.** Dopuszcza się zmiany schematu oferowanej zabudowy i systemu mocowań na etapie realizacji umowy, po uzgodnieniu Stron oraz z uwzględnieniem homologacji Wykonawcy;
- 6) **schemat oferowanej zabudowy medycznej przedstawiającego widok zabudowy ściany działowej pomiędzy kabiną kierowcy, a przedziałem medycznym.** Dopuszcza się zmiany schematu oferowanej zabudowy medycznej na etapie realizacji umowy, po uzgodnieniu Stron oraz z uwzględnieniem homologacji Wykonawcy;
- 7) **dokument potwierdzający, że oferowany zestaw opisany w punkcie XVI (sprzęt medyczny) Załącznika nr 1 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia otrzymał pozytywny wynik testu przeciążenia 10 G.**
- 8) **Schemat ideowy instalacji elektrycznej przedziału medycznego.**
- 9) **Schemat ideowy urządzeń zabudowy + nagłośnienie.**
8. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
9. Postanowienia pkt. 8 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
10. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących przedmiotowych środków dowodowych.
11. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (zwanym dalej „r.p.ś.d.”) oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

X. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. Wymagania dotyczące polegania na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów, o których mowa w ust.1:
- 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,

w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający tą okoliczność;

- 2) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
 - 3) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
 - 4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w ust. 2, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, a także w celu wykazania braku wobec tych podmiotów podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca:
- 1) składa wraz z ofertą zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy – zgodnie z **Załącznikiem nr 5 do SWZ**;
 - 2) składa wraz z ofertą **Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD)** dotyczący tych podmiotów, w zakresie wskazanym w Części II Sekcji C ESPD (*Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów*).

XI. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej elektronicznym lub elektronicznej kopii, poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.

XII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, ePUAPu <https://epuap.gov.pl/wps/portal>.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem <https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx> oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania ofert oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust 1. Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania.
8. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pośrednictwem tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania tj. EOP.332.20.21.
10. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: przetargi@wspr.bialystok.pl
11. Osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami:
Marzena Dolistowska, adres e-mail: przetargi@wspr.bialystok.pl
Wiesław Zalewski, adres e-mail: przetargi@wspr.bialystok.pl
12. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 10 adres email z zastrzeżeniem, iż oferta, w tym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) mogą zostać przekazane wyłącznie za pomocą „Formularz do złożenia oferty” dostępnego na ePUAP.

13. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
14. Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
15. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w sposób opisany w pkt. 9 i 10. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie wskazanym w zdaniu drugim, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
16. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej pod rygorem nieważności (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), w formacie danych: pdf, .doc, .docx, .odt.
3. W formularzu oferty Wykonawca powinien podać adres skrzynki ePUAP/ adres email, za pomocą których prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>.
5. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
6. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Następnie ten folder Wykonawca kompresuje do jednego pliku archiwum .zip (bez nadawania mu haseł i szyfrowania). W kolejnym kroku Wykonawca zaszyfruje folder .zip zawierający dokumenty składające się na ofertę.
7. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
8. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
9. Oferta może zostać złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

10. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.
11. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
12. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
13. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
14. Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym – zgodnie z **Załącznikiem nr 2 do SWZ**. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
 - 1) **Podpisany i wypełniony formularz – opis przedmiotu zamówienia** [wg Załącznika nr 1 do SWZ];
 - 2) **Wypełniony formularz cenowy** [wg Załącznika nr 3 do SWZ];
 - 3) **Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD)**, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ;
 - 4) **zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD)**, o których mowa w Rozdziale X ust. 3 pkt 1 i 2 SWZ (jeżeli dotyczy);
 - 5) **przedmiotowe środki dowodowe - tj.:**
 - 1) **oświadczenia dotyczącego homologacji typu WE** [wg Załącznika nr 10 do SWZ]
 - 2) **folderu ambulansów;**
 - 3) **folderu z opisem zawierającym markę i model:**
 - transportera – noszy,
 - inkubatora,
 - respiratora transportowego,
 - kardiomonitora transportowego,
 - pomp strzykawkowych
 - 4) **deklaracji CE lub wpis do rejestru wyrobów medycznych:**
 - transportera - noszy;
 - inkubatora,
 - respiratora transportowego,
 - kardiomonitora transportowego,
 - pomp strzykawkowych
 - 5) **schematu oferowanej zabudowy medycznej przedstawiającego widok strony lewej i prawej przedziału medycznego.** Dopuszcza się zmiany schematu oferowanej zabudowy i systemu mocowań na etapie realizacji umowy, po uzgodnieniu Stron oraz z uwzględnieniem homologacji Wykonawcy;
 - 6) **schemat oferowanej zabudowy medycznej przedstawiającego widok zabudowy ściany działowej pomiędzy kabiną kierowcy, a przedziałem medycznym.** Dopuszcza się zmiany schematu oferowanej zabudowy medycznej na etapie realizacji umowy, po uzgodnieniu Stron oraz z uwzględnieniem homologacji Wykonawcy;
 - 7) **dokument potwierdzający, że oferowany zestaw opisany w punkcie XVI (sprzęt medyczny) Załącznika nr 1 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia otrzymał pozytywny wynik testu przeciążenia 10 G.**
 - 8) **Schemat ideowy instalacji elektrycznej przedziału medycznego.**
 - 9) **Schemat ideowy urządzeń zabudowy + nagłośnienie.**
 - 6) **Dowód wniesienia wadium**
 - w przypadku wpłacenia wadium w pieniądzu- potwierdzenie przelewu;

- w przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej musi zostać wniesione wraz z ofertą w oryginale, w postaci elektronicznej;

7) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

15. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego.
16. W przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa, złożony w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii, poświadczony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.
17. **Ofertę, w tym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD), sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).**
18. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
19. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu *Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy*; sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
20. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
21. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust.20, dokonuje w przypadku:
 - a) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania- odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;
 - b) przedmiotowych środków dowodowych- odpowiednio wykonawca lub wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
 - c) innych dokumentów- odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
22. Poświadczenia zgodności cyfrowej odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 20, może dokonać również notariusz.

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
2. Cena ofertowa musi obejmować dostawę całości zamawianego asortymentu na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy, w tym m. in. koszty przeglądów w okresie gwarancji/przedłużonej gwarancji. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek

akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.

3. CENA OFERTY w przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest ceną brutto, obejmującą wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, opłaty, podatki (w tym podatek od towarów i usług – VAT) i wszystkie inne koszty o jakimkolwiek charakterze, które mogą powstać w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Kwota podatku VAT (w wysokości obowiązującej w dniu składania ofert) oraz cena netto, powinny być wyodrębnione w sposób jednoznaczny.
4. CENA OFERTY w przypadku Wykonawców nie mających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest ceną netto, wyrażoną w PLN (nie uwzględniającą podatku od towarów i usług obowiązującego w Polsce), obejmującą wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, wszystkie opłaty, podatki (bez podatku od towarów i usług VAT) i wszystkie inne koszty o jakimkolwiek charakterze, które mogą powstać w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
6. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca składający ofertę w postępowaniu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości **14.000,00 zł** (słownie: czternaście tysięcy zł 00/100).
2. Wadium może być wniesione w:
 - pieniądzu,
 - gwarancjach bankowych,
 - gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
3. Wadium musi zostać zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok:

Nr rachunku bankowego:

Santander Bank Polska S.A.: 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000.

Na dokumencie potwierdzającym wniesienie wadium winna być umieszczona informacja:

„Wadium - przetarg na dostawę ambulansu neonatologicznego wraz ze specjalistycznym sprzętem medycznym ”

5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym,

6. Na dokumencie będącym formą wadium dołączonym do oferty musi być wyraźnie określony przedmiot, którego wadium dotyczy „**Wadium - przetarg na dostawę dostawa ambulansu neonatologicznego wraz ze specjalistycznym sprzętem medycznym**”.
7. W związku z wnoszeniem wadium za pośrednictwem miniPortalu oraz wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, Zamawiający wymaga złożenia dokumentu w formie elektronicznej – z zastrzeżeniem, iż będzie on podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta, tj. wystawcę gwarancji/ poręczyciela.
8. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
 - 1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
 - 2) którego oferta została odrzucona;
 - 3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
 - 4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 8 powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale XXII niniejszej SWZ.
10. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
 - 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
 - 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 - b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 - 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, **do dnia 19.11.2021 r.**
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

XVII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć do dnia **23.08.2021 r. do godziny 10:00**.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **23.08.2021 r. o godzinie 11:00**.
3. Otwarcie ofert następuje poprzez ściągnięcie zaszyfrowanego pliku z ePUAP i zapisanie go na dysku komputera. Następnie po terminie otwarcia ofert, zaszyfrowaną ofertę załaduje się do miniPortalu i odszyfrowuje. Odszyfrowaną ofertę zapisuje się na komputerze za pomocą mechanizmu dostępnego w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu.
4. W przypadku awarii systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
5. Zamawiający poinformuje o awarii systemu na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadku awarii sieci internetowej informacje będzie można uzyskać pod nr telefonu 85 66 37 344.
6. W przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną Wykonawca akceptuje regulamin korzystania z miniPortalu przed skorzystaniem przez niego z udostępnionego serwisu do złożenia oferty.
7. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
8. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie prowadzonego postępowania informacje o:
 - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

CENA OFERTOWA brutto (C_{of}) – 60%

$$C_{of} = \frac{C_{min}}{C_{of\ bad}} \times 60\ pkt$$

Gdzie:

C_{of} – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena,

C_{min} – najniższa cena brutto spośród wszystkich zaoferowanych cen;

$C_{of\ bad}$ – cena brutto zaoferowana w badanej ofercie.

UWAGA - W przypadku oferty złożonej przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zamawiający dla celów porównania ofert i oceny według powyższego

kryterium cenę takiej oferty powiększy o wymagany w Polsce podatek od towarów i usług (VAT), które miałyby obowiązek zapłacić w wysokości zgodnej ze stanem prawnym w tym zakresie.

PRZEDŁUŻONA GWARANCJA NA POJAZDY BAZOWE (GWpb) – 5 %

Wykonawca w tym kryterium może uzyskać 5 punktów w przypadku zaoferowania okresu gwarancji mechanicznej na pojazdy bazowe wynoszącego 48 miesięcy od daty podpisania protokołu ilościowo - jakościowego (protokołu technicznego) lub 0 punktów w przypadku zaoferowania okresu gwarancji mechanicznej wynoszącego mniej niż 48 miesięcy. Minimalny okres gwarancji mechanicznej na pojazdy bazowe wynosi 24 miesiące. Należy podać w pełnych miesiącach. Parametr szczegółowo opisany w części XV pkt 1 Załącznika nr 1 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia.

PRZEDŁUŻONA GWARANCJA NA ZABUDOWĘ MEDYCZNĄ (GWzm) – 5 %

Wykonawca w tym kryterium może uzyskać 5 punktów w przypadku zaoferowania okresu gwarancji na zabudowę medyczną wynoszącego 48 miesięcy od daty podpisania protokołu ilościowo – jakościowego (protokołu technicznego) lub 0 punktów w przypadku zaoferowania okresu gwarancji wynoszącego mniej niż 48 miesięcy. Minimalny okres gwarancji na zabudowę medyczną wynosi 24 miesiące. Należy podać w pełnych miesiącach. Parametr szczegółowo opisany w części XV pkt 3 Załącznika nr 1 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia.

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH POJAZDÓW – (P) 30%

L.p.	Parametry niewymagane, dodatkowo punktowane	Ocena
1.	Długość przedziału medycznego powyżej 3,00 m, mierzona zgodnie z aktualną normą PN-EN 1789 lub równoważną pkt I. 4. Opis Przedmiotu Zamówienia	3,00 m- 0 pkt największa długość 3 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru: $\frac{\text{długość przedziału medycznego ambulansu badanej oferty}}{\text{najdłuższa zaoferowana długość przedziału medycznego ambulansu}} \times 3$
2.	Fabryczny będący wyposażeniem pojazdu bazowego elektroniczny system regulacji prędkości obrotowej silnika na postoju w celu doładowania zespołu akumulatorów oraz utrzymania odpowiednich parametrów termicznych w przedziale medycznym, gdy ambulans nie jest w ruchu pkt I. 22. Opis Przedmiotu Zamówienia	TAK/NIE NIE – 0 pkt. TAK – 2 pkt.
3.	System zapobiegający niespodziewanym zmianom pasa ruchu spowodowanym nagłymi podmuchami bocznego wiatru wykorzystujący czujniki systemu stabilizacji toru jazdy lub równoważny pkt IV. 8. Opis Przedmiotu Zamówienia	TAK/NIE NIE – 0 pkt. TAK – 2 pkt.
4.	Fabryczne będące wyposażeniem pojazdu bazowego pomocnicze ogrzewanie elektryczne o maksymalnej mocy grzewczej min. 1,5 kW uzyskiwanej w czasie max. 0,5 min od momentu uruchomienia silnika współpracujące z układem klimatyzacji w utrzymaniu	TAK/NIE NIE – 0 pkt. TAK – 3 pkt.

	zadanej temperatury. pkt VII. 5. Opis Przedmiotu Zamówienia	
6.	Alternator powyżej 200 A – wzmocniony, spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów pkt VIII. 2. Opis Przedmiotu Zamówienia	TAK 200 A – 0 pkt. Największa wartość – 3 pkt. Pozostałe proporcjonalnie wg wzoru: Wartość prądu alternatora wskazana w badanej ofercie ----- x 3 Największa zaoferowana wartość prądu alternatora
7.	Moc dodatkowych sygnałów niskotonowych powyżej 60 W (posiadających certyfikat/homologację zgodności z REG 65 lub alternatywną dyrektywą EKG ONZ, załączane na czas pracy od 10 do 30 sekund, sygnały niskotonowe powinny być elementem całopojazdowej homologacji ambulansu oferowanej marki i modelu). pkt IX. 5. Opis Przedmiotu Zamówienia	TAK (określić) 60 W – 0 pkt. Największa wartość – 2 pkt. Pozostałe proporcjonalnie wg wzoru: Moc dodatkowych sygnałów niskotonowych wskazana w badanej ofercie ----- x 2 Największa zaoferowana moc dodatkowych sygnałów niskotonowych
8.	Skrócony czas reakcji serwisu zabudowy specjalnej sanitarnej na zgłoszoną awarię, tzn. rozpoczęcie naprawy w czasie krótszym niż 48 godzin od zgłoszenia (zgłoszenia będą dokonywane w dni robocze). pkt XV. 4. Opis Przedmiotu Zamówienia	48 godzin - 0 pkt. najniższa wartość - 5 pkt. pozostałe: proporcjonalnie wg wzoru: Najkrótszy zaoferowany czas reakcji serwisu zabudowy ----- x5 Czas reakcji serwisu zabudowy wskazany w ofercie badanej
9.	Możliwość regulacji pulsoksymetrii (synchronizacja, czułość, uśrednienie) pkt XVI. 1. Opis Przedmiotu Zamówienia	TAK/NIE NIE – 0 pkt. TAK – 2 pkt.
10.	Niska masa inkubatora, tzn. poniżej 40 kg pkt XVI. 1. Opis Przedmiotu Zamówienia	TAK/NIE NIE – 0 pkt. TAK – 3 pkt. pozostałe: proporcjonalnie wg wzoru: Najniższa zaoferowana masa inkubatora ----- x3 Waga zaoferowanego inkubatora w ofercie badanej
11.	Wyposażenie respiratora w kompletny wielorazowy układ oddechowy pacjenta pkt XVI. 2. a) Opis Przedmiotu Zamówienia	TAK/NIE NIE – 0 pkt. TAK – 2 pkt.
12.	Inkubator z systemem pochłaniającym wibracje podczas transportu pacjenta w ambulansie jak i podczas transportu poza ambulansem pkt XVI. 1. Opis Przedmiotu Zamówienia	TAK/NIE NIE – 0 pkt. TAK – 3 pkt.

Łączna liczba punktów jaką otrzyma oferta będzie obliczona wg wzoru:

$$\text{SUMA} = C_{of} + GW_{pb} + GW_{zm} + P$$

2. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w Pzp oraz SWZ i uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu. Oferta ta zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
4. Jeżeli nie można będzie wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
5. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
6. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
7. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. Ewentualne wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny udzielane są wyłącznie w formie pisemnej.

XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający zawiadomi o wyniku przetargu, zgodnie z przepisami ustawy. Zawiadomienie to zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie Wykonawcy.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminach określonych w art. 264 Pzp.
3. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXI. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym **Załącznik nr 8 do SWZ**.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp.

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
 - 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 - 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
 - 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
 - 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

XXIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Formularz cenowy

Załącznik nr 4 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) w formacie *.xml oraz PDF

(zostanie umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wraz z niniejszą SWZ)

Załącznik nr 5 – Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy

Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp

Załącznik nr 7 – Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw

Załącznik nr 8 – Umowa nr EOP.332.20.21 - projekt

Załącznik nr 9 – Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 10 – Oświadczenie dotyczące homologacji typu WE

Załącznik nr 11 – Klauzula RODO

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego **ambulansu neonatologicznego typu B lub C wraz ze specjalistycznym sprzętem medycznym** - uruchomienie i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie jego obsługi i eksploatacji;

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„WYMAGANE GRANICZNE WARUNKI TECHNICZNE DLA SAMOCHODU BAZOWEGO I PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO AMBULANSU NEONATOLOGICZNEGO TYPU B LUB TYPU C WRAZ ZE SPECJALISTYCZNYM SPRZĘTEM MEDYCZNYM- w ilości 1 szt.

Pojazd kompletny (ciężarowy), Marka/Typ/Oznaczenie handlowe.....

Rok produkcji min. 2021 r.: (podać)

Nazwa i adres producenta:.....

Pojazd skompletowany (specjalny sanitarny): Marka/Typ/Oznaczenie handlowe.....

Rok produkcji min. 2021 r.:(podać)

Nazwa i adres producenta.....

Lp.	Wymagane warunki (parametry) dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej	(opisuje Wykonawca)	
		warunek graniczny: wpisać spełnia / nie spełnia	Oferowane przez Wykonawcę parametry dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej
1	2	3	4
I.	NADWOZIE	-----	-----
1	Pojazd kompletny (bazowy) typu furgon, typu B lub C z homologacją zgodną z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części oraz Dyrektywą 2007/46/WE. Z nadwoziem samonośnym całkowicie stalowym zabezpieczonym antykorozyjnie, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegająca skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi profilami z tworzywa sztucznego w kolorze białym zapewniającymi wysoki poziom higieny w przedziale medycznym.		
	Częściowo przeszklony (wszystkie szyby termoizolacyjne) z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu przez szybę drzwi tylnych i bocznych. Szyba przednia z przyciemnianym pasem przy górnej krawędzi dopuszcza się jako wyposażenie dodatkowe elektryczne ogrzewanie szyby przedniej. Półki nad przednią szybą.		
	Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy zgodnie z aktualną normą PN EN 1789 lub równoważnej. Lampki do czytania dla kierowcy i pasażera, wnęk nad przednią szybą na radiotelefon, fotele kierowcy i pasażera wyposażone w regulowane podłokietniki.		
	W komorze silnika złącze rozruchowe (dodatkowy biegun dodatni),		
	Furgon-lakier w kolorze żółtym		
2	Nadwozie przystosowane do przewozu 4 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoba w pozycji leżącej na noszach.		
3	Wysokość przedziału medycznego min. 1,80 m		
4	Długość przedziału medycznego min. 3,00 m mierzona zgodnie z aktualną normą PN-EN 1789 lub równoważną	TAK (określić) 3,00 m - 0 pkt.	

	- parametr dodatkowo punktowany po spełnieniu określonego minimum Płaszczyzna mierzenia długości przedziału medycznego – na wysokości 1 m mierzona przy zamkniętych drzwiach ambulansu od wewnętrznej ramy drzwi do ściany działowej (mierzonej na wysokości 1 m). Mierzona zgodnie z aktualną normą PN-EN 1789 lub równoważną	największa długość - 3 pkt. pozostałe: proporcjonalnie	
5	Szerokość przedziału medycznego min.1,70m		
6	Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min.250 stopni, wyposażone w ograniczniki położenia drzwi, wys. min.1,80m, kieszenie siatkowe na tylnych drzwiach. Zamiast kieszeni z siatek w drzwiach tylnych pod oknami, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - specjalnie wyprofilowane i wzmocnione elementy z tworzywa sztucznego przystosowane do przewożenia np. kołnierzy ortopedyczny, pościeli, itp		
7	Drzwi boczne prawe przeszklone, przesuwane, z otwieraną szybą wysokość drzwi min. 1,80 m.		
8	Uchwyt sufitowy dla pasażera w kabinie kierowcy		
9	Zewnętrzne okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzezroczystą.		
10	Przegroda oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego z przesuwными drzwiami z otwieranym oknem umożliwiającym komunikowanie się pomiędzy przedziałem medycznym i kabiną kierowcy zgodnie z aktualną normą PN EN 1789 lub równoważną.		
11	Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami do zewnętrznego schowka) z alarmem obejmujący wszystkie drzwi pojazdu		
12	Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby		
13	Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwными z oświetleniem zapewniający mocowania: • 2 szt. butli tlenowych 10l z reduktorami Zamawiający nie wymaga dostarczenia butli z reduktorami. Wymagane jest przygotowanie miejsca na butle z reduktorami.		
14	Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, dwie poduszki boczne dla kierowcy i pasażera, oraz poduszki chroniące miednicę kierowcy i pasażera.		
15	Stopień wejściowy tylny zintegrowany ze zderzakiem.		
16	Stopień wejściowy do przedziału medycznego wewnętrzny pokryty wykładziną antypoślizgową z podświetleniem		
17	Elektrycznie otwierane szyby boczne w kabinie kierowcy		
18	Światła boczne pozycyjne		
19	Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane,		
20	Kamera cofania, wyświetlacz LCD w formie lusterka wstecznego zamontowany w kabinie kierowcy. Kamera przednia i tylna z wideo rejestratorem z możliwością nadpisywania oraz późniejszego odtworzenia zapisanych materiałów minimum 32 godz. od nagrania.		
21	Zestaw narzędzi z podnośnikiem, pełnowymiarowe koło zapasowe z czujnikiem ciśnienia powietrza.		
22	Fabryczny będący wyposażeniem pojazdu bazowego elektroniczny system regulacji prędkości obrotowej silnika na postoju w celu doładowania zespołu akumulatorów oraz utrzymania odpowiednich parametrów termicznych w przedziale medycznym, gdy ambulans nie jest w ruchu (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia) – parametr dodatkowo punktowany	TAK/NIE NIE – 0 pkt. TAK – 2 pkt.	
23	Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów, czujnik zmierzchu automatycznie włączający światła mijania, Czujniki parkowania przednie i tylne z sygnalizacją wizualną i		

	dźwiękową. Czujniki parkowania powinny być konstrukcji fabrycznie montowanej w fabryce producenta pojazdu bazowego. Zamawiający dopuszcza czujniki parkowania zamontowane przez autoryzowanego przedstawiciela producenta, objęte fabryczną gwarancją pojazdu.		
24	Przednie reflektory przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów		
25	Zbiornik paliwa o pojemności min. 70l.		
26	Elektryczne złącze do podłączenia urządzeń zewnętrznych (technologia CAN bus). Zamawiający wymaga aby instalacja elektryczna zabudowy sanitarnej wykorzystywała fabryczny moduł producenta pojazdu bazowego typu PSM, KFG, itp.		
27	Radioodtwarzacz z głośnikami w kabinie kierowcy i przedziale medycznym, z zasilaniem 12 V z eliminacją zakłóceń i anteną dachową ze wzmacniaczem antenowym.		
28	Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel sterujący następującymi funkcjami: Sterowanie oświetleniem zewnętrznym (światła robocze) Sygnalizacja graficzna niskiego poziomu naładowania akumulatorów sterowanie sygnalizacją uprzywilejowania oraz dodatkową sygnalizacją dźwiękową niskotonową sterowanie elektrycznym systemem dogrzewania silnika na postoju sygnalizacja niedomknięcia którejkolwiek drzwi ambulansu, sterowanie układem klimatyzacji, sterowanie układem ogrzewania dodatkowego niezależnym od pracy silnika sygnalizacja podłączenia ambulansu do sieci 230V sterowanie blokadą drzwi pomiędzy przedziałem kierowcy i przedziałem medycznym		
29	Termobox do ogrzewania płynów infuzyjnych: w przedziale medycznym ma znajdować się wyświetlacz informujący o temp. wewnątrz termoboxu). Zamawiający dopuszcza aby odczyt i regulacja temperatury w termoboxie odbywała się bezpośrednio z poziomu termoboxu, a nie z panelu sterującego.		
30	Przy odbiorze dostarczyć aktualną homologację typu WE pojazdu skompletowanego (oferowanego ambulansu typu B lub C) i kompletnego (samochodu ciężarowego), zgodną z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części oraz Dyrektywą 2007/46/WE lub w przypadku podmiotu zagranicznego świadectwo zgodności WE typu pojazdu skompletowanego. Numer świadectwa homologacji typu WE pojazdu kompletnego musi być ujęty w świadectwie homologacji typu WE pojazdu skompletowanego oraz posiadać informacje o dacie wydania homologacji pojazdu kompletnego i skompletowanego. Numery homologacji pojazdu kompletnego i skompletowanego muszą być zgodnie z Dyrektywą 2007/46/WE załącznik nr VII składać się z 4 sekcji informujących o: - państwie członkowskim wydającym homologację - numerze ostatniej dyrektywy lub rozporządzenia zmieniającego, włącznie z aktami wykonawczymi stosowanymi do danej homologacji - czterocyfrowym numerze porządkowym - dwucyfrowym numerze porządkowym określającym rozszerzenie. Oraz załącznik w postaci raportu/protokołu z wykonanego testu zderzeniowego całego jednorodnego nadwozia ambulansu (zgodnie z wymogami aktualnej normy PN EN 1789 lub równoważnej) wystawione przez niezależną notyfikowaną jednostkę badawczą dotyczący oferowanej konfiguracji zabudowy specjalnej ambulansu przeprowadzonych na oferowanej marce i		

	modelu ambulansu. Dodatkowo Wykonawca prześle kartę pojazdu, fakturę sprzedaży i oświadczenie o danych i informacjach o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdów będące załącznikiem nr 10 do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U. 2015 poz. 1475 z późn. zm.), instrukcje obsługi pojazdu i sprzętu medycznego w języku polskim, książkę gwarancyjną z wyszczególnieniem poszczególnych okresów gwarancyjnych. Ambulans ma posiadać podsumowanie badań wystawione jako Załącznik A do aktualnej normy PN-EN 1789 lub równoważnej. Wraz z dostawą ambulansu dostarczyć powyższy dokument.		
II.	SILNIK	-----	-----
1	Z zapłonem samoczynnym, wtryskiem bezpośrednim typu Common Rail, turbodoładowany, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim,		
2	Silnik o mocy min. 130 KW		
3	Norma emisji spalin zgodna z obowiązującymi przepisami w dniu rejestracji ambulansu (minimum Euro VI lub Euro 6 lub równoważna).		
III.	ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU	-----	-----
1	Manualna: Min. 6-biegów do przodu i bieg wsteczny lub automatyczna		
IV.	UKŁAD HAMULCOWY i SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA	-----	-----
1.	Układ hamulcowy ze wspomaganiem, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych,		
2	Z systemem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania - ABS lub równoważny		
3	Elektroniczny korektor siły hamowania		
4	Z systemem wspomagania nagłego (awaryjnego) hamowania		
5	Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył), przednie wentylowane,		
6	System stabilizacji toru jazdy typu ESP adaptacyjny tzn. uwzględniający obciążenie pojazdu,		
7	System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu typu ASR		
8	System zapobiegający niespodziewanym zmianom pasa ruchu spowodowanym nagłymi podmuchami bocznego wiatru wykorzystujący czujniki systemu stabilizacji toru jazdy lub równoważny – parametr dodatkowo punktowany.	TAK/NIE NIE – 0 pkt. TAK – 2 pkt.	
9	Asystent ruszania pod górę,		
V.	ZAWIESZENIE		
1.	Fabryczne zawieszenie posiadające wzmocnione drążki stabilizacyjne obu osi (<u>podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia</u>). Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta .		
2	Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta		
VI.	UKŁAD KIEROWNICZY	-----	-----
1.	Ze wspomaganiem hydraulicznym		
2.	Z regulowaną kolumną kierownicy		

VII.	OGRZEWANIE I WENTYLACJA	-----	-----
1.	Ogrzewanie wewnętrzne postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, min. Moc grzewcza 2000 W.		
2.	Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego (typu powietrznego) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy min. 5,0 kW . umożliwiające ogrzanie przedziału medycznego zgodnie z aktualną normą PN EN 1789 lub równoważnej pkt. 4.5.5.1.		
3.	Niezależny od silnika fabryczny system ogrzewania kabiny kierowcy i przedziału medycznego poprzez nagrzewnicę wodną, umożliwiającą dogrzanie silnika przed rozruchem (podać kod producenta pojazdu bazowego tej opcji wyposażenia) Zamawiający dopuszcza montaż tego systemu na etapie adaptacji ambulansu.		
4.	Nagrzewnica wodna wpięta w układ chłodzenia silnika o maksymalnej mocy grzewczej min. 6 kW .		
5.	Fabryczne będące wyposażeniem pojazdu bazowego pomocnicze ogrzewanie elektryczne o maksymalnej mocy grzewczej min. 1,5 kW uzyskiwanej w czasie max. 0,5 min od momentu uruchomienia silnika współpracujące z układem klimatyzacji w utrzymaniu zadanej temperatury. (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia). – parametr dodatkowo punktowany.	TAK/NIE NIE – 0 pkt. TAK – 3 pkt.	
6.	Klimatyzacja dwu parownikowa, oddzielna dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna		
VIII.	INSTALACJA ELEKTRYCZNA	-----	-----
1.	Zespół 2 fabrycznych akumulatorów o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu.		
2.	Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów - min 200 A. Wartość prądu alternatora jako parametr dodatkowo punktowany po spełnieniu określonego minimum.	TAK (określić) 200 A – 0 pkt. Największa wartość – 3 pkt. Pozostałe: proporcjonalnie	
3.	Automatyczna ładowarka akumulatorowa (zasilana prądem 230V) sterowana mikroprocesorem ładująca akumulatory prądem odpowiednim do poziomu rozładowania każdego z nich		
4.	Instalacja elektryczna 230 V: a) zasilanie zewnętrzne 230 V b) min. 2 zerowane gniazda w przedziale medycznym c) zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym d) zabezpieczenie przeciwporażeniowe e) przewód zasilający min 10 m		
5.	Na zewnątrz pojazdu ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V		
6.	Grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu zasilana z sieci 230V		
7.	Instalacja elektryczna 12V w przedziale medycznym: - min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A), do podłączenia urządzeń medycznych. - gniazda wyposażone w rozbieralne wtyki		
8.	Atestowany inwerter prądu stałego 12V na zmienny 230V/50Hz o mocy ciągłej min. 2000VA (czysta sinusoida). W przedziale medycznym 3 oddzielne gniazda 230V zasilane z tej przetwornicy do obsługi sprzętu medycznego wymagającego zasilania 230Vw czasie jazdy, z możliwością wyłączenia napięcia (wyłączenie inwetera napięcia).		

IX.	SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE	-----	-----
1.	Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu wypełniona w całej przedniej części i po bokach modułami świetlnymi LED koloru niebieskiego. W pasie przednim zamontowany głośnik o mocy min. 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany - zmiana modulacji klaksonem, możliwość podawania komunikatów głosowych.		
2	Belka świetlna umieszczona na tylnej części dachu pojazdu wypełniona w całej przedniej części i po bokach modułami świetlnymi LED koloru niebieskiego, dodatkowe światła robocze LED do oświetlania przedpoła za ambulansem		
3	Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane z panelu sterującego lub manipulatora umieszczonego w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy.		
4	Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po otwarciu drzwi widoczne przy otwarciu o 90, 180 i 260 stopni		
5	Dodatkowe sygnały niskotonowe o mocy min. 60W posiadające certyfikat/homologację zgodności z REG 65 lub alternatywną dyrektywą EKG ONZ, załączane na czas pracy od 10 do 30 sekund (podać markę i model oraz numer certyfikatu/homologacji) – sygnały nisko tonowe są elementem całopojazdowej homologacji ambulansu oferowanej marki i modelu. Moc sygnału jako parametr dodatkowo punktowany po spełnieniu określonego minimum – podać markę i model	TAK (określić) 60 W – 0 pkt. Największa wartość – 2 pkt. Pozostałe: proporcjonalnie	
6	Dwie niebieskie lampy LED na wysokości pasa przedniego, barwy niebieskiej, dodatkowe niebieskie lampy LED w błotnikach i lusterkach zewnętrznych- dotyczy błotników przednich.		
7	Po dwa reflektory zewnętrzne LED po bokach pojazdu w górnej części ścian bocznych, do oświetlenia miejsca akcji, z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego, włączające się automatycznie razem ze światłami roboczymi tylnymi po wrzuceniu biegu wstecznego przez kierowcę.		
8	Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2019 r.(Dz. U. 2019.2487 t.j. z późn. zm.) w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego - po obu bokach pojazdu nadruk barwy czerwonej „N” w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm, o grubości linii koła i liter 4 cm,		
9	Na ambulansie Wykonawca wykona oznakowanie/ etykietę informującą o realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021, liczby oddanych głosów oraz zapis „Projekt sfinansowano w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021”. Ambulans będzie oznakowany co najmniej z dwóch stron. Naklejka co najmniej formatu A3 o wymiarach. Minimum 297×420 mm, które będą umieszczone w widocznym miejscu. Zamawiający po podpisaniu umowy przekaże szczegółowe wytyczne dotyczące oznakowania.		
X.	OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO	-----	-----
1	OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO -oświetlenie zgodne z aktualną normą PN EN 1789 lub równoważnej pkt. 4.5.6 oraz charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej 1) światło rozproszone umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego min. 6 lamp sufitowych, z funkcją ich przygaszania na czas transportu pacjenta (tzw. oświetlenie nocne) 2) oświetlenie regulowane umieszczone w suficie nad noszami punktowe (min. 2 szt.)		

	3) jeden punkt świetlny zamontowany nad blatem roboczym		
XI.	WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO (pomieszczenia dla pacjenta) - pomieszczenie powinno pomieścić urządzenia medyczne wyszczególnione w aktualnej normie PN EN 1789-lub równoważnej	-----	-----
1.	Ścianka działowa oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego wyposażona w drzwi przesuwne umożliwiające poruszanie się pomiędzy pomieszczeniem medycznym a kabiną kierowcy na postoju. Konstrukcja i działanie drzwi – zgodnie z wymogami aktualnej normy PN-EN 1789-lub równoważnej		
2.	Podłoga odpowiednio wzmocniona i izolowana, pokryta wykładziną przeciwpoślizgową, łatwo zmywalną, połączona szczelnie z pokryciem ścian bocznych, uniemożliwiająca podciekanie cieczy, umożliwiającą mocowanie noszy głównych.		
3.	Ściany i sufit mają posiadać pokrycie antystatyczne nietoksyczne, niepalne i łatwo zmywalne środkami dezynfekcyjnymi.		
4.	Dwa fotele: obrotowe w zakresie 90° (wymagany obrót fotela od osi symetrii pojazdu do noszy), wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, poszycie siedzeń wykonane z materiału zgodnego z aktualną normą EN 13501 lub równoważną na prawej ścianie jeden fotel umieszczony na stałe, drugi fotel u wezglowia noszy. Zamawiający dopuszcza dwa fotele na prawej ścianie w przedziale medycznym bez fotela u wezglowia noszy co wiąże się też z rezygnacją z półki w tylnej części ściany prawej.		
5.	Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej): - zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego, Półki podsufitowe po lewej i prawej z przezroczystymi szybami i podświetleniem uruchamiającym się po ich otwarciu umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga podświetlenia stałego półek podsufitowych zamiast uruchamianego dopiero po ich otwarciu. W świetle drzwi tylnych po stronie prawej przedziału medycznego przed fotelem bocznym szafka otwarta z mocowaniami (paski regulowane) na sprzęt wewnątrz (typu torba medyczna). Nad szafką miejsce (półka) z mocowaniem plecaka ze sprzętem resuscytacyjnym W świetle drzwi tylnych na ścianie lewej przedziału medycznego słupki – szafka z roletami na drobny sprzęt i półką z cokołem nad słupkiem. Nad słupkiem i półką wyżej opisaną miejsce min. trzy płyty do mocowania aparatury medycznej: Pompy infuzyjnej, defibrylatora klinicznego Miejsce do zamocowania respiratora - dalej w kierunku kabiny kierowcy po lewej stronie zestaw meblościanki z szafkami, schowkami zamykanymi roletami oraz szufladami. Możliwość dostępu do reduktorów tlenowych umocowanych na 2 butlach 10 litrowych. Zabudowa przedziału medycznego umożliwiającą mocowanie kamizeli KED, deski ortopedycznej dziecięcej i szyn Kramera (będących na wyposażeniu Zamawiającego, Zamawiający posiada deskę ortopedyczną PEDIPAC FERNO). Zamawiający dopuszcza zabudowę w tylnej części prawej ściany: - w świetle drzwi tylnych po stronie prawej przedziału medycznego przed fotelem bocznym szafka z nagrzewnicą wodną z mocowaniami (paski regulowane) na plecak lub torbę medyczną. Nad półką szafka zamykana roletą.		

	Zamawiający dopuszcza miejsce mocowania plecaka przewidziane w zabudowie meblowej opisanej. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie mocowania plecaka zgodnie z aktualną normą PN-EN 1789 lub równoważną i posiadaną przez Wykonawcę homologacją na dzień składania ofert z wyłączeniem lokalizacji przed fotelem bocznym. Zamawiający dopuszcza mocowanie kamizeli KED, deski dziecięcej i szyn Kramera zgodnie z homologacją Wykonawcy.		
XII.	DODATKOWE WYPOSAŻENIE POJAZDU	-----	-----
1	Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym		
2	Urządzenie do wybijania szyb w przedziale medycznym.		
3	W kabinie kierowcy przenośny szperacz akumulatorowo sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie wyposażony w światło LED,		
4	Dwa trójkąty ostrzegawcze, komplet kluczy, podnośnik samochodowy		
5	Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy,		
6	Zbiornik paliwa w ambulansie przy odbiorze ma być napełniony powyżej stanu „rezerwy”		
7	Ambulans wyposażony w ogumienie letnie .		
8	Dodatkowo 4 opony zimowe z felgami i oryginalnymi (fabrycznymi) czujnikami ciśnienia.		
9	Czujniki ciśnienia w kołach letnich		
10	Kabina kierowcy wyposażona w instalacje do radiotelefonu		
11	Wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu		
12	Wmontowana dachową krótką antenę radiotelefonu o parametrach:		
	a) zakres częstotliwości 168-170 Mhz		
	b) impedancja wejścia 50 Ohm		
	c) współczynnik fali stojącej 1,6		
	d) charakterystyka promieniowania dookólna		
XIII.	URZĄDZENIE MONITORINGU GPS		
1.	Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania flotą pojazdów pracującego w technologii GPS-GPRS oraz jego dostosowanie do wymagań już wdrożonego systemu zarządzania flotą pojazdów marki Predator Combo firmy KERATRONIK (tzw. podpięcie do istniejącego systemu 1 pojazdu). Zamówienie obejmuje: Opomiarowanie pojazdu w zakresie dostawy i montażu urządzeń niezbędnych dla uzyskania parametru pomiaru paliwa. Instalacja Aplikacji do zarządzania pojazdami (profesjonalnego oprogramowania działającego na platformie systemu operacyjnego Windows XP i nowszych), otwartej na integrację ze środowiskiem IT Zamawiającego. Wdrożenie Aplikacji zarządzania pojazdami tj. dostosowanie do środowiska IT Zamawiającego. Bezpłatna aktualizacja wdrożonej wersji systemu w okresie świadczenia usług. Elementy składowe przedmiotu zamówienia. APLIKACJA: Architektura dla możliwości łatwego dostosowania aplikacji do wymogów funkcjonalnych Zamawiającego. Aplikacja musi być zbudowana w architekturze otwartej, umożliwiającej dowolne zmiany w obrębie zawartości kartotek. Wszelkie kartoteki w obrębie Aplikacji muszą być zbudowane z edytowalnych etykiet, pól tekstowych i słowników. Kartoteki muszą być dostępne dla		

użytkowników w dwóch trybach pracy: Tryb do odczytu Domyślny tryb dla każdego użytkownika w systemie. Tryb umożliwiający wgląd we wszystkie kartoteki (zgodnie z uprawnieniami) bez możliwości ich edycji. Tryb edycyjny Tryb nadawany administracyjnie. Wybrani użytkownicy posiadający dostęp do kartotek poprzez tryb edycyjny, muszą mieć możliwość nanoszenia zmian danych w obrębie kartotek, jak również zmian etykiet i zawartości słowników oraz danych bieżących takich jak: np. nr rejestracyjny itp. Aplikacja musi zapewniać możliwość wyeksportowania danych do standardowych formatów plików tekstowych jak również importu ze standardowych plików tekstowych. Centralne stanowisko bazowe (serwer bazy danych, serwer aplikacji, serwer GPRS, serwer Mapowy) zlokalizowane będą w środowisku IT Dostawcy. Aplikacja winna pracować w trybach offline i online, dostęp do Aplikacji możliwy musi być lokalnie np. poprzez przeglądarkę internetową. Praca offline i online dotyczy pracy rejestratorów. W przypadku braku możliwości przesyłania danych, są one gromadzone w pamięci rejestratora do momentu ponownego połączenia GPRS. Aplikacja musi pracować w trybie wielodostępowym, umożliwiając: -definiowanie zakresu dostępowego dla poszczególnych użytkowników, - śledzenie tych samych, bądź całkiem różnych chwilowych parametrów pojazdów na wielu stanowiskach w tym samym czasie z wykorzystaniem interfejsu graficznego i z funkcjonalnością zdefiniowaną oddzielnie dla każdego operatora, - możliwość uruchomienia systemu na dowolnej definiowalnej ilości stanowisk, - tworzenie profili dostępowych dostosowując dostęp do zasobu pod kątem przyporządkowania samochodów do poszczególnych działów i komórek organizacyjnych odwzorowanych w strukturze Zamawiającego tak, by użytkownicy pomiędzy Działami nie mieli dostępu do zasobów Systemu wykraczających poza ich zakres pracy. Aplikacja winna działać w całości w języku polskim. Dostęp do systemu musi być chroniony przez układ imiennej identyfikacji użytkownika. Aplikacja musi zapewnić funkcjonalność w zakresie: Ewidencji pojazdów i kierowców w zakresie wymaganym i niezbędnym dla osiągnięcia założonej funkcjonalności Aplikacji. Raportowania kluczowych dla zarządzania flotą parametrów, takich jak : - Raport eksploatacji pojazdów, - Raport jazd pojazdów oraz Lokalizacji pojazdów. Analizy przebytych tras w oparciu o zapis GPS. Wizualizacji tras. Karty SIM stanowić będą własność Dostawcy. Urządzenie rejestrujące (GPS) powinno mieć zwartą i niewielką konstrukcję umożliwiającą zainstalowanie w pojeździe w sposób ograniczający dostęp dla jego użytkowników. Jedynym elementem zainstalowanym w sposób dostępny może być czytnik identyfikatorów umożliwiający identyfikację kierowców za pośrednictwem zaproponowanych przez Dostawcę rozwiązań (np. kart zbliżeniowych lub breloków). Dane z urządzeń rejestrujących (GPS), zlokalizowanych w pojazdach muszą być przekazywane w czasie rzeczywistym, w technologii GPRS. Dane mają być przekazywane na bieżąco w momencie zarejestrowania czasu minimalnego zapisu tj. 60 sek. Zasilanie urządzeń rejestrujących (GPS) z instalacji samochodowych 12V lub 24V, w zależności od instalacji pojazdów. Każde urządzenie rejestrujące (GPS) musi być wpięte w instalację elektryczną auta w miejscu zaakceptowanym przez autoryzowany serwis stosownych pojazdów objętych gwarancją producenta. Urządzenia rejestrujące (GPS) muszą		
---	--	--

zapewnić realizację następujących pomiarów i sygnałów: Poziom paliwa w zbiorniku poprzez opomiarowanie wskazań pływaka. Pomiaru i rejestracji napięcia zasilania w pojeździe oraz sygnalizację zaniku zasilania głównego. Urządzenie rejestrujące (GPS) powinno posiadać minimum 4 wejścia analogowe. Urządzenia rejestrujące (GPS) muszą spełniać normy unijne lub równoważne. Poprawność montażu wszystkich urządzeń Systemu leży po stronie Dostawcy.

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ FUNKCYJNALNYCH APLIKACJI:

Najistotniejszym dla funkcjonalności wdrażanej aplikacji systemowej monitorowania, lokalizacji pojazdów i urządzeń jest możliwość automatycznego generowania i raportowania kluczowych dla zarządzania flotą parametrów, raporty muszą być generowane w odniesieniu do wybranego pojazdu, dowolnej grupy pojazdów lub całej floty Zamawiającego. - wszystkie raporty o których mowa budowane muszą być dla dowolnie zdefiniowanego czasookresu (wybór z kalendarza daty (od) oraz (do)). Raport eksploatacji pojazdów, budowany wg: -łącznie pokonany dystans, - łączne zużycie paliwa, w wybranym okresie, - łączny czas przerw w pracy pojazdu. Grafiki pracy kierowców. Prezentacja grafików pracy kierowców w układzie dzień, tydzień, miesiąc. Wyżej wymienione raporty będą generowane w oparciu o dane zarządzane w obszarze Aplikacji Ewidencja pojazdów i kierowców. Aplikacja musi zapewniać rejestrację i ewidencję wybranych niezbędnych danych o pojeździe bezpośrednio związanych z monitoringiem i pozwalających na określenie jego aktualnego stanu.

Dane pojazdu: - Numer rejestracyjny, Marka-Typ-Model, definiowane przez użytkownika), Aplikacja musi udostępniać (poprzez XML) następujące informacje:

Data i godzina wyjazdu (dane pobierane z GPS), - Data i godzina powrotu (dane pobierane z GPS), - Przebieg całkowity w km-mtg (dane pobierane z GPS),

Całkowity czas użytkowania pojazdu w godz. (dane pobierane z GPS),

Tankowanie paliwa (dane pobierane z GPS),

Stan końcowy paliwa (dane pobierane z GPS),

Odległość przejazdu w km(dane pobierane z GPS).

Mapa:

Wymogi ogólne.

Moduł mapowy musi działać tak, by wszelkie prezentacje mapowe odbywały się w obrębie wdrażanego systemu przez Dostawcę. Nie dopuszcza się konieczności eksportu danych mapowych do zewnętrznej aplikacji mapowej. Mapa musi umożliwiać płynne przewijanie poszczególnych obszarów mapy oraz dynamiczne wyświetlanie informacji bez opóźnień. Mapa musi umożliwiać wyszukiwanie konkretnych punktów adresowych w obrębie miast. Mapa musi być aplikacją aktualizowaną. W okresie świadczenia usług przez Dostawcę, aktualizacje mapy nie będą generowały dodatkowych kosztów. Mapa musi określać lokalizację (pozycji geograficznej) z maksymalnym błędem nie przekraczającym 3 m. Mapa musi umożliwiać dowolne definiowanie punktów charakterystycznych i obszarów, polegające na przypisywaniu odpowiednim współrzędnym geograficznym lub wielobokom stosownych opisów (np. obszar o zdefiniowanym promieniu od zadanego punktu charakterystycznego, nazywa się (X)). Ma to na

	celu lepszą orientację w przygotowywanych raportach o przebytych trasach, gdzie zamiast ulicy podawana będzie nazwa nadana przez użytkownika. Mapa musi charakteryzować się co najmniej następującymi parametrami: - prezentacja sieci ulic, prezentacja sieci kolejowej, prezentacja obszarów zieleni (trawniki, parki, lasy itd.), prezentacja obszarów wodnych (rzeki, jeziora, sztuczne zbiorniki). Mapa musi umożliwiać import własnych obiektów . Mapa winna wspomagać (ręczne) planowanie tras, poprzez wizualizację (rysowanie trasy) danych punktów charakterystycznych wprowadzanych do aplikacji przez dyspozytora. Mapa winna obejmować swoim zasięgiem obszar Polski i być wyposażona w szczegółowe plany miast. Lokalizacja pojazdów: Aplikacja musi umożliwiać bieżące lokalizowanie wybranego pojazdu bądź grupy pojazdów na mapie. Odpowiedź na zadane pytanie lokalizacyjne musi automatycznie centrować mapę do widoku pojazdu, a grupa pojazdów będzie widoczna na ekranie monitora. Najechanie kursorem myszy na wyszukane pojazdy skutkować musi prezentacją w dynamicznie wygenerowanej rubryce dodatkowych informacji eksploatacyjnych takich jak: prędkość chwilowa, aktualny stan zbiornika paliwa, nazwisko zalogowanego kierowcy, praca opomiarowanych urządzeń w danej chwili. Analiza przebytych tras w oparciu o zapis GPS. Wszystkie zapisane trasy przejazdu muszą być archiwizowane w Systemie.		
XIV.	ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA		
1.	1. <u>Radiotelefon przewoźny</u> 1.1. Cechy funkcjonalno-użytkowe: 1.1.1. Radiotelefon analogowo-cyfrowy w wykonaniu przewoźnym. 1.1.2. Praca w standardach: cyfrowym ETSI TS 102 361 lub równoważną oraz analogowym; w trybach simpleks/duosimpleks 1.1.3. Możliwość zaprogramowania min. 160 kanałów z ilością minimum 2 stref podziału 1.1.4. Możliwość dodania do grupy roamingowej min. 15 kanałów cyfrowych. 1.1.5. Czytelny wyświetlacz w pełni kolorowy z podświetleniem w trybie dziennym i nocnym (min. 4 linie), umożliwiający wizualizację odbieranych i wysyłanych wywołań oraz poziomu sygnału odbieranego w trybie cyfrowym 1.1.6. Programowanie wyświetlanej nazwy kanału – min. 14 znaków 1.1.7. Praca z dużą lub małą mocą nadajnika, programowana indywidualnie dla każdego kanału 1.1.8. Programowe ograniczanie czasu nadawania 1.1.9. Możliwość skanowania kanałów analogowych z kanału cyfrowego oraz użytkowników, grup i kanałów cyfrowych z kanału analogowego 1.1.10. Możliwość wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych 1.1.11. Wizualna sygnalizacja (np. diodowa) stanów pracy radiotelefonu, w tym: wywołań, skaningu i stanów monitorowania 1.1.12. Wywołanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okólnikowe (wszystkich) w trybie cyfrowym z identyfikacją na wyświetlaczu abonenta wywołującego i sygnalizacja akustyczna (z możliwością wyłączenia sygnalizacji akustycznej) 1.1.13. Programowalny adres IP radiotelefonu 1.1.14. Radiotelefon musi posiadać następujące funkcje sygnalizacji: 1.1.14.1. zdalne sprawdzenie obecności radiotelefonu w sieci, 1.1.14.2. zdalny monitoring,		

1.1.14.3. zdalne zablokowanie radiotelefonu, 1.1.14.4. zdalne odblokowanie radiotelefonu 1.1.15. Kodowa blokada szumów CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale analogowym 1.1.16. Możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR 1.1.17. Możliwość pracy w systemie cyfrowym z wieloma urządzeniami retransmisyjnymi pracującymi na tej samej parze częstotliwości, z możliwością rozróżnienia urządzeń retransmisyjnych 1.1.18. Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami oraz dodatkowo min. 4 programowalne przyciski 1.1.19. Wybór kanałów – przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami 1.1.20. Regulacja głośności przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami 1.1.21. Złącze akcesoryjne – umożliwiające transmisję zgodną ze standardem USB, podłączenie dodatkowego głośnika i mikrofonu, przycisku nadawania, itp. 1.1.22. Zabezpieczenie przepięciowe i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania 1.1.23. Gniazdo antenowe VHF typu BNC 1.1.24. Głośnik wbudowany w panel sterujący 1.1.25. Możliwość programowego tworzenia listy kontaktów (książki adresowej) – wywołań indywidualnych w trybie cyfrowym 1.1.26. Sygnalizacja 5-tonów (SELECT V) 1.1.27. Menu radiotelefonu w języku polskim 1.2. Parametry techniczne ogólne: 1.2.1. Pasma częstotliwości pracy 136÷174 MHz 1.2.2. Modulacja na kanale analogowym: częstotliwości (11K0F3E) 1.2.3. Modulacja na kanale cyfrowym: 2 szczelinowa TDMA (7K60FXD dane, 7K60FXE dane i głos) 1.2.4. Odstęp międzykanałowy 12,5 kHz 1.2.5. Zasilanie stałoprądowe 13,2V ±20% minus na masie z zabezpieczeniem przepięciowym i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania 1.3. Parametry techniczne nadajnika: 1.3.1. Moc wyjściowa fali nośnej nadajnika programowana w całym zakresie częstotliwości od 1 W do 25W (tylko w trybie serwisowym) 1.3.2. Możliwość ustawienia dwóch poziomów mocy dla radiotelefonu (moc niska/moc wysoka w zakresie 1 – 25W) i ustawienie jednego z nich na dowolnym kanale 1.3.3. Maksymalna dopuszczalna dewiacja częstotliwości ± 2,5 kHz, dla odstępu 12,5 kHz 1.3.4. Stabilność częstotliwości (–30°C do +60°C) +/- 2 ppm dla częstotliwości pracy 50-300MHz. 1.3.5. Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) – nadajnik system analogowy. 1.3.6. Łączne zniekształcenia modulacji < 5%, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej 1.3.7. Odstęp od zakłóceń min. -40 dB dla odstępu 12,5 kHz 1.3.8. Moc emitowana na kanałach sąsiednich < 60dB dla odstępu 12,5 kHz 1.3.9. Wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2. 1.3.10. Protokół cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361 lub		
--	--	--

równoważną. 1.3.11. Możliwość zaprogramowania blokady nadajnika przy zajętych kanałach. 1.4. Parametry techniczne odbiornika: 1.4.1. Czułość analogowa nie gorsza niż 0,30 uV przy SINAD wynoszącym 12 dB. 1.4.2. Czułość cyfrowa nie gorsza niż 0,30 uV przy BER wynoszącym 5%. 1.4.3. Współczynnik zawartości harmonicznych < 5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej i mocy akustycznej 0,5W. 1.4.4. Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB) – odbiornik system analogowy. 1.4.5. Selektowność sąsiedniokanałowa min. 60 dB dla odstępu 12,5 kHz 1.4.6. Intermodulacja ETS 70 dB 1.4.7. Moc wyjściowa akustyczna dla głośnika wewnętrznego minimum 3 W 1.4.8. Przydźwięki i szumy nie więcej niż -40 dB dla odstępu 12,5 kHz 1.4.9. Środowisko i klimatyczne warunki pracy: 1.4.9.1. Minimalny zakres temperatury składowania od -40°C do +65°C 1.4.9.2. Klasa odporności na warunki środowiskowe IP 54 wg normy EN 60529 lub równoważną. 1.4.10. Wymagania uzupełniające: 1.4.10.1. Metody pomiarów i parametry radiowe nie ujęte w niniejszych wymaganiach muszą być zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI EN 102 361-2 lub równoważnymi. Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej muszą być zgodne z normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5 lub równoważnymi. 1.4.10.2. Wymagania odnośnie bezpieczeństwa urządzeń nadawczych muszą być zgodne z normą EN 60950-1 lub równoważną 1.4.10.3. Deklaracja zgodności CE. 1.5. W skład zestawu radiotelefonu ma wchodzić: 1.5.1. Radiotelefon przewoźny. 1.5.2. Mikrofon ręczny, tzw. „gruszka”. 1.5.3. Kabel zasilający do montażu radiotelefonu w samochodzie. 1.6. Radiotelefon musi bezproblemowo współpracować z obecnie wykorzystywanymi przez Zamawiającego radiotelefonami Motorola DP4600, Motorola DM4600 oraz przemiennikami Motorola DR3000 pracującymi w trybie IP Site Connect. 1.7. Sposób montażu radiotelefonu: 1.7.1. Radiotelefon powinien być zainstalowany w stabilny sposób, uniemożliwiający samoistne obluźnienie się radiotelefonu w czasie jazdy. Sposób montażu radiotelefonu nie może stanowić zagrożenia bezpieczeństwa dla osób podróżujących pojazdem. 1.7.2. Radiotelefon powinien być zainstalowany tak, aby użytkownik miał do niego łatwy dostęp w czasie jazdy, w celu obserwacji wskazań wskaźnika oraz obsługi (np. zmiana kanału, regulacja głośności). 1.7.3. Radiotelefon powinien być zainstalowany tak, aby kable połączeniowe nie były widoczne dla użytkownika, ale była zachowana możliwość wielokrotnego dostępu do kabli połączeniowych, w celu wykonania czynności serwisowych (dostęp		
---	--	--

	do kabli może wymagać użycia podstawowych narzędzi). 1.7.4. Mikrofon doręczny (tzw. „gruszka”) powinien być odwieszany na uchwycie w zasięgu ręki kierowcy i pasażera podróżującego w kabinie pojazdu (pierwszy rząd siedzeń). 1.7.5. Zasilanie radiotelefonu musi zostać zabezpieczone osobnym bezpiecznikiem. Bezpiecznik zasilający radiotelefon powinien być łatwo dostępny dla potrzeb ewentualnego serwisu (dostęp do niego może wymagać użycia podstawowych narzędzi). Zasilanie radiotelefonu musi być dostępne bezprzerwowo, bez konieczności przekręcenia kluczyka zapłonu. 1.7.6. Za konfigurację radiotelefonu do swoich wymagań odpowiada Zamawiający.		
2	2. Instalacja antenowa samochodowa VHF 2.1. Instalacja wykonana kablem typu RG-58, H-155 lub równoważnym lub innym, o parametrach nie gorszych. 2.2. Impedancja falowa kabla antenowego: 50Ω. 2.3. Instalacja powinna być prowadzona możliwie najkrótszą drogą, unikając ostrych załamania kabla i pętli. 2.4. Od strony radiotelefonu na kablu antenowym powinno być zainstalowane złącze typu BNC z izolacją teflonową, lutowane. Niedopuszczalne jest jedynie zaciśnięcie „pinu” na gorącej żyłce kabla antenowego. 2.5. Kabel antenowy nie może być w żadnym miejscu łączony ani przedłużany. 2.6. Od strony anteny należy pozostawić niezbędny zapas kabla w celu możliwości późniejszego wykonania wymiany uszkodzonej anteny bez wymiany całego okablowania antenowego. 2.7. Musi być zachowany dostęp serwisowy do stopki anteny od wewnątrz pojazdu w celu ewentualnej późniejszej wymiany anteny, jednakże kable połączeniowe i stopka anteny powinny pozostać zamaskowane przed bezpośrednim dostępem. Dostęp do stopki anteny może wymagać użycia podstawowych narzędzi (np. dostęp przez klapkę rewizyjną lub po demontażu oprawy oświetleniowej przedziału medycznego). 2.8. Mocowanie anteny należy zapewnić poprzez otwór w dachu pojazdu. Otwór należy zabezpieczyć przed przeciekaniem wody do wnętrza pojazdu przy użyciu np. silikonu. 2.9. Miejsce mocowania anteny należy wybrać w pobliżu środka największych poziomych płaszczyzn metalowych karoserii pojazdu lub w pobliżu środka całej konstrukcji pojazdu. Przy instalacji należy szczególnie starannie zapewnić kontakt galwaniczny między ekranem przewodu współosiowego zasilającego antenę, a karoserią pojazdu. W przypadku braku metalowej płaszczyzny dachu, należy zainstalować odpowiedni arkusz metalowej blachy pod anteną od wewnątrz pojazdu. 2.10. Elementy rozłączalne anteny powinny być przed montażem zakonserwowane przy użyciu bezkwasowej wazeliny technicznej lub innego specjalistycznego środka chemicznego. 2.11. Wymagania dotyczące anteny: 2.11.1. Długość elektryczna anteny: $\lambda/4$. 2.11.2. Zakres pracy: 160-174MHz. 2.11.3. Impedancja falowa: 50 Ω. 2.11.4. Polaryzacja: pionowa. 2.11.5. Zysk energetyczny względem unipola $\lambda/4$: 0dB (2,15 dBi). 2.11.6. Przegub motylkowy umożliwiający pochylenie anteny na		

	czas np. mycia pojazdu. 2.11.7. Sprężysty przegub na pręcie anteny umożliwiający jej przechylenie np. na wietrze lub przy zawadzeniu czubkiem anteny o przeszkodę. 2.11.8. Charakterystyka pozioma anteny: dookólna. 2.11.9. Moc maksymalna doprowadzona do anteny: 25W. 2.11.10. Współczynnik fali stojącej (SWR): < 1.2. 2.11.11. Antena powinna pozostać fabrycznie zestrojona. Zamawiający sam dokona strojenia anteny do wykorzystywanych przez niego częstotliwości. Strojenie anteny zgodnie z instrukcją producenta nie może powodować utraty gwarancji. 2.12. Zamawiający zastrzega sobie weryfikację parametrów fizycznych anteny podczas odbioru zamówienia.		
	Głośnik w przedziale medycznym z możliwością podłączenia do radiotelefonu. W przedziale medycznym mają znajdować się dwa głośniki- jeden podłączony do radiotelefonu, a drugi do radioodtwarzacza CD.		
XV.	WYMAGANIA OGÓLNE	-----	-----
1	Gwarancja mechaniczna – min. 24 miesiące bez limitu km Uwaga: Przedłużona gwarancja na pojazdy bazowe 48 miesięcy - kryterium punktowane, niewymagane Zamawiający nie stawia warunku aby przedłużony okres gwarancji na pojazd bazowy gwarantowany był przez producenta lub przedstawiciela producenta pojazdu. W przypadku jednak zaoferowania przedłużonego okresu gwarancji na pojazd bazowy, warunki przedłużonej gwarancji nie powinny być gorsze niż te, które oferowane są w standardowym 24-miesięcznym okresie gwarancji. Zamawiający będzie wymagał dołączenia do umowy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia/karty gwarancyjnej w odniesieniu do przedłużonego okresu gwarancji na pojazd bazowy. Zamawiający informuje, że zakładany średni roczny przebieg jednego ambulansu będzie wynosił ok. 30.000 km	TAK/NIE NIE – 0 pkt. TAK – 5 pkt.	
2	Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu – min. 24 miesiące		
3.	Gwarancja na zabudowę medyczną – min. 24 miesiące Uwaga: Przedłużona gwarancja na zabudowę medyczną 48 miesięcy - kryterium punktowane, niewymagane Serwis zabudowy (przedziału) medycznej (łącznie z wymaganymi przeglądami okresowymi zabudowy) realizowany będzie w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie stawia warunku aby przedłużony okres gwarancji na zabudowę medyczną gwarantowany był przez producenta lub przedstawiciela producenta pojazdu. W przypadku jednak zaoferowania przedłużonego okresu gwarancji na zabudowę medyczną, warunki przedłużonej gwarancji nie powinny być gorsze niż te, które oferowane są w standardowym 24-miesięcznym okresie gwarancji. Zamawiający będzie wymagał dołączenia do umowy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia/karty gwarancyjnej w odniesieniu do przedłużonego okresu gwarancji na zabudowę medyczną.	TAK/NIE NIE – 0 pkt. TAK – 5 pkt.	
4	Reakcja serwisu zabudowy specjalnej sanitarnej na zgłoszoną awarię (zgłoszenia dokonywane w dni robocze) w ciągu 48 godzin od jej zgłoszenia tzn. rozpoczęcie naprawy w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od zgłoszenia. (parametr dodatkowo punktowany po spełnieniu określonego minimum) Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię, tj. przystąpienie do usuwania awarii liczony będzie w dni robocze od momentu doręczenia zawiadomienia ze strony Zamawiającego Wykonawcy, dokonanego w formie faxy nr _____, lub na adres email _____, z tym zastrzeżeniem, że fax, email w	48 godzin - 0 pkt. najniższa wartość - 5 pkt. pozostałe: proporcjonalnie	

	przypadku wysłania go między godz. 7.00 a 16.00 w danym dniu roboczym uznany jest za doręczony w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku wysłania go po godz. 16 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, uznany jest za doręczony w następnym dniu roboczym.		
5.	Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie pojazdów do przekazania oraz zobowiązany jest do ubezpieczenia pojazdów w zakresie OC i AC, NNW na okres 1 roku (ubezpieczenie pojazdów od wartości brutto) -dotyczy wyłącznie pojazdu (bez sprzętu medycznego)		
6.	Zamawiający zabrania umieszczania na nadwoziu ambulansu reklam i naklejek Wykonawcy bez zgody Zamawiającego.		
XVI	WYPOSAŻENIE MEDYCZNE		
	Inkubator do transportu w ambulansie osadzony na transporterze/noszach (wózku) z zasilaniem elektrycznym zgodny z aktualną normą 1865-2 lub równoważną pozwalający wygodny transport pacjentów przy jednoczesnym zminimalizowaniu wysiłku fizycznego personelu medycznego obsługującego zestaw transportowy. UWAGA! Parametr dodatkowo punktowany: niska masa inkubatora , tj. poniżej 40 kg. Cieplarka zgodna z aktualną normą PN EN 60601-2-20 lub równoważną wraz z urządzeniami medycznymi stosowanymi w połączeniu z inkubatorem (w tym kardiomonitor, respirator, pompy strzykawkowe, zbiornik tlenu min. 2 litrowy) zamontowane w adapterze i połączonym z transporterem poprzez interfejs zgodny z aktualną normą PN EN 13976-1 lub równoważną.	TAK/NIE NIE – 0 pkt. TAK – 3 pkt. Pozostałe proporcjonalnie	
1	UWAGA! Parametr dodatkowo punktowany: możliwość regulacji pulsoksymetrii (synchronizacja, czułość, uśrednienie) UWAGA! Parametr dodatkowo punktowany: Wyposażenie inkubatora w systemem pochłaniający wibracje podczas transportu pacjenta w ambulansie jak i podczas transportu poza ambulansem Obsługa w języku polskim. Zamawiający oczekuje zastosowania instalacji do sprężonego powietrza do zasilania o ile urządzenia stosowane w połączeniu z inkubatorem, w tym respirator wymaga zastosowania takiego rozwiązania. Wymagany sprzęt powinien funkcjonować i posiadać wszelkie instalacje niezbędne do jego prawidłowego działania.	TAK/NIE NIE – 0 pkt. TAK – 2 pkt. TAK/NIE NIE – 0 pkt. TAK – 3 pkt.	
	Urządzenia medyczne stosowane w połączeniu z inkubatorem		
2.	a) Respirator transportowy umiejscowiony w adapterze obok cieplarki 1. Przeznaczony do wentylacji dzieci z wagą od 0,5 kg. 2. Wyposażony w akumulator umożliwiający pracę ciągłą min. 3 godziny bez zewnętrznego źródła zasilania. 3. Waga respiratora maks. 10 kg. 4. Wyposażony w tryby wentylacji (V-AC, V-SIMV, P-AC, P-SIMV, CPAP, NIV lub równoważne). 5. Czas wdechu min. 0.1-3 sek. 6. Czas wydechu 0-80 sek. 7. Stosunek I:E w zakresie od 3:1 do 1:99 8. Czas obserwacji bezdechu min. 10-60 sek. 9. Wspomaganie ciśnieniem w zakresie 1-60 cm H2O 10. Przepływ wdechowy regulowany w zakresie min. 0-180 L/min.		

	11. PEEP/CPAP 0-25 cm H2O IPAP 3-40 cm H2O EPAP 2-20 cm H2O PIP 0-60 cm H2O 12. Regulacja stężenia O2 w mieszaninie oddechowej 21-100% 13. Ciśnieniowy tryb rozpoznania oddechu własnego pacjenta w zakresie -0,1 - -10 cm H2O. 14. Przepływowy tryb rozpoznania oddechu własnego pacjenta w zakresie 0,5 – 30 L/min. 15. Wyposażony w ekran do obrazowania nastawnych parametrów 16. Komunikaty funkcji w języku polskim. 17. Kompletny układ oddechowy pacjenta jednorazowy min. 10 kompletów. UWAGA! Parametr dodatkowo punktowany: wyposażenie respiratora w wielorazowy kompletny układ oddechowy pacjenta. Obsługa w języku polskim.	TAK/NIE NIE – 0 pkt. TAK – 2 pkt.	
	b) Kardiomonitor transportowy zgodny z aktualną normą PN EN 13976-2 załącznik A punkt A.2 z wyłączeniem nr 8-15 lub równoważną. Umocowany w adapterze w miejscu widocznym i łatwym dostępem do monitora i jego obsługi. Obsługa w języku polskim.		
	c) Zestaw 4 pomp strzykawkowych 4 pompy jednorazowe umocowane w adapterze jako moduł obok ciepłarki z dogodnym dojściem do torów Urządzenie zgodne z aktualną normą PN EN 13976-2 załącznik A punkt A.4 lub równoważną. Obsługa w języku polskim.		
	d) Transporter/nosze z zasilaniem elektrycznym zgodny z aktualną normą 1865-2 lub równoważną, pozwalający na wygodny transport pacjentów przy jednoczesnym zminimalizowaniu wysiłku fizycznego personelu medycznego obsługującego zestaw transportowy. Interfejs umożliwiający bezpieczny łączenie adaptera z zainstalowanym inkubatorem i aparaturą medyczną z transporterem/noszący zgodny z aktualną normą PN EN 13976-1 lub równoważną. Zestaw umożliwiający naprzemiennie transport ciepłarki jak i po zdjęciu interfejsu adaptację wózka do transportu na noszach (leżu, materacu) pacjentów w różnym wieku.		
3.	Wymagania dotyczące inkubatora i urządzeń medycznych stosowanych w połączeniu z inkubatorem (zestaw)		
4.	1. Zestaw powinien spełniać normy: - PN EN 1789 lub równoważną - PN EN 13976-1:2018 lub równoważną - PN EN 13976-2:2018 lub równoważną 2. Oferowany zestaw powinien posiadać pozytywny wynik testu przeciążenia 10 G 3. Instrukcje obsługi w języku polskim. 4. Rok produkcji poszczególnych elementów zestawu - nie wcześniej niż 2020 rok. 5. Gwarancja na sprzęt medyczny – min. 24 mies.		
5.	Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby każdy z zamówionego sprzętu medycznego tj. inkubator, respirator transportowy, kardiomonitor transportowy, pompy strzykawkowe i transporter - nosze – posiadały paszport techniczny z przeprowadzonym		

	przeglądem dopuszczającym dane urządzenie do użytkowania, z wpisem do paszportu o treści: sprawdzono, sprzęt sprawny dopuszczony do eksploatacji, wpis daty wykonania przeglądu. Dokumenty wymagane przy dostawie.		
6.	Wykonawca zapewni szkolenie personelu zespołu N z obsługi całego zestawu w siedzibie Zamawiającego.		

.....
 (Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
 woli w imieniu Wykonawcy)

.....
/Nazwa i adres Wykonawcy/

.....
/miejscowość i data/

Numer Identyfikacji Podatkowej Wykonawcy:

OFERTA

Do
SP ZOZ WSPR
w Białymstoku

Kategoria przedsiębiorstwa: **małe / średnie / inne ***

przedsiębiorstwo średnie – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR,

przedsiębiorstwo małe – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR,

Adres email do kontaktów z Wykonawcą:

Adres skrzynki ePUAP do kontaktów z Wykonawcą:

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansu neonatologicznego wraz ze specjalistycznym sprzętem medycznym nr EOP.332.20.21, oświadczamy, że:

1. Oferujemy realizację zamówienia: za cenę netto..... słownie:..... zł,
kwota podatku VAT *..... zł, tj. za cenę brutto * zł,
2. Wykonawca dokonując dostawy działa we własnym imieniu i na własną rzecz;
3. Wykonawca zobowiązuje się uiścić podatek akcyzowy jeżeli taki obowiązek powstanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;
4. Dostawę zrealizujemy w terminie do 15 grudnia 2021 r.
5. Oferowana przez nas gwarancja mechaniczna na pojazdy bazowe wynosi miesiące/miesięcy od daty podpisania protokołu ilościowo – jakościowego (protokołu technicznego) (minimalny okres ochrony gwarancyjnej wynosi 24 miesiące);
6. Oferowana przez nas gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu wynosi miesiące/miesięcy od daty podpisania protokołu ilościowo – jakościowego (protokołu technicznego) (minimalny okres ochrony gwarancyjnej wynosi 24 miesiące);
7. Oferowana przez nas gwarancja na zabudowę medyczną – wynosi miesiące/miesięcy od daty podpisania protokołu ilościowo – jakościowego (protokołu technicznego) (minimalny okres ochrony gwarancyjnej wynosi 24 miesiące);
8. Oferowana przez nas gwarancja na sprzęt medyczny wynosi miesiące/miesięcy od daty podpisania protokołu ilościowo – jakościowego (protokołu technicznego) (minimalny okres ochrony gwarancyjnej wynosi 24 miesiące);
9. Gwarantujemy okres obsługi pogwarancyjnej i na ten czas zabezpieczenie dostaw części zamiennych (Zamawiający oczekuje serwisu pogwarancyjnego minimum 5 lat);
10. Wskazuję/ nie wskazuję (niepotrzebne skreślić) podmiot trzeci świadczący obsługę pogwarancyjną (nazwa i adres podmiotu);
11. Oferowane przez nas ambulanse neonatologiczne spełniają następujące parametry techniczne (dot. parametrów technicznych nie wymaganych, dodatkowo ocenianych):

L.p.	Parametry niewymagane, dodatkowo punktowane	Oświadczenie wykonawcy
------	---	------------------------

1.	Długość przedziału medycznego powyżej 3,00 m, mierzona zgodnie z aktualną normą PN-EN 1789 lub równoważną pkt I. 4. Opis Przedmiotu Zamówienia 3,00 m- 0 pkt największa długość 3 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru: długość przedziału medycznego ambulansu badanej oferty ----- x 3 najdłuższa zaoferowana długość przedziału medycznego ambulansu	TAK m / NIE (podać długość)
2.	Fabryczny będący wyposażeniem pojazdu bazowego elektroniczny system regulacji prędkości obrotowej silnika na postoju w celu doładowania zespołu akumulatorów oraz utrzymania odpowiednich parametrów termicznych w przedziale medycznym, gdy ambulans nie jest w ruchu pkt I. 22. Opis Przedmiotu Zamówienia TAK/NIE NIE – 0 pkt. TAK – 2 pkt.	TAK / NIE
3.	System zapobiegający niespodziewanym zmianom pasa ruchu spowodowanym nagłymi podmuchami bocznego wiatru wykorzystujący czujniki systemu stabilizacji toru jazdy lub równoważny pkt IV. 8. Opis Przedmiotu Zamówienia TAK/NIE NIE – 0 pkt. TAK – 2 pkt.	TAK / NIE
4.	Fabryczne będące wyposażeniem pojazdu bazowego pomocnicze ogrzewanie elektryczne o maksymalnej mocy grzewczej min. 1,5 kW uzyskiwanej w czasie max. 0,5 min od momentu uruchomienia silnika współpracujące z układem klimatyzacji w utrzymaniu zadanej temperatury. pkt VII. 5. Opis Przedmiotu Zamówienia TAK/NIE NIE – 0 pkt. TAK – 3 pkt.	TAK / NIE
6.	Alternator powyżej 200 A – wzmocniony, spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów pkt VIII. 2. Opis Przedmiotu Zamówienia TAK 200 A – 0 pkt. Największa wartość – 3 pkt. Pozostałe proporcjonalnie wg wzoru: Wartość prądu alternatora wskazana w badanej ofercie ----- x 3 Największa zaoferowana wartość prądu alternatora	TAK A / NIE (podać wartość)

7.	Moc dodatkowych sygnałów niskotonowych powyżej 60 W (posiadających certyfikat/homologację zgodności z REG 65 lub alternatywną dyrektywą EKG ONZ, załączane na czas pracy od 10 do 30 sekund, sygnały niskotonowe są powinny być elementem całopojazdowej homologacji ambulansu oferowanej marki i modelu). pkt IX. 5. Opis Przedmiotu Zamówienia TAK (określić) 60 W – 0 pkt. Największa wartość – 2 pkt. Pozostałe proporcjonalnie wg wzoru: Moc dodatkowych sygnałów niskotonowych wskazana w badanej ofercie x 2 Największa zaoferowana moc dodatkowych sygnałów niskotonowych	TAKW /NIE (podać wartość)
8.	Skrócony czas reakcji serwisu zabudowy specjalnej sanitarnej na zgłoszoną awarię, tzn. rozpoczęcie naprawy w czasie krótszym niż 48 godzin od zgłoszenia (zgłoszenia będą dokonywane w dni robocze). pkt XV. 4. Opis Przedmiotu Zamówienia 48 godzin - 0 pkt. najniższa wartość - 5 pkt. pozostałe: proporcjonalnie wg wzoru: Najkrótszy zaoferowany czas reakcji serwisu zabudowy x5 Czas reakcji serwisu zabudowy wskazany w ofercie badanej	TAK godz. / NIE (podać czas reakcji w pełnych godzinach)
9.	Możliwość regulacji pulsoksymetrii (synchronizacja, czułość, uśrednienie) pkt XVI. 1. Opis Przedmiotu Zamówienia TAK/NIE NIE – 0 pkt. TAK – 2 pkt.	TAK / NIE
10.	Niska masa inkubatora, tzn. poniżej 40 kg pkt XVI. 1. Opis Przedmiotu Zamówienia TAK/NIE NIE – 0 pkt. TAK – 3 pkt. pozostałe: proporcjonalnie wg wzoru: Najniższa zaoferowana masa inkubatora x3 Waga zaoferowanego inkubatora w ofercie badanej	TAK kg / NIE (podać masę inkubatora)
11.	Wyposażenie respiratora w kompletny wielorazowy układ oddechowy pacjenta pkt XVI. 2. a) Opis Przedmiotu Zamówienia TAK/NIE NIE – 0 pkt. TAK – 2 pkt.	TAK / NIE

12.	Inkubator z systemem pochłaniającym wibracje podczas transportu pacjenta w ambulansie jak i podczas transportu poza ambulansem pkt XVI. 1. Opis Przedmiotu Zamówienia TAK/NIE NIE – 0 pkt. TAK – 3 pkt.	TAK / NIE
-----	--	-----------

12. Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami opisany z Załączniku nr 1 do SWZ w punkcie I pozycji 13 posiada wymiary (wskazać w mm wysokość, szerokości i głębokość) mm.
13. Marka i typ automatycznej ładowarki opisanej w Załączniku nr 1 do SWZ w punkcie VIII poz. 3 mm.
14. Marka i model belki świetlnej opisanej w Załączniku nr 1 do SWZ w punkcie IX poz. 1 mm.
15. Marka i model belki świetlnej opisanej w Załączniku nr 1 do SWZ w punkcie IX poz. 2 mm.
16. Marka i model oraz numer certyfikatu/ homologacji dodatkowego sygnału niskotonowego opisanego w Załączniku nr 1 do SWZ punkcie IX poz. 5..... mm.
17. Producent, marka, model i rok produkcji inkubatora opisanego w Załączniku nr 1 do SWZ punkcie XVI poz. 1 mm.
18. Producent, marka, model i rok produkcji respiratora transportowego opisanego w Załączniku nr 1 do SWZ punkcie XVI poz. 2 pkt a) mm.
19. Producent, marka, model i rok produkcji kardiomonitora transportowego opisanego w Załączniku nr 1 do SWZ punkcie XVI poz. 2 pkt b)..... mm.
20. Producent, marka, model i rok produkcji pomp strzykawkowych opisanych w Załączniku nr 1 do SWZ punkcie XVI poz. 2 pkt c)..... mm.
21. Producent, marka, model i rok produkcji transportera - noszy opisanych w Załączniku nr 1 do SWZ punkcie XVI poz. 2 pkt d)..... mm.
22. Model oferowanego radiotelefonu przewoźnego mm.
28. Akceptujemy warunek, iż zapłata za wykonanie zamówienia następować będzie w terminie **14 dni** od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT;
29. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
30. Zobowiązujemy się dostarczyć wszystkie dokumenty potrzebne do rejestracji pojazdu;
31. Zapoznaliśmy się z treścią SWZ (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.;
32. Oświadczam, że **jestem/nie jestem** (niepotrzebne skreślić) czynnym podatnikiem podatku VAT. W przypadku zmiany statusu VAT Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, powiadomić o tym Zamawiającego;
33. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ;
34. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
35. Zamówienie realizować będziemy z udziałem podwykonawców w części:**
- a)
- b)
- c)
- d)
36. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty***.
- a)
- b)
- c)
- d)

e)

37. Oferta została złożona na stronach, kolejno ponumerowanych od nr do nr

38. Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 225 ust. 2 Pzp. informuję, że wybór mojej oferty:

- a) nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
- b) będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w wyniku czego wskazuję nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuję ich wartość bez kwoty podatku:
(niepotrzebne skreślić).

39. Oświadczamy, iż autoryzowany serwis oferowanego sprzętu medycznego mieści się: (podać nazwę, adres, telefon kontaktowy):

.....
.....

40. Tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która nie będzie podlegać udostępnieniu, są następujące informacje****:

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)

41. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, proszę o jego zwrot na rachunek bankowy:

- ☐ z którego nastąpiła wpłata wadium
- ☐ inny niż ten, z którego nastąpiła wpłata wadium, tj.:
nazwa banku:
- ☐ nie dotyczy

(niepotrzebne skreślić lub zaznaczyć właściwą odpowiedź)

.....
/podpis Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14

RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

.....
(data i podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzach ofertowych, innych dokumentach składanych na wezwanie w trakcie trwania postępowania oraz danych zawartych w umowie przez SP ZOZ WSPR w Białymstoku celu przeprowadzenia postępowań udzielenia zamówienia publicznego w trybie ustawy Pzp.

.....
(podpis Wykonawcy)

Uwaga:

* nie dotyczy Wykonawcy zagranicznego tj. wykonawcy nie posiadającego siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

** jeżeli Wykonawca zamierza wykonać całość zamówienia siłami własnymi, nie wypełnia przedmiotowego punktu lub wpisuje formułę np. „nie dotyczy”,

*** jeżeli dołączane są kopie dokumentów, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem;

**** należy wymienić dokumenty lub ich części albo podać numery stron na których znajdują się informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Załącznik nr 3 do SWZ FORMULARZ CENOWY *wypełnia jedynie wykonawca krajowy tj.: posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)*

Lp.	Nazwa produktu	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]	Cena jednostkowa brutto [zł]	Łączna wartość brutto [zł] (kolumna 3 x kolumna 6)
1	2	3	4	5	6	7
Proszę podać: Marka i model oferowanego środka do transportu						
1	Samochód bazowy wraz z przedziałem medycznym*	1				
2	Ubezpieczenie ambulansu	1				
3	Inkubator do transportu w ambulansie	1				
4	Respirator transportowy	1				
5	Kardiomonitor transportowy	1				
6.	Zestaw 4 pomp strzykawkowych	1				
7.	Transporter - nosze	1				
RAZEM			X	X	X	

* należy podać cenę środka transportu sanitarnego wraz z zabudową medyczną uwzględniającą podatek akcyzowy, jeśli dotyczy.

.....
(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY – (wypełnia jedynie wykonawca zagraniczny tj.: nie posiadający siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)

L.p.	Nazwa produktu	Ilość	Cena netto jednostkowa	Łączna wartość netto
1	2	3	4	5
Proszę podać: Marka i model oferowanego środka do transportu				
1	Samochód bazowy wraz z przedziałem medycznym *	1		
2	Ubezpieczenie ambulansu	1		
3	Inkubator do transportu w ambulansie	1		
4.	Respirator transportowy	1		
5.	Kardiomonitor transportowy	1		
6.	Zestaw 4 pomp strzykawkowych	1		
7.	Transporter - nosze	1		
	RAZEM	X	X	

* należy podać cenę środka transportu sanitarnego wraz z zabudową medyczną uwzględniającą podatek akcyzowy, jeśli dotyczy.

.....
(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SWZ - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy

„Dostawa ambulansu neonatologicznego wraz ze specjalistycznym sprzętem medycznym”
EOP.332.20.21

.....
(imię i nazwisko lub nazwa podmiotu)
.....
(adres podmiotu)
.....
(tel./faks, e-mail)

Stosownie do art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r- Prawo zamówień publicznych, zobowiązuję się do oddania do dyspozycji na rzecz wykonawcy tj.

.....(nazwa Wykonawcy)

niezbędnych zasobów w zakresie:
.....
.....
.....
okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia:
.....
(należy podać okres na jaki zasób będzie udostępniony)

.....dnia

.....
Podpis i pieczęć przedstawiciela podmiotu trzeciego

Załącznik nr 6 do SWZ- Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp

Oświadczenie Wykonawcy

WYKONAWCA:

.....
/nazwa (firma) wykonawcy z oznaczeniem formy prawnej wykonywanej działalności/

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa ambulansu neonatologicznego wraz ze specjalistycznym sprzętem medycznym”
EOP.332.20.21

Oświadczam/(-my)

że w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

- a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
- b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy,
- c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy,
- d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
- e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy.

moje/(nasze) oświadczenie złożone w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia jest nadal aktualne.

.....
miejsowość i data

.....
podpis
osoby uprawnionej do reprezentowani

Załącznik nr 7 do SWZ

Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie polegających na dostawie co najmniej 1 ambulansu wraz ze sprzętem medycznym o łącznej wartości 450 000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100).

Lp.	ILOŚĆ AMBULANSÓW (Przedmiot dostawy)	WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA	DATA WYKONANIA	ODBIORCA
1.				
2.				
3.				

UWAGA: do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, iż dostawy wskazane w wykazie zostały należycie wykonane. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie dostaw zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających, czy dostawy te zostały wykonane należycie.

.....
(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

UMOWA nr EOP.332.20.21 – projekt

zawarta w dniu w Białymstoku, pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku,
ul. Poleska 89, 15 – 874 Białystok, NIP PL 542-25-03-045, KRS 0000179636, BDO: 000159464

reprezentowanym przez:

Dyrektora – Bogdana Kalickiego,

zwanym dalej **Zamawiającym**

a

.....

.....

reprezentowanym przez:

.....

.....,

zwanym dalej **Wykonawcą**.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Zamawiającego, dofinansowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021, w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy: EOP.332.20.21) na zakup 1 ambulansu neonatologicznego wraz ze specjalistycznym sprzętem medycznym, Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot

1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje 1 ambulans neonatologiczny ze specjalistycznym sprzętem medycznym. Przedmiot zamówienia (specjalistyczny środek transportu sanitarnego oraz wyposażenie) musi być nieużywany oraz fabrycznie nowy. Ambulans sanitarny specjalny wraz z zabudową medyczną musi być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 roku. Inkubator oraz urządzenia medyczne stosowane w połączeniu z inkubatorem powinny być wyprodukowane nie wcześniej niż 2020.
2. Sprzedawany ambulans musi posiadać świadectwo homologacji lub świadectwa homologacji typu WE pojazdu skompletowanego (samochód bazowy wraz z zabudową medyczną), wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części.
3. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w wypełnionym przez Wykonawcę Załączniku nr 1 do SWZ, który staje się załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

Dostawa

1. Przedmiot zamówienia, zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego przy ul. Pogodnej 22 w Białymstoku, w terminie do 15 grudnia 2021 r.
2. Ryzyko utraty lub zniszczenia przedmiotu zamówienia obciąża Wykonawcę, aż do chwili protokolarnego odbioru ilościowo – jakościowego (protokołu technicznego) z klauzulą bez zastrzeżeń środka transportu sanitarnego wraz z wyposażeniem będących przedmiotem umowy. Z chwilą wydania właścicielem pojazdów staje się Zamawiający i od tej chwili on ponosi odpowiedzialność za ich utratę lub zniszczenie. Za chwilę wydania ambulansu, rozumie się datę podpisania protokołu odbioru ilościowo – jakościowego (protokołu technicznego) przez Wykonawcę i Zamawiającego (upoważnionych przedstawicieli) z klauzulą bez zastrzeżeń.
3. Odbiór ilościowo- jakościowy nastąpi do 7 dni roboczych liczonych od dnia dostawy w godzinach 8.00-15.00.
4. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie ambulansów.
5. Wraz z przedmiotem zamówienia zostaną Zamawiającemu wydane wszystkie przynależności (tj. zapasowe kluczyki, koła zapasowe, itp.).
6. Wraz z ambulansem Wykonawca przekaze Zamawiającemu następujące dokumenty:
 - a. instrukcje obsługi pojazdu i sprzętu medycznego w języku polskim,
 - b. książkę gwarancyjną ambulansu i karty gwarancyjne wyposażenia karetki,
 - c. certyfikaty wyposażenia medycznego ambulansu,

- d. dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu,
 - e. certyfikat zgodności z aktualną normą PN-EN 1789 lub równoważną, wystawiony przez służbę techniczną Wykonawcy,
 - f. deklarację zgodności oraz certyfikat zgodności z aktualną normą PN-EN 1789 lub równoważną oraz z aktualną normą PN-EN 1865 lub równoważną wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną na oferowany system transportowy (nosze i transporter),
 - g. paszport techniczny z przeprowadzonym przeglądem dopuszczającym inkubator oraz urządzenia medyczne stosowane w połączeniu z inkubatorem do użytkowania, z wpisem do paszportu o treści: sprawdzono, sprzęt sprawny dopuszczony do eksploatacji, wpis daty wykonania przeglądu.
 - h. raport/protokół z wykonanego testu zderzeniowego całego jednorodnego nadwozia ambulansu (zgodnie z wymogami aktualnej normy PN EN 1789 lub równoważnej) wystawiony przez niezależną notyfikowaną jednostkę badawczą dotyczący oferowanej konfiguracji zabudowy specjalnej ambulansu przeprowadzonych na oferowanej marce i modelu ambulansu.
 - i. także inne dokumenty/certyfikaty/deklaracje niezbędne do prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy w szczególności potrzebne do zarejestrowania pojazdu, jego naprawy, sprzedaży itp.
7. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania przy rejestracji ambulansu w szczególności do dostarczenia, niezwłocznie (nie później niż w terminie 3 dni roboczych tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), na żądanie Zamawiającego wymaganych dokumentów potrzebnych do rejestracji ambulansu.
 8. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie pojazdów do przekazania oraz zobowiązany jest do ubezpieczenia pojazdów w zakresie OC i AC, NNW na okres 1 roku (ubezpieczenie pojazdów od wartości brutto).
 9. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia minimum jednego 8-godzinnego szkolenia z obsługi ambulansu i sprzętu medycznego (w tym inkubatora oraz urządzeń medycznych stosowanych w połączeniu z inkubatorem) w siedzibie Zamawiającego w terminie 7 dni kalendarzowych od daty dostawy lub w innym terminie pod warunkiem zgody Zamawiającego, potwierdzone listą obecności ze szkolenia. Zamawiający gwarantuje, iż szkolenie odbywać się będzie przy zachowaniu odpowiednich środków sanitarno-epidemiologicznych.
 10. Dokonana dostawa zostanie potwierdzona protokołem odbioru ilościowo – jakościowego (protokołu technicznego), podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli obu stron bez zastrzeżeń.
 11. Wykonawca dołoży należytej staranności w celu jak najlepszego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, mając na uwadze profesjonalny charakter świadczonych przez siebie dostaw.

§ 3 Cena

1. Strony ustalają, iż wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy wynosi zł netto (słownie:), tj. zł brutto (słownie:).
2. Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją niniejszej umowy w tym należny podatek VAT, koszty dostawy, ubezpieczenia do momentu dokonania protokolarnego odbioru przedmiotu umowy, gwarancyjne, a także koszt zapłaty przez Wykonawcę podatku akcyzowego, o ile obowiązek zapłaty tego podatku powstanie, a także koszty ubezpieczenia pojazdu na okres 1 roku po wydaniu go Zamawiającemu i zarejestrowaniu, koszty przeglądów w okresie gwarancji/ przedłużonej gwarancji itp.
3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy **w terminie 14 dni** od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT uwzględniającej obowiązującą stawkę podatku VAT wraz z protokołem odbioru ilościowo- jakościowego (protokół z odbioru technicznego) środka transportu sanitarnego wraz z wyposażeniem z klauzulą „bez zastrzeżeń”, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.
4. Wykonawca oświadcza, iż wyżej wskazany rachunek bankowy jest zgłoszony we właściwym dla niego organie podatkowym w ramach zgłoszenia identyfikacyjnego lub zgłoszenia aktualizacyjnego, w szczególności w ramach uwidocznionych w „białej księdze podatników”.
5. W przypadku zmiany wskazanego w umowie rachunku bankowego Wykonawca jest obowiązany poinformować Zamawiającego o powyższym, w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany na piśmie. Zmiana umowy w tym przedmiocie wymaga aneksu do umowy.
6. Strony umowy zastrzegają, iż w przypadku zmiany rachunku bankowego przez Wykonawcę, do czasu uwidocznienia nowego rachunku bankowego w „białej księdze podatników”, termin płatności określony w § 3 ust. 3 umowy ulega przesunięciu do dnia uwidocznienia nowego rachunku bankowego w „białej księdze podatników”, bez możliwości

naliczania kar umownych, odsetek za zwłokę, czy też kierowania innych roszczeń odszkodowawczych w stosunku do Zamawiającego.

7. W przypadku korzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) do wystawiania i przysyłania Zamawiającemu e-faktur, zobowiązuje się Wykonawcę do wypełnienia na PEF „Odbiorca towaru/usługi” danymi Zamawiającego, w tym nr NIP i przesłania ustrukturyzowanej faktury VAT lub przesłania faktur w formacie PDF na adres faktury@wspr.bialystok.pl lub dostarczenia faktury w formie papierowej.
8. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktur VAT niezgodnych z umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia oraz otrzymania faktur korygujących VAT bez obowiązku płacenia odsetek z tytułu niedotrzymania terminu zapłaty.
9. Wykonawca oświadcza, że jest/ nie jest (niepotrzebne usunąć) czynnym podatnikiem podatku VAT. W przypadku zmiany statusu VAT Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, powiadomić o tym Zamawiającego.
10. Za dzień dokonania płatności strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
11. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy ma charakter ryczałtowy.

§ 4

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy w przypadku zwłoki w realizacji dostawy w umówionym terminie, przekraczającym 7 dni. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający, niezależnie od pozostałych uprawnień przysługujących mu w związku z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy przez Wykonawcę, może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy:
 - a) Wykonawca naruszy istotne postanowienia niniejszej Umowy i pomimo wezwania przez Zamawiającego nie zaprzestanie tego naruszenia i/lub nie usunie skutków tego naruszenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego;
 - b) Wobec Wykonawcy otwarta zostanie likwidacja albo, gdy zaprzestanie on wykonywania działalności gospodarczej.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
4. Ponadto, Zamawiający może odstąpić od Umowy jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
 - a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp,
 - b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp,
 - c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążyą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
5. W przypadku o którym mowa w ust. 4 pkt a) Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.
6. Wykonawca może odstąpić od umowy, gdy Zamawiający, mimo uprzedniego pisemnego wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu nie przystąpi do odbioru przedmiotu umowy, bez uzasadnionych przyczyn.
7. Oświadczenie o odstąpieniu umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5

Gwarancja

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych oraz że z chwilą wydania będzie gotowy do natychmiastowej eksploatacji.
2. Wykonawca udziela gwarancji:
 - a) na pojazdy bazowe, bez ograniczenia przebiegu, na okres: miesiące/miesiący od daty podpisania protokołu ilościowo – jakościowego (protokołu technicznego);
 - b) na powłokę lakierniczą pojazdu na okres:..... miesiące/miesiący (okres wynikający z treści oferty, minimum 24 miesiące) od daty podpisania protokołu ilościowo – jakościowego (protokołu technicznego),

3. Wykonawca gwarantuje, że urządzenia stanowiące wyposażenie ambulansów są wolne od wad fizycznych i prawnych. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w urządzeniach w chwili dokonania ich odbioru przez Zamawiającego, jak i wszystkie inne wady fizyczne urządzeń, powstałe z przyczyn za które Wykonawca lub gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.
4. Wykonawca zapewnia, że gwarancja na sprzęt medyczny na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz SWZ zostanie udzielona przez dostawców sprzętu medycznego na okres miesięcy (okres wynikający z treści oferty, minimum 24 miesiące) od daty podpisania protokołu ilościowo-jakościowego (protokołu technicznego);
5. Wykonawca zapewnia, że gwarancja na zabudowę medyczną na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz SWZ zostanie udzielona przez wykonawców zabudowy medycznej na okres: miesiące/miesięcy od daty podpisania protokołu ilościowo-jakościowego (protokołu technicznego);
6. Wraz z przedmiotem dostawy Wykonawca przekaze Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne, w tym karty gwarancyjne elementów zabudowy posiadających odrębną gwarancję oraz karty gwarancyjne urządzeń i sprzętu stanowiących wyposażenie ambulansu, jak również dokumenty informujące o siedzibach serwisów gwarancyjnych i pogwarancyjnych na zasadach wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania przedłużonej gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany w terminie 14 dni po dokonanej rejestracji pojazdu przez Zamawiającego, przekazać dokumenty potwierdzające przedłużoną gwarancję/ubezpieczenie na okres wskazany w ofercie.
7. Termin dokonania naprawy zgłoszonych usterek i awarii objętych gwarancją nie może przekroczyć 30 (trzydziestu) dni od daty jej zgłoszenia Wykonawcy lub innemu gwarantowi. Początkiem rozpoczęcia procedury reklamacyjnej jest zgłoszenie w formie pisemnej/e-mailowej/fax reklamacji. W przypadku gdy Wykonawca zwleka z wykonaniem napraw gwarancyjnych ponad ten termin Zamawiający może naliczyć kary zgodnie z § 6 ust. 3.
8. Jeżeli Wykonawca lub gwarant albo osoba przez nich upoważniona, po wezwaniu ich do wymiany urządzenia lub usunięcia wad, nie dopełni obowiązku wymiany urządzenia na wolne od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy w terminie określonym w umowie, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy, a zwłaszcza roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz kar umownych.
9. W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego elementu w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od zgłoszenia na piśmie takiego żądania na nowy tego samego typu i o tych samych lub lepszych parametrach technicznych w okresie gwarancji i przedłużonej gwarancji (jeżeli Wykonawca oferuje przedłużoną gwarancję).
10. W przypadku wymiany środka transportu sanitarnego lub wyposażenia, jego części (podzespołu) lub napraw w okresie gwarancji, termin gwarancji na tę rzecz, część (podzespół) biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy, części (podzespołu) wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy, części (podzespołu) naprawionej.
11. Z wyłączeniem samochodów bazowych, czas naprawy lub wymiany wadliwych elementów dostarczonego towaru wyłączony jest z okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji będzie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy lub wymiany. Okres gwarancji jest wydłużony w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 14 dni, liczonej od dnia zgłoszenia.
12. Wykonawca na własny koszt przeprowadzi przegląd przedsprzedażny (zerowy) ambulansu. Czynność ta zostanie odnotowana w książce przeglądów serwisowych.
13. Wykonawca gwarantuje okres obsługi pogwarancyjnej i na ten czas gwarantuje zabezpieczenie dostaw części zamiennych. Zamawiający wyraża zgodę na wskazanie podmiotu trzeciego świadczącego „obsługę pogwarancyjną”.
14. Ewentualne przysługujące Zamawiającemu roszczenia z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego z tytułu rękojmi na zasadach wskazanych w kodeksie cywilnym.
15. W przypadku sprzeczności między zapisami w umowie dotyczącymi gwarancji a warunkami gwarancji określonymi w dokumencie gwarancyjnym, pierwszeństwo mają zapisy zawarte w niniejszej umowie i załącznikach.

§ 6

Kary umowne

1. W przypadku zwłoki w realizacji dostawy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 1 % wartości brutto niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki.

2. W przypadku zwłoki w dostarczeniu dokumentu potwierdzającego przedłużoną gwarancję/ubezpieczenie zgodnie z § 5 ust 6 umowy Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.
3. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 0,02 % wartości umowy brutto, za każdy dzień zwłoki w naprawie pojazdu bazowego lub w przypadku naprawy lub wymiany na nowy poszczególnego elementu wyposażenia medycznego.
4. W przypadku o którym mowa w § 4 ust 1 niniejszej umowy, Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niniejszej umowy.
5. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji niniejszej umowy lub w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto niniejszej umowy.
6. Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,1% wartości umowy brutto, za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu świadectwa homologacji typu WE lub świadectw homologacji typu WE pojazdów (samochód bazowy wraz z zabudową medyczną), wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części dla dostarczonego ambulansu, pozwalającego na zarejestrowanie i ewidencjonowanie dostarczonego ambulansu lub innych dokumentów, które będą potrzebne do rejestracji pojazdu lub prawidłowego korzystania z pojazdu.
7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
8. Kary, o których mowa w § 6 nie wykluczają się wzajemnie.
9. Łączna maksymalna wysokość kar umownych wyniesie nie więcej niż 20% wartości brutto niniejszej umowy.
10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu od Zamawiającego wynagrodzenia
11. Zapłata ww. kar umownych nie pozbawia Wykonawcy możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach wskazanych w kodeksie cywilnym.

§ 7

Koordynatorzy

Osobami koordynującymi wykonanie niniejszej umowy będą:

- a) ze strony Zamawiającego – tel.,
- b) ze strony Wykonawcy - tel.,

§ 8

Cesja praw

Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy, w całości lub w części.

§ 9

Zmiany Umowy

1. Zamawiający, nie przewiduje możliwości zmiany Umowy w przypadkach, gdy konieczność wprowadzenia zmian Umowy wynika z:
 - a) zmiany wynagrodzenia- w przypadku zmiany przepisów prawnych (np. VAT), jeżeli wpływa ona na wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia – zgodnie ze zmienionymi przepisami;
2. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przewiduje możliwość zmian Umowy w przypadkach, gdy konieczność wprowadzenia zmian Umowy wynika:
 - a) zastąpienia ambulansu/ sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, ambulansem/ sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego ambulansu/ sprzętu nie ulegnie zwiększeniu, a ambulans/ sprzęt będzie zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Zmiany Umowy na podstawie § 9 ust. 2 wymaga zgody obu stron i pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i Pzp.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. Jeżeli Umowa nie będzie podpisana przez obie strony tego samego dnia przyjmuje się, że umowa została zawarta w dniu skutecznego doręczenia umowy na adres Wykonawcy, po podpisaniu i przesłaniu jej przez Zamawiającego.

5. Integralną część niniejszej umowy stanowią:
- a) załącznik nr 1 – wypełniony przez Wykonawcę załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 - b) załącznik nr 2 – formularz cenowy
 - c) załącznik nr 3- formularz ofertowy
 - d) załącznik nr 4- klauzula informacyjna SP ZOZ WSPR w Białymstoku
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 9 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Składając ofertę do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku w postępowania w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawę ambulansu neontologicznego wraz ze specjalistycznym sprzętem medycznym nr EOP.332.20.21**, działając w imieniu i na rzecz:

.....
.....
.....
.....

(nazwa wykonawcy/wykonawców)

Oświadczamy/(-my):

☐ **o braku przynależności** do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp*;

☐ **o przynależności** do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp*;

- wobec wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu:

.....
.....

- wskazuję, że przygotowaliśmy ofertę niezależnie od siebie, na potwierdzenie czego załączam następujące dokumenty**

.....
.....

** zaznaczyć właściwą odpowiedź lub niewłaściwe odpowiedzi skreślić*

*** Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 5, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w art. 110 ust 2 Pzp. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza wykonawcę.*

..... dnia

.....

podpis i pieczęć
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

.....dnia,.....

OŚWIADCZENIE

Do:

SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białymstoku.

Działając w imieniu Wykonawcy niniejszym oświadczamy, iż wraz z dostawą przedmiotu zamówienia określonego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansu neontologicznego wraz ze specjalistycznym sprzętem medycznym nr EOP.332.20.21 dostarczymy świadectwa homologacji typu WE lub świadectwa homologacji typu WE pojazdów (samochód bazowy wraz z zabudową medyczną), wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części dla dostarczonego ambulansu (dalej jako „świadectwo”).

Jednocześnie oświadczamy, iż dostarczone świadectwo będzie pozwalało na dokonanie rejestracji pojazdów i ewidencji pojazdów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W imieniu Wykonawcy:

Załącznik nr 11 do SWZ

Zgodnie z art. 12 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

- 1) Administratorem danych jest SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok; email: sekretariat@wspr.bialystok.pl, tel. 85 663 73 01;
- 2) Kontakt do Inspektora Danych Osobowych - e-mail – iod@wspr.bialystok.pl;
- 3) Dane są zbierane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez SP ZOZ WSPR w Białymstoku, co oznacza w szczególności:
 - a) zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy,
 - b) obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
- 4) Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z SP ZOZ WSPR w Białymstoku na podstawie zawartych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych tj. w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne.;
- 5) Dane będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej Umowy;
- 6) Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do własnych danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych;
- 7) Wspomniane prawa można zrealizować za pomocą pisemnych wniosków znajdujących się na stronie www.pogotowie.bialystok.pl lub w sekretariacie SP ZOZ WSPR, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok;
- 8) Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
- 9) Podanie danych zawartych w umowie jest niezbędne w związku z jej realizacją;
- 10) Dane wprowadzone do systemu informatycznego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu;
- 11) Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;
- 12) Oświadczam, iż zapoznałem się z ww. informacją, podpisując niniejszą umowę akceptuję jej treść.