



Białystok, 26 lipca 2021 r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu na dostawę elektrod
wielofunkcyjnych do defibrylatorów
Corpuls 3 i Lifepak 12/15**

EOP.332.18.21

DOTYCZY: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę elektrod wielofunkcyjnych do defibrylatorów Corpuls 3 i Lifepak 12/15

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z późn. zm.), w związku z prośbą o udzielenie wyjaśnień, dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

Czy Część 2 odnosi się do elektrod wielofunkcyjnych do Lifepak 12/15 bo nazwa Części 2 odnosi się według specyfikacji do elektrod do defibrylatora Corpuls 3 - prosimy o jasne doprecyzowanie zadania, wymagań i oczekiwanych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż Część 1 dotyczy zakupu Elektrod wielofunkcyjnych do defibrylatora Corpuls 3, a Część 2 dotyczy zakupu Elektrod wielofunkcyjnych do defibrylatora Lifepak 12/15. Jednocześnie poprawia omyłkę w Załączniku nr 2 do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY.

Pytanie 2

Zwracamy się prośbą o skorygowanie formularza ofertowego, ponieważ zamienione zostały tytuły i opisy przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający poprawia omyłkę w Załączniku nr 2 do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY.

Zamawiający informuje, iż Część 1 dotyczy zakupu Elektrod wielofunkcyjnych do defibrylatora Corpuls 3, a Część 2 dotyczy zakupu Elektrod wielofunkcyjnych do defibrylatora Lifepak 12/15. Jednocześnie



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA
POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
Tel. 85 66 37 301, fax. 85 66 37 302
www.pogotowie.bialystok.pl; sekretariat@wspr.bialystok.pl

poprawia omyłkę w Załączniku nr 2 do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY.

Pytanie 3

Czy Zamawiający będzie wymagał, by zaoferowane w części 1 elektrody były w pełni przetestowane do użycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodnie z instrukcją obsługi oraz zaleceniami producenta? Producent defibrylatorów LIFEPAK nie ponosi odpowiedzialności za incydenty medyczne lub nieskuteczność terapii wynikające z użycia elektrod niewymienionych w CE defibrylatora lub instrukcji obsługi defibrylatora.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SWZ

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 tj. z późn. zm.) informuje, o dokonaniu zmiany SWZ.

W związku z wyjaśnieniami treści SWZ zmieniono Załącznik nr 2 do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY na:

DYREKTOR
SP ZOZ WSPR/w Białymstoku
lek. med. Bagdan Kalicki

Reli Am



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA
POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
Tel. 85 66 37 301, fax. 85 66 37 302
www.pogotowie.bialystok.pl; sekretariat@wspr.bialystok.pl

Załącznik nr 2 do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY

.....
Pieczęć lub nazwa Wykonawcy

L.p.	Nazwa artykułu	jm	Ilość	Producent/ nr katalogowy	Stawka VAT %	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto kol. 4 x kol 7	Wartość brutto kol. 9 x kol. 6
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CZĘŚĆ 1 – ELEKTRODY WIELOFUNKCYJNE DO CORPULS 3									
1.	Elektrody wielofunkcyjne do Corpuls 3 Termin ważności min. 2 lata.	kpl.	230						
CZĘŚĆ 2 - ELEKTRODY WIELOFUNKCYJNE DO DEFIBRYLATORA LIFEPAK 12/15									
1.	Elektrody wielofunkcyjne do Lifepak 12/15 Termin ważności min. 2 lata.	kpl.	1 000						

.....
Podpis uprawnionego przedstawiciela

Uwaga, w przypadku Wykonawców nie mających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej formularz należy wypełnić podając cenę netto, wyrażoną w PLN (nieuwzględniającą podatku od towarów i usług obowiązującego w Polsce), obejmującą wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, wszystkie opłaty, podatki (bez podatku od towarów i usług VAT) i wszystkie inne koszty o jakimkolwiek charakterze, które mogą powstać w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA
POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

Tel. 85 66 37 301, fax. 85 66 37 302

www.pogotowie.bialystok.pl; sekretariat@wspr.bialystok.pl

Powyższe zmiany nie powodują przedłużenia terminu składania ofert.

UWAGA: Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma
email: przetargi@wspr.bialystok.pl

DYREKTOR
SP ZOZ WSRR w Białymstoku
lek. med. Bogdan Kalicki