



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA
RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
Tel. 85 66 37 301, fax. 85 66 37 302
www.pogotowie.bialystok.pl; sekretariat@wspr.bialystok.pl

Białystok, dnia 23 sierpnia 2021 r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu na dostawę ambulansu
neonatologicznego wraz ze
specjalistycznym sprzętem medycznym**

EOP.332.20.21

**INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU NA DOSTAWĘ
AMBULANSU NEONATOLOGICZNEGO WRAZ ZE SPECJALISTYCZNYM SPRZĘTEM
MEDYCZNYM**

W dniu 23 sierpnia 2021 r. o godzinie 11:00 w pok. 214 odbyło się otwarcie ofert złożonych w postępowaniu na dostawę ambulansu neonatologicznego wraz ze specjalistycznym sprzętem medycznym. W niniejszym postępowaniu złożono 2 oferty:

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy	Kryteria oceny ofert
1/21	MEDICARDIA MONIKA MODLIŃSKA ul. Toskańska 4 66-003 Zabór	Cena ofertowa brutto: 1 293 141,00 Przedłużona gwarancja na pojazdy bazowe: 48 miesięcy Przedłużona gwarancja na zabudowę medyczną: 48 miesięcy Długość przedziału medycznego powyżej 3,00 m, mierzona zgodnie z aktualną normą PN-EN 1789 lub równoważną - 3,30 m Fabryczny będący wyposażeniem pojazdu bazowego elektroniczny system regulacji prędkości obrotowej silnika na postoju w celu doładowania zespołu akumulatorów oraz utrzymania odpowiednich parametrów termicznych w przedziale medycznym, gdy ambulans nie jest w ruchu - TAK System zapobiegający niespodziewanym zmianom pasa ruchu spowodowanym nagłymi podmuchami bocznego wiatru wykorzystujący czujniki systemu stabilizacji toru jazdy lub równoważny - TAK Fabryczne będące wyposażeniem pojazdu bazowego pomocnicze ogrzewanie elektryczne o maksymalnej mocy grzewczej min. 1,5 kW uzyskiwanej w czasie max. 0,5 min od momentu uruchomienia silnika współpracujące z układem klimatyzacji w utrzymaniu zadanej temperatury - TAK

**Dział
Organizacyjno-Prawny**

Katarzyna Zalewska
Starszy specjalista ds. organizacyjnych

85 66 37 345
k.zalewska@wspr.bialystok.pl



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA
RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
Tel. 85 66 37 301, fax. 85 66 37 302
www.pogotowie.bialystok.pl; sekretariat@wspr.bialystok.pl

		Alternator powyżej 200 A – wzmocniony, spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów – 250 A Moc dodatkowych sygnałów niskotonowych powyżej 60 W (posiadających certyfikat/homologację zgodności z REG 65 lub alternatywną dyrektywą EKG ONZ, załączane na czas pracy od 10 do 30 sekund, sygnały niskotonowe powinny być elementem całopojazdowej homologacji ambulansu oferowanej marki i modelu) – 200 W Skrócony czas reakcji serwisu zabudowy specjalnej sanitarnej na zgłoszoną awarię, tzn. rozpoczęcie naprawy w czasie krótszym niż 48 godzin od zgłoszenia (zgłoszenia będą dokonywane w dni robocze) – 48 godz. Możliwość regulacji pulsoksymetrii - TAK (synchronizacja, czułość, uśrednienie) Niska masa inkubatora, tzn. poniżej 40 kg – TAK (39,90 kg) Wyposażenie respiratora w kompletny wielorazowy układ oddechowy pacjenta - TAK Inkubator z systemem pochłaniającym wibracje podczas transportu pacjenta w ambulansie jak i podczas transportu poza ambulansem - TAK
2/21	Zeszuta Sp. z o.o. ul. Tużycka 8 03-683 Warszawa	Cena ofertowa brutto: 952 672,98 zł Przedłużona gwarancja na pojazdy bazowe: 48 miesięcy Przedłużona gwarancja na zabudowę medyczną: 24 miesiące Długość przedziału medycznego powyżej 3,00 m, mierzona zgodnie z aktualną normą PN-EN 1789 lub równoważną: 3,30 m Fabryczny będący wyposażeniem pojazdu bazowego elektroniczny system regulacji prędkości obrotowej silnika na postoju w celu doładowania zespołu akumulatorów oraz utrzymania odpowiednich parametrów termicznych w przedziale medycznym, gdy ambulans nie jest w ruchu - TAK



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA
RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
Tel. 85 66 37 301, fax. 85 66 37 302
www.pogotowie.bialystok.pl; sekretariat@wspr.bialystok.pl

	System zapobiegający niespodziewanym zmianom pasa ruchu spowodowanym nagłymi podmuchami bocznego wiatru wykorzystujący czujniki systemu stabilizacji toru jazdy lub równoważny - TAK Fabryczne będące wyposażeniem pojazdu bazowego pomocnicze ogrzewanie elektryczne o maksymalnej mocy grzewczej min. 1,5 kW uzyskiwanej w czasie max. 0,5 min od momentu uruchomienia silnika współpracujące z układem klimatyzacji w utrzymaniu zadanej temperatury - TAK Alternator powyżej 200 A – wzmocniony, spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów - 250 A Moc dodatkowych sygnałów niskotonowych powyżej 60 W (posiadających certyfikat/homologację zgodności z REG 65 lub alternatywną dyrektywą EKG ONZ, załączane na czas pracy od 10 do 30 sekund, sygnały niskotonowe powinny być elementem całopojazdowej homologacji ambulansu oferowanej marki i modelu) – 200 W Skrócony czas reakcji serwisu zabudowy specjalnej sanitarnej na zgłoszoną awarię, tzn. rozpoczęcie naprawy w czasie krótszym niż 48 godzin od zgłoszenia (zgłoszenia będą dokonywane w dni robocze) - 48 godz. Możliwość regulacji pulsoksymetrii - NIE (synchronizacja, czułość, uśrednienie) Niska masa inkubatora, tzn. poniżej 40 kg - TAK (36,5 kg) Wyposażenie respiratora w kompletny wielorazowy układ oddechowy pacjenta - NIE Inkubator z systemem pochłaniającym wibracje podczas transportu pacjenta w ambulansie jak i podczas transportu poza ambulansem - TAK
--	--

DYREKTOR
SP ZOZ WSPR w Białymstoku
lek. med. Bogdan Kaliciński

Dział
Organizacyjno-Prawny

Katarzyna Zalewska
Starszy specjalista ds. organizacyjnych

85 66 37 345
k.zalewska@wspr.bialystok.pl

19 24 25