



Białystok, dnia 15 listopada 2021 r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
na dostawę ambulansu neonatologicznego
wraz ze specjalistycznym sprzętem
medycznym do SP ZOZ WSPR
w Białymstoku**

EOP.332.24.21

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021.1129 t.j. z późn. zm.), [dalej jako: pzp] informuje, iż w niniejszym postępowaniu:

Wpłynęła 1 oferta:

Oferta nr 1/21 złożona przez Monikę Modlińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MediCardia Monika Modlińska, ul. Toskańska 4, 66-003 Zabór, ofercie przyznano **77 pkt, w tym:**

- **60 pkt** w kryterium Cena ofertowa brutto
- **0 pkt** w kryterium Przedłużona gwarancja na pojazdy bazowe
- **0 pkt** w kryterium Przedłużona gwarancja na zabudowę medyczną
- **17 pkt** w kryterium Parametry techniczne oferowanych pojazdów:

I.p.	Parametry niewymagane, dodatkowo punktowane	Ocena
1	Długość przedziału medycznego powyżej 3,00 m, mierzona zgodnie z aktualną normą PN-EN 1789 lub równoważną	3
2	Fabryczny będący wyposażeniem pojazdu bazowego elektroniczny system regulacji prędkości obrotowej silnika na postoju w celu doładowania zespołu akumulatorów oraz utrzymania odpowiednich parametrów termicznych w przedziale medycznym, gdy ambulans nie jest w ruchu	0
3	System zapobiegający niespodziewanym zmianom pasa ruchu spowodowanym nagłymi podmuchami bocznego wiatru wykorzystujący czujniki systemu stabilizacji toru jazdy lub równoważny	2
4	Fabryczne będące wyposażeniem pojazdu bazowego pomocnicze ogrzewanie elektryczne o maksymalnej mocy grzewczej min. 1,5 kW uzyskiwanej w czasie max. 0,5 min od momentu uruchomienia silnika współpracujące z układem klimatyzacji w utrzymaniu zadanej temperatury	0
5	Alternator powyżej 200 A – wzmacniony, spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów	0

Joanna Późniewska

[Signature]



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA
STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU**

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

Tel. 85 66 37 301, fax. 85 66 37 302

www.wspr.bialystok.pl; sekretariat@wspr.bialystok.pl

6	Moc dodatkowych sygnałów niskotonowych powyżej 60 W (posiadających certyfikat/homologację zgodności z REG 65 lub alternatywną dyrektywą EKG ONZ, załączane na czas pracy od 10 do 30 sekund, sygnały niskotonowe powinny być elementem całopojazdowej homologacji ambulansu oferowanej marki i modelu)	2
7	Skrócony czas reakcji serwisu zabudowy specjalnej sanitarnej na zgłoszoną awarię, tzn. rozpoczęcie naprawy w czasie krótszym niż 48 godzin od zgłoszenia (zgłoszenia będą dokonywane w dni robocze)	0
8	Możliwość regulacji pulsoksymetrii (synchronizacja, czułość, uśrednienie)	2
9	Niska masa inkubatora, tzn. poniżej 40 kg	3
10	Wypożyczenie respiratora w kompletny wielorazowy układ oddechowy pacjenta	2
11	Inkubator z systemem pochłaniającym wibracje podczas transportu pacjenta w ambulansie jak i podczas transportu poza ambulansem	3
Suma		17

W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca mógł otrzymać 100 punktów w następujących kryteriach:

- Cena ofertowa brutto – 60%
- Przedłużona gwarancja na pojazdy bazowe – 5 %
- Przedłużona gwarancja na zabudowę medyczną – 5 %
- Parametry techniczne oferowanych pojazdów – 30%

l.p.	Parametry niewymagane, dodatkowo punktowane	Maksymalna punktacja
1	Długość przedziału medycznego powyżej 3,00 m, mierzona zgodnie z aktualną normą PN-EN 1789 lub równoważną	3
2	Fabryczny będący wyposażeniem pojazdu bazowego elektroniczny system regulacji prędkości obrotowej silnika na postoju w celu doładowania zespołu akumulatorów oraz utrzymania odpowiednich parametrów termicznych w przedziale medycznym, gdy ambulans nie jest w ruchu	2
3	System zapobiegający niespodziewanym zmianom pasa ruchu spowodowanym nagłymi podmuchami bocznego wiatru wykorzystujący czujniki systemu stabilizacji toru jazdy lub równoważny	2
4	Fabryczne będące wyposażeniem pojazdu bazowego pomocnicze ogrzewanie elektryczne o maksymalnej mocy grzewczej min. 1,5 kW uzyskiwanej w czasie max. 0,5 min od momentu uruchomienia silnika współpracujące z układem klimatyzacji w utrzymaniu zadanej temperatury	3
5	Alternator powyżej 200 A – wzmocniony, spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów	3
6	Moc dodatkowych sygnałów niskotonowych powyżej 60 W (posiadających certyfikat/homologację zgodności z REG 65 lub alternatywną dyrektywą EKG ONZ, załączane na czas pracy od 10 do 30 sekund, sygnały niskotonowe powinny być elementem całopojazdowej homologacji	2

**Dział
Organizacyjno-Prawny**

Joanna Późniewska
Starszy specjalista ds. organizacyjno-prawnych

85 66 37 344
jpzniewska@wspr.bialystok.pl

Handwritten signature and initials.



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA
STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

Tel. 85 66 37 301, fax. 85 66 37 302

www.wspr.bialystok.pl; sekretariat@wspr.bialystok.pl;

	ambulanse oferowanej marki i modelu)	
7	Skrócony czas reakcji serwisu zabudowy specjalnej sanitarnej na zgłoszoną awarię, tzn. rozpoczęcie naprawy w czasie krótszym niż 48 godzin od zgłoszenia (zgłoszenia będą dokonywane w dni robocze)	5
8	Możliwość regulacji pulsoksymetrii (synchronizacja, czułość, uśrednienie)	2
9	Niska masa inkubatora, tzn. poniżej 40 kg	3
10	Wyposażenie respiratora w kompletny wielorazowy układ oddechowy pacjenta	2
11	Inkubator z systemem pochłaniającym wibracje podczas transportu pacjenta w ambulansie jak i podczas transportu poza ambulansem	3
Suma		30

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Pani **Moniki Modlińskiej** prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą **MediCardia Monika Modlińska**, ul. Toskańska 4, 66-003 Zabór.

Uzasadnienie: W trakcie prowadzonego postępowania ustalono, że złożona oferta nie podlega odrzuceniu. W wyniku przeprowadzonej oceny oferta uzyskała 77 pkt. Ustalono, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający wybrał ofertę wyżej wymienionego Wykonawcy.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art. 264 ust. 1 Pzp, ponieważ w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.

UWAGA: Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na email: przetargi@wspr.bialystok.pl

DYREKTOR
SP ZOZ WSPR w Białymstoku
lek. med. Bogdan Kalicki

**Dział
Organizacyjno-Prawny**

Joanna Późniewska
Starszy specjalista ds. organizacyjno-prawnych

85 66 37 34
jpzniewska@wspr.bialystok.pl

[Handwritten signatures]