



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA
STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU**

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

Tel. 85 66 37 301, fax. 85 66 37 302

www.wspr.bialystok.pl; sekretariat@wspr.bialystok.pl;



CERTYFIKAT JAKOŚCI
ISO 9001:2015
NR 1567/2022/01

Białystok, dnia 22 lutego 2024 r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu na dostawę materiałów
medycznych do SP ZOZ WSPR
w Białymstoku**

EOP.332.10.24

***DOTYCZY:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę materiałów medycznych do SP ZOZ WSPR w Białymstoku*

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j. z późn. zm.), w związku z prośbą o udzielenie wyjaśnień, dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

Część 2

Czy Zamawiający wymaga dostawy oryginalnej stazy taktycznej, która jest rekomendowana przez komitet TCCC (Taktyczna pomoc poszkodowanym na polu walki) i jest standardem wyposażenia każdego żołnierza w NATO? Użycie rekomendowanej stazy taktycznej wprowadzone w wytycznych TCCC spowodowało znaczący spadek śmiertelności rannych na współczesnym polu walki oraz w ratownictwie medycznym

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 2

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw do drenażu opłucnej o poniższych parametrach:

- Worek do zbiórki odprowadzanych płynów o pojemności 2000ml z zastawką przeciwwrotną i odpływem, skalowany co 100ml
- Strzykawka o pojemności 60ml
- Dostępny w różnych konfiguracjach
- Szeroka gama igieł do wyboru:
 - trio igieł o długości 55 mm (14G, 16G i 19G)
 - trio igieł o długości 80 mm (14G, 16G i 19G)
 - igła Veressa długości 100mm, z zaokrągloną, bezpieczną końcówką (15G)
- Dostępne w wersji manualnej (Toraset) ze szczelnym kranikiem trójdrożnym na drenie odprowadzającym, lub w wersji automatycznej (Tormatic) wyposażonej w trójdrożny zawór przeciwwrotny na drenie odprowadzającym, zapobiegający cofaniu się płynów
- Wyrób sterylizowany tlenkiem etylenu
- Opakowanie podwójne - zewnętrzne papier-foolia, wewnętrzne folia



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA
STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

Tel. 85 66 37 301, fax. 85 66 37 302

www.wspr.bialystok.pl; sekretariat@wspr.bialystok.pl;



CERTYFIKAT JAKOŚCI

ISO 9001:2015

NR 1567/2022/01

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 3

Pozycja 3 Czy zamawiający wydzieli ww. pozycje do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Przedmiotowe postępowanie podzielone zostało na 4 części. Część 3 (pozycja 3) stanowią kleszczyki Magilla. Liczba części zamówienia, na które Wykonawca może złożyć ofertę nie została ograniczona. Zamawiający nie wprowadził również ograniczeń w zakresie maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy. W związku z powyższym, Wykonawcy mogą dowolnie wybrać na którą część postępowania będą składali ofertę.

Powyższe odpowiedzi nie powodują zmiany terminu składania i otwarcia ofert.