

ZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

15-874 Białystok, ul. Poleska 89

tel. 85-66-37-301, fax: 85-66-37-302

Godziny pracy: 7.30- 15.05 od poniedziałku do piątku

przetargi@wspr.bialystok.pl

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOSTAWA AMBULANSÓW MEDYCZNYCH DO SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

TRYB POSTĘPOWANIA: przetarg nieograniczony

RODZAJ ZAMÓWIENIA: DOSTAWA

NUMER SPRAWY: EOP. 332.12.25

ZATWIERDZIŁ:
(data i podpis)

Białystok, kwiecień 2025 roku

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
15-874 Białystok, ul. Poleska 89
Tel.: 85-66-37-301, fax: 85-66-37-302
NIP: 542-25-03-045
Osoby uprawnione do kontaktu ze strony Zamawiającego:
 - a) Joanna Późniewska - przetargi@wspr.bialystok.pl;
 - b) Przemysław Grygorowicz - przetargi@wspr.bialystok.pl.
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie przy użyciu Platformy zakupowej <https://ezamowienia.gov.pl/> (dalej: Platforma e-Zamówienia).
3. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:
<https://ezamowienia.gov.pl/>, <http://pogotowie.bialystok.pl/>
4. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem **Platformy e-Zamówienia pod adresem: <https://ezamowienia.gov.pl/>**
5. Oferty w postępowaniu należy przysyłać zgodnie z Rozdziałem XIII SWZ.

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych zwanym dalej "RODO") informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@wspr.bialystok.pl tel. 85 663 73 01;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Odbiorcami danych będą również podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Pzp;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Jednocześnie informujemy, że posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8. Jednakże, nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. Poz. 1320 ze zm.) zwanej dalej Pzp oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej "SWZ".
2. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 1 Pzp.
3. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyższej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
6. Do postępowania stosuje się przepisy dotyczące nabywania dostaw.
7. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia stanowi dostawę pojazdów, na których wykonano kompleksową adaptację, zabudowę medyczną. Dzielenie tego zamówienia na części ze względów technicznych jak i organizacyjnych spowodowałoby nadmierne trudności przy jego realizacji. Zamówienie ma charakter jednorodny, z przyczyn organizacyjnych i ekonomicznych powinno być realizowane przez jednego wykonawcę. Ponadto, podział zamówienia spowodowałby nadmierne koszty realizacji zamówienia.
8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w niniejszej SWZ sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej).
10. Z uwagi na fakt, iż do niniejszego postępowania stosuje się przepisy dotyczące nabywania dostaw, Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy (art. 95 ust. 1 Pzp).
11. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 ambulansów medycznych (specjalistycznych środków transportu sanitarnego) wraz ze specjalistycznym sprzętem medycznym (nosze i transporter, krzeselko kardiologiczne z systemem płozowym itp.) szczegółowo wyspecyfikowanych w załączniku nr 1 do SWZ, wg aktualnej normy PN-EN 1789 lub równoważnej. Przedmiot zamówienia (środki transportu sanitarnego oraz wyposażenie) muszą być nieużywane oraz fabrycznie nowe. Pojazdy kompletne (bazowe) wyprodukowane nie

- wcześniej niż 2024 r. Krzeselko kardiologiczne i nosze wraz z transporterem muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 roku. Rok produkcji krzesełek kardiologicznych oraz noszy wraz z transporterem jak również rok produkcji pojazdu kompletnego (bazowego) stanowią parametry punktowane.
2. Szczegółowy opis i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
 3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego w Białymstoku przy ul. Pogodnej 22, w sposób opisany w załączonym projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SWZ. Projekt umowy jest integralną częścią SWZ i postanowienia w nim zawarte, traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.
 4. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
34114100-0 – Pojazdy Pogotowia
34114121-3 - Karetki
34114122-0 - Pojazdy do transportu chorych
33192160-1 - Nosze
33190000-8 – Różne urządzenia i produkty medyczne
 5. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że ich parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe nie mogą być gorsze niż parametry urządzeń wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia i treści SWZ.
 6. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiegokolwiek znaki towarowe, patenty lub pochodzenie źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę – należy przyjąć, że Zamawiający podał opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: 99 ust. 5 Pzp.
 7. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust 3 Pzp, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne. Zamawiający nie odrzuci oferty za brak zgodności z wyżej wymienionymi pod warunkiem, że Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: 101 ust. 5 Pzp.
 8. Jeżeli w dokumentacji zamówienia Zamawiający wymaga złożenia certyfikatów wydanych przez określoną jednostkę oceniającą zgodność, Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.
 9. Zamawiający akceptuje odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, inne niż te, wymienione w ust. 7 , w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymagania, cechy lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriach oceny ofert, lub wymagania związane z realizacją zamówienia.
 10. Przedmiotowe zamówienie uwzględnia wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 100 ustawy Pzp.

V. PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom). W takim przypadku, zgodnie z art. 463 Pzp, umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

4. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta na czas oznaczony.
2. Termin realizacji zamówienia: do 90 dni od dnia zawarcia umowy.
3. Jeżeli Umowa nie będzie podpisana przez obie strony tego samego dnia przyjmuje się, że umowa została zawarta w dniu skutecznego doręczenia umowy na adres Wykonawcy, po podpisaniu i przesłaniu jej przez Zamawiającego.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 - 1) **zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:**
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
 - 2) **uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:**
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
 - 3) **sytuacji ekonomicznej lub finansowej:**
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki: posiadają środki finansowe lub zdolność finansową w wysokości co najmniej 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy 00/100 zł).
 - 4) **zdolności technicznej lub zawodowej:**
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali dostawę co najmniej 1 ambulansu medycznego wraz z zabudową medyczną o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy zł 00/100).
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia. Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie złożonym przez Wykonawcę wskazane zostaną kwoty wyrażone w walucie nie znajdującej się aktualnie w obrocie, Zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na złotówki na podstawie ostatniego średniego miesięcznego kursu złotego w stosunku do tych walut, ujawnionego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego (wg tabeli A kursów średnich walut obcych).
5. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
 - 1) w art. 7 ust 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. W przypadku

wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 w/w ustawy, Zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy na podstawie art. 226 pkt 2 lit. a) ustawy Pzp, tj. z uwagi na fakt, że oferta została złożona przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania.

- 2) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1). W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 5k w/w rozporządzenia, Zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy na podstawie art. 226 pkt 2 lit. a) ustawy Pzp, tj. z uwagi na fakt, że oferta została złożona przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania.
- 3) w art. 108 ust. 1 Pzp
- 4) w art. 109 ust. 1 pkt. 4 Pzp, tj.:
 - a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
2. Wykluczenie Wykonawcy może nastąpić na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia na okres wyliczony zgodnie z art. 111 Pzp. Wykluczenie w okolicznościach, o których mowa w ust 1 pkt 1) następuje na okres trwania tych okoliczności.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 Pzp lub art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 Pzp.
4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 4) ppkt a) Zamawiający może nie wykluczać Wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa Wykonawcy jest wystarczająca do wykonania zamówienia (Podstawa prawna: art. 109 ust 3 Pzp).

IX. OŚWIADCZENIA I PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH.

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie **Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD)**, stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w ESPD stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia- zgodnie z załącznikiem nr 12 do SWZ.
2. Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia ESPD oraz edytowalną wersję formularza ESPD można znaleźć pod adresem: <https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawokrajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia>. Zamawiający zaleca wypełnienie ESPD za pomocą serwisu dostępnego pod adresem: <https://espd.uzp.gov.pl/>. W tym celu przygotowany przez Zamawiającego Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) w formacie *.xml, stanowiący **Załącznik nr 5 do SWZ**, należy zaimportować do wyżej wymienionego serwisu oraz postępując zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją wypełnić elektroniczny formularz ESPD.

3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych:
- a. **Oświadczenia Wykonawcy** w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - **Załącznik nr 11 do SWZ**;
 - b. **Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej**, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
 - c. **Oświadczenie Wykonawcy o aktualności** informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 Pzp - wzór oświadczenia **stanowi Załącznik nr 10 do SWZ**.
 - d. **Informacja z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
 - e. **Informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej**, w których Wykonawca posiada rachunek potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej: 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy 00/100 zł) w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
 - f. **Wykazu wykonanych** a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych **dostaw** w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi dostawę co najmniej 1 ambulansu medycznego wraz z zabudową medyczną o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy 00/100 zł) [**wg załącznika nr 7 do SWZ**]; Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie dostaw zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających, czy dostawy te zostały wykonane należyście.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:
- a. zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt b składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
 - b. zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt d , składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
 - c. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt a), b), c), d) lub

gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. Wymagania dotyczące terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w ust. 3.

5. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 3 pkt e), wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
6. Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone w SWZ wymagania, Zamawiający żąda złożenia **wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych:**
 - a. oświadczenia dotyczącego homologacji typu WE [wg Załącznika nr 6 do SWZ];
 - b. folderu ambulansów;
 - c. folderu zawierającego markę i model oraz deklarację zgodności CE krzesła kardiologicznego;
 - d. folderu zawierającego markę i model oraz deklarację zgodności CE noszy i transportera noszy;
 - e. schematu oferowanej zabudowy medycznej przedstawiającego widok strony lewej i prawej przedziału medycznego. Dopuszcza się zmiany schematu oferowanej zabudowy i systemu mocowań na etapie realizacji umowy, po uzgodnieniu Stron oraz z uwzględnieniem homologacji Wykonawcy;
 - f. schematu oferowanej zabudowy medycznej przedstawiającego widok zabudowy ściany działowej pomiędzy kabiną kierowcy, a przedziałem medycznym. Dopuszcza się zmiany schematu oferowanej zabudowy medycznej na etapie realizacji umowy, po uzgodnieniu Stron oraz z uwzględnieniem homologacji Wykonawcy;
 - g. schematu ideowego instalacji elektrycznej przedziału medycznego;
 - h. schematu ideowego urządzeń zabudowy + nagłośnienia.
7. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe okażą się niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
8. Postanowienia pkt. 6 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
9. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących przedmiotowych środków dowodowych.
10. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków, a także wówczas gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. Ponadto, Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
11. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (zwanym dalej „r.p.s.d.”) oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
12. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub

oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (zwanym dalej "r.p.s.d.") oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (zwanym dalej "r.d.e.")

X. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. Wymagania dotyczące polegania na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów, o których mowa w ust.1:
 - 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający tą okoliczność;
 - 2) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
 - 3) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
 - 4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w ust. 2, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, a także w celu wykazania braku wobec tych podmiotów podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca:
 - 1) składa wraz z ofertą zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy oraz oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - zgodnie z **Załącznikiem nr 9 do SWZ**;
 - 2) składa wraz z ofertą **Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD)** dotyczący tych podmiotów, w zakresie wskazanym w Części II Sekcji C ESPD (*Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów*) oraz Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 12 do SWZ.
 - 3) składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.

XI. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIELAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej

elektronicznym lub elektronicznej kopii, poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) oraz Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 12 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.

XII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem **Platformy e-Zamówienia pod adresem: <https://ezamowienia.gov.pl/>**
2. Zarejestrowanie na platformie e-Zamówienia oraz korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-68ac13ee-d47b-4d80-9b5b-b04a5cbdde53>. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”) – **identyfikator postępowania: ocds-148610-68ac13ee-d47b-4d80-9b5b-b04a5cbdde53**.
4. **Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, musi posiadać aktywne konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa *Regulamin Platformy e-Zamówienia*, dostępny na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.**
5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
6. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
7. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 pzp., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych. Zamawiający w szczególności preferuje następujące formaty plików: .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie (Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia - ESPD), o jakim mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w ust 7, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej:
 - a) w formatach danych zgodnie z ust. 7, lub
 - b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub „Formularza do komunikacji).

9. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
10. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
11. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
12. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
13. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
14. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> w zakładce „Zgłoś problem”.
15. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej na adres **e-mail: przetargi@wspr.bialystok.pl**. Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej nie dotyczy składania ofert w tym ESPD oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust 1 PZP. Składanie ofert odbywa się w sposób określony w rozdziale XIII.
16. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
17. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 PZP, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub elektronicznej kopii, poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.
18. Po podpisaniu plików, a przed ich załączeniem na Platformę e-Zamówienia zaleca się dokonanie weryfikacji kompletności i poprawności wszystkich złożonych podpisów (w szczególności gdy dokument był podpisywany przez kilku reprezentantów lub przy wykorzystaniu różnych podpisów). W przypadku korzystania z wariantu składania podpisów zewnętrznych konieczne jest załączenie na Platformę e-Zamówienia odpowiedniej pary plików, tj. pliku podpisywanego oraz pliku zawierającego podpis.
19. **UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ**
 - 1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać na adres e-mail: przetargi@wspr.bialystok.pl lub za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”) zgodnie z pkt 9. Zamawiający prosi o przekazanie pytań również w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas na udzielenie wyjaśnień.
 - 2) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.
 - 3) Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 2) przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
 - 4) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2)

- 5) W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 2), Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
- 6) Treść zapytań, bez ujawniania źródła zapytania, wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
20. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę SWZ Zamawiający udostępni na Platformie e-Zamówienia.
21. W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na Platformie e-Zamówienia.
22. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian SWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść późniejszego oświadczenia Zamawiającego.
23. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.
24. Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez zamieszczenie informacji na Platformie e-Zamówienia oraz zamieszcza w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.
25. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
3. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
4. Wykonawca przygotowuje ofertę na „Formularzu ofertowym” udostępnionym przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia jako załącznik do SWZ i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.
5. Wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego.
6. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
7. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.
8. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
9. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.
10. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
11. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.

12. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
13. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
14. Ofertę sporządza się na Formularzu Ofertowym udostępnionym przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia jako Załącznik nr 2 do SWZ. Zamawiający nie stworzył na potrzeby niniejszego postępowania formularza interaktywnego. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
 - 1) oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ - zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ;
 - 2) zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), o których mowa w Rozdziale X ust. 3 pkt 1 i 2 SWZ – zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ (jeżeli dotyczy);
 - 3) formularz cenowy zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ;
 - 4) Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia - Załącznik nr 12 do SWZ dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
 - 5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
 - 6) Przedmiotowe środki dowodowe - tj.:
 - a. oświadczenie dotyczące homologacji typu WE [wg Załącznika nr 6 do SWZ];
 - b. folder ambulansów;
 - c. folder zawierający markę i model oraz deklarację zgodności CE krzesłek kardiologicznych;
 - d. folder zawierający markę i model oraz deklarację zgodności CE noszy i transportera noszy;
 - e. schemat oferowanej zabudowy medycznej przedstawiający widok strony lewej i prawej przedziału medycznego. Dopuszcza się zmiany schematu oferowanej zabudowy i systemu mocowań na etapie realizacji umowy, po uzgodnieniu Stron oraz z uwzględnieniem homologacji Wykonawcy;
 - f. schemat oferowanej zabudowy medycznej przedstawiającego widok zabudowy ściany działowej pomiędzy kabiną kierowcy, a przedziałem medycznym. Dopuszcza się zmiany schematu oferowanej zabudowy medycznej na etapie realizacji umowy, po uzgodnieniu Stron oraz z uwzględnieniem homologacji Wykonawcy;
 - g. schemat ideowy instalacji elektrycznej przedziału medycznego;
 - h. schemat ideowy urządzeń zabudowy + nagłośnienie.
 - 7) dowód wniesienia wadium
 - w przypadku wpłacenia wadium w pieniądzu- potwierdzenie przelewu;
 - w przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej musi zostać wniesione wraz z ofertą w oryginale, w postaci elektronicznej.
15. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego.
16. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
17. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy; w sprawie dokumentów, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Wykonawca podaje cenę ofertową brutto na Formularzu Ofertowym, stanowiącym **Załącznik nr 2 do SWZ**.
2. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ, w tym m.in. koszty przeglądów w okresie gwarancji/przedłużonej gwarancji. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.
4. Cena ofertowa brutto w przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest ceną brutto, obejmującą wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, opłaty, podatki (w tym podatek od towarów i usług - VAT) i wszystkie inne koszty o jakimkolwiek charakterze, które mogą powstać w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Kwota podatku VAT (w wysokości obowiązującej w dniu składania ofert) oraz cena netto, powinny być wyodrębnione w sposób jednoznaczny.
5. Cena ofertowa brutto w przypadku Wykonawców nie mających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest ceną netto, wyrażoną w PLN (nie uwzględniającą podatku od towarów i usług obowiązującego w Polsce), obejmującą wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, wszystkie opłaty, podatki (bez podatku od towarów i usług VAT) i wszystkie inne koszty o jakimkolwiek charakterze, które mogą powstać w związku z realizacją przedmiotu zamówienia (dotyczy wszystkich części zamówienia).
6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
7. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
8. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca składający ofertę w postępowaniu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości **35.000,00 zł** (słownie: trzydzieści pięć tysięcy zł 00/100).

2. Wadium może być wniesione w:

- pieniądzu,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

3. Wadium musi zostać zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok:

Nr rachunku bankowego:

Santander Bank Polska S.A.: 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000.

Na dokumencie potwierdzającym wniesienie wadium winna być umieszczona informacja:

„Wadium - przetarg na dostawę ambulansów medycznych”

5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym,

6. Na dokumencie będącym formą wadium dołączonym do oferty musi być wyraźnie określony przedmiot, którego wadium dotyczy „Wadium - przetarg na dostawę ambulansów medycznych”.

7. W związku z wnoszeniem wadium za pośrednictwem platformy e-Zamówienia oraz wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, Zamawiający wymaga złożenia dokumentu w formie elektronicznej – z zastrzeżeniem, iż będzie on podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta, tj. wystawcę gwarancji/poręczyciela.

8. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:

- 1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
- 2) którego oferta została odrzucona;
- 3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
- 4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

9. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 8 powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale XXII niniejszej SWZ.

10. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.

12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:

- 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
- 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 - b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, **do dnia 30.08.2025 r.**
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

XVII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę **do dnia 02.06.2025 r. do godziny 10:00.**
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **02.06.2025 r. o godzinie 11:00**
3. Otwarcie ofert następuje przy użyciu platformy e-Zamówienia.
4. W przypadku awarii systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
5. W przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną Wykonawca akceptuje regulamin korzystania z platformy E-zamówienia przed skorzystaniem przez niego z udostępnionego serwisu do złożenia oferty.

6. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie prowadzonego postępowania informacje o:
 - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

CENA OFERTOWA brutto (C_{of}) – waga: 60 %

$$C_{of} = \frac{C_{min}}{C_{of\ bad}} \times 60 \text{ pkt}$$

Gdzie:

C_{of} – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena,

C_{min} – najniższa cena brutto spośród wszystkich zaoferowanych cen;

C_{of bad.} – cena brutto zaoferowana w badanej ofercie.

UWAGA - W przypadku oferty złożonej przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zamawiający dla celów porównania ofert i oceny według powyższego kryterium cenę takiej oferty powiększy o wymagany w Polsce podatek od towarów i usług (VAT), które miałyby obowiązek zapłacić w wysokości zgodnej ze stanem prawnym w tym zakresie.

PRZEDŁUŻONA GWARANCJA NA POJAZDY BAZOWE (GWpb) – waga: 5 %

Minimalny (podstawowy) okres gwarancji mechanicznej na pojazdy bazowe wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu ilościowo - jakościowego bez limitu km lub z ograniczeniem przebiegu do co najmniej 200 000 km. W przypadku przedłużenia okresu gwarancji mechanicznej na pojazdy bazowe do 48 miesięcy od daty podpisania protokołu ilościowo - jakościowego bez limitu km lub z ograniczeniem przebiegu do co najmniej 200 000 km, Wykonawca uzyska 5 punktów. W przypadku zaoferowania podstawowego okresu gwarancji, Wykonawca uzyska 0 punktów.

PRZEDŁUŻONA GWARANCJA NA ZABUDOWĘ MEDYCZNĄ (GWzm) – waga: 5 %

Wykonawca w tym kryterium może uzyskać 5 punktów w przypadku zaoferowania okresu gwarancji na zabudowę medyczną wynoszącego 48 miesięcy od daty podpisania protokołu ilościowo - jakościowego lub 0 punktów w przypadku zaoferowania okresu gwarancji wynoszącego mniej niż 48 miesięcy. Minimalny okres gwarancji na zabudowę medyczną wynosi 24 miesiące.

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH POJAZDÓW – (P) - waga 30 %

L.p.	Parametry niewymagane, dodatkowo punktowane	Ocena
1.	Długość przedziału medycznego powyżej 3,00 m, Mierzona zgodnie z normą PN-EN 1789 lub równoważną pkt I. 4. Opis Przedmiotu Zamówienia	TAK/NIE 3,00 m- 3,09 m- 0 pkt 3,10 m- 3,19 m- 1 pkt 3,20 m- 3,29 m- 2 pkt 3,30 m i powyżej - 3 pkt

2.	System elektrycznego wspomagania domykania drzwi bocznych prawych i lewych. pkt I. 7 i 8 Opis Przedmiotu Zamówienia	TAK – 3 pkt NIE – 0 pkt
3.	Automatyczna skrzynia biegów pkt III. 1. Opis Przedmiotu Zamówienia	TAK – 3 pkt NIE – 0 pkt
4.	Wydłużona gwarancja na cały zestaw transportowy (transporter i nosze) do 5 lat. pkt XV. 13 Opis Przedmiotu Zamówienia	TAK – 3 pkt NIE – 0 pkt
5.	Rok produkcji krzesełek kardiologicznych oraz noszy wraz z transporterem pkt XVII. 8. Opis Przedmiotu Zamówienia	Rok produkcji krzesełek oraz noszy wraz z transporterem 2025 – 3 pkt Rok produkcji krzesełka i/lub noszy wraz z transporterem 2024 – 0 pkt
6.	Dodatkowe sygnały pneumatyczne o modulacji dwutonowej zabezpieczone przed uszkodzeniem pkt IX. 11. Opis Przedmiotu Zamówienia	TAK – 3 pkt NIE - 0 pkt
7.	Moc silnika powyżej 180 KM pkt II. 2. Opis Przedmiotu Zamówienia	TAK – 3 pkt NIE - 0 pkt
8.	Regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach, tj. góra – dół, przód – tył. pkt. VI. 2 Opis Przedmiotu Zamówienia	TAK – 3 pkt NIE – 0 pkt
9.	Rok produkcji pojazdów kompletnych (bazowych) pkt XVII. 10. Opis Przedmiotu Zamówienia	Rok produkcji 2025 – 3 pkt. Rok produkcji 2024 – 0 pkt.
10.	System zabezpieczający przed niekontrolowanym złożeniem goleni transportera. pkt. XV. 1 Opis Przedmiotu Zamówienia	TAK – 3 pkt NIE - 0 pkt
SUMA		Max. 30 pkt

Łączna liczba punktów jaką otrzyma oferta będzie obliczona wg wzoru:

$$\text{SUMA} = C_{of} + \text{GWpb} + \text{GWzm} + \text{P}$$

2. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w Pzp oraz SWZ i uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu. Oferta ta zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
4. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać cen wyższych niż uprzednio.
5. Jeżeli nie można będzie wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
6. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
7. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

8. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. Ewentualne wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny udzielane są wyłącznie w formie pisemnej.

XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminach określonych w art. 264 Pzp.
2. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub formę pisemną.
3. Przed zawarciem umowy Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o podanie informacji na temat beneficjenta rzeczywistego, w tym m. in.: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres siedziby, NIP.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXI. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Projekcie Umowy, stanowiącym **Załącznik nr 4 do SWZ**.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp.

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
 - 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 - 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
 - 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

- 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

XXIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Formularz cenowy

Załącznik nr 4 – Projekt umowy

Załącznik nr 5 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) w formacie *.xml

Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące homologacji typu WE

Załącznik nr 7 – Wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 8 – Klauzula RODO

Załącznik nr 9 – Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy

Załącznik nr 10 – Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp

Załącznik nr 11 – Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 12 – Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA GRANICZNE I WARUNKI TECHNICZNE SAMOCHODU BAZOWEGO, WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO I PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO AMBULANSU MEDYCZNEGO - 3 szt.

Pojazd kompletny, Marka/Typ/Oznaczenie handlowe:

DMC:

Nazwa i adres producenta pojazdu kompletnego:

Rok produkcji pojazdu

Pojazd skompletowany (specjalny sanitarny): Marka/Typ/Oznaczenie handlowe:

Rok produkcji ambulansu sanitarnego specjalnego (dotyczy zabudowy oraz pojazdu bazowego)

Rok produkcji wyposażenia medycznego

Nazwa i adres producenta pojazdu skompletowanego:

L.p.	Wymagane parametry dla pojazdu bazowego i zabudowy medycznej.
I.	NADWOZIE
1.	Pojazd kompletny (bazowy) typu furgon, częściowo przeszklony (wszystkie szyby termoizolacyjne), koloru żółtego z izolacją dźwiękową i termiczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegającą skraplaniu się pary wodnej z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu przez szybę drzwi tylnych i bocznych. Kolor musi być zgodny z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 03.01.2023 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. 2023 poz. 118).
1a.	Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy, fotel kierowcy - z pełną regulacją: regulacja wzdłużna, regulacja oparcia, regulacja wysokości. Lampki LED do czytania po stronie pasażera i kierowcy. Półka podsufitowa nad głową kierowcy przystosowana do zamontowania radiotelefonu.
1b.	Radio samochodowe o parametrach nie gorszych niż: procesor: 4 x 1.2GHz i 2GB pamięci RAM z wyświetlaczem dotykowym o przekątnej min 7" o rozdzielczości min. 1024x600, z otwartym systemem operacyjnym, wyposażone w Apple CarPlay, Android Auto lub inną równoważną aplikację umożliwiającą udostępnienie ekranu telefonu na wyświetlaczu radia. Radio powinno posiadać wgraną nawigacją GPS z mapy Polski z dożywotną darmowa aktualizacja map działająca w trybie offline. Aktualizacja map powinna się odbywać bez konieczności demontażu urządzenia. Nawigacja powinna posiadać komunikaty głosowe w języku polskim. Radio powinno posiadać zewnętrzną antenę GPS. Radio z głośnikami w kabinie kierowcy i przedziale medycznym, zasilane z 12V z eliminacją zakłóceń. Możliwość całkowitego wyciszenia głośników w przedziale medycznym z panelu sterującego. W przedziale medycznym mają znajdować się dwa głośniki- jeden podłączony do radiotelefonu, a drugi do radia samochodowego. Zamawiający dopuszcza montaż radiotelefonu na desce rozdzielczej w jej środkowej części lub w „kieszeni” obok gałki zmiany biegów, w przypadku zastosowania automatycznej skrzyni biegów również w jej środkowej części. Zamawiający dopuszcza by sterowanie poziomem dźwięku głośnika (głośników) w przedziale medycznym odbywało się z osobnego potencjometru zamiast z panelu sterującego.
1c.	W kabinie kierowcy zamontowana stacja dokująca XPLORE XDIM G2 TP do terminalu mobilnego ZEBRA RTL10C1 (będącego w posiadaniu Zamawiającego) wraz z zasilaczem lub równoważna kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego tabletem o którym mowa powyżej, umożliwiającym zamontowanie zestawu w sposób nieograniczający korzystania z funkcji kokpitu i zapewniający odpowiednią czytelność i obsługę tabletu przez kierowcę jak i osobę siedzącą na miejscu pasażera. Jako produkt równoważny Zamawiający będzie uważać stację dokującą spełniającą poniższe wymagania:

	<p>Parametr Minimalna wymagana wartość parametru</p> <p>Parametry stacji dokującej Co najmniej 2 porty USB. Stacja dokująca z możliwością instalacji w ambulansie musi zapewniać ochronę fizyczną urządzenia przez zabezpieczeni zamkiem otwieranym kluczem</p> <p>Inne wymagania Zgodność funkcjonalna i wymiarów fizycznych z terminalami ZEBRA RTL10C1 posiadanymi przez Zamawiającego.</p> <p>Miejsce montażu stacji dokującej musi mieć doprowadzone (oddzielnie od oryginalnej zapalniczki) zasilanie 12V min. 10A (dodatkowe gniazdo zapalniczki) z osobnego bezpiecznika w instalacji elektrycznej pojazdu. Zasilanie gniazda musi być dostępne bezprzerwowo, bez konieczności przekręcenia kluczyka zapłonu. Miejsce montażu gniazda zasilającego w zabudowie pojazdu nie może ograniczać korzystania z pojazdu, tabletu (np. ograniczać odchylenia stacji dokującej) oraz nie może umożliwiać przypadkowego odłączenia wtyku zasilacza stacji dokującej.</p> <p>Na dachu pojazdu należy zainstalować trójdrożną antenę FM/GSM/GPS o parametrach nie gorszych niż:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Zakres częstotliwości pracy: dla FM: 87,5-108 MHz dla GSM: 890-960 + 1710-1880 MHz dla GPS: 1575,42±1,023 MHz b) Współczynnik VSWR: dla GSM: <1,5:1 (dla nadawania), <2:1 (dla odbioru) dla GPS: <2:1 c) Antena aktywna, zasilana z podłączonych urządzeń lub z instalacji elektrycznej pojazdu (zasilanie dostępne bezprzerwowo, bez konieczności przekręcenia kluczyka zapłonu). d) Zysk anteny: dla GSM: 0dB dla GPS: 27dB e) Moc maksymalna nadawania dla GSM: 4W f) Odkręcany pręt anteny umożliwiający demontaż bez użycia narzędzi <p>W pobliżu stacji dokującej należy doprowadzić kable antenowe GSM i GPS zakończone złączami SMA od anteny trójdrożnej FM/GPS/GSM. Zamawiający zaleca zastosowanie kątowych złączy SMA ze względu na możliwość ich uszkodzenia podczas regulacji pozycji stacji dokującej. Kabel antenowy FM należy doprowadzić do radioodbiornika. Kable antenowe GSM i GPS muszą zostać wyprowadzone na odległość gwarantującą: brak naprężeń kabla i złączy w stacji dokującej w trakcie pracy oraz regulację pozycji stacji dokującej. Stacja dokująca tabletu musi być zamontowana w sposób stabilny niepowodujący ruchów tabletu w czasie jazdy umożliwiający odczyt dla kierowcy.</p> <p><u>Zamawiający wymaga pełnej kompatybilności stacji dokującej z posiadanym przez Zamawiającego terminalem mobilnym wykorzystywanym w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).</u></p>
2.	Nadwozie samonośne, z możliwością przewozu do 5 osób (z kierowcą i osobą na noszach). Zabezpieczone antykorozyjnie.
3.	Wysokość przedziału medycznego min. 1,80 m.
4.	<p>Wymagana długość przedziału medycznego min. 3,00 m.</p> <p>Płaszczyzna mierzenia długości przedziału medycznego – na wysokości 1 m mierzona przy zamkniętych drzwiach ambulansu od wewnętrznej ramy drzwi do ściany działowej (mierzonej na wysokości 1 m). Mierzona zgodnie z normą PN- EN 1789 lub równoważną.</p> <p>Uwaga: parametr punktowany (niewymagany) - długość przedziału medycznego powyżej 3,00 m.</p>
5.	Szerokość przedziału medycznego min.1,70m. mierzona bez zabudowy meblowej.
6.	<p>Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki o min. 260 stopni, <u>wyposażone w ograniczniki położenia drzwi</u>. Wysokość drzwi min. 180 cm. Kieszenie z siatki na tylnych drzwiach, nad oknami oraz pod oknami, do przewożenia drobnego wyposażenia medycznego. Na tylnych drzwiach oraz bokach ambulansu w tylnej części powinny być zamontowane odbojniki zapobiegające przypadkowemu uderzeniu drzwi o bok pojazdu.</p> <p>Tylny stopień zintegrowany z tylnym zderzakiem pojazdu. Zamiast kieszeni z siatek w drzwiach tylnych pod oknami, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga specjalnie wyprofilowane i wzmocnione elementy z</p>

	tworzywa sztuczne przystosowana do przewożenia np. kołnierzy ortopedyczny, pościeli, itp.
7.	Drzwi boczne prawe przeszklone, przesuwane do tyłu, z otwieraną szybą. Wyjście z przedziału medycznego ze stopniem stałym wewnętrznym. Uwaga: parametr punktowany (niewymagany) - system elektrycznego wspomaganie domykania drzwi.
8.	Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu. Uwaga: parametr punktowany (niewymagany) - system elektrycznego wspomaganie domykania drzwi.
9.	Szyby okien zewnętrznych przedziału medycznego zmatowione do wysokości 2/3 wysokości lub oklejone folią matową.
10.	Centralny zamek wszystkich drzwi z alarmem obejmujący wszystkie drzwi pojazdu (możliwość otwierania drzwi pilotem i kluczykiem).
11.	Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu), z miejscem mocowania: <ul style="list-style-type: none"> • krzeselka kardiologicznego z systemem płozowym, • desko zbieraka MEBER ERGON lub równoważne o wymiarach: grubość: 75 mm; szerokość: 430 mm; długość: minimalna – 1650 mm; maksymalna – 2010 mm; (sprzęt tj. desko zbierak jest na wyposażeniu Zamawiającego) lub równoważna o wymiarach: grubość: 75 mm; szerokość: 430 mm; długość: minimalna – 1650 mm; maksymalna – 2010 mm. • materaca próżniowego, • deski ortopedycznej dla dorosłych, Konstrukcja schowka ma zapewnić możliwość swobodnego dostępu do zaworów butli tlenowych oraz obserwację manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony od wewnątrz ambulansu i z zewnątrz.
12.	Wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane.
13.	Światła przeciwmgłowe przednie.
14.	Elektrycznie otwierane szyby w kabinie kierowcy.
15.	Czujniki parkowania przednie i tylne z sygnalizacją wizualną i dźwiękową oraz kamera przednia i tylna z wideo rejestratorem z możliwością nadpisywania oraz późniejszego odtworzenia zapisanych materiałów minimum 7 dni od nagrania. Rejestrator powinien posiadać możliwość zabezpieczenia nośników danych przed fizycznym wyjęciem. Zasilanie urządzenia rejestrującego powinno bezpośrednio wpięte w instalacje samochodu 12V lub 24V, w zależności od instalacji pojazdów. Tylna kamera rejestratora powinna znajdować się wewnątrz pojazdu (powinna być zamontowana w taki sposób, aby uniemożliwić odbicie obrazu w szybie drzwi tylnych przy włączonym oświetleniu nocnym w przedziale medycznym). Obraz z kamery cofania powinien być wyświetlany na ekranie radia samochodowego.
16.	Układ wydechowy fabrycznie zamontowany przez producenta pojazdu przedłużony do końca pojazdu. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, aby układ wydechowy był: <ul style="list-style-type: none"> • nie przedłużony do końca pojazdu, posiadający Świadectwo Zgodności WE oraz spełniający wszystkie wymagania normy PN- EN 1789 lub równoważną i NFZ o konstrukcji fabrycznie montowanej w fabryce producenta pojazdu bazowego • przedłużony poza obrys drzwi bocznych przesuwanych o konstrukcji, fabrycznie montowanej w fabryce producenta pojazdu bazowego i homologowany, • z rurą wydechową usytuowaną w pobliżu drzwi przesuwanych, a wydłużoną do końca pojazdu na etapie zabudowy medycznej przy założeniu, że jest to konstrukcja fabryczna montowana w fabryce producenta pojazdu bazowego.
17.	Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel sterujący z następującymi funkcjami: <ul style="list-style-type: none"> • sterowanie reflektorami zewnętrznymi, • Informacja o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230V, • poziom i stan naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego, • sterowanie sygnalizacją dodatkową.
18.	W komorze silnika złącze rozruchowe. (dodatkowy biegun dodatni).
II.	SILNIK
1.	Z zapłonem samoczynnym, wtryskiem bezpośrednim typu Common Rail z turbodoładowaniem, norma emisji spalin zgodna z obowiązującymi przepisami w dniu rejestracji ambulansu (minimum Euro VI lub Euro 6).

2.	Moc silnika minimum 170 KM. Uwaga: parametr punktowany (niewymagany) - moc silnika powyżej 180 KM.
3	Grzałka w układzie chłodzenia silnika cieczą, zasilana z sieci 230V.
III.	ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU
1.	Skrzynia biegów manualna lub automatyczna. Uwaga: parametr punktowany (niewymagany) – automatyczna skrzynia biegów.
2.	Napęd na oś przednią lub tylną lub na obie osie.
IV.	UKŁAD HAMULCOWY
1.	Z systemem wspomagania hamowania nagłego i korekcją siły hamowania.
2.	Z systemem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania - ABS.
3.	Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy ESP (Electronic Stability Control).
4.	System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu ASR (Acceleration Slip Regulation).
5	Hamulce tarczowe na obu osiach, przednie wentylowane.
V.	ZAWIESZENIE
1.	Zawieszenie przednie i tylne zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. Zwiększony nacisk na oś przednią dla samochodów z zabudową specjalną.
VI.	UKŁAD KIEROWNICZY
1.	Ze wspomaganiem.
2.	Z regulowaną kolumną kierownicy w minimum jednej płaszczyźnie. Uwaga: parametr punktowany (niewymagany) - regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach, tj. góra – dół, przód – tył.
VII.	OGRZEWANIE I WENTYLACJA -układ ogrzewania zgodny z PN-EN 1789 ppkt 4.4.7.2 lub równoważną oraz charakteryzujący się parametrami nie gorszymi jak poniżej
1.	Układ wentylacyjny powinien zapewnić min. 20 wymian powietrza na godzinę, gdy pojazd nie znajduje się w ruchu.
2.	Klimatyzacja dwu parownikowa z niezależną regulacją nawiewu dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego (Zamawiający dopuszcza by klimatyzacja kabiny kierowcy była wyposażeniem pojazdu bazowego, natomiast rozbudowa na przedział medyczny elementem adaptacji na ambulans)
3.	Ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy min. 2 kW.
4.	Niezależny od silnika system powietrzny ogrzewania przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury termostatem, o mocy min. 5,0 kW, umożliwiający ogrzanie przedziału medycznego zgodnie z PN EN 1789 pkt. 4.4.7.2 lub równoważną
VIII.	INSTALACJA ELEKTRYCZNA instalacja elektryczna powinna być sporządzona w sposób zapewniający jej bezpieczne działanie zgodne z PN-EN 1789 ppkt. 4.2.2 do 4.2.4.5 lub równoważną i charakteryzować się parametrami nie gorszymi jak poniżej.
1.	Zespół 2 akumulatorów o łącznej pojemności min. 180Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu.
2.	Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów – min. 180 A
3.	Zasilanie zewnętrzne 230 V z min. 2 gniazdami wewnętrznymi z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym i z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym + przewód zasilający min 10 m.
4.	Automatyczna ładowarka akumulatorowa umożliwiająca jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów na postoju.
5.	Min. 4 gniazda 12V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A), do podłączenia urządzeń medycznych.
6.	Atestowany inwerter prądu stałego 12V na zmienny 230V/50Hz o mocy ciągłej min. 1000VA (czysta sinusoida). W przedziale medycznym 3 oddzielne gniazda 230V zasilane z tej przetwornicy do obsługi sprzętu medycznego wymagającego zasilania 230Vw czasie jazdy, z możliwością wyłączenia napięcia (wyłączenie inwetera napięcia).
IX.	SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE

1.	Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu z modułami LED koloru niebieskiego wypełniona całkowicie w części przedniej i po bokach. Wysokość belki Max. 110 mm. Zamontowana w sposób uniemożliwiający występowanie niepożądanych efektów dźwiękowych (np. świst powietrza) podczas jazdy. Na belce widoczny napis „AMBULANS”.
2.	Po dwie niebieskie lampy LED na wysokości pasa przedniego, na błotnikach przednich i zewnętrznych lusterkach wstecznych, współpracujące z główną sygnalizacją świetlną-ostrzegawczą.
3.	Belka świetlna umieszczona na tylnej części dachu pojazdu z modułami LED koloru niebieskiego i dodatkowymi halogenowymi światłami roboczymi do oświetlenia przedpoła za ambulansem i dwoma światłami kierunkowskazów. Wysokość belki Max. 110mm. Zamontowana w sposób uniemożliwiający występowanie niepożądanych efektów dźwiękowych (np. świst powietrza) podczas jazdy.
4.	Lampy świateł awaryjnych na drzwiach tylnych, włączające się automatycznie po ich otwarciu.
5.	Pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, dodatkowo pas czerwony pod niebieskim oraz wokół dachu. Oznakowanie musi być zgodne z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 03.01.2023 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. 2023 poz. 118).
6.	Napis lustrzany „AMBULANS” z przodu pojazdu, wielkość liter min. 220 mm. Oznakowanie musi być zgodne z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 03.01.2023 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. 2023 poz. 118).
7.	Standardowe oznaczenie typu karetki na bokach symbolem zespołu ratownictwa - literą (litera do ustalenia po podpisaniu umowy z Zamawiającym) wpisaną w okrąg (litera do uzgodnienia z Zamawiającym). Na bokach ambulansu, w dolnej części drzwi kierowcy i pasażera logotyp Zamawiającego. Po bokach i z tyłu pojazdu, pod okręgami z oznaczeniem zespołu, naklejone oznakowanie: kod zespołu (litery/cyfry do uzgodnienia z Zamawiającym). Wysokość liter 100 mm, kolor czerwony. Oznakowanie musi być zgodne z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 03.01.2023 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. 2023 poz. 118).
8.	Oznakowanie symbolem Państwowego Ratownictwa Medycznego na bokach, drzwiach tylnych i dachu. Oznakowanie musi być zgodne z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 03.01.2023 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. 2023 poz. 118).
9.	Reflektory zewnętrzne LED z trzech stron pojazdu (strona prawa, lewa, tył pojazdu) ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po dwa z każdej strony, z możliwością włączania / wyłączenia zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. Oświetlenie tyłu pojazdu włączające się automatycznie po wrzuceniu biegu wstecznego przez kierowcę. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza reflektory przednie z funkcją doświetlenia zakrętów oraz osobnych świateł przeciwmgielnych.
10.	W pasie przednim zamontowany głośnik o mocy min. 100W, sygnał dźwiękowy modulowany – zmiana modulacji klaksonem, możliwość podawania komunikatów głosowych.
11.	Dodatkowe sygnały niskotonowe o mocy min 80 W posiadające certyfikat/ homologację zgodności z REG 65 lub alternatywną dyrektywą EKG ONZ lub równoważną. Uwaga: Parametr punktowany (niewymagany) - dodatkowe sygnały pneumatyczne o modulacji dwutonowej zabezpieczone przed uszkodzeniem np. przez konary drzew itp.
X.	ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA
1.	1. Radiotelefon przewoźny 1.1. Cechy funkcjonalno-użytkowe: 1.1.1. Radiotelefon analogowo-cyfrowy w wykonaniu przewoźnym. 1.1.2. Praca w standardach: cyfrowym ETSI TS 102 361 lub równoważną oraz analogowym; w trybach simpleks/duosimpleks 1.1.3. Możliwość zaprogramowania min. 160 kanałów z ilością minimum 2 stref podziału 1.1.4. Możliwość dodania do grupy roamingowej min. 15 kanałów cyfrowych. 1.1.5. Czytelny wyświetlacz w pełni kolorowy z podświetleniem w trybie dziennym i nocnym (min. 4 linie), umożliwiający wizualizację odbieranych i wysyłanych wywołań oraz poziomu sygnału

odbieranego w trybie cyfrowym

- 1.1.6. Programowanie wyświetlanej nazwy kanału – min. 14 znaków
 - 1.1.7. Praca z dużą lub małą mocą nadajnika, programowana indywidualnie dla każdego kanału
 - 1.1.8. Programowe ograniczanie czasu nadawania
 - 1.1.9. Możliwość skanowania kanałów analogowych z kanału cyfrowego oraz użytkowników, grup i kanałów cyfrowych z kanału analogowego
 - 1.1.10. Możliwość wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych
 - 1.1.11. Wizualna sygnalizacja (np. diodowa) stanów pracy radiotelefonu, w tym: wywołań, skaningu i stanów monitorowania
 - 1.1.12. Wywołanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okólnikowe (wszystkich) w trybie cyfrowym z identyfikacją na wyświetlaczu abonenta wywołującego i sygnalizacja akustyczna (z możliwością wyłączenia sygnalizacji akustycznej)
 - 1.1.13. Programowalny adres IP radiotelefonu
 - 1.1.14. Radiotelefon musi posiadać następujące funkcje sygnalizacji:
 - 1.1.14.1. zdalne sprawdzenie obecności radiotelefonu w sieci,
 - 1.1.14.2. zdalny monitoring,
 - 1.1.14.3. zdalne zablokowanie radiotelefonu,
 - 1.1.14.4. zdalne odblokowanie radiotelefonu
 - 1.1.15. Kodowa blokada szumów CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale analogowym
 - 1.1.16. Możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR
 - 1.1.17. Możliwość pracy w systemie cyfrowym z wieloma urządzeniami retransmisyjnymi pracującymi na tej samej parze częstotliwości, z możliwością rozróżnienia urządzeń retransmisyjnych
 - 1.1.18. Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami oraz dodatkowo min. 4 programowalne przyciski
 - 1.1.19. Wybór kanałów – przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami
 - 1.1.20. Regulacja głośności przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami
 - 1.1.21. Złącze akcesoryjne – umożliwiające transmisję zgodną ze standardem USB, podłączenie dodatkowego głośnika i mikrofonu, przycisku nadawania, itp.
 - 1.1.22. Zabezpieczenie przepięciowe i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania
 - 1.1.23. Gniazdo antenowe VHF typu BNC
 - 1.1.24. Głośnik wbudowany w panel sterujący
 - 1.1.25. Możliwość programowego tworzenia listy kontaktów (książki adresowej) – wywołań indywidualnych w trybie cyfrowym
 - 1.1.26. Sygnalizacja 5-tonów (SELECT V)
 - 1.1.27. Menu radiotelefonu w języku polskim
- 1.2. Parametry techniczne ogólne:
 - 1.2.1. Pasma częstotliwości pracy 136÷174 MHz
 - 1.2.2. Modulacja na kanale analogowym: częstotliwości (11K0F3E)
 - 1.2.3. Modulacja na kanale cyfrowym: 2 szczelinowa TDMA (7K60FXD dane, 7K60FXE dane i głos)
 - 1.2.4. Odstęp międzykanałowy 12,5 kHz
 - 1.2.5. Zasilanie stałoprądowe 13,2V ±20% minus na masie z zabezpieczeniem przepięciowym i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania
 - 1.3. Parametry techniczne nadajnika:
 - 1.3.1. Moc wyjściowa fali nośnej nadajnika programowana w całym zakresie częstotliwości od 1 W do 25W (tylko w trybie serwisowym)
 - 1.3.2. Możliwość ustawienia dwóch poziomów mocy dla radiotelefonu (moc niska/moc wysoka w zakresie 1 – 25W) i ustawienie jednego z nich na dowolnym kanale
 - 1.3.3. Maksymalna dopuszczalna dewiacja częstotliwości ± 2,5 kHz, dla odstępów 12,5 kHz
 - 1.3.4. Stabilność częstotliwości (-30°C do +60°C) +/- 2 ppm dla częstotliwości pracy 50-300MHz.
 - 1.3.5. Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) – nadajnik system analogowy.
 - 1.3.6. Łączne zniekształcenia modulacji < 5%, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej
 - 1.3.7. Odstęp od zakłóceń min. -40 dB dla odstępów 12,5 kHz
 - 1.3.8. Moc emitowana na kanałach sąsiednich < 60dB dla odstępów 12,5 kHz
 - 1.3.9. Wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2.
 - 1.3.10. Protokół cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361 lub równoważną.

- 1.3.11. Możliwość zaprogramowania blokady nadajnika przy zajętych kanałach.
- 1.4. Parametry techniczne odbiornika:
- 1.4.1. Czułość analogowa nie gorsza niż 0,30 uV przy SINAD wynoszącym 12 dB.
 - 1.4.2. Czułość cyfrowa nie gorsza niż 0,30 uV przy BER wynoszącym 5%.
 - 1.4.3. Współczynnik zawartości harmonicznych < 5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej i mocy akustycznej 0,5W.
 - 1.4.4. Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB) – odbiornik system analogowy.
 - 1.4.5. Selektowność sąsiedniokanałowa min. 60 dB dla odstępów 12,5 kHz
 - 1.4.6. Intermodulacja ETS 70 dB
 - 1.4.7. Moc wyjściowa akustyczna dla głośnika wewnętrznego minimum 3 W
 - 1.4.8. Przydźwięki i szумы nie więcej niż -40 dB dla odstępów 12,5 kHz
 - 1.4.9. Środowisko i klimatyczne warunki pracy:
 - 1.4.9.1. Minimalny zakres temperatury składowania od -40°C do +65°C
 - 1.4.9.2. Klasa odporności na warunki środowiskowe IP 54 wg normy EN 60529 lub równoważną.
 - 1.4.10. Wymagania uzupełniające:
 - 1.4.10.1. Metody pomiarów i parametry radiowe nie ujęte w niniejszych wymaganiach muszą być zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI EN 102 361-2 lub równoważnymi. Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej muszą być zgodne z normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5 lub równoważnymi.
 - 1.4.10.2. Wymagania odnośnie bezpieczeństwa urządzeń nadawczych muszą być zgodne z normą EN 60950-1 lub równoważną
 - 1.4.10.3. Deklaracja zgodności CE.
- 1.5. W skład zestawu radiotelefonu ma wchodzić:
- 1.5.1. Radiotelefon przewoźny.
 - 1.5.2. Mikrofon doręczny, tzw. „gruszka”.
 - 1.5.3. Kabel zasilający do montażu radiotelefonu w samochodzie.
- 1.6. Radiotelefon musi bezproblemowo współpracować z obecnie wykorzystywanymi przez Zamawiającego radiotelefonami Motorola DP4600, Motorola DM4600 oraz przemiennikami Motorola DR3000 pracującymi w trybie IP Site Connect.
- 1.7. Sposób montażu radiotelefonu:
- 1.7.1. Radiotelefon powinien być zainstalowany w stabilny sposób, uniemożliwiający samoistne obluźnienie się radiotelefonu w czasie jazdy. Sposób montażu radiotelefonu nie może stanowić zagrożenia bezpieczeństwa dla osób podróżujących pojazdem.
 - 1.7.2. Radiotelefon powinien być zainstalowany tak, aby użytkownik miał do niego łatwy dostęp w czasie jazdy, w celu obserwacji wskazań wyświetlacza oraz obsługi (np. zmiana kanału, regulacja głośności).
 - 1.7.3. Radiotelefon powinien być zainstalowany tak, aby kable połączeniowe nie były widoczne dla użytkownika, ale była zachowana możliwość wielokrotnego dostępu do kabli połączeniowych, w celu wykonania czynności serwisowych (dostęp do kabli może wymagać użycia podstawowych narzędzi).
 - 1.7.4. Mikrofon doręczny (tzw. „gruszka”) powinien być odwieszany na uchwycie w zasięgu ręki kierowcy i pasażera podróżującego w kabinie pojazdu (pierwszy rząd siedzeń).
 - 1.7.5. Zasilanie radiotelefonu musi zostać zabezpieczone osobnym bezpiecznikiem. Bezpiecznik zasilający radiotelefon powinien być łatwo dostępny dla potrzeb ewentualnego serwisu (dostęp do niego może wymagać użycia podstawowych narzędzi). Zasilanie radiotelefonu musi być dostępne bezprzerwowo, bez konieczności przekręcenia kluczyka zapłonu.
 - 1.7.6. Za konfigurację radiotelefonu do swoich wymagań odpowiada Zamawiający.

2. Instalacja antenowa samochodowa VHF

- 2.1. Instalacja wykonana kablem typu RG-58, H-155 lub równoważnym lub innym, o parametrach nie gorszych.
- 2.2. Impedancja falowa kabla antenowego: 50Ω.
- 2.3. Instalacja powinna być prowadzona możliwie najkrótszą drogą, unikając ostrych załamań kabla i pętli.
- 2.4. Od strony radiotelefonu na kablu antenowym powinno być zainstalowane złącze typu BNC z izolacją teflonową, lutowane. Niedopuszczalne jest jedynie zaciśnięcie „pinu” na gorącej żyłce kabla

	<p>antenowego.</p> <p>2.5. Kabel antenowy nie może być w żadnym miejscu łączony ani przedłużany.</p> <p>2.6. Od strony anteny należy pozostawić niezbędny zapas kabla w celu możliwości późniejszego wykonania wymiany uszkodzonej anteny bez wymiany całego okablowania antenowego.</p> <p>2.7. Musi być zachowany dostęp serwisowy do stopki anteny od wewnątrz pojazdu w celu ewentualnej późniejszej wymiany anteny, jednakże kable połączeniowe i stopka anteny powinny pozostać zamaskowane przed bezpośrednim dostępem. Dostęp do stopki anteny może wymagać użycia podstawowych narzędzi (np. dostęp przez klapy rewizyjną lub po demontażu oprawy oświetleniowej przedziału medycznego).</p> <p>2.8. Mocowanie anteny należy zapewnić poprzez otwór w dachu pojazdu. Otwór należy zabezpieczyć przed przeciekaniem wody do wnętrza pojazdu przy użyciu np. silikonu.</p> <p>2.9. Miejsce mocowania anteny należy wybrać w pobliżu środka największych poziomych płaszczyzn metalowych karoserii pojazdu lub w pobliżu środka całej konstrukcji pojazdu. Przy instalacji należy szczególnie starannie zapewnić kontakt galwaniczny między ekranem przewodu współosiowego zasilającego antenę, a karoserią pojazdu. W przypadku braku metalowej płaszczyzny dachu, należy zainstalować odpowiedni arkusz metalowej blachy pod anteną od wewnątrz pojazdu.</p> <p>2.10. Elementy rozłączalne anteny powinny być przed montażem zakonserwowane przy użyciu bezkwasowej wazeliny technicznej lub innego specjalistycznego środka chemicznego.</p> <p>2.11. Wymagania dotyczące anteny:</p> <p>2.11.1. Długość elektryczna anteny: $\lambda/4$.</p> <p>2.11.2. Zakres pracy: 160-174MHz.</p> <p>2.11.3. Impedancja falowa: 50 Ω.</p> <p>2.11.4. Polaryzacja: pionowa.</p> <p>2.11.5. Zysk energetyczny względem unipola $\lambda/4$: 0dB (2,15 dBi).</p> <p>2.11.6. Przegub motylkowy umożliwiający pochylenie anteny na czas np. mycia pojazdu.</p> <p>2.11.7. Sprężysty przegub na pręcie anteny umożliwiający jej przechylenie np. na wietrze lub przy zawadzeniu czubkiem anteny o przeszkodę.</p> <p>2.11.8. Charakterystyka pozioma anteny: dookólna.</p> <p>2.11.9. Moc maksymalna doprowadzona do anteny: 25W.</p> <p>2.11.10. Współczynnik fali stojącej (SWR): < 1.2.</p> <p>2.11.11. Antena powinna pozostać fabrycznie zestrojona. Zamawiający sam dokona strojenia anteny do wykorzystywanych przez niego częstotliwości. Strojenie anteny zgodnie z instrukcją producenta nie może powodować utraty gwarancji.</p> <p>2.12. Zamawiający zastrzega sobie weryfikację parametrów fizycznych anteny podczas odbioru zamówienia.</p>
2.	Głośnik w przedziale medycznym z możliwością podłączenia do radiotelefonu. W przedziale medycznym mają znajdować się dwa głośniki- jeden podłączony do radiotelefonu, a drugi do radioodtwarzacza.
XI.	OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO -oświetlenie zgodne z PN-EN 1789 ppkt. 4.4.8 lub równoważną oraz charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej
1.	Oświetlenie rozproszone w kolorze naturalnym, realizowane przez min. 6 punktów świetlnych typu LED – barwy ciepłej.
2	Dodatkowe oświetlenie typu LED barwy ciepłej w suficie nad przednią częścią noszy, umożliwiające bezpieczną obsługę pacjenta.
3	Oświetlenie punktowe blatu roboczego.
XII.	WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO (POMIESZCZENIA DLA PACJENTA) - pomieszczenie powinno pomieścić urządzenia medyczne wyszczególnione w normie PN-EN 1789 w tablicach od 9 do 19 dla ambulansu medycznego lub równoważną
1.	Ścianka działowa oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego wyposażona w drzwi przesuwne umożliwiające poruszanie się pomiędzy pomieszczeniem medycznym a kabiną kierowcy na postoju. Konstrukcja i działanie drzwi – zgodnie z wymogami normy PN-EN 1789 lub równoważną.
2.	Podłoga odpowiednio wzmocniona i izolowana, pokryta wykładziną przeciwpoślizgową, łatwo zmywalną, połączona szczelnie z pokryciem ścian bocznych, uniemożliwiająca podciekanie cieczy, umożliwiająca mocowanie noszy głównych.

3.	Ściany i sufit mają posiadać pokrycie antystatyczne nietoksyczne, niepalne i łatwo zmywalne środkami dezynfekcyjnymi.
4.	Dwa fotele: obrotowe w zakresie 90° (wymagany obrót fotela od osi symetrii pojazdu do noszy), wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, poszycie siedzeń wykonane z materiału zgodnego z normą EN 13501-1:2007+A1:2009 lub równoważną. Na prawej ścianie jeden fotel umieszczony na stałe, drugi fotel u węzłowania noszy. Fotele w przedziale medycznym muszą być wyposażone w alarm zapięcia pasów sygnalizujący wyłącznie w trakcie jazdy pojazdu brak zapiętego pasa osoby siedzącej na tym fotelu (zgodne z PN-EN 1789 ppkt. 4.4.5).
5.	Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej): - zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego, Półki podsufitowe po lewej i prawej z przezroczystymi szybkami i podświetleniem uruchamiającym się po ich otwarciu umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga podświetlenia stałego półek podsufitowych zamiast uruchamianego dopiero po ich otwarciu. W świetle drzwi tylnych po stronie prawej przedziału medycznego przed fotelem bocznym szafka otwarta z mocowaniami (paski regulowane) na sprzęt wewnątrz (typu torba medyczna). Nad szafką miejsce (półka) z mocowaniem plecaka ze sprzętem resuscytacyjnym W świetle drzwi tylnych na ścianie lewej przedziału medycznego słupek – szafka z roletami na drobny sprzęt i półką z cokołem nad słupkiem. Za szafką - słupkiem miejsce – półka na urządzenie do automatycznej kompresji klatki piersiowej typu Lucas 2, (będących w posiadaniu Zamawiającego). Nad słupkiem i półką wyżej opisaną miejsce min. trzy płyty do mocowania aparatury medycznej: Pompy infuzyjnej, defibrylatora klinicznego oraz miejsce do mocowania szyny typu Modura do zawieszenia ewentualnego drobnego sprzętu. Miejsce do zamocowania respiratora - dalej w kierunku kabiny kierowcy po lewej stronie zestaw meblościanki z szafkami, schowkami zamykanymi roletami oraz szufladami. Możliwość dostępu do reduktorów tlenowych umocowanych na 2 butlach 10 litrowych. Zabudowa przedziału medycznego umożliwiająca mocowanie kamizeli KED, deski ortopedycznej dziecięcej i szyn Kramera (będących na wyposażeniu Zamawiającego). Zamawiający dopuszcza miejsce mocowania plecaka przewidziane w zabudowie meblowej opisanej w pkt. 7 - Odnosnie urządzenia do automatycznej kompresji klatki piersiowej typu Lucas 2 i platformy Autopulse Zamawiający dopuszcza inne lokalizacje niż opisane w SWZ z wyłączeniem montażu na ścianie prawej, na szafce przed fotelem bocznym oraz z wyłączeniem miejsca przed fotelem bocznym zgodnie z PN-EN 1789 lub równoważną i posiadaną przez Wykonawcę homologacją na dzień składania ofert. Zamawiający dopuszcza inne rozwiązanie mocowania plecaka zgodnie z PN-EN 1789 lub równoważną i posiadaną przez Wykonawcę homologacją na dzień składania ofert z wyłączeniem lokalizacji przed fotelem bocznym.
6.	Termobox do ogrzewania płynów infuzyjnych: w przedziale medycznym ma znajdować się wyświetlacz informujący o temp. wewnątrz termoboxu. Odczyt i regulacja temperatury w termoboxie może odbywać się z poziomu termoboxu lub z panelu sterującego.
7.	Zabudowa meblowa na ścianie działowej: zespół szafek z miejscem do zamocowania min. 1 szt. walizki lub torby medycznej o wymiarach: min.70x50x40cm, - blat roboczy wykończony blachą ze stali nierdzewnej.
8.	Sufitowe uchwyty do kroplówek na min. 3 szt. pojemników, na wysokości 1/3 długości noszy- licząc od węzłowania
9.	Sufitowy uchwyt, uchwyty przy drzwiach tylnych i bocznych ułatwiające wejście do pojazdu.
10.	Szyna typu Modura min. 30 cm na ścianie lewej przedziału medycznego. „Płyty szybkiego montażu” zapewniające montaż sprzętu medycznego z możliwością jego przesuwu w płaszczyźnie poziomej. Zamontowane min. 4 płyty szybkiego montażu. Sposób montażu wskazuje Wykonawca (na podstawie posiadanego przez Zamawiającego sprzętu medycznego).
11.	Centralna instalacja tlenowa z min. 3 punktami poboru typu AGA (w tym jedno zamontowane w suficie przed uchwytem kroplówek mierząc od węzłowania noszy) – gniazda o budowie monoblokowej panelowej. Instalacja tlenowa przystosowana do pracy przy ciśnieniu 150 atm.
12.	W tylnej części przedziału medycznego umiejscowiona butla tlenowa 2 l lub 2,7 l z reduktorem i odpowiednim systemem mocowania (swobodny i szybki dostęp, bezpieczne mocowanie).
13.	Laweta z napędem mechanicznym lub elektrycznym, posiadająca przesuw boczny min. 30 cm, możliwość

	<p>pochyłu o min. 10 stopni do pozycji Trendelenburga i Fowlera (pozycji drenażowej). Wysuw na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę pod kątem nie większym jak 10 stopni bez zastosowania linek. Długość leża pacjenta min. 190 cm.</p> <p>Dostarczyć wraz z dostawą ambulansu dokument uprawnionej niezależnej jednostki potwierdzający spełnienie wymagań PN-EN 1789 lub równoważną ppkt. 4.4.11 i 5.3 (np. certyfikat, raport z badań).</p>
14.	Miejsce do mocowania defibrylatora (uzgodnić z Zamawiającym) umożliwiające korzystanie w czasie jazdy.
15.	Miejsce do mocowania respiratora (uzgodnić z Zamawiającym) umożliwiające korzystanie w czasie jazdy.
16.	Uchwyt mocujący min. 2 pudełka na rękawiczki jednorazowe. (uzgodnić z Zamawiającym)
17.	Miejsce i uchwyt do mocowania pompy infuzyjnej umożliwiające korzystanie w czasie jazdy.
18.	<p>Przedział medyczny ma być wyposażony w panel sterujący (dotykowy lub z przełącznikami mechanicznymi) wyposażonym w następujące funkcje lub realizowane przez osobne urządzenia zamontowane w przedziale medycznym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sterowanie oświetleniem zewnętrznym i wewnętrznym, • sterowanie układem ogrzewania • sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji, • ustawianie temperatury wewnątrz termoboxu oraz informującą o temperaturze wewnątrz termoboxu, • informującą o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu, • z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data).
XIII.	WYPOSAŻENIE POJAZDU
1.	Urządzenie do wybijania szyb w przedziale medycznym. Nóż do przecięcia pasów bezpieczeństwa.
2.	Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym.
3.	Kosz na śmiecie w przedziale medycznym.
4.	System serwisowy pojazdu bazowego informujący o konieczności dokonania przeglądu.
5.	Pojazd na kołach z felgami stalowymi o średnicy min. 16 cali. Pojazd wyposażony w pneumatyczny zestaw naprawczy. Koło zapasowe pełnowymiarowe Wykonawca dostarczy Zamawiającemu jako wyposażenie dodatkowe.
6.	<p>Pojazd ma być wyposażony w miernik zużycia paliwa z następującymi funkcjami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - średnie zużycie paliwa - zużycie chwilowe paliwa - ogólne zużycie paliwa - długość trasy - czas jazdy - średnia prędkość.
XIII a.	Urządzenie monitoringu GPS
1.	<p>Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania flotą pojazdów pracującego w technologii GPS-GPRS oraz jego dostosowanie do wymagań już wdrożonego systemu zarządzania flotą pojazdów marki Predator Combo firmy KERATRONIK (tzw. podpięcie do istniejącego systemu 3 pojazdów).</p> <p>Zamówienie obejmuje:</p> <p>Opomiarowanie pojazdu w zakresie dostawy i montażu urządzeń niezbędnych dla uzyskania parametru pomiaru paliwa.</p> <p>Instalacja Aplikacji do zarządzania pojazdami (profesjonalnego oprogramowania działającego na platformie systemu operacyjnego Windows XP i nowszych), otwartej na integrację ze środowiskiem IT Zamawiającego.</p> <p>Wdrożenie Aplikacji zarządzania pojazdami tj. dostosowanie do środowiska IT Zamawiającego.</p> <p>Bezpłatna aktualizacja wdrożonej wersji systemu w okresie świadczenia usług.</p> <p>Elementy składowe przedmiotu zamówienia.</p> <p>APLIKACJA:</p> <p>Architektura dla możliwości łatwego dostosowania aplikacji do wymogów funkcjonalnych Zamawiającego.</p> <p>Aplikacja musi być zbudowana w architekturze otwartej, umożliwiającej dowolne zmiany w obrębie zawartości kartotek. Wszelkie kartoteki w obrębie Aplikacji muszą być zbudowane z edytowalnych etykiet, pól tekstowych i słowników. Kartoteki muszą być dostępne dla użytkowników w dwóch trybach pracy: Tryb do odczytu</p> <p>Domyślny tryb dla każdego użytkownika w systemie. Tryb umożliwiający wgląd we wszystkie kartoteki (zgodnie z uprawnieniami) bez możliwości ich edycji. Tryb edycyjny Tryb nadawany administracyjnie. Wybrani</p>

użytkownicy posiadający dostęp do kartotek poprzez tryb edycyjny, muszą mieć możliwość nanoszenia zmian danych w obrębie kartotek, jak również zmian etykiet i zawartości słowników oraz danych bieżących takich jak: np. nr rejestracyjny itp. Aplikacja musi zapewniać możliwość wyeksportowania danych do standardowych formatów plików tekstowych jak również importu ze standardowych plików tekstowych. Centralne stanowisko bazowe (serwer bazy danych, serwer aplikacji, serwer GPRS, serwer Mapowy) zlokalizowane będą w środowisku IT Dostawcy. Aplikacja winna pracować w trybach offline i online, dostęp do Aplikacji możliwy musi być lokalnie np. poprzez przeglądarkę internetową. Praca offline i online dotyczy pracy rejestratorów. W przypadku braku możliwości przesyłania danych, są one gromadzone w pamięci rejestratora do momentu ponownego połączenia GPRS. Aplikacja musi pracować w trybie wielodostępowym, umożliwiając: - definiowanie zakresu dostępowego dla poszczególnych użytkowników, - śledzenie tych samych, bądź całkiem różnych chwilowych parametrów pojazdów na wielu stanowiskach w tym samym czasie z wykorzystaniem interfejsu graficznego i z funkcjonalnością zdefiniowaną oddzielnie dla każdego operatora, - możliwość uruchomienia systemu na dowolnej definiowalnej ilości stanowisk, - tworzenie profili dostępowych dostosowując dostęp do zasobu pod kątem przyporządkowania samochodów do poszczególnych działów i komórek organizacyjnych odwzorowanych w strukturze Zamawiającego tak, by użytkownicy pomiędzy Działami nie mieli dostępu do zasobów Systemu wykraczających poza ich zakres pracy. Aplikacja winna działać w całości w języku polskim. Dostęp do systemu musi być chroniony przez układ imiennej identyfikacji użytkownika. Aplikacja musi zapewnić funkcjonalność w zakresie: Ewidencji pojazdów i kierowców w zakresie wymaganym i niezbędnym dla osiągnięcia założonej funkcjonalności Aplikacji. Raportowania kluczowych dla zarządzania flotą parametrów, takich jak : - Raport eksploatacji pojazdów, - Raport jazd pojazdów oraz Lokalizacji pojazdów. Analizy przebytych tras w oparciu o zapis GPS. Wizualizacji tras. Karty SIM stanowić będą własność Dostawcy. Urządzenie rejestrujące (GPS) powinno mieć zwartą i niewielką konstrukcję umożliwiającą zainstalowanie w pojeździe w sposób ograniczający dostęp dla jego użytkowników. Jedynym elementem zainstalowanym w sposób dostępny może być czytnik identyfikatorów umożliwiający identyfikację kierowców za pośrednictwem zaproponowanych przez Dostawcę rozwiązań (np. kart zbliżeniowych lub breloków). Dane z urządzeń rejestrujących (GPS), zlokalizowanych w pojazdach muszą być przekazywane w czasie rzeczywistym, w technologii GPRS. Dane mają być przekazywane na bieżąco w momencie zarejestrowania czasu minimalnego zapisu tj. 60 sek. Zasilanie urządzeń rejestrujących (GPS) z instalacji samochodowych 12V lub 24V, w zależności od instalacji pojazdów. Każde urządzenie rejestrujące (GPS) musi być wpięte w instalację elektryczną auta w miejscu zaakceptowanym przez autoryzowany serwis stosownych pojazdów objętych gwarancją producenta. Urządzenia rejestrujące (GPS) muszą zapewnić realizację następujących pomiarów i sygnałów: Poziom paliwa w zbiorniku poprzez opomiarowanie wskazań pływaka. Pomiaru i rejestracji napięcia zasilania w pojeździe oraz sygnalizację zaniku zasilania głównego. Urządzenie rejestrujące (GPS) powinno posiadać minimum 4 wejścia analogowe. Urządzenia rejestrujące (GPS) muszą spełniać normy unijne. Poprawność montażu wszystkich urządzeń Systemu leży po stronie Dostawcy.

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH APLIKACJI:

Najistotniejszym dla funkcjonalności wdrażanej aplikacji systemowej monitorowania, lokalizacji pojazdów i urządzeń jest możliwość automatycznego generowania i raportowania kluczowych dla zarządzania flotą parametrów, raporty muszą być generowane w odniesieniu do wybranego pojazdu, dowolnej grupy pojazdów lub całej floty Zamawiającego. - wszystkie raporty o których mowa budowane muszą być dla dowolnie zdefiniowanego czasookresu (wybór z kalendarza daty (od) oraz (do)). Raport eksploatacji pojazdów, budowany wg: - łącznie pokonany dystans, - łączne zużycie paliwa, w wybranym okresie, - łączny czas przerw w pracy pojazdu. Grafiki pracy kierowców. Prezentacja grafików pracy kierowców w układzie dzień, tydzień, miesiąc. Wyżej wymienione raporty będą generowane w oparciu o dane zarządzane w obszarze Aplikacji Ewidencja pojazdów i kierowców. Aplikacja musi zapewniać rejestrację i ewidencję wybranych niezbędnych danych o pojeździe bezpośrednio związanych z monitoringiem i pozwalających na określenie jego aktualnego stanu.

Dane pojazdu: - Numer rejestracyjny, Marka-Typ-Model, definiowane przez użytkownika), Aplikacja musi udostępniać (poprzez XML) następujące informacje:

Data i godzina wyjazdu (dane pobierane z GPS), - Data i godzina powrotu (dane pobierane z GPS), - Przebieg całkowity w km-mtg (dane pobierane z GPS),

Całkowity czas użytkowania pojazdu w godz. (dane pobierane z GPS),

Tankowanie paliwa (dane pobierane z GPS),

Stan końcowy paliwa (dane pobierane z GPS),

Odległość przejazdu w km(dane pobierane z GPS).

Mapa:

Wymogi ogólne.

	<p>Moduł mapowy musi działać tak, by wszelkie prezentacje mapowe odbywały się w obrębie wdrażanego systemu przez Dostawcę. Nie dopuszcza się konieczności eksportu danych mapowych do zewnętrznej aplikacji mapowej. Mapa musi umożliwiać płynne przewijanie poszczególnych obszarów mapy oraz dynamiczne wyświetlanie informacji bez opóźnień. Mapa musi umożliwiać wyszukiwanie konkretnych punktów adresowych w obrębie miast. Mapa musi być aplikacją aktualizowaną. W okresie świadczenia usług przez Dostawcę, aktualizacje mapy nie będą generowały dodatkowych kosztów. Mapa musi określać lokalizację (pozycji geograficznej) z maksymalnym błędem nie przekraczającym 3 m. Mapa musi umożliwiać dowolne definiowanie punktów charakterystycznych i obszarów, polegające na przypisywaniu odpowiednim współrzędnym geograficznym lub wielobokom stosownych opisów (np. obszar o zdefiniowanym promieniu od zadanego punktu charakterystycznego, nazywa się (X)). Ma to na celu lepszą orientację w przygotowywanych raportach o przebytych trasach, gdzie zamiast ulicy podawana będzie nazwa nadana przez użytkownika. Mapa musi charakteryzować się co najmniej następującymi parametrami: - prezentacja sieci ulic, prezentacja sieci kolejowej, prezentacja obszarów zieleni (trawniki, parki, lasy itd.), prezentacja obszarów wodnych (rzeki, jeziora, sztuczne zbiorniki). Mapa musi umożliwiać import własnych obiektów .</p> <p>Mapa winna wspomagać (ręczne) planowanie tras, poprzez wizualizację (rysowanie trasy) danych punktów charakterystycznych wprowadzanych do aplikacji przez dyspozytora. Mapa winna obejmować swoim zasięgiem obszar Polski i być wyposażona w szczegółowe plany miast. Lokalizacja pojazdów:</p> <p>Aplikacja musi umożliwiać bieżące lokalizowanie wybranego pojazdu bądź grupy pojazdów na mapie. Odpowiedź na zadane pytanie lokalizacyjne musi automatycznie centrować mapę do widoku pojazdu, a grupa pojazdów będzie widoczna na ekranie monitora. Najeżdżenie kursorem myszy na wyszukane pojazdy skutkować musi prezentacją w dynamicznie wygenerowanej rubryce dodatkowych informacji eksploatacyjnych takich jak: prędkość chwilowa, aktualny stan zbiornika paliwa, nazwisko zalogowanego kierowcy, praca opomiarowanych urządzeń w danej chwili. Analiza przebytych tras w oparciu o zapis GPS. Wszystkie zapisane trasy przejazdu muszą być archiwizowane w Systemie.</p>																																								
XIII b.	Urządzenie monitoringu GPS zgodne z SWD PRM																																								
1.	<p>W związku z koniecznością zapewnienia zgodności z istniejącym systemem SWD PRM (wdrażanym na mocy Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym - Dz.U.2023.1541 t.j. z późn. zm.) Zamawiający wymaga dostarczenia:</p>																																								
2.	<p>modułu GPS firmy Teltonika model FMC640 lub równoważnego. Jako produkt równoważny Zamawiający będzie uważać urządzenie GPS spełniające poniższe wymagania:</p> <table border="0" data-bbox="244 1361 1449 2094"> <thead> <tr> <th data-bbox="244 1361 598 1391">Parametr</th> <th data-bbox="598 1361 1449 1391">Minimalna wymagana wartość parametru</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="244 1391 598 1420">Odbiornik GSM</td> <td data-bbox="598 1391 1449 1420">Tak- wewnętrzny</td> </tr> <tr> <td data-bbox="244 1420 598 1449">Antena GSM</td> <td data-bbox="598 1420 1449 1449">Tak- zewnętrzna</td> </tr> <tr> <td data-bbox="244 1449 598 1478">Czułość odbiornika GPS</td> <td data-bbox="598 1449 1449 1478">- 158dBm (w trybie Tracking)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="244 1478 598 1507"></td> <td data-bbox="598 1478 1449 1507">-148dBm Reacquisition</td> </tr> <tr> <td data-bbox="244 1507 598 1536"></td> <td data-bbox="598 1507 1449 1536">-142 dBm Cold</td> </tr> <tr> <td data-bbox="244 1536 598 1568">Dokładność lokalizacji</td> <td data-bbox="598 1536 1449 1568">2,5m CEP</td> </tr> <tr> <td data-bbox="244 1568 598 1597">obiektu</td> <td data-bbox="598 1568 1449 1597">5m SEP</td> </tr> <tr> <td data-bbox="244 1597 598 1626">Odbiornik GPS</td> <td data-bbox="598 1597 1449 1626">16 kanałowy</td> </tr> <tr> <td data-bbox="244 1626 598 1655">Antena GPS</td> <td data-bbox="598 1626 1449 1655">Tak - zewnętrzna</td> </tr> <tr> <td data-bbox="244 1655 598 1686">Interwał transmisji danych do</td> <td data-bbox="598 1655 1449 1686">Od 5s do 10000s- programowalny</td> </tr> <tr> <td data-bbox="244 1686 598 1715">serwera systemu</td> <td data-bbox="598 1686 1449 1715"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="244 1715 598 1744">Łączność bezprzewodowa</td> <td data-bbox="598 1715 1449 1744">Moduł 3G GPRS EDGE, slot na kartę operatora komórkowego</td> </tr> <tr> <td data-bbox="244 1744 598 1774">Zdalna konfiguracja</td> <td data-bbox="598 1744 1449 1774">Urządzenie musi posiadać możliwość zdalnej konfiguracji, w szczególności do konfiguracji adresu serwera na który wysyła dane</td> </tr> <tr> <td data-bbox="244 1774 598 1803">Przesył danych</td> <td data-bbox="598 1774 1449 1803">Przesył danych z Urządzenia GPS do serwera musi odbywać się za pomocą</td> </tr> <tr> <td data-bbox="244 1803 598 1832"></td> <td data-bbox="598 1803 1449 1832">protokołu z wykorzystaniem standardu NMEA przekazujący co najmniej:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="244 1832 598 1861"></td> <td data-bbox="598 1832 1449 1861">• Współrzędne geograficzne obiektu</td> </tr> <tr> <td data-bbox="244 1861 598 1890"></td> <td data-bbox="598 1861 1449 1890">• Wysokość obiektu nad poziomem morza</td> </tr> <tr> <td data-bbox="244 1890 598 1919"></td> <td data-bbox="598 1890 1449 1919">• Prędkość chwilowa obiektu</td> </tr> <tr> <td data-bbox="244 1919 598 1948"></td> <td data-bbox="598 1919 1449 1948">• Data i godzina pomiaru</td> </tr> </tbody> </table>	Parametr	Minimalna wymagana wartość parametru	Odbiornik GSM	Tak- wewnętrzny	Antena GSM	Tak- zewnętrzna	Czułość odbiornika GPS	- 158dBm (w trybie Tracking)		-148dBm Reacquisition		-142 dBm Cold	Dokładność lokalizacji	2,5m CEP	obiektu	5m SEP	Odbiornik GPS	16 kanałowy	Antena GPS	Tak - zewnętrzna	Interwał transmisji danych do	Od 5s do 10000s- programowalny	serwera systemu		Łączność bezprzewodowa	Moduł 3G GPRS EDGE, slot na kartę operatora komórkowego	Zdalna konfiguracja	Urządzenie musi posiadać możliwość zdalnej konfiguracji, w szczególności do konfiguracji adresu serwera na który wysyła dane	Przesył danych	Przesył danych z Urządzenia GPS do serwera musi odbywać się za pomocą		protokołu z wykorzystaniem standardu NMEA przekazujący co najmniej:		• Współrzędne geograficzne obiektu		• Wysokość obiektu nad poziomem morza		• Prędkość chwilowa obiektu		• Data i godzina pomiaru
Parametr	Minimalna wymagana wartość parametru																																								
Odbiornik GSM	Tak- wewnętrzny																																								
Antena GSM	Tak- zewnętrzna																																								
Czułość odbiornika GPS	- 158dBm (w trybie Tracking)																																								
	-148dBm Reacquisition																																								
	-142 dBm Cold																																								
Dokładność lokalizacji	2,5m CEP																																								
obiektu	5m SEP																																								
Odbiornik GPS	16 kanałowy																																								
Antena GPS	Tak - zewnętrzna																																								
Interwał transmisji danych do	Od 5s do 10000s- programowalny																																								
serwera systemu																																									
Łączność bezprzewodowa	Moduł 3G GPRS EDGE, slot na kartę operatora komórkowego																																								
Zdalna konfiguracja	Urządzenie musi posiadać możliwość zdalnej konfiguracji, w szczególności do konfiguracji adresu serwera na który wysyła dane																																								
Przesył danych	Przesył danych z Urządzenia GPS do serwera musi odbywać się za pomocą																																								
	protokołu z wykorzystaniem standardu NMEA przekazujący co najmniej:																																								
	• Współrzędne geograficzne obiektu																																								
	• Wysokość obiektu nad poziomem morza																																								
	• Prędkość chwilowa obiektu																																								
	• Data i godzina pomiaru																																								

	<ul style="list-style-type: none"> • Stan odbiornika • Status włączenia/wyłączenia stacyjki (silnika) • Poziom paliwa w zbiorniku • Status włączenia/wyłączenia sygnalizacji pojazdu uprzywilejowanego <p>Urządzenie GPS musi mieć możliwość skonfigurowania co najmniej 2 adresów serwerów na które będzie wysyłać dane.</p> <p>W przypadku dostarczenia urządzenia równoważnego Wykonawca dostarczy opis protokołu komunikacyjnego GPS-serwer zaimplementowanego w urządzeniu GPS</p> <p>Konfiguracja</p> <p>Specyfikacja protokołu komunikacyjnego</p> <p>a) Do modułu należy zainstalować anteny GPS i GSM w pełni kompatybilne z modułem, będące akcesoriami producenta modułu.</p> <p>b) Anteny muszą być zamontowane jako zewnętrzne (na dachu ambulansu). Zamawiający wymaga zastosowania anten odpornych na zewnętrzne warunki atmosferyczne, a przepusty kablowe muszą być zabezpieczone przed przenikaniem wody do wnętrza pojazdu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie pojedynczej anteny zespolonej dla pasma GPS i GSM. Zamawiający dopuszcza anteny typu „REKINEK”</p> <p>c) Kable antenowe należy prowadzić najkrótszą drogą do modułu GPS. Niedopuszczalne jest skracanie lub sztukowanie fabrycznie zarobionych kabli, ani stosowanie przejściówek lub redukcji standardu złączy antenowych. Nadmiar kabli należy zwinąć przy module GPS zachowując promień gięcia kabli antenowych.</p> <p>d) Moduł GPS musi być zasilany bezprzerwowo z akumulatora pojazdu, niezależnie od pozycji kluczyka zapłonu.</p> <p>e) Moduł GPS musi być zainstalowany w miejscu łatwo dostępnym dla serwisu Zamawiającego (lecz nie w bezpośrednio widocznym miejscu) w celu programowania i/lub wymiany karty SIM, np. na półce obok radiotelefonu. Moduł powinien być zamocowany do płaskiego elementu pojazdu przy użyciu np. taśmy rzepowej lub innej metody umożliwiającej łatwy demontaż i ponowny montaż modułu bez konieczności użycia specjalistycznych narzędzi.</p> <p>f) Za programowanie modułu GPS oraz dostarczenie karty SIM odpowiada Zamawiający. Moduł zostanie zaprogramowany w celu potwierdzenia jego prawidłowości montażu i wyposażony w kartę SIM przez Zamawiającego w trakcie odbioru przedmiotu zamówienia.</p> <p>Zamawiający wymaga modułu GPS kompatybilny z Systemem Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).</p>
3.	Kable antenowe należy prowadzić najkrótszą drogą do modułu GPS. Niedopuszczalne jest skracanie lub sztukowanie fabrycznie zarobionych kabli, ani stosowanie przejściówek lub redukcji standardu złączy antenowych. Nadmiar kabli należy zwinąć przy module GPS zachowując promień gięcia kabli antenowych.
4.	Moduł GPS musi być zasilany bezprzerwowo z akumulatora pojazdu, niezależnie od pozycji kluczyka zapłonu.
5.	Moduł GPS musi być zainstalowany w miejscu łatwo dostępnym dla serwisu Zamawiającego (lecz nie w bezpośrednio widocznym miejscu) w celu programowania i/lub wymiany karty SIM, np. na półce obok radiotelefonu. Moduł powinien być zamocowany do płaskiego elementu pojazdu przy użyciu np. taśmy rzepowej lub innej metody umożliwiającej łatwy demontaż i ponowny montaż modułu bez konieczności użycia specjalistycznych narzędzi.
6.	Za programowanie modułu GPS oraz dostarczenie karty SIM odpowiada Zamawiający.
XIII c. Montaż drukarki	
1.	<p>W przedziale medycznym w zabudowie meblowej, miejsce do montażu drukarki zgodnie z PN-EN 1789 lub równoważną w sposób umożliwiający jej bezpieczny transport, jak i drukowanie dokumentów wraz drukarką HP OfficeJet Mobile 200 lub równoważną kompatybilną z Systemem Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM). Jako równoważną drukarkę Zamawiający uważa drukarkę przeznaczoną fabrycznie do celów mobilnych, drukująca na zwykłym papierze o formacie A4, o zewnętrznych wymiarach urządzenia szerokość 364 mm, głębokość 186 mm, wysokość 69 mm (+/- 1mm).</p> <p>a) Miejsce do montażu musi umożliwić montaż przy zastosowaniu podstawowych narzędzi (np. poprzez zmianę pozycji elementów dystansowych) innego typu drukarki mobilnej różniącej się o +/- 10 cm w każdym wymiarze zewnętrznym względem drukarki HP OfficeJet 200 lub równoważnej. Zmiana</p>

	<p>pozycji elementów mocujących przez Zamawiającego nie może powodować utraty gwarancji na ambulans.</p> <p>b) Miejsce montażu musi umożliwiać pełne otwarcie podajnika papieru drukarki HP OfficeJet 200 lub równoważnej, gwarantujące poprawne pobieranie papieru, a także możliwość podłączenia kabli do wszystkich gniazd drukarki.</p> <p>c) Miejsce montażu musi mieć doprowadzone zasilanie 12V (gniazdo zapalniczki) z osobnego bezpiecznika w instalacji elektrycznej pojazdu. Zasilanie gniazda musi być dostępne bezprzerwowo, bez konieczności przekręcenia kluczyka zapłonu. Miejsce montażu gniazda zasilającego w zabudowie pojazdu nie może ograniczać korzystania z pojazdu, drukarki (np. ograniczać odchylenia podajnika papieru) oraz nie może umożliwiać przypadkowego odłączenia wtyku zasilania drukarki.</p> <p>d) Miejsce montażu drukarki musi mieć doprowadzone zasilanie 230V (pojedyncze gniazdo typu CEE 7/5 z bolcem lub typu SCHUKO) zasilane z inwertera opisanego w pkt. VIII. 6.</p> <p>e) Między miejscem montażu drukarki a stacją dokującą tabletu w kabinie kierowcy należy ułożyć kabel USB typu A - B (złącza męskie, typ B od strony drukarki), wykonany fabrycznie, ekranowany, o długości max. 5m, z połączanymi stykami, zgodny ze standardem USB 2.0. Kabel musi być ułożony w ochronnej rurce peszel i przystosowany do późniejszej łatwej wymiany przy użyciu standardowych narzędzi.</p> <p>f) Niedopuszczalne jest przedłużanie, skracanie lub sztukowanie fabrycznie wykonanego kabla USB. Niedopuszczalne jest prowadzenie kabla powodujące jego zgięcie ponad zalecany przez producenta promień gięcia lub załamanie pod kątem ostrym.</p> <p>g) Kabel USB po obu stronach (drukarki i tabletu) musi zostać wyprowadzony bez ochronnej rurki peszel na odległość gwarantującą: brak naprężeń kabla i złączy w drukarce oraz stacji dokującej w dowolnej pozycji trakcie pracy, łatwy montaż i demontaż drukarki oraz regulację pozycji stacji dokującej.</p> <p>Jeżeli miejsce montażu drukarki zostanie zrealizowane jako element przesuwany, np. szuflada, należy wyposażać je w mechanizm zabezpieczający przed niekontrolowanym wysunięciem lub ponownym wsunięciem do pozycji zamkniętej.</p>
XIV.	SPRZĘT MEDYCZNY
	Nosze główne
1.	Wykonane z materiału odpornego na korozję lub z materiału zabezpieczonego przed korozją zgodnego z aktualnymi normami.
2.	Nosze m.in. potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha.
3.	Przystosowane do prowadzenia resuscytacji.
4.	Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min 75 stopni.
5.	Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych do ramy noszy i dodatkowym zestawem pasów lub uprząży służącej do transportu małych dzieci na noszach.
6.	Nosze muszą posiadać trwałe oznakowanie, najlepiej graficzne elementy związane z ich obsługą.
7.	Z możliwością wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy.
8.	Poręcze boczne składane w sposób ergonomiczny równolegle lub prostopadle do osi wzdłużnej noszy (wzdłuż pacjenta).
9.	Z niesprężynującym materacem z tworzywa sztucznego, nieprzyjmującym płynów ustrojowych, przystosowanym do dezynfekcji, odpornym na środki dezynfekujące, umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych,
10.	Rama noszy pod głową pacjenta umożliwiającą odgięcie głowy do tyłu. Rama noszy z rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy.
11.	Obciążenie dopuszczalne noszy min. 230kg.
12.	Waga oferowanych noszy zgodnie z PN-EN 1865-1 +A1:2015-08 lub równoważną max. 23 kg.
XV.	SPRZĘT MEDYCZNY
	Transporter noszy głównych
1.	Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem przez jedną osobę.

	Uwaga: System zabezpieczający przed niekontrolowanym złożeniem goleni transportera – parametr punktowany
2.	Z regulacją wysokości w min. sześciu poziomach. Szybki i łatwy system połączenia z noszami.
3.	Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na min. 3 poziomach pochylenia.
4.	Wszystkie 4 kółka jezdne skrętne o 360°, o średnicy min. 150 mm i szerokości min. 40 mm umożliwiające prowadzenie noszy bokiem do kierunku jazdy przez jedną osobę z dowolnej strony transportera, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost. Kółka mają umożliwiać jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi (na otwartych przestrzeniach), min. 2 kółka wyposażone w hamulce.
5.	Mocowanie transportera do lawety ambulansu zgodne z wymogami aktualnej PN-EN 1789 lub równoważną.
6.	Obciążenie dopuszczalne transportera min. 250kg
7.	Transporter musi posiadać trwale oznakowanie graficzne elementów związanych z obsługą noszy oraz wskazane jest oznakowanie graficzne elementów związanych z obsługą transportera.
8.	Transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie go z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie go środkami antykorozyjnymi zgodnymi z aktualnymi normami.
9.	Możliwości zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy.
10.	Odbojniki lub inny system zabezpieczający przed uszkodzeniami mechanicznymi goleni transportera.
11.	Na wezwanie Zamawiającego dostarczyć deklaracje zgodności zgodne z aktualną normą PN-EN 1789 lub równoważną oraz PN-EN 1865-1+A1:2015-08 lub równoważną na oferowany system transportowy (nosze i transporter).
12.	System mocowania transportera na podstawie musi być zgodny z wymogami PN-EN 1789 lub równoważną.
13.	Gwarancja na cały zestaw: nosze + transporter min. 24 miesiące (2 bezpłatne przeglądy w cenie). Uwaga: Wydłużona gwarancja na zestaw transportowy – parametr punktowany
14.	Waga oferowanego zestawu transportowego tzn. noszy z transporterem zgodnie z PN-EN 1865-1+A1:2015-08 lub równoważną.
XVI.	SPRZĘT MEDYCZNY
	Krzeselko kardiologiczne z systemem płozowym (PN-EN 1865-4:2012 lub równoważną)
1.	Wykonane z wytrzymałego materiału odpornego na korozję i na działanie płynów ustrojowych i dezynfekujących zgodnego z aktualnymi przepisami i normami.
2.	Wyposażone w rozkładany system płozowy ułatwiający transport pacjenta po schodach.
3.	Wyposażone w górny uchwyt teleskopowo regulowany w min 3 pozycjach.
4.	Wyposażone w demontowalne siedzisko.
5.	Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego miękkiego winylu, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego i umożliwiającego dezynfekcję.
6.	Składane, z blokadą przypadkowego złożenia w trakcie transportu.
7.	Wyposażone w min 4 kółka transportowe z czego min. 2 obrotowe
8.	Średnica tylnych kółek min. 150 mm, umożliwiająca wygodne przemieszczanie krzeselka z pacjentem po nierównym podłożu.
9.	Wyposażone w min 3 pasy zabezpieczające umożliwiające szybkie ich rozpięcie.
10.	Wyposażone w przednie oraz tylne uchwyty do przenoszenia pacjenta wraz z krzeselkiem.
11.	Waga max 15 kg.
12.	Dopuszczalne obciążenie minimum 150 kg.
XVII.	WYMAGANIA OGÓLNE
1.	Gwarancja na samochód bazowy min. 24 miesiące (bez limitu kilometrów lub z ograniczeniem przebiegu do co najmniej 200 000 km). Uwaga: Wydłużona gwarancja- kryterium punktowane, niewymagane (opisane w SWZ) Zamawiający nie stawia warunku aby przedłużony okres gwarancji na pojazdy bazowe gwarantowany był przez producenta lub przedstawiciela producenta pojazdu. W przypadku jednak zaoferowania przedłużonego okresu

	gwarancji na pojazd bazowy, warunki przedłużonej gwarancji nie powinny być gorsze niż te, które oferowane są w standardowym 24-miesięcznym okresie gwarancji.
2.	Gwarancja na perforację nadwozia min. 72 miesiące.
3.	Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu min. 24 miesiące.
4.	Gwarancja na zabudowę medyczną min.24 miesiące. Gwarancja na sprzęt medyczny min. 24 miesiące. Serwis zabudowy (przedziału) medycznej (łącznie z wymaganymi przeglądami okresowymi zabudowy) realizowany będzie w siedzibie Zamawiającego – bezpłatnie przez okres 24 miesięcy. Reakcja serwisu zabudowy medycznej na zgłoszoną awarię wynosi 24 godziny (zgłoszenie w dni robocze). Rozpoczęcie naprawy w ciągu nie więcej niż 48 godzin licząc od chwili zgłoszenia. Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię i przystąpienie do usuwania awarii liczony będzie w dni robocze od momentu doręczenia zawiadomienia ze strony Zamawiającego Wykonawcy, dokonanego w formie faxowej nr _____, lub na adres email _____, z tym zastrzeżeniem, że fax, email w przypadku wysłania go między godz. 7.00 a 16.00 w danym dniu roboczym uznany jest za doręczony w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku wysłania go po godz. 16 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, uznany jest za doręczony w następnym dniu roboczym. Uwaga: Wydłużona gwarancja - kryterium punktowane, niewymagane (opisane w SWZ)
5.	Przy dostawie załączyć świadectwo zgodności (homologację) umożliwiającą rejestrację pojazdu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i Oświadczenie zawierające dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdów, instrukcje obsługi pojazdu i sprzętu medycznego w języku polskim, książkę gwarancyjną z wyszczególnieniem poszczególnych okresów gwarancyjnych.
6.	Ambulans (spełniający wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SWZ) ma posiadać podsumowanie badań wystawione jako Załącznik A do PN-EN 1789 lub równoważną. Wraz z dostawą ambulansu dostarczyć powyższy dokument.
7.	Przy dostawie załączyć świadectwo zgodności (homologację) umożliwiającą rejestrację pojazdu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
8.	Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji wyposażenia medycznego nie wcześniej niż 2024 rok. Uwaga: Rok produkcji noszy wraz z transporterem oraz krzesłek kardiologicznych - parametry punktowane.
9.	Dodatkowo 4 opony zimowe z felgami i oryginalnymi (fabrycznymi) czujnikami ciśnienia.
10	Pojazd fabrycznie nowy. Rok produkcji pojazdu kompletnego (bazowego) nie wcześniej niż rok 2024. Uwaga: Rok produkcji pojazdów kompletnych (bazowych) - parametr punktowany.
11.	Zbiornik paliwa w ambulansie przy odbiorze ma być napełniony powyżej stanu „rezerwy”.
12.	Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie pojazdów do przekazania. Zamawiający ubezpiecza pojazdy w zakresie OC, AC i NNW we własnym zakresie.
13.	Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy.
14.	2 trójkąty ostrzegawcze, komplet kluczy, podnośnik samochodowy, klucz do kół, latarka potocznie nazywana szperaczem bezprzewodowa, akumulatorowa (12V),
15.	Schemat ideowy instalacji elektrycznej przedziału medycznego. Schemat ideowy urządzeń zabudowy + nagłośnienie.
16.	Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby każdy z zamówionego sprzętu medycznego tj. nosze, transporter, krzeselko z systemem płozowym – posiadały paszport techniczny z przeprowadzonym przeglądem dopuszczającym dane urządzenie do użytkowania, z wpisem do paszportu o treści: sprawdzono, sprzęt sprawny dopuszczony do eksploatacji, wpis daty wykonania przeglądu.
17.	<u>Zamawiający zabrania umieszczania na nadwoziu ambulansu reklam i naklejek Wykonawcy bez zgody Zamawiającego.</u>

.....
/Nazwa i adres Wykonawcy/.....
/miejsowość i data/

Numer Identyfikacji Podatkowej Wykonawcy:

Kategoria przedsiębiorstwa:

- mikroprzedsiębiorstwo
 małe przedsiębiorstwo
 średnie przedsiębiorstwo
 duże przedsiębiorstwo
 inny rodzaj: _____

OFERTA**Do SP ZOZ WSPR
w Białymstoku**

Adres email do kontaktów z Wykonawcą:

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansów medycznych nr EOP.332.12.25, oświadczamy, że:

- Oferujemy realizację zamówienia: za cenę netto..... słownie:.....zł, kwota podatku VAT *..... zł, tj. za cenę brutto * zł, słownie:.....zł
- Wykonawca dokonując dostawy działa we własnym imieniu i na własną rzecz;
- Wykonawca zobowiązuje się uiszczyć podatek akcyzowy jeżeli taki obowiązek powstanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;
- Dostawę zrealizujemy w terminie **do 90 dni** od dnia zawarcia umowy. Jeżeli Umowa nie będzie podpisana przez obie strony tego samego dnia przyjmuje się, że umowa została zawarta w dniu skutecznego doręczenia umowy na adres Wykonawcy, po podpisaniu i przesłaniu jej przez Zamawiającego.
- Oferowana przez nas gwarancja mechaniczna na pojazdy bazowe wynosi:
 24 miesiące (0 pkt) 48 miesięcy (5pkt)
- Oświadczamy, że oferowana przez nas gwarancja mechaniczna na pojazdy bazowe nie będzie posiadała limitu km lub będzie posiadała limit do co najmniej 200 000 km. Proszę o zaznaczenie wybranej opcji:
 gwarancja bez limitu kilometrów gwarancja z limitem do co najmniej 200 000 km
- Oferowana przez nas gwarancja na zabudowę medyczną wynosi miesiące/miesiący od daty podpisania protokołu ilościowo - jakościowego (minimum 24 miesiące);
- Oferowany przez nas ambulans medyczny spełnia następujące parametry techniczne (dot. parametrów niewymaganych, dodatkowo ocenianych):

L.p.	Parametry niewymagane, dodatkowo punktowane	Oświadczenie wykonawcy
1.	Długość przedziału medycznego powyżej 3,00 m, Mierzona zgodnie z normą PN-EN 1789 lub równoważną	TAK/NIE <input type="checkbox"/> 3,00 m - 3,09 m (0 pkt)

	pkt I. 4. Opis Przedmiotu Zamówienia	<input type="checkbox"/> 3,10 m - 3,19 m (1 pkt) <input type="checkbox"/> 3,20 m - 3,29 m (2 pkt) <input type="checkbox"/> 3,30 m i powyżej (3 pkt)
2.	System elektrycznego wspomaganie domykania drzwi bocznych prawych i lewych. pkt I. 7 i 8 Opis Przedmiotu Zamówienia	TAK / NIE
3.	Automatyczna skrzynia biegów pkt III. 1. Opis Przedmiotu Zamówienia	TAK / NIE
4.	Wydłużona gwarancja na cały zestaw transportowy (transporter i nosze) do 5 lat. pkt XV. 13 Opis Przedmiotu Zamówienia	TAK / NIE
5.	Rok produkcji krzesełek kardiologicznych oraz noszy wraz z transporterem pkt XVII. 8. Opis Przedmiotu Zamówienia	rok produkcji krzesełek kardiologicznych..... rok produkcji noszy wraz z transporterem.....
6.	Dodatkowe sygnały pneumatyczne o modulacji dwutonowej zabezpieczone przed uszkodzeniem pkt IX. 11. Opis Przedmiotu Zamówienia	TAK / NIE
7.	Moc silnika powyżej 180 KM pkt II. 2. Opis Przedmiotu Zamówienia	TAK, oferowana moc silnika: KM /NIE
8.	Regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach, tj. góra – dół, przód – tył. pkt. VI. 2 Opis Przedmiotu Zamówienia	TAK / NIE
9.	Rok produkcji pojazdów kompletnych (bazowych) pkt XVII. 10. Opis Przedmiotu Zamówienia	Rok produkcji
10.	System zabezpieczający przed niekontrolowanym złożeniem goleni transportera. pkt. XV. 1 Opis Przedmiotu Zamówienia	TAK / NIE

10. Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami opisany z Załączniku nr 1 do SWZ w punkcie I pozycji 11 posiada wymiary (wskazać w mm wysokość, szerokości i głębokość) mm.
11. Zawieszenie opisane w Załączniku nr 1 do SWZ w punkcie V poz. 1 posiada wzmocnienie drążka obu osi. Proszę podać wartość w stosunku do standardowej
12. Marka i model oferowanego przez nas niezależnego od silnika systemu powietrznego ogrzewania przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury z termostatem o mocy min. 5,0 kW, umożliwiającego ogrzanie przedziału medycznego zgodnie z normą PN-EN 1789 pkt 4.5.5.1 lub równoważną -
13. Marka i typ automatycznej ładowarki opisanej w Załączniku nr 1 do SWZ w punkcie VIII poz. 4
14. Marka i model belki świetlnej opisanej w Załączniku nr 1 do SWZ w punkcie IX poz. 1
15. Marka i model belki świetlnej opisanej w Załączniku nr 1 do SWZ w punkcie IX poz. 3
16. Marka i model oraz numer certyfikatu/ homologacji dodatkowego sygnału pneumatycznego opisanego w punkcie IX poz. 11
17. Marka i rodzaj lawety opisanej w Załączniku nr 1 do SWZ w punkcie XII poz. 13
18. Waga oferowanego przez nas transportera noszy głównych wynosi kg;
19. Obciążenie dopuszczalne oferowanego przez nas transportera wynosi kg
20. Waga oferowanego przez nas zestawu transportowego wynosi kg
21. Obciążenie dopuszczalne zaoferowanych przez nas noszy wynosi kg

22. Waga oferowanych przez nas noszy wynosi..... kg.
23. Marka, model zaoferowanych krzesełek kardiologicznych
24. Marka, model zaoferowanych noszy
25. Model oferowanej stacji dokującej
26. Model oferowanego modułu GPS SWD PRM
27. Model oferowanego radiotelefonu przewoźnego
28. Akceptujemy warunek, iż zapłata za wykonanie zamówienia następować będzie w terminie **30 dni** od daty wystawienia prawidłowych faktur na zasadach opisanych w projekcie umowy;
29. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
30. Zobowiązujemy się dostarczyć wszystkie dokumenty potrzebne do rejestracji pojazdu;
31. Zapoznaliśmy się z treścią SWZ (w tym z projektem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte;
32. Oświadczam, że **jestem/nie jestem** (niepotrzebne skreślić) czynnym podatnikiem podatku VAT. W przypadku zmiany statusu VAT Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, powiadomić o tym Zamawiającego;
33. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ;
34. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
35. Zamówienie realizować będziemy z udziałem podwykonawców w części:**
- a)
 - b)
 - c)
 - d)
36. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty***.
- a)
 - b)
 - c)
 - d)
 - e)
37. Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 225 ust. 2 Pzp. informuję, że wybór mojej oferty:
- a) nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
 - b) będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w wyniku czego wskazuję nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuję ich wartość bez kwoty podatku:
(niepotrzebne skreślić).
38. Oświadczamy, iż autoryzowany serwis oferowanego sprzętu medycznego mieści się: (podać nazwę, adres, telefon kontaktowy):
39. Tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która nie będzie podlegać udostępnieniu, są następujące informacje****:
- a)
 - b)
 - c)
 - d)
 - e)
40. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, proszę o jego zwrot na rachunek bankowy:
- z którego nastąpiła wpłata wadium
 - inny niż ten, z którego nastąpiła wpłata wadium, tj.:
nazwa banku:
 - nie dotyczy

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14

RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzach ofertowych, innych dokumentach składanych na wezwanie w trakcie trwania postępowania oraz danych zawartych w umowie przez SP ZOZ WSPR w Białymstoku celu przeprowadzenia postępowań udzielenia zamówienia publicznego w trybie ustawy Pzp.

.....
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym- podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

- * nie dotyczy Wykonawcy zagranicznego tj. wykonawcy nie posiadającego siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- ** jeżeli Wykonawca zamierza wykonać całość zamówienia siłami własnymi, nie wypełnia przedmiotowego punktu lub wpisuje formułę np. „nie dotyczy”,
- *** jeżeli dołączane są kopie dokumentów, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem;
- **** należy wskazać pliki lub ich części w których znajdują się informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz cenowy

Wypełnia jedynie Wykonawca krajowy tj.: posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)

Lp.	Nazwa produktu	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]	Cena jednostkowa brutto [zł]	Łączna wartość brutto [zł] (kolumna 3 x kolumna 6)
1	2	3	4	5	6	7
Proszę podać: Marka i model oferowanego środka do transportu						
1	Samochód bazowy wraz z przedziałem medycznym*	3				
2	Nosze główne	3				
3	Transporter do noszy głównych	3				
4	Krzeselko kardiologiczne z systemem płozowym	3				
5	Stacja dokująca, uchwyty do tabletu i drukarki	3				
RAZEM			x	x	x	

* należy podać cenę środka transportu sanitarnego wraz z zabudową medyczną uwzględniającą podatek akcyzowy, jeśli dotyczy

Wypełnia jedynie Wykonawca zagraniczny tj.: nie posiadający siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

L.p.	Nazwa produktu	Ilość	Cena netto jednostkowa	Łączna wartość netto
1	2	3	4	5
Proszę podać: Marka i model oferowanego środka do transportu				
1	Samochód bazowy wraz z przedziałem medycznym *	3		
2	Nosze główne	3		
3	Transporter do noszy głównych	3		
4	Krzeselko kardiologiczne z systemem płozowym	3		
5	Stacja dokująca, uchwyty do tabletu i drukarki	3		
RAZEM			x	

* należy podać cenę środka transportu sanitarnego wraz z zabudową medyczną uwzględniającą podatek akcyzowy, jeśli dotyczy

.....
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym- podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Uwaga, w przypadku Wykonawców nie mających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej formularz należy wypełnić podając cenę netto, wyrażoną w PLN (nie uwzględniającą podatku od towarów i usług obowiązującego w Polsce), obejmującą wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, wszystkie opłaty, podatki (bez podatku od towarów i usług VAT) i wszystkie inne koszty o jakimkolwiek charakterze, które mogą powstać I w związku z realizacją przedmiotu zamówieni

UMOWA nr EOP.332.12.25 - projekt

zawarta w dniu w Białymstoku, pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego

w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15 – 874 Białystok, NIP PL 542-25-03-045, KRS 0000179636, BDO: 000159464

reprezentowanym przez:

p. o. Dyrektora – Izabelę Kolecką

zwanym dalej **Zamawiającym**

a

.....

.....

reprezentowanym przez:

.....

.....

zwanym dalej **Wykonawcą**

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy: EOP.332.12.25) na zakup 3 ambulansów medycznych, Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot

1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje 3 ambulanse medyczne ze specjalistycznym sprzętem medycznym. Przedmiot zamówienia (specjalistyczny środek transportu sanitarnego oraz wyposażenie) musi być nieużywany oraz fabrycznie nowy. Pojazdy kompletne (bazowe) wyprodukowane w roku. Rok produkcji krzesełek kardiologicznych , zaś rok produkcji noszy wraz z transporterem
2. Sprzedawane ambulanse muszą posiadać świadectwo zgodności (homologację) umożliwiającą rejestrację pojazdu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
3. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w wypełnionym przez Wykonawcę Załączniku nr 1 do SWZ, który staje się załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

Dostawa

1. Przedmiot zamówienia, zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego przy ul. Pogodnej 22 w Białymstoku, w terminie do 90 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Ryzyko utraty lub zniszczenia przedmiotu zamówienia obciąża Wykonawcę, aż do chwili protokolarnego odbioru ilościowo – jakościowego z klauzulą bez zastrzeżeń środka transportu sanitarnego wraz z wyposażeniem będących przedmiotem umowy. Z chwilą wydania właścicielem pojazdów staje się Zamawiający i od tej chwili ponosi on odpowiedzialność za ich utratę lub zniszczenie. Za chwilę wydania ambulansu, a tym samym datę dostawy rozumie się datę podpisania protokołu odbioru ilościowo – jakościowego przez Wykonawcę i Zamawiającego (upoważnionych przedstawicieli) z klauzulą bez zastrzeżeń.
3. Odbiór ilościowo- jakościowy rozpocznie się w terminie do 2 dni roboczych od przekazania informacji od Wykonawcy o dostawie ambulansów. Odbiór obędzie się w godzinach 8.00-

15.00. Zakończenie czynności odbioru nastąpi w chwili podpisania ostatniego protokołu odbioru końcowego.

4. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie ambulansów.
5. Wraz z przedmiotem zamówienia zostaną Zamawiającemu wydane wszystkie przynależności (tj. zapasowe kluczyki, koła zapasowe, itp.).
6. Wraz z ambulansem Wykonawca przekazuje Zamawiającemu następujące dokumenty:
 - a. instrukcje obsługi pojazdu i sprzętu medycznego w języku polskim,
 - b. książkę gwarancyjną ambulansu i karty gwarancyjne wyposażenia karetki. W przypadku braku książki gwarancyjnej pojazdu w wersji papierowej, Zamawiający oczekuje oświadczenia, że książka gwarancyjna ambulansu jest prowadzona elektronicznie przez producenta pojazdu bazowego. W przypadku kart gwarancyjnych wyposażenia karetki, Zamawiający oczekuje ich w formie papierowej
 - c. certyfikaty wyposażenia medycznego ambulansu,
 - d. dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu,
 - e. certyfikat zgodności z aktualną normą PN-EN 1789 lub równoważną, wystawiony przez służbę techniczną Wykonawcy,
 - f. deklarację zgodności oraz certyfikat zgodności z aktualną normą PN-EN 1789 lub równoważną oraz z aktualną normą PN-EN 1865 lub równoważną wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną na oferowany system transportowy (nosze, transporter i krzeselko kardiologiczne),
 - g. paszport techniczny z przeprowadzonym przeglądem dopuszczającym urządzenia medyczne do użytkowania, z wpisem do paszportu o treści: sprawdzono, sprzęt sprawny dopuszczony do eksploatacji, wpis daty wykonania przeglądu.
 - h. raport/protokół z wykonanego testu zderzeniowego całego jednorodnego nadwozia ambulansu (zgodnie z wymogami aktualnej normy PN EN 1789 pkt 4.4.11 i 5.3 lub równoważnej) wystawiony przez niezależną notyfikowaną jednostkę badawczą dotyczący oferowanej konfiguracji zabudowy specjalnej ambulansu przeprowadzonych na oferowanej marce i modelu ambulansu.
 - i. także inne dokumenty/certyfikaty/deklaracje niezbędne do prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy w szczególności potrzebne do zarejestrowania pojazdu, jego naprawy, sprzedaży itp.
7. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania przy rejestracji ambulansu w szczególności do dostarczenia, niezwłocznie (nie później niż w terminie 3 dni roboczych tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), na żądanie Zamawiającego wymaganych dokumentów potrzebnych do rejestracji ambulansu.
8. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie pojazdów do przekazania Zamawiającemu.
9. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia minimum jednego 8-godzinnego szkolenia z obsługi ambulansu i sprzętu medycznego w siedzibie Zamawiającego w terminie 7 dni kalendarzowych od daty podpisania protokołu odbioru ilościowo- jakościowego z klauzulą „bez zastrzeżeń” lub w innym terminie pod warunkiem zgody Zamawiającego, potwierdzone listą obecności ze szkolenia. Zamawiający gwarantuje, iż szkolenie odbywać się będzie przy zachowaniu odpowiednich środków sanitarno-epidemiologicznych. Termin na przeprowadzenie szkolenia z obsługi ambulansu i sprzętu medycznego nie będzie wliczony do terminu realizacji przedmiotu umowy.
10. Dokonana dostawa zostanie potwierdzona protokołem odbioru ilościowo – jakościowego, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli obu stron bez zastrzeżeń, dla każdego pojazdu oddzielnie.
11. Wykonawca dołoży należytej staranności w celu jak najlepszego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, mając na uwadze profesjonalny charakter świadczonych przez siebie dostaw.

§ 3

Cena

1. Strony ustalają, iż wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy wynosi zł netto (słownie.....), tj. zł brutto (słownie:
2. Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją niniejszej umowy w tym należny podatek VAT, koszty dostawy, ubezpieczenia do momentu dokonania protokolarnego odbioru przedmiotu umowy, gwarancyjne, a także koszt zapłaty przez Wykonawcę podatku akcyzowego, o ile obowiązek zapłaty tego podatku powstanie, koszty przeglądów w okresie gwarancji itp.
3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
W terminie 30 dni od dnia wystawienia Zamawiającemu prawidłowych faktur VAT uwzględniających obowiązującą stawkę podatku VAT wraz z protokołem odbioru ilościowo-jakościowego środka transportu sanitarnego wraz z wyposażeniem z klauzulą „bez zastrzeżeń”, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli obu stron .
4. Wykonawca oświadcza, iż wyżej wskazany rachunek bankowy jest zgłoszony we właściwym dla niego organie podatkowym w ramach zgłoszenia identyfikacyjnego lub zgłoszenia aktualizacyjnego, w szczególności w ramach uwidocznionych w „białej księdze podatników”.
5. W przypadku zmiany wskazanego w umowie rachunku bankowego Wykonawca jest obowiązany poinformować Zamawiającego o powyższym, w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany na piśmie. Zmiana umowy w tym przedmiocie wymaga aneksu do umowy.
6. Strony umowy zastrzegają, iż w przypadku zmiany rachunku bankowego przez Wykonawcę, do czasu uwidocznienia nowego rachunku bankowego w „białej księdze podatników”, termin płatności określony w § 3 ust. 3 umowy ulega przesunięciu do dnia uwidocznienia nowego rachunku bankowego w „białej księdze podatników”, bez możliwości naliczania kar umownych, odsetek za zwłokę, czy też kierowania innych roszczeń odszkodowawczych w stosunku do Zamawiającego.
7. W przypadku korzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) do wystawiania i przesyłania Zamawiającemu e-faktur, zobowiązuje się Wykonawcę do wypełnienia na PEF „Odbiorca towaru/usługi” danymi Zamawiającego, w tym nr NIP i przesłania ustrukturyzowanej faktury VAT lub przesłania faktur w formacie PDF na adres faktury@wspr.bialystok.pl lub dostarczenia faktury w formie papierowej.
8. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktur VAT niezgodnych z umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia oraz otrzymania faktur korygujących VAT bez obowiązku płacenia odsetek z tytułu niedotrzymania terminu zapłaty.
9. Wykonawca oświadcza, że jest/ nie jest* czynnym podatnikiem podatku VAT. W przypadku zmiany statusu VAT Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, powiadomić o tym Zamawiającego.
10. Za dzień dokonania zapłaty Strony uznają datę uznania środków na rachunku bankowym Wykonawcy wskazanym w § 3 ust. 3.
11. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy ma charakter ryczałtowy.

§ 4

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy w przypadku zwłoki w realizacji dostawy w umówionym terminie, przekraczającym 7 dni roboczych po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków stanowiących podstawę odstąpienia i wyznaczeniu mu w tym celu

- dotaddkowego terminu. W tym przypadku Wykonawca może żadać wyłączenie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający, niezależnie od pozostałych uprawnień przysługujących mu w związku z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy przez Wykonawcę, może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, gdy:
 - a) Wykonawca naruszy istotne postanowienia niniejszej Umowy i pomimo wezwania przez Zamawiającego nie zaprzestanie tego naruszenia i/lub nie usunie skutków tego naruszenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego;
 - b) Wobec Wykonawcy otwarta zostanie likwidacja albo, gdy zaprzestanie on wykonywania działalności gospodarczej.
 - c) Zamawiający odstąpi od umowy w przypadku braku rejestracji pojazdów na podstawie dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę do rejestracji.
 3. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żadać wyłączenie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
 4. Ponadto, Zamawiający może odstąpić od Umowy jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
 - a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp,
 - b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp,
 - c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
 5. W przypadku o którym mowa w ust 4 pkt a) Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.
 6. Wykonawca może odstąpić od umowy, gdy Zamawiający, mimo uprzedniego pisemnego wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu nie przystąpi do odbioru przedmiotu umowy, bez uzasadnionych przyczyn.
 7. Oświadczenie o odstąpieniu umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5

Gwarancja

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych oraz że z chwilą wydania będzie gotowy do natychmiastowej eksploatacji.
2. Wykonawca udziela gwarancji:
 - a) mechanicznej na pojazdy bazowe, bez limitu km*/z limitem do co najmniej 200 000 km* na okres: miesiące/miesiący od daty podpisania protokołu ilościowo – jakościowego [okres wynikający z treści oferty, minimum 24 miesiące].
 - b) na perforację nadwozia pojazdu min. 72 miesiące od daty podpisania protokołu ilościowo - jakościowego;
 - c) na powłokę lakierniczą pojazdu min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu ilościowo - jakościowego.
3. Wykonawca gwarantuje, że urządzenia stanowiące wyposażenie ambulansów są wolne od wad fizycznych i prawnych. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w urządzeniach w chwili dokonania ich odbioru przez Zamawiającego, jak i wszystkie inne wady fizyczne urządzeń, powstałe z przyczyn za które

Wykonawca lub gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.

4. Wykonawca zapewnia, że gwarancja na cały zestaw transportowy (transporter + nosze) zostanie udzielona na okres od daty podpisania protokołu ilościowo-jakościowego [okres wynikający z treści oferty, minimum 24 miesiące lub 5 lat].
5. Wykonawca zapewnia, że gwarancja na zabudowę medyczną na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz SWZ zostanie udzielona przez wykonawców zabudowy medycznej na okres: miesiące/miesiący od daty podpisania protokołu ilościowo-jakościowego [okres wynikający z treści oferty, minimum 24 miesiące].
6. Wraz z przedmiotem dostawy Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne, w tym karty gwarancyjne elementów zabudowy posiadających odrębną gwarancję oraz karty gwarancyjne urządzeń i sprzętu stanowiących wyposażenie ambulansu, jak również dokumenty informujące o siedzibach serwisów gwarancyjnych na zasadach wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania przedłużonej gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany w terminie 14 dni po dokonanej rejestracji pojazdu przez Zamawiającego, przekazać dokumenty potwierdzające przedłużoną gwarancję na okres wskazany w ofercie.
7. Termin dokonania naprawy zgłoszonych usterek i awarii objętych gwarancją nie może przekroczyć 30 (trzydziestu) dni roboczych od daty jej zgłoszenia Wykonawcy lub innemu gwarantowi. Początkiem rozpoczęcia procedury reklamacyjnej jest zgłoszenie w formie e-mailowej/fax reklamacji. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie e-mailem (adres:), fax (nr.....) z tym zastrzeżeniem że w przypadku wysłania wiadomości między godz. 8.00 a 16.00 w danym dniu roboczym uznany jest za doręczony w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku wysłania wiadomości po godz. 16 uznany jest za doręczony w następnym dniu roboczym. W przypadku gdy Wykonawca zwleka z wykonaniem napraw gwarancyjnych ponad ten termin Zamawiający może naliczyć kary zgodnie z § 6 ust. 3.
8. Jeżeli Wykonawca lub gwarant albo osoba przez nich upoważniona, po wezwaniu ich do wymiany urządzenia lub usunięcia wad, nie dopełni obowiązku wymiany urządzenia na wolne od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy w terminie określonym w umowie, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy, a zwłaszcza roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz kar umownych.
9. W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego elementu w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od zgłoszenia na piśmie takiego żądania na nowy tego samego typu i o tych samych lub lepszych parametrach technicznych w okresie gwarancji i przedłużonej gwarancji (jeżeli Wykonawca oferuje przedłużoną gwarancję).
10. W przypadku wymiany środka transportu sanitarnego lub wyposażenia, jego części (podzespołu) lub napraw w okresie gwarancji, termin gwarancji na tę rzecz, część (podzespół) biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy, części (podzespołu) wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy, części (podzespołu) naprawionej.
11. Z wyłączeniem samochodów bazowych, czas naprawy lub wymiany wadliwych elementów dostarczonego towaru wyłączony jest z okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji będzie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy lub wymiany. Okres gwarancji jest wydłużony w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 14 dni, liczonej od dnia zgłoszenia.
12. Wykonawca na własny koszt przeprowadzi przegląd przedsprzedażny (zerowy) ambulansu. Czynność ta zostanie odnotowana w książce przeglądów serwisowych.
13. Ewentualne przysługujące Zamawiającemu roszczenia z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego z tytułu rękojmi na zasadach wskazanych w kodeksie cywilnym.

14. W przypadku sprzeczności między zapisami w umowie dotyczącymi gwarancji a warunkami gwarancji określonymi w dokumencie gwarancyjnym, pierwszeństwo mają zapisy zawarte w niniejszej umowie i załącznikach.

§ 6

Kary umowne

1. W przypadku zwłoki w realizacji dostawy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 1% wartości brutto każdego niedostarczonego w terminie specjalistycznego środka transportu sanitarnego wraz ze specjalistycznym sprzętem medycznym i za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku zwłoki w dostarczeniu dokumentu potwierdzającego przedłużoną gwarancję zgodnie z § 5 ust 6 umowy Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.
3. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto naprawianego pojazdu bazowego (wartość określona w formularzu cenowym), za każdy dzień zwłoki w naprawie pojazdu bazowego lub w przypadku naprawy lub wymiany na nowy poszczególnego elementu wyposażenia medycznego.
4. W przypadku o którym mowa w § 4 ust 1 niniejszej umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto tej części przedmiotu umowy od której odstąpiono.
5. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji niniejszej umowy lub w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto tej części przedmiotu umowy od której odstąpiono.
6. Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1% wartości specjalistycznego środka transportu sanitarnego wraz ze specjalistycznym sprzętem medycznym, co do którego nie dostarczono w terminie dokumentów pozwalających na zarejestrowanie i ewidencjonowanie dostarczonego pojazdu lub innych dokumentów, które będą potrzebne do prawidłowego korzystania z pojazdu.
7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
8. Kary, o których mowa w § 6 nie wykluczają się wzajemnie.
9. Łączna maksymalna wysokość kar umownych wyniesie nie więcej niż 20% wartości brutto niniejszej umowy.
10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych i innych należności względem Zamawiającego z należnego wynagrodzenia.
11. Zapłata ww. kar umownych nie pozbawia Wykonawcy możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach wskazanych w kodeksie cywilnym.

§ 7

Koordinatorzy

Osobami koordynującymi wykonanie niniejszej umowy będą:

- a) ze strony Zamawiającego – tel.,
- b) ze strony Wykonawcy - tel.,

§ 8

Cesja praw

Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy, w całości lub w części.

§ 9

Zmiany Umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany Umowy w przypadkach, gdy konieczność wprowadzenia zmian Umowy wynika z:
 - a) zmiany wynagrodzenia- w przypadku zmiany przepisów prawnych (np. VAT), jeżeli wpływa ona na wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia – zgodnie ze zmienionymi przepisami;
 - b) zmiany przepisów prawa, które to zmiany mają bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy w ten sposób, że czynią wykonanie umowy na dotychczasowych zasadach niecelowym, niezgodnym z wymaganiami – zakres zmiany: zmiana polegać będzie na dostosowaniu umowy do obowiązujących przepisów prawa lub zakresu / struktury Programu.
2. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przewiduje możliwość zmian Umowy w przypadkach, gdy konieczność wprowadzenia zmian Umowy wynika z:
 - a) zastąpienia ambulansu/ sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, ambulansem/ sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego ambulansu/ sprzętu nie ulegnie zwiększeniu, a ambulans/ sprzęt będzie zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Zmiana Umowy na podstawie § 9 ust. 2 wymaga zgody obu stron i pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Pzp i Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. Jeżeli Umowa nie będzie podpisana przez obie strony tego samego dnia przyjmuje się, że umowa została zawarta w dniu skutecznego doręczenia umowy na adres Wykonawcy, po podpisaniu i przesłaniu jej przez Zamawiającego.
5. Integralną część niniejszej umowy stanowią:
 - a) załącznik nr 1 – wypełniony przez Wykonawcę załącznik nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia
 - b) załącznik nr 2 – formularz cenowy
 - c) załącznik nr 3- formularz ofertowy
 - d) załącznik nr 4- klauzula informacyjna SP ZOZ WSPR w Białymstoku
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

* niepotrzebne usunąć

.....dnia,.....

OŚWIADCZENIE

Do:

SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białymstoku.

Działając w imieniu Wykonawcy niniejszym oświadczamy, iż wraz z dostawą przedmiotu zamówienia określonego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansów medycznych wraz ze specjalistycznym sprzętem medycznym nr EOP.332.12.25 dostarczymy świadectwa homologacji umożliwiające rejestrację pojazdu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Jednocześnie oświadczamy, iż dostarczone świadectwo będzie pozwalało na dokonanie rejestracji pojazdów i ewidencji pojazdów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

.....
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym- podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 7 do SWZ – Wykaz dostaw

Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie polegających na dostawie co najmniej 1 ambulansu medycznego wraz z zabudową medyczną o wartości co najmniej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy zł 00/100) brutto.

Lp.	ILOŚĆ AMBULANSÓW (Przedmiot dostawy)	WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA	DATA WYKONANIA	ODBIORCA
1.				
2.				
3.				

UWAGA: do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, iż dostawy wskazane w wykazie zostały należycie wykonane. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie dostaw zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających, czy dostawy te zostały wykonane należycie.

.....
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym- podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 8 do SWZ – Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

- 1) Administratorem danych jest SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok; email: sekretariat@wspr.bialystok.pl, tel. 85 663 73 01;
- 2) Kontakt do Inspektora Danych Osobowych - e-mail - iod@wspr.bialystok.pl;
- 3) Dane są zbierane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez SP ZOZ WSPR w Białymstoku, co oznacza w szczególności:
 - a) zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy,
 - b) obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
- 4) Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z SP ZOZ WSPR w Białymstoku na podstawie zawartych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych tj. w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne.;
- 5) Dane będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej Umowy;
- 6) Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do własnych danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych;
- 7) Wspomniane prawa można zrealizować za pomocą pisemnych wniosków znajdujących się na stronie www.pogotowie.bialystok.pl lub w sekretariacie SP ZOZ WSPR, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok;
- 8) Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
- 9) Podanie danych zawartych w umowie jest niezbędne w związku z jej realizacją;
- 10) Dane wprowadzone do systemu informatycznego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu;
- 11) Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;
- 12) Oświadczam, iż zapoznałem się z ww. informacją, podpisując niniejszą umowę akceptuję jej treść.

**Załącznik nr 9 do SWZ - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów
Wykonawcy**

**„Dostawa ambulansów medycznych do SP ZOZ WSPR w Białymstoku”
EOP.332.12.25**

.....
(imię i nazwisko lub nazwa podmiotu)

.....
(adres podmiotu)

.....
(tel./faks, e-mail)

Stosownie do art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r- Prawo zamówień publicznych,
zobowiązuję się do oddania do dyspozycji na rzecz wykonawcy tj.

.....
(nazwa Wykonawcy)

niezbędnych zasobów w zakresie:

.....
.....
.....

okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia:

.....
.....

(należy podać okres na jaki zasób będzie udostępniony)

.....dnia

.....
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym-
podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.

Załącznik nr 10 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp

WYKONAWCA:

.....
.....
/nazwa (firma) wykonawcy z oznaczeniem formy prawnej wykonywanej działalności/

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę ambulansów medycznych do SP ZOZ WSPR w Białymstoku”

EOP.332.12.25

Oświadczam/(-my)

że w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

- a. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
- b. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy*,
- c. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy**,
- d. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy.

moje/(nasze) oświadczenie złożone w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia jest nadal aktualne.

.....
miejsowość i data

.....
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym- podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.

* dotyczy orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego

** dotyczy zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji

Załącznik nr 11 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Składając ofertę do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku w postępowania w trybie przetargu nieograniczonego „Dostawa ambulansów medycznych do SP ZOZ WSPR w Białymstoku” EOP.332.12.25 **Białymstoku** działając w imieniu i na rzecz:

.....
.....
.....

(nazwa wykonawcy/wykonawców)

Oświadczamy/(-my):

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp*;

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp*;

- wobec wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu

.....
.....

- wskazuję, że przygotowaliśmy ofertę niezależnie od siebie na potwierdzenie czego załączam następujące dokumenty**:

.....
.....

** zaznaczyć właściwą odpowiedź lub niewłaściwe odpowiedzi skreślić*

*** Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 5, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w art. 110 ust 2 Pzp. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza wykonawcę.*

..... dnia

.....
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym- podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.

Załącznik nr 12 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

Zamawiający:

SPZOZ WSPR w Białymstoku
ul. Poleska 89
15-874 Białystok
(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w

zależności od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko,

stanowisko/podstawa do

reprezentacji)

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa ambulansów medycznych do SP ZOZ WSPR w Białymstoku” EOP.332.12.25, prowadzonego przez SP ZOZ WSPR w Białymstoku (*oznaczenie zamawiającego*), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji

destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.¹

2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).²

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby:

..... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), w następującym zakresie: (określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu), co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

¹ Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
- c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

² Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:

..... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:

..... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1)

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2)

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

.....
Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym-
podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.